名称：华南国家计量测试中心/广东省计量科学研究院

地址：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 152 号

注册号：CNAS L0730

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 11 月 06 日　　截止日期：2029 年 10 月 21 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 5　认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
60 几何量测量仪器							
6001 线纹							
1	*木直尺	长度	木直(折)尺检定规程 JJG 2	(0～1000) mm	U=0.2mm		2025-11-06
2	钢卷尺	长度	钢卷尺检定规程 JJG 4	（0～200）m	U=0.03 mm+1.2×$10^{-5}L$		2025-11-06
3	*投影仪	长度	投影仪校准规范 JJF 1093	影屏直径：(100～600)mm	U=1.8 μm		2025-11-06
4	*工具显微镜	长度	工具显微镜检定规程 JJG 56	(0～200)mm	U=(0.4～1.2) μm		2025-11-06

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
5	*钢直尺	长度	钢直尺检定规程 JJG 1	(0～1)m	U=0.05mm		2025-11-06
				(1～2)m	U=0.10mm		2025-11-06
6	*读数显微镜	长度	读数、测量显微镜检定规程 JJG 571	(0～8)mm	U=1.5μm		2025-11-06
7	*线缆计米器	长度	线缆计米器检定规程 JJG 987	(0.1～2000)m	U=0.01 mm+5×$10^{-5}L$		2025-11-06
8	*生物显微镜	放大倍数	生物显微镜校准规范 JJF 1402	4X～100X	U_{rel}=1%		2025-11-06
9	纤维卷尺	长度	纤维卷尺、测绳检定规程 JJG 5	（0～5）m	U=0.8mm		2025-11-06
				(5～10)m	U=1.6mm		2025-11-06
				(10～15)m	U=2.4mm		2025-11-06
				(15～20)m	U=3.2mm		2025-11-06
				(20～30)m	U=4.8mm		2025-11-06
				(30～50)m	U=8.0mm		2025-11-06
10	*影像测量仪	长度	影像测量仪校准规范 JJF 1318	(0～600)mm	U=(0.7～1.9)μm		2025-11-06
11	π尺	长度	π尺校准规范 JJF1423	(9～5000)mm	U=（0.01～0.05）mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
12	*金相显微镜	放大倍数	金相显微镜校准规范 JJF1914-2021	4 X～100 X	U_{rel}=1%		2025-11-06
13	激光干涉仪	长度	激光干涉仪检定规程 JJG739	(0～1)m	U=0.20 μm+0.20×$10^{-6}L$		2025-11-06
				(1～50)m	U=0.30 μm+0.30×$10^{-6}L$		2025-11-06
		角度		0°～360°	U=0.30″		2025-11-06
14	高等别线纹尺	长度	高等别线纹尺检定规程 JJG73	(0～1)m	U=0.14 μm+1×$10^{-6}L$		2025-11-06
15	显微标尺	长度	显微标尺校准规范 JJF1917	(0～100) mm	U=0.16 μm		2025-11-06
6002 长度和端度							
1	*指示表	长度	指示表检定规程 JJG 34	(0～30)mm/0.001mm	U=(1.6～3.7) μm		2025-11-06
				(0～50)mm/0.005mm	U=(3.0～6.0) μm		2025-11-06
				(0～50)mm/0.01mm	U=(3.6～10) μm		2025-11-06
2	*杠杆表	长度	杠杆表检定规程 JJG 35	（0～0.4）mm/0.001mm	U=1.2 μm		2025-11-06
				（0～1）mm/0.01mm	U=2.6 μm		2025-11-06
3	*内径表（带定位护桥式）	长度	内径表校准规范 JJF 1102	Φ (10～160)mm/0.001mm	U=1.5 μm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				Φ(6～160)mm/0.01mm，工作行程：(0～1)mm	U=2.4μm		2025-11-06
				Φ(6～160)mm/0.01mm，工作行程：(1～1.6) mm	U=4.2μm		2025-11-06
4	*通用卡尺	长度	通用卡尺检定规程 JJG 30	(0～1000)mm/0.01mm	U=(0.01～0.02)mm		2025-11-06
5	*高度卡尺	长度	高度卡尺检定规程 JJG 31	(0～1000)mm/0.01mm	U=(0.01～0.02)mm		2025-11-06
6	*千分尺	长度	千分尺检定规程 JJG 21	(0～500)mm/0.001mm	U=（1.0～2.0）μm		2025-11-06
				校对用量杆：(25～475)mm	U=（0.6～1.4）μm		2025-11-06
7	量块	长度	量块检定规程 JJG 146	(0.5～100)mm	U=0.15μm+1.5×$10^{-6}L$		2025-11-06
				(100～300)mm	U=0.40μm+4×$10^{-6}L$		2025-11-06
8	*测量内尺寸千分尺	长度	测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411	(5～100)mm	U=1.5μm		2025-11-06
9	*深度千分尺	长度	深度千分尺检定规程 JJG 24	(0～300)mm	U=（1.4～3.5）μm		2025-11-06
				校对用量具：(25～275)mm	U=（0.7～2.1）μm		2025-11-06
10	细小物件测试筒	长度	细小物件测试筒校准规范 ZDCD-007L	(0～100) mm	U=0.005mm		2025-11-06
11	压力头	长度	压力头校准规范 ZDCD-008L	Φ(10～50) mm	U=0.02mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
12	圆形椭圆测试器	长度	圆形椭圆测试器校准规范 ZDCD-009L	(0～100)mm	U=0.02mm		2025-11-06
13	电子高度计	长度	电子高度计校准规范 ZDCD-016L	(0～100)mm	U=2μm		2025-11-06
14	指示类量具检定仪	长度	指示类量具检定仪检定规程 JJG 201	(0～50)mm	U=(0.2～0.6)μm		2025-11-06
15	尖点测试器	长度	尖点测试器校准规范 ZDCD-010L	(1.02×1.15)mm	U=0.005mm		2025-11-06
16	假手指	长度	假手指校准规范 ZDCD-006L	(2.8～470)mm	U=0.02mm		2025-11-06
17	咬啮测试器	长度	咬啮测试器校准规范 ZDCD-020L	(0～100)mm	U=0.05mm		2025-11-06
18	*跌落试验板	长度	跌落试验板校准规范 ZDCD-022L	(0～1000)mm	U=0.10mm		2025-11-06
19	UL 试验指	长度	UL 试验指校准规范 ZDCD-023L	(0～200)mm	U=0.05mm		2025-11-06
20	安规圆杆	长度	安规园杆校准规范 ZDCD-024L	(0～100)mm	U=0.01mm		2025-11-06
21	*深度指示表	长度	深度指示表检定规程 JJG830	(0～300)mm	U=(2.0～8.0)μm		2025-11-06
				校对用量杆：（25～300）mm	U=（1.6～4.8）μm		2025-11-06
22	杠杆千分尺	长度	杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG26	(0～100)mm	U=1.0μm		2025-11-06
				校对用量杆：（25～75）mm	U=1.0μm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
23	*厚度表	长度	厚度表校准规范 JJF 1255	(0～30)mm	U=（2～4） μm		2025-11-06
24	*导体伸长率仪	长度	导体伸长率仪检定规程 JJG(粤)005	（0.1~500）mm	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
6003 角度							
1	*通用角度尺	角度	通用角度尺校准规范 JJF 1959	0°～360°/5′	U=3′		2025-11-06
				0°～360°/2′	U=1′		2025-11-06
2	刀口形直尺	直线度	刀口形直尺检定规程 JJG 63	（75～300）mm	U=0.3 μm		2025-11-06
3	直角尺	垂直度	直角尺检定规程 JJG 7	(50～500) mm	U=(0.002～0.02)mm		2025-11-06
		长度		(50～500) mm	U=0.1 mm		2025-11-06
4	*平尺	直线度	平尺校准规范 JJF 1097	（300 ～2000） mm	U=(0.6～1.0) μm		2025-11-06
5	框式水平仪和条式水平仪	角度	框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF 1084	分度值 d：（0.02 ～0.1） mm/m	U=d×5.8%		2025-11-06
6	方箱	垂直度	方箱检定规程 JJG 194	边长 L：（100 ～400）mm	U=3 μm		2025-11-06
7	水平尺	角度	水平尺校准规范 JJF 1085	L：(100～1500)mm，（分度值 d:0.5 mm/m)	U=d×8%		2025-11-06
		长度		（0～1500）mm	U=1.0 mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
8	*组合式角度尺	角度	组合式角度尺校准规范 JJF 1132	0° ～180°	U=4′		2025-11-06
9	角度块	角度	角度块检定规程 JJG 70	0° ～90°	U=1.8 "		2025-11-06
10	弯曲测试器	角度	弯曲测试器校准规范 ZDCD-021L	(0～200)mm	U=0.05mm		2025-11-06
11	方形角尺	垂直度	方形角尺检定规程 JJG1046	H: 100 mm～500 mm	U=（1.5～2.4）μm		2025-11-06
12	*倾角仪	角度	倾角仪校准规范 JJF 1915	0° ～360°	U=0.02°～0.2 °		2025-11-06
6004 测绘仪器							
1	光学经纬仪	角度	光学经纬仪检定规程 JJG 414	水平：0° ～360°	U=0.16″		2025-11-06
				竖直：-32° ～+32°	U=1.4″		2025-11-06
2	水准仪	角度	水准仪检定规程 JJG 425	水泡式：-25″ ～+25″	U=1.3″		2025-11-06
				安平式：-25″ ～+25″	U=1.1″		2025-11-06
3	*数显测高仪	长度	数显测高仪检定规程 JJF 1254	(0～600) mm	U=(0.7～0.9)μm		2025-11-06
4	水准标尺	长度	水准标尺检定规程 JJG 8	(0～5)m	U=0.3mm		2025-11-06
5	电子经纬仪	角度	全站型电子速测仪检定规程 JJG100	水平：0° ～360°	U=0.38″		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				竖直角：-32°～+32°	U=1.4″		2025-11-06
6005 齿轮、轴承、螺纹参数							
1	螺纹样板	长度	螺纹样板检定规程 JJG 60	P：(0.40～6.00) mm,（α：55°、60°）	U=2μm		2025-11-06
2	*跳动检查仪	长度	跳动检查仪校准规范 JJF 1109	（0～100）μm	U=2μm		2025-11-06
3	*公法线千分尺	长度	公法线千分尺检定规程 JJG82	(0～100)mm	U=1.6μm		2025-11-06
				校对用量杆：（25～75）mm	U=1.0μm		2025-11-06
4	标准齿轮	长度	标准齿轮检定规程 JJG1008	齿距：分度圆直径(20～280)mm，[m_n（1～10）mm]	U=（2.5～3.7）μm		2025-11-06
				齿廓：分度圆直径(20～280)mm，[m_n（1～10）mm]	U=（2.6～3.6）μm		2025-11-06
				螺旋线：分度圆直径(20～280)mm，[m_n（1～10）mm]	U=（2.7～4.1）μm		2025-11-06
6006 工程参量							
1	光滑极限量规	长度	光滑极限量规检定规程 JJG 343	塞规：Φ(0.3～100)mm	U=（0.3～0.6）μm		2025-11-06
				环规：Φ(6～100)mm	U=(0.7～1.0)μm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	平晶	平面度	平晶检定规程 JJG 28	Φ(30～100)mm	U=0.01μm		2025-11-06
		平行度		(0～2)μm	U=0.2μm		2025-11-06
3	标准环规	长度	标准环规检定规程 JJG 894	Φ(6～100)mm	U=0.7μm+3×10^{-6}L		2025-11-06
4	刮板细度计	长度	刮板细度计检定规程 JJG 905	(0～150)μm	U=(0.2～0.5)μm		2025-11-06
5	*超声波测厚仪	长度	超声波测厚仪校准规范 JJF 1126	(0.5～200) mm	U=0.04mm		2025-11-06
6	坐标机测量球	直径	坐标机测量球校准规范 JJF 1422	Φ(10～50)mm	U=0.35μm		2025-11-06
		圆度		（0～1）μm	U=0.04μm		2025-11-06
7	电感比较仪	长度	电感测微仪校准规范 JJF 1331	(-1000～+1000) μm	U=（0.3～3.0）μm		2025-11-06
8	*焊接检验尺	长度	焊接检验尺校准规范 JJF2161	(0～60)mm	U=0.01mm		2025-11-06
		角度		0° ～180°	U=6′		2025-11-06
9	*平板	平面度	平板检定规程 JJG 117	630 mm×630 mm	U=3.2μm		2025-11-06
				1000 mm×1000 mm	U=5.2μm		2025-11-06
				1600 mm×1600 mm	U=7.8μm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				2500 mm×1600 mm	U=10 μm		2025-11-06
10	圆柱螺纹量规	长度	圆柱螺纹量规校准规范 JJF 1345	螺纹塞规：M(1～100)mm	U=3 μm		2025-11-06
				螺纹环规：M(3～100)mm	U=4 μm		2025-11-06
11	塞尺	长度	塞尺检定规程 JJG 62	(0.01～3)mm	U=1 μm		2025-11-06
12	*百分表式卡规	长度	百分表式卡规检定规程 JJG 109	(0～50) mm	U=3.4 μm		2025-11-06
13	*磁性、电涡流式覆层厚度测量仪	长度	磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG 818	厚度片：(7～50) μm	U=0.3 μm		2025-11-06
				厚度片：(50～3000) μm	U_{rel}=0.4%H		2025-11-06
				(10～1250) μm	U_{rel}=0.3 μm+0.6%H		2025-11-06
14	半径样板	长度	半径样板校准规范 JJF2187	R（1～6）mm	U=6 μm		2025-11-06
				R(6～25)mm	U=9 μm		2025-11-06
15	*光学计	长度	光学计检定规程 JJG 45	(-100～+100) μm	U=0.07 μm		2025-11-06
16	*测长仪	长度	测长仪校准规范 JJF 1189	外尺寸：(0～500)mm	U=(0.3～0.7) μm		2025-11-06
				内尺寸：（6～50）mm	U=1.5 μm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
17	*表面粗糙度仪	粗糙度	触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF 1105	Ra(0.085～4.36)μm	U_{rel}=6.0%		2025-11-06
18	粗糙度比较样块	粗糙度	表面粗糙度比较样块校准规范 JJF 1099	Ra(0.012～100)μm	U_{rel}=(8.0%～6.2%)		2025-11-06
19	试验筛	长度	试验筛校准规范 JJF 1175	ω：(0.040～4) mm	U=1μm		2025-11-06
				ω：(4～125) mm	U=0.02mm		2025-11-06
20	针规、三针	长度	针规、三针校准规范 JJF 1207	Φ(0.1～25) mm	U=0.14μm+1.4×10^{-6}L		2025-11-06
21	*试模	长度	试模校准规范 JJF 1307	(40～600)mm	U=（0.03～0.10）mm		2025-11-06
22	步距规	长度	步距规校准规范 JJF 1258	(0～600)mm	U=2.0μm		2025-11-06
23	*定量取样器	长度	定量取样器校准规范 ZDCD-025L	(0～200)mm	U=0.02mm		2025-11-06
24	带表卡规	长度	带表卡规校准规范 JJF1253	(5～100)mm/0.005 mm	U=0.0052 mm		2025-11-06
25	*测长机	长度	测长机校准规范 JJF1066	微米尺：(-100～+100)μm	U=0.07μm		2025-11-06
				毫米尺：(0～100)mm	U=0.2μm+2×10^{-6}L		2025-11-06
				分米刻尺：(0～2000)mm	U=0.4μm+3×10^{-6}L		2025-11-06
				内尺寸：（6～ 50）mm	U=1.5 μm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
26	*湿膜厚度测量规	长度	湿膜厚度测量规校准规范 JJF 1484	梳规：(0～3000) μm	U=（2.4～15） μm		2025-11-06
				轮规(0～1000) μm	U=（0.6～6） μm		2025-11-06
27	光栅式测微仪	长度	光栅式测微仪校准规范 JJF 1682	(0.01～100)mm	U=(0.05～2.2) μm		2025-11-06
28	*表面轮廓表	长度	表面轮廓表校准规范 JJF 1476	(0.1～6.5)mm	U=(0.9～1.6) μm		2025-11-06
29	扭簧比较仪	长度	扭簧比较仪检定规程 JJG 118	分度值 0.2 μm：(-20～+20) μm	U=0.06 μm		2025-11-06
				分度值 0.5 μm：(-50～+50) μm	U=0.08 μm		2025-11-06
				分度值 1 μm：(-100～+100) μm	U=0.13 μm		2025-11-06
				分度值 2 μm：(-200～+200) μm	U=0.3 μm		2025-11-06
				分度值 5 μm：(-500～+500) μm	U=0.6 μm		2025-11-06
30	机械式比较仪	长度	机械式比较仪检定规程 JJG 39	分度值 0.5 μm：(-50～+50) μm	U=0.1 μm		2025-11-06
				分度值 1 μm：(-100～+100) μm	U=0.3 μm		2025-11-06
				分度值 2 μm：（-200～+200） μm	U=0.4 μm		2025-11-06
				分度值 5 μm：(-500～＋500) μm	U=0.8 μm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				分度值 10 μm：(-1000～+1000) μm	U=2 μm		2025-11-06
31	*坐标测量机	长度	坐标测量机校准规范 JJF 1064	接触式：(0～1000) mm	U_E=0.5 μm+3×10^{-6}L		2025-11-06
				Φ(10～50) mm	U_P=0.3 μm		2025-11-06
32	超声波探伤试块	长度	超声波探伤试块校准规范 JJF 1487	(0.1～300) mm	U=(0.004～0.012) mm		2025-11-06
33	*橡胶、塑料薄膜测厚仪	长度	橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 JJF 1488	(0～10) mm	U=3.4 μm		2025-11-06
34	*斜块式测微仪检定器	长度	斜块式测微仪检定器检定规程 JJG 525	(0～2) mm	U=0.08 μm		2025-11-06
35	*引伸计	长度	引伸计检定规程 JJG 762	标距：（1～1000）mm	U_{rel}=0.13%		2025-11-06
				变形：（0～1/3）mm	U=0.42 μm		2025-11-06
				变形：（1/3～25）mm	U_{rel}=0.17%		2025-11-06
36	激光跟踪三维坐标测量系统	长度	激光跟踪三维坐标测量系统校准规范 JJF1242	(0～50) m	U=0.5 μm+1×10^{-6}L		2025-11-06
61 热学测量仪器							
6101 温度							
1	工业铂、铜热电阻	温度	工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229	(-60～+300) ℃	U=(0.02～0.03) ℃		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	廉金属热电偶	温度	廉金属热电偶校准规范 JJF 1637	(-40～+300)℃	U=(0.18～0.15)℃		2025-11-06
				(300～1100)℃	U=(0.15～0.8）℃		2025-11-06
3	玻璃液体温度计	温度	工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130	(-60～+300)℃	U=0.04℃		2025-11-06
4	双金属温度计	温度	双金属温度计校准规范 JJF 1908	(-60～+300)℃	U=0.2℃		2025-11-06
5	压力式温度计	温度	压力式温度计校准规范 JJF 1909	(-60～+300)℃	U=0.3℃		2025-11-06
6	*表面温度计	温度	表面温度计校准规范 JJF 1409	(30～400)℃	U=0.4℃		2025-11-06
7	铠装热电偶	温度	铠装热电偶校准规范 JJF 1262	(-40～+1100)℃	U=(0.15～0.80）℃		2025-11-06
8	温度数据采集仪	温度	温度数据采集仪校准规范 JJF 1366	(-80～+300)℃	U=（0.03～0.04）℃		2025-11-06
9	医用电子体温计	温度	医用电子体温计检定规程 JJG 1162	（35.0～41.0）℃	U=0.03℃		2025-11-06
10	短型廉金属热电偶	温度	短型廉金属热电偶校准规范 JJF 1991	（-40～+300）℃	U=0.3℃		2025-11-06
				（300～1000）℃	U=1.2℃		2025-11-06
11	玻璃体温计	温度	玻璃体温计检定规程 JJG 111	（30.0～45.0）℃	U= 0.04 ℃		2025-11-06
6102 热工二次仪表							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*数字式温度指示调节仪	温度	数字温度指示调节仪检定规程 JJG 617	配热电偶用：(-200～0)℃	U=(0.32～0.14)℃		2025-11-06
				配热电偶用：(>0～800)℃	U=(0.14～0.2)℃		2025-11-06
				配热电偶用：(800～1800)℃	U=(0.2～1.1)℃		2025-11-06
				配热电阻用：(-200～0)℃	U=(0.08～0.10)℃		2025-11-06
				配热电阻用：(>0～800)℃	U=(0.10～0.16)℃		2025-11-06
2	*工业过程测量记录仪	温度	工业过程测量记录仪检定规程 JJG 74	(-200～0)℃	U=(0.5～0.3)℃		2025-11-06
				(0～1800)℃	U=(0.3～1.0)℃		2025-11-06
3	温度巡回检测仪	温度	温湿度巡回检测仪校准规范 JJF 1171	(-60～+300)℃	U=0.12℃		2025-11-06
4	*温度变送器	温度	温度变送器校准规范 JJF 1183	(-60～+300)℃	U=0.16℃		2025-11-06
5	*温度显示仪	温度	温度显示仪校准规范 JJF 1664	配热电偶用：（-200～+1800）℃	U=（0.4～1.0）℃		2025-11-06
				配热电阻用：（-200～+800）℃	U=0.4℃		2025-11-06
6	热敏电阻测温仪	温度	热敏电阻测温仪校准规范 JJF 1379	（-50～+200）℃	U=0.022℃		2025-11-06
6103 热学试验设备（含环境试验设备）							

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*温度校准用恒温槽	温度	温度校准用恒温槽技术性能测试规范 JJF 1030	(-60～+300)℃	U=0.014℃		2025-11-06
2	*温度、湿度环境试验设备	温度	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101	(-80～300)℃	U=0.3℃		2025-11-06
		湿度		20%RH～95%RH	U=2.0%RH		2025-11-06
3	*温湿度标准箱	温度	温湿度标准箱校准规范 JJF 1564	均匀度：（5～50）℃	U=0.05℃		2025-11-06
				波动度：（5～50）℃	U=0.02℃		2025-11-06
				变化率：（0～1）℃/min	U=0.03℃/min		2025-11-06
		湿度		均匀度：10%RH～90%RH	U=0.5%RH		2025-11-06
				波动度：10%RH～90%RH	U=0.1%RH		2025-11-06
				变化率：0%RH/min～2%RH/min	U=0.2%RH/min		2025-11-06
4	*箱式电阻炉	温度	箱式电阻炉校准规范 JJF 1376	(300～1100)℃	U= 2.0℃		2025-11-06
5	*溶出度测定仪	温度	溶出度测定仪检定规程 JJG（粤）048	(0～50)℃	U=0.14℃		2025-11-06
		转速		(1～300)r/min	U_{rel}=0.8%		2025-11-06
		位移		(0.1～3) mm	U=0.12 mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	无源医用冷藏箱温度参数	温度	无源医用冷藏箱温度参数校准规范 JJF 1676	(-20～+20)℃	U=0.3℃		2025-11-06
7	*生物实验用干式恒温器	温度	生物实验用干式恒温器校准规范 JJF(浙) 1149	温度偏差：（-10～+150）℃	U=0.3℃		2025-11-06
				温度波动度：（-10～+150）℃	U=0.06℃		2025-11-06
				温度均匀度：（-10～+150）℃	U=0.12℃		2025-11-06
8	*微波消解仪	温度	微波消解仪温度参数校准规范 JJF 2143	（20～200）℃	U=0.6℃		2025-11-06
9	*蒸汽灭菌器	温度	小型蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范 JJF(皖)105	（20～140）℃	U=0.2℃		2025-11-06
		压力		绝压：(100～400)kPa	U=1.8kPa		2025-11-06
10	*真空干燥箱	温度	真空干燥箱校准规范 JJF(陕)046	（20～250）℃	U=0.4℃		2025-11-06
		压力		绝压：(0.1～120)kPa	U=1.5kPa		2025-11-06
11	*盐雾试验箱	温度	盐雾试验箱校准规范 JJF 2168	（25～60）℃	U=0.5 ℃		2025-11-06
		盐雾沉降率		（0.5～3.0）mL/（h·80cm^2）	U=0.06mL/(h·80cm^2)		2025-11-06
12	*中空玻璃露点仪	温度	中空玻璃露点仪校准规范 JJF（闽）1112	（-80～30）℃	U=0.1 ℃		2025-11-06
13	*液体恒温试验设备	温度	液体恒温试验设备温度性能测试规范 JJF 2019	温度偏差：（-80～300）℃	U=0.24℃		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				温度均匀度：（-80～300）℃	U=0.06℃		2025-11-06
				温度波动度：（-80～300）℃	U=0.05℃		2025-11-06
14	*恒温恒湿实验室	温度	恒温恒湿实验室环境参数校准规范 JJF 2058	（15～30）℃	U=0.3℃		2025-11-06
		湿度		30%RH～80%RH	U=2.0%RH		2025-11-06
		照度		（50～1000）lx	U_{rel}=5%		2025-11-06
		风速		（0.2～10）m/s	U=0.2m/s		2025-11-06
		噪声		（0～100）dB	U=2.3dB		2025-11-06
		静压差		（0.1～50）Pa	U=1.3Pa		2025-11-06
15	*温度、湿度、振动综合环境试验系统	温度	温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范 JJF 1270	(-75～+200)℃	U=0.3℃		2025-11-06
		温度变化速率		(0.5～60)℃/min	U=0.4℃/min		2025-11-06
		噪声		(30～130)dB	U=0.7dB		2025-11-06
		风速		(0.2～20)m/s	U_{rel}=4%		2025-11-06
		加速度		(1～100)m/s^2	U_{rel}=2%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		相对湿度		10%～95%	U=1.5%		2025-11-06
6105 辐射测温							
1	辐射温度计	温度	工作用辐射温度计检定规程 JJG 856	(-20～+300)℃	U=(0.6～1.0)℃		2025-11-06
				(>300～1000)℃	U=(1.0～3.2)℃		2025-11-06
2	红外耳温计	温度	红外耳温计检定规程 JJG1164	(35～42)℃	U=0.12℃		2025-11-06
3	红外测温仪	温度	测量人体温度的红外温度计校准规范 JJF1107	(22.0～42.0)℃	U=0.2℃		2025-11-06
4	热像仪	温度	热像仪校准规范 JJF 1187	（-20～+900）℃	U=（0.9～4.6）℃		2025-11-06
6106 湿度							
1	机械式温湿度计	温度	机械式温湿度计检定规程 JJG 205	(-50～+100)℃	U=0.6℃		2025-11-06
		湿度		30%RH～95%RH	U=2.2%RH		2025-11-06
2	湿度传感器	湿度	数字式温湿度计校准规范 JJF 1076	10%RH～95%RH	U=2.2%RH		2025-11-06
3	数字式温湿度计	温度	数字式温湿度计校准规范 JJF 1076	(-50～+100)℃	U=0.6℃		2025-11-06
		湿度		20%RH～95%RH	U=2.2%RH		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
62 力学测量仪器							
6201 质量							
1	砝码	质量	砝码检定规程 JJG 99	1 mg～100 mg	U=0.005 mg～0.009 mg		2025-11-06
				100mg～1g	U=0.009mg～0.03mg		2025-11-06
				1g～100 g	U=0.03 mg～0.10 mg		2025-11-06
				100 g～1 kg	U=0.10 mg～0.8 mg		2025-11-06
				1 kg～10 kg	U=0.8 mg～9 mg		2025-11-06
				10 kg～20 kg	U=9 mg～0.03 g		2025-11-06
				20 kg～40 kg	U=0.03 g～0.18 g		2025-11-06
				40 kg～150 kg	U=0.18 g～2.2 g		2025-11-06
2	*电子天平	质量	电子天平校准规范 JJF 1847	(0～100)g	U=(0.02～0.06) mg		2025-11-06
				(100～220)g	U=(0.06～0.7)mg		2025-11-06
				220g～320g	U=0.7mg		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				320g～1000g	U=(3～7) mg		2025-11-06
				1000g～10000g	U=13mg～0.06g		2025-11-06
				10000g～40000g	U=0.10g～0.25g		2025-11-06
				40000g～100kg	U=2.2g～2.8g		2025-11-06
				100kg～200kg	U=13g～15g		2025-11-06
				200kg～800kg	U=0.03kg～0.11kg		2025-11-06
3	*机械天平	质量	机械天平检定规程 JJG 98	（0～100）g	U=(0.08～0.10) mg		2025-11-06
				(100～200)g	U=(0.10～0.14)mg		2025-11-06
				(200～2000)g	U=(0.14～1.4)mg		2025-11-06
				(2～20）kg	U=(1.4～6.5)mg		2025-11-06
4	*架盘天平	质量	架盘天平检定规程 JJG 156	(1～100) g	U=(0.02～0.05) g		2025-11-06
				(100～200)g	U=(0.05～0.08)g		2025-11-06
				(200～5000)g	U=(0.08～2.7)g		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
5	*采血电子秤	质量	采血电子秤检定规程 JJG 815	(20～500) g	U=(0.1 ～0.2) g		2025-11-06
				(500～1000) g	U=(0.2 ～0.3) g		2025-11-06
6	*质量比较仪	质量	质量比较仪校准规范 JJF 1326	重复性：1mg～41kg	U=0.06μg～5.8mg		2025-11-06
				偏载：1mg～41kg	U=1.0μg～30mg		2025-11-06
				局部示值误差：1mg～41kg	U=1.6μg～30mg		2025-11-06
7	*非自行指示秤	质量	非自行指示秤检定规程 JJG 14	(10～100)kg	U=(0.21～14)g		2025-11-06
				100kg～1t	U=(14～76)g		2025-11-06
				(1～10)t	U=76g~1.8kg		2025-11-06
				(10～60)t	U=(1.8～7.2)kg		2025-11-06
8	*数字指示秤	质量	数字指示秤检定规程 JJG 539	(2～200)g	U=(0.02～0.04)g		2025-11-06
				(200～3000)g	U=(0.04～0.21)g		2025-11-06
				(3～100)kg	U=(0.21～14)g		2025-11-06
				100kg～1t	U=(14～76)g		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1～10)t	U=76g~1.8kg		2025-11-06
				(10～100)t	U=(1.8～13)kg		2025-11-06
				(100～150)t	U=(13～22)kg		2025-11-06
9	*模拟指示秤	质量	模拟指示秤检定规程 JJG 13	(0.1～10)kg	U=(2.1～6.0)g		2025-11-06
				(10～500)kg	U=(14～76)g		2025-11-06
10	*杆秤	质量	杠秤检定规程 JJG 17	(1～10)g	U=(0.01～0.05)g		2025-11-06
				(10～800)g	U=(0.05～0.4)g		2025-11-06
11	*重力式自动装料衡器（定量自动衡器）	质量	重力式自动装料衡器检定规程 JJG 564	10g～300kg	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
12	*动态公路车辆自动衡器	质量	动态公路车辆自动衡器检定规程 JJG 907	静态:(0.5～50)t	U=(1.8～6.1)kg		2025-11-06
				动态:(0.5～30)t	U=(19～91)kg		2025-11-06
13	*便携式动态轴重仪	质量	便携式动态轴重仪校准规范 JJF 1212	动态:(0.5～30)t	U=(20～98)kg		2025-11-06
14	*连续累计自动衡器（皮带秤）	质量	连续累计自动衡器（皮带秤）JJG 195	1h 累计载荷：(100～8000) t	U_{rel}=0.32%		2025-11-06
15	*混凝土配料秤	质量	混凝土配料秤检定规程 JJG 1171	(0.01～300)kg	U_{rel}=0.26%	大于300kg	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0.3～6)t	U_{rel}=0.30%	时只用集成法	2025-11-06
16	*非连续累计自动衡器（累计料斗秤）	质量	非连续累计自动衡器（累计料斗秤）检定规程 JJG 648	(0.01～50)t	U_{rel}=0.11%	大于300kg时只用集成法	2025-11-06
17	*门座（桥架）起重机动态电子秤	质量	门座（桥架）起重机动态电子秤检定规程 JJG 1124	单次：(5～300)kg	U=(14～76)g		2025-11-06
				累计：(50～300)kg	U_{rel}=0.18%		2025-11-06
6202 密度							
1	工作玻璃浮计	密度	工作玻璃浮计检定规程 JJG 42	工作密度计：(650～1400)kg/m³	U=0.4kg/m³		2025-11-06
				石油密度计：(650～1100)kg/m³	U=0.3kg/m³		2025-11-06
		波美度		波美计：(0～40)Bh	U=0.2Bh		2025-11-06
		酒精度		酒精计：q:(0～100)%	U=0.2%		2025-11-06
2	在线振动管液体密度计	密度	在线振动管液体密度计校准规范 JJF2164	(650～2000)kg/m³	U=0.05 kg/m³		2025-11-06
6203 容量							
1	*液态物料定量罐装机	容量	液态物料定量灌装机检定规程 JJG 687	定容式：（0.01～50）L	U_{rel}=0.33%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		质量		定重式：(0.01～50)kg	U_{rel}=0.10%		2025-11-06
2	*立式金属罐	容量	立式金属罐容量检定规程 JJG 168	（20～100）m^3	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
				(100～700)m^3	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
				（700～200000）m^3	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
3	*卧式金属罐	容量	卧式金属罐容积检定规程 JJG 266	（10～100）m^3	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
4	常用玻璃量器	容量	常用玻璃量器检定规程 JJG 196	(0～1) mL	U=0.003mL	只用衡量法	2025-11-06
				(1～25) mL	U=0.008mL		2025-11-06
				(25～100) mL	U=0.03mL		2025-11-06
				(100～1000) mL	U=0.11mL		2025-11-06
				(1000～2000) mL	U=0.24mL		2025-11-06
5	移液器	容量	移液器检定规程 JJG 646	(0.1～5) μL	U=0.01 μL		2025-11-06
				(5～30) μL	U=0.04 μL		2025-11-06
				(30～50) μL	U=0.07 μL		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(50～100) μL	U=0.18 μL		2025-11-06
				(100～1000) μL	U=1.3 μL		2025-11-06
				(1000～5000) μL	U=1.8 μL		2025-11-06
				(5000～10000) μL	U=2.8 μL		2025-11-06
6	专用玻璃量器	容量	专用玻璃量器检定规程 JJG 10	微量吸管：20 μL	U=0.2 μL		2025-11-06
				奥氏吸管：(0.25～10) mL	U=0.002 mL		2025-11-06
				海水溶解氧滴定管：(0.05～25) mL	U=0.01 mL		2025-11-06
7	*水质在线自动采样装置	容量	水质在线自动采样装置检定规程 JJG(粤)004	200mL	U=1.6mL		2025-11-06
		温度		(4～20)℃	U=0.2℃		2025-11-06
		时间		3600s	U=0.5s		2025-11-06
8	*标准金属量器	容量	标准金属量器检定规程 JJG259	（10～50）L	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
9	*容重器	容量	容重器检定规程 JJG264	(900～1100)mL	U=0.3mL	只用容积比较法	2025-11-06
		质量		（20～1000）g	U=0.3g		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6204 流量							
1	*饮用冷水水表	流量	饮用冷水水表检定规程 JJG 162	(0.004～3500) m^3/h, (DN15～DN800)	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
2	膜式燃气表	流量	膜式燃气表检定规程 JJG577	(0.01～120) m^3/h, (G1.6～G65)	U_{rel}=0.38%		2025-11-06
				(0.01～192) m^3/h, (G65～G100)	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
3	*燃油加油机	流量	燃油加油机(试行)检定规程 JJG 443	（1～200）L/min	U_{rel}=0.07%		2025-11-06
4	*压缩天然气加气机	流量	压缩天然气加气机检定规程 JJG996	（1～25）kg/min	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
5	*明渠堰槽流量计	流量	明渠堰槽流量计试行检定规程 JJG711	（0.001～93）m^3/s	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
6	气体容积式流量计	流量	气体容积式流量计检定规程 JJG633	(0.01～120) m^3/h, （DN1～DN80）	U_{rel}=0.25%		2025-11-06
				(120～7000) m^3/h, (DN15～DN400)	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
7	浮子流量计	流量	浮子流量计检定规程 JJG257	(0.01～120) m^3/h, （DN1～DN80, 气）	U=0.3%FS		2025-11-06
				(0.01～1000) m^3/h, (DN15～DN100, 气)	U=0.4%FS		2025-11-06
				(1～100) mL/min, （DN1～DN10, 水）	U=0.3%FS		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0.004～20)m³/h,(DN6～DN40,水）	U=0.2%FS		2025-11-06
				(1～120)m³/h，（DN15～D100,水）	U=0.3%FS		2025-11-06
8	科里奥利质量流量计	流量	科里奥利质量流量计检定规程 JJG1038	(0.01～120) m³/h，（DN15～DN80，气）	U_{rel}=0.25%		2025-11-06
				(120～7000)m³/h,(DN15～DN300）,气）	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
				(0.004～560) t/h，（DN2～DN200，水）	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				(560～1600) t/h，（DN200～DN300，水）	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				(0.5～98)m³/h,(0.42～80)t/h,(DN15～DN80,油）	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
9	*超声流量计	流量	超声流量计检定规程 JJG1030	(0.004～1600)m³/h,(DN4～DN300,水）	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				(1600～3500)m³/h,(DN300～DN800,水）	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				标准表法（在线）：(1～50000)m³/h,(DN10～DN3400,水）	U_{rel}=1.5%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0.01～120)m³/h,(DN15～DN80,气）	U_{rel}=0.25%		2025-11-06
				(120～7000)m³/h,(DN15～DN400,气）	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
10	涡轮流量计	流量	涡轮流量计检定规程 JJG1037	(0.01～120)m³/h,(DN15～DN80,气）	U_{rel}=0.25%		2025-11-06
				(120～7000)m³/h,(DN15～DN400,气）	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
				(0.004～1600)m³/h,(DN4～DN300,水）	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				(1600～3500)m³/h,(DN300～DN800,水）	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				(0.5～98)m³/h,(0.42～80)t/h,(DN15～DN80,油）	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
11	*液化天然气加气机	流量	液化天然气加气机检定规程 JJG 1114	（1～80）kg/min	U_{rel}=0.48%		2025-11-06
12	*电磁流量计（在线校准）	流量	电磁流量计在线校准规范 JJF(苏) 228	（0.1～50000）m³/h,(DN10～DN3000）	U_{rel}=1.3%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
13	*液体流量计（在线校准）	流量	液体流量计在线校准规范 JJF(川)159	（0.1～30000）m^3/h,(DN10～DN2000)	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
14	*液体流量测量系统（在线校准）	流量	液体流量测量系统在线校准规范 JJF(辽)84	标准表法：（0.1～50000）m^3/h,(DN10～DN3000)	U_{rel}=1.6%		2025-11-06
				容积法：（0.01～1.2）m^3/h,(DN1～DN20)	U_{rel}=0.6%		2025-11-06
				质量法：（0.01～18）m^3/h,(DN1～DN100)	U_{rel}=0.8%		2025-11-06
15	热水水表	流量	热水水表检定规程 JJG 686	（0.016～8.0）m^3/h,(DN15～DN25)	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
16	超声波燃气表	流量	超声波燃气表检定规程 JJG1190	(0.01～120) m^3/h,(G1.6～G65)	U_{rel}=0.23%		2025-11-06
				(0.01～192) m^3/h,(G65～G100)	U_{rel}=0.39%		2025-11-06
17	*车用尿素加注机	流量	车用尿素加注机检定规程 JJG1191	(1～50) L/min	U_{rel}=0.08%		2025-11-06
18	*液体容积式流量计	流量	液体容积式流量计检定规程 JJG667	(0.004～1600)m^3/h,(DN4～DN300,水）	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				(1600～3500)m^3/h,(DN300～DN800,水）	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				(0.5～98)m^3/h,(0.42～80)t/h,(DN15～DN80,油）	U_{rel}=0.06%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
19	*电磁流量计	流量	电磁流量计检定规程 JJG1033	(0.004～1600)m³/h,(DN4～DN300）	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				(1600～3500)m³/h,(DN300～DN800）	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
20	涡街流量计	流量	涡街流量计检定规程 JJG1029	(0.004～1600)m³/h,(DN15～DN300,水）	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
				(1600～3500)m³/h,(DN300～DN800,水）	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				(0.01～120)m³/h,(DN6～DN80,气）	U_{rel}=0.25%		2025-11-06
				(120～7000)m³/h,(DN15～DN400,气）	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
21	差压式流量计	流量	差压式流量计检定规程 JJG640	(0.004～1600)m³/h,(DN15～DN300,水）	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
				(1600～3500)m³/h,(DN300～DN800,水）	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				(0.01～7000)m³/h,(DN15～DN400,气）	U_{rel}=0.3%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
22	热能表	流量	热能表检定规程 JJG225	(0.004～32)m³/h,(DN8～DN50)	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
23	热式气体质量流量计	流量	热式气体质量流量计检定规程 JJG1132	(0.01～120)m³/h,(DN1～DN80)	U_{rel}=0.25%		2025-11-06
				(120～7000)m³/h,(DN15～DN400)	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
24	靶式流量计	流量	靶式流量计检定规程 JJG461	(0.004～3500)m³/h,(DN15～DN800,水)	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
25	旋进旋涡流量计	流量	旋进旋涡流量计检定规程 JJG1121	(0.01～7000)m³/h,(DN15～DN400,气)	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
				(0.004～3500)m³/h,(DN15～DN800,水)	U_{rel}=0.25%		2025-11-06
26	*体积管	容量	体积管检定规程 JJG209	(1～10000)L	U_{rel}=0.028%		2025-11-06
27	*液体流量标准装置	流量	液体流量标准装置检定规程 JJG164	(0.01～3000)m³/h	U_{rel}=0.05%		2025-11-06
28	*标准表法流量标准装置(液体)	流量	标准表法流量标准装置检定规程 JJG643	(0.004～10000)m³/h	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
29	湿式气体流量计	流量	湿式气体流量计校准规范 JJF1357	(0.01～120)m³/h	U_{rel}=0.22%		2025-11-06
30	临界流文丘里喷嘴	流量	临界流文丘里喷嘴检定规程 JJG 620	(0.016～6)m³/h	U_{rel}=0.08%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
31	气体层流流量传感器	流量	气体层流流量传感器检定规程 JJG 736	(0.01～7000)m³/h,(DN1～DN400)	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
32	*流量积算仪	流量	流量积算仪检定规程 JJG1003	(0.1～9999.99)m³/h	U_{rel}=0.02%		2025-11-06
				(0.1～9999.99)t/h	U_{rel}=0.04%		2025-11-06
		频率		10Hz～15MHz	U_{rel}=3×10⁻⁶		2025-11-06
		直流电压		(0.1～10)V	U_{rel}=1×10⁻⁴		2025-11-06
		直流电流		(0.1～20) mA	U_{rel}=1×10⁻⁴		2025-11-06
		电阻		(0.01～50) kΩ	U_{rel}=1×10⁻⁴		2025-11-06
33	油气回收检测仪	流量	油气回收检测仪校准规范 JJF1948	(0.01～30)m³/h	U_{rel}=0.8%		2025-11-06
		压力		(-5.0～5.0)kPa	U=0.06%FS		2025-11-06
		时间		(0.01～3600)s	U=0.06s		2025-11-06
34	*船用加油机	流量	船用加油机检定规程 JJG(粤)068	(30～500)L/min	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
35	孔口流量计	流量	孔口流量计校准规范 JJF2033	(1～7000)m³/h	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
6205 压力							

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*弹性元件式精密压力表及真空表	压力	弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49	(-0.1～100) MPa	U=0.028%FS		2025-11-06
2	*弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	压力	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52	(-0.1～100) MPa	U=0.3%FS		2025-11-06
3	*轮胎压力表	压力	轮胎压力表检定规程 JJG 927	(0～2.5)MPa	U=0.4%FS		2025-11-06
4	*数字压力计	压力	数字压力计检定规程 JJG 875	(-0.1～100) MPa	U=0.025%FS		2025-11-06
5	*压力变送器	压力	压力变送器检定规程 JJG 882	（-0.1～100）MPa	U=0.015%FS		2025-11-06
6	*空盒气压表和空盒气压计	压力	空盒气压表和空盒气压计检定规程 JJG 272	(520～1070) hPa	U=0.8 hPa		2025-11-06
7	活塞式压力计	压力	活塞式压力计检定规程 JJG59	(0.005～100) MPa	U_{rel}=0.014%		2025-11-06
8	活塞式压力真空计	压力	活塞式压力真空计检定规程 JJG236	(-0.1～-0.005) MPa	U_{rel}=0.014%		2025-11-06
9	*倾斜式微压计	压力	倾斜式微压计检定规程 JJG 172	曲管式:(-2000～2000) Pa	U=(0.5～4)Pa		2025-11-06
				斜管式:(-2000～2000) Pa	U=3.4 Pa		2025-11-06
10	*工作用液体压力计	压力	工作用液体压力计检定规程 JJG540	(0～25)kPa	U=0.3%FS		2025-11-06
11	*带弹簧管压力表的气体减压器	压力	带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 JJF1328	（0～25）MPa	U=0.8%FS		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
12	*指针式微差压表	压力	指针式微差压表检定规程 JJG(粤)020	(-30～30) kPa	U=0.6%FS		2025-11-06
13	*压力传感器（静态）	压力	压力传感器（静态）检定规程 JJG860	(-0.1～100) MPa	U=0.015%FS		2025-11-06
14	*数字式轮胎压力表	压力	数字式轮胎压力表检定规程 JJG 1201	(0～2.5) MPa	U=2kPa		2025-11-06
15	*数字式气压计	气压	数字式气压计检定规程 JJG 1084	(10～1200) hPa	U=0.3hPa		2025-11-06
16	*压力控制器	压力	压力控制器检定规程 JJG 544	（-0.1～100）MPa	U=0.3%FS		2025-11-06
17	*电子压力控制器	压力	电子压力控制器检定规程 JJG(粤)028	（-0.1～60）MPa	U=0.07%FS		2025-11-06
18	*非接触式眼压计	压力	非接触式眼压计检定规程 JJG 1143	（0.93～6.65) kPa	U=0.14 kPa		2025-11-06
19	*塑料管材耐压试验机	压力	塑料管材耐压试验机校准规范 JJF 1628	（0～25) MPa	U=0.005 MPa		2025-11-06
6207 力值							
1	*工作测力仪	力值	工作测力仪检定规程 JJG 455	0.1cN～2MN	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
				2MN～30MN	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
2	*拉力压力和万能试验机	力值	拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG 139	0.1cN～2MN	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
				2MN～15MN	U_{rel}=0.33%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		长度		(0～0.3)mm	U=0.42μm		2025-11-06
				(0.3～25) mm	U_{rel}=0.17%		2025-11-06
				(25～1000) mm	U_{rel}=0.28%		2025-11-06
		同轴度		(3～30) %	U=3%		2025-11-06
3	*电子式万能试验机	力值	电子式万能试验机检定规程 JJG 475	0.1cN～2MN	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
				2MN～15MN	U_{rel}=0.33%		2025-11-06
		长度		(0～0.3)mm	U=0.42μm		2025-11-06
				(0.3～25)mm	U_{rel}=0.17%		2025-11-06
				(25～1000) mm	U_{rel}=0.28%		2025-11-06
		同轴度		(3～30) %	U=3%		2025-11-06
		速度		（0.005～1000）mm/min	U_{rel}=0.16%		2025-11-06
4	*恒定加力速度建筑材料试验机	力值	恒定加力速度建筑材料试验机检定规程 JJG 1025	20N～2MN	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
				2MN～5MN	U_{rel}=0.33%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		加力速度		（100～2000）N/s	U_{rel}=2.5%		2025-11-06
5	*抗折试验机	力值	抗折试验机检定规程 JJG 476	0.1 cN～100 kN	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
		试验力速度		（40～60）N/s	U=1.2N/s		2025-11-06
6	*专用工作测力机	力值	专用工作测力机校准规范 JJF 1134	0.1cN～2MN	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
				2MN～5MN	U_{rel}=0.33%		2025-11-06
7	*液压千斤顶	力值	液压千斤顶检定规程 JJG 621	0.1 kN～15 MN	U_{rel}=0.33%		2025-11-06
8	*摆锤式冲击试验机	距离	摆锤式冲击试验机检定规程 JJG 145	(0.02～1) m	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
		力矩		(1～750) Nm	U_{rel}=0.08%		2025-11-06
		势能		（1～350）J	U_{rel}=0.22%		2025-11-06
9	*悬臂梁式冲击试验机	距离	悬臂梁式冲击试验机检定规程 JJG 608	(0.02～1) m	U_{rel}=0.21%		2025-11-06
		力矩		(1～100) Nm	U_{rel}=0.10%		2025-11-06
		势能		（1～350）J	U_{rel}=0.22%		2025-11-06
10	*引线弯折试验机	质量	引线弯折试验机检定规程 JJG(粤) 022	(50～6200) g	U_{rel}=0.10%～0.15%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		角度		0° ～360°	U=0.10°		2025-11-06
		速率		(10～150) 次/分钟	U=0.11 次/分钟		2025-11-06
11	*电液伺服万能试验机	力值	电液伺服万能试验机检定规程 JJG1063	0.1cN～2MN	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				2MN～3MN	U_{rel}=0.33%		2025-11-06
12	*界面张力仪	张力	界面张力仪校准规范 JJF1464	(1～1000)mN/m	U_{rel}=0.03%		2025-11-06
13	丝网张力计	张力	丝网张力计校准规范 JJF 1465	(7～50)mN/m	U_{rel}=0.6%		2025-11-06
14	*接触式压平眼压计	力值	接触式压平眼压计检定规程 JJG 1141	（0～80）mN	U=(0.26～0.7) mN		2025-11-06
15	利边测试器	力值	利边测试器校准规范 ZDCD-011L	(0.1～10)N	U=0.3N		2025-11-06
16	标准测力仪	力值	标准测力仪检定规程 JJG144	(5～500) kN	U_{rel}=0.015%		2025-11-06
				(0.5～1) MN	U_{rel}=0.034%		2025-11-06
				(1～10)MN	U_{rel}=0.08%		2025-11-06
				(10～30) MN	U_{rel}=0.10%		2025-11-06
17	单轴向试验机验证用作用力检验仪	力值	金属材料 单轴向试验机验证用作用力检验仪的校准 ISO376	5kN～500kN	U_{rel}=0.015%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0.5～1)MN	U_{rel}=0.034%		2025-11-06
				(1～10)MN	U_{rel}=0.08%		2025-11-06
				(10～30)MN	U_{rel}=0.10%		2025-11-06
18	单轴试验机检验用标准测力仪	力值	金属材料 单轴试验机检验用标准测力仪的校准 GB/T13634	(5～500) kN	U_{rel}=0.015%		2025-11-06
				(0.5～1) MN	U_{rel}=0.034%		2025-11-06
				(1～10)MN	U_{rel}=0.08%		2025-11-06
				(10～30) MN	U_{rel}=0.10%		2025-11-06
6208 扭矩、扭力							
1	扭矩扳子	扭矩	扭矩扳子检定规程 JJG 707	（0.008～2000）Nm	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
2	扭矩扳子检定仪	扭矩	扭矩扳子检定仪检定规程 JJG 797	(0.1～500) N·m	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
3	*汽车底盘测功机	扭矩	测功装置检定规程 JJG 653	(1～5000)Nm	U_{rel}=1%		2025-11-06
		转速		(20～5000)r/min	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		长度		(0.1～600)mm	U=0.04mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
4	*汽车排气污染物检测用底盘测功机	力值	汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范 JJF 1221	(1～16)kN	U_{rel}=0.6%		2025-11-06
		速度		(1～100)km/h	U_{rel}=0.26%		2025-11-06
		长度		(100～600)mm	U=0.04mm		2025-11-06
		时间		(10～3600)s	U_{rel}=1%		2025-11-06
5	旋转扭矩传感器	扭矩	旋转扭矩传感器校准方法 FFK1901	（3～300）Nm	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
6	标准扭矩仪	扭矩	标准扭矩仪检定规程 JJG557	(2～5000)Nm	U_{rel}=0.04%		2025-11-06
6209 硬度							
1	A 型邵氏硬度计	试验力	A 型邵氏硬度计检定规程 JJG 304	(50～10000) mN	U=20 mN		2025-11-06
		长度		(0～150) mm	U=0.018 mm		2025-11-06
		角度		(0～40) °	U=2.2 ′		2025-11-06
2	*洛氏硬度计	硬度	金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 JJG 112	（75～88）HRA	U=0.4 HRA		2025-11-06
				（80～100）HRB	U=0.5 HRB		2025-11-06
				（40～70）HRC	U=0.4 HRC		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（20～40）HRC	U=0.5 HRC		2025-11-06
				（0～100）HRN	U=0.4 HRN		2025-11-06
				（10～100）HRTW	U=1.2HRTW		2025-11-06
		力值		（20～2500）N	U_{rel}=0.33%		2025-11-06
3	*金属布氏硬度计	硬度	金属布氏硬度计检定规程 JJG 150	标尺 10/3000：（50～225）HBW	U_{rel}=1.2 %		2025-11-06
				标尺 10/3000：（225～500）HBW	U_{rel}=0.7 %		2025-11-06
				标尺 5/750：（50～225）HBW	U_{rel}=1.2 %		2025-11-06
				标尺 5/750：（225～500）HBW	U_{rel}=0.7 %		2025-11-06
				标尺 2.5/187.5：（50～225）HBW	U_{rel}=1.2 %		2025-11-06
				标尺 2.5/187.5：（225～500）HBW	U_{rel}=0.7 %		2025-11-06
				标尺 10/1000：（50～125）HBW	U_{rel}=1.2 %		2025-11-06
				标尺 5/250：（50～125）HBW	U_{rel}=1.2 %		2025-11-06
				标尺 2.5/62.5：（50～125）HBW	U_{rel}=1.2 %		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		力值		5N～30kN	U_{rel}=0.33%		2025-11-06
4	*金属维氏硬度计	硬度	金属维氏硬度计检定规程 JJG 151	(400～600)HV10	U_{rel}=1.0 %		2025-11-06
				(175～225)HV5	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
				(700～800)HV5	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
				(700～800)HV1	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
				(700～800)HV0.5	U_{rel}=1.7 %		2025-11-06
				(400～800)HV0.2	U_{rel}=2.3%		2025-11-06
				(400～600)HV0.1	U_{rel}=2.5 %		2025-11-06
				(175～225)HV0.05	U_{rel}=2.9%		2025-11-06
				(700～800)HV0.3	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
				(700～800)HV3	U_{rel}=1.1%		2025-11-06
				(400～600)HV30	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		力值		(0.098～1000)N	U_{rel}=0.33%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
5	D 型邵氏硬度计	试验力	D 型邵氏硬度计检定规程 JJG 1039	(5～50)N	U=45 mN		2025-11-06
		长度		(0～150) mm	U=0.04 mm		2025-11-06
		角度		0°～35°	U=6′		2025-11-06
6	里氏硬度计	硬度	里氏硬度计检定规程 JJG 747	(750～830) HLD	U=10 HLD		2025-11-06
				(590～670) HLD	U=8 HLD		2025-11-06
				(490～570) HLD	U=7 HLD		2025-11-06
				(550～630) HLG	U=8 HLG		2025-11-06
				(460～540) HLG	U=6 HLG		2025-11-06
7	A0 型邵氏硬度计	试验力	A0 型邵氏硬度计校准规范 JJF 1312	(550～8050) mN	U=22 mN		2025-11-06
		长度		(0～150) mm	U=0.01 mm		2025-11-06
8	*金属韦氏硬度计	硬度	金属韦氏硬度计检定规程 JJG 944	（5～18）HWA	U=0.6 HWA		2025-11-06
				（5～18）HWB	U=0.7 HWB		2025-11-06
		直径		(0～2) mm	U=0.01 mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		角度		(0～60) °	U=0.02 °		2025-11-06
9	*携带式布氏硬度计	力值	携带式布氏硬度计校准规范 JJF 1595	(3～30) kN	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		硬度		(100～400) HBS10/300	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
				(175～225) HBS5/750	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
				(75～650) HBW	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
10	*携带式洛氏硬度计	力值	携带式洛氏硬度计校准规范 JJF 1594	(0.3～3) kN	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		硬度		(22～88) HRA	U=0.9 HRA		2025-11-06
				(20～100) HRBW	U=1.0 HRBW		2025-11-06
				(20～70) HRC	U=1.0 HRC		2025-11-06
				(70～94) HR15N	U=0.9 HR15N		2025-11-06
				(42～86) HR30N	U=0.9 HR30N		2025-11-06
				(20～77) HR45N	U=0.9 HR45N		2025-11-06
				(67～93) HR15TW	U=0.9 HR15TW		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(29～82) HR30TW	U=0.9 HR30TW		2025-11-06
				(10～72) HR45TW	U=0.9 HR45TW		2025-11-06
11	*塑料洛氏硬度计	硬度	塑料洛氏硬度计检定规程 JJG884	(60～100)HRE	U=0.6HRE		2025-11-06
				(100～120)HRL	U=0.6HRL		2025-11-06
				(80～100)HRM	U=0.5HRM		2025-11-06
				(100～130)HRR	U=0.5HRR		2025-11-06
12	*A 型巴氏硬度计	硬度	A 型巴氏硬度计检定规程 JJG610	(20～100) HBa	U=(1.0～1.5)Hba		2025-11-06
		角度		(20～40) °	U=2.4′		2025-11-06
		长度		(0.1～0.2) mm	U=0.006mm		2025-11-06
6210 振动、冲击、加速度							
1	*弹簧冲击器	冲击能量	弹簧冲击器校准规范 JJF 1475	（0.20～2.00）J	U=0.004 J		2025-11-06
2	*落锤冲击试验机	质量	落锤冲击试验机校准规范 JJF 1445	5g～34kg	U=0.7g		2025-11-06
		高度		(0.2～5)m	U=(0.25～0.7)mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		速度		(1.8～10) m/s	U=(0.011～0.6) m/s		2025-11-06
		能量损失		(1.0～50)%	U=(0.4～2.2)%		2025-11-06
3	*机械式振动试验台	加速度	机械式振动试验台检定规程 JJG 189	(1～100) m/s^2	U_{rel}=1.7%		2025-11-06
		位移		(0.1～10) mm	U_{rel}=2.5%		2025-11-06
		频率		(5～2000)Hz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		失真度		(0.1～60)%	U=1.0%		2025-11-06
4	*电动振动试验系统	加速度	电动振动试验系统检定规程 JJG 948	(1～100) m/s^2	U_{rel}=1.7%		2025-11-06
		频率		(5～2000)Hz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		失真度		(0.01～30)%	U=0.4%		2025-11-06
5	*电动水平振动试验台	加速度	电动水平振动试验台检定规程 JJG 1000	(1～100) m/s^2	U_{rel}=1.7%		2025-11-06
		位移		(0.01～10) mm	U_{rel}=2.5%		2025-11-06
		频率		(5～2000)Hz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		失真度		(0.01～30)%	U=0.4%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	压电加速度计	加速度	压电加速度计检定规程 JJG 233	(1～100)m/s^2，(20～2000)Hz	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
7	测振仪	加速度	测振仪检定规程 JJG 676	(1～100)m/s^2，(20～2000)Hz	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		速度		(0.1～100)mm/s	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
		位移		(0.1～100)mm	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
8	*冲击、碰撞试验台	加速度	冲击、碰撞试验台检定规程 JJG 1174	(70～10000)m/s^2	U_{rel}=5%		2025-11-06
		脉宽		(0.5～30)ms	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
9	便携式振动校准器	加速度	便携式振动校准器检定规程 JJG 1062	(1～100)m/s^2	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		频率		20 Hz～2 kHz	U_{rel}=0.01%		2025-11-06
		失真度		(0.01～30)%	U=0.6%		2025-11-06
10	*标准振动台	加速度	标准振动台检定规程 JJG 298	(1～100)m/s^2	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
		频率		20Hz～2 kHz	U_{rel}=0.01%		2025-11-06
		失真度		(0.01～30)%	U=0.4%		2025-11-06
11	电梯振动与噪声分析仪	加速度	电梯振动与噪声分析仪校准规范 JJF（闽）1058	(2～80)m/s^2，(1～80) Hz	U_{rel}=1.5%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		声压级		(20～135) dB，10Hz～20kHz	U=0.3dB		2025-11-06
12	人体振动计	加速度	人体振动计检定规程 JJG 1178	(1～100)m/s^2，(1～1000)Hz	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
13	环境振动分析仪	加速度级	环境振动分析仪检定规程 JJG 921	(60～150)dB，(1～80)Hz	U=0.2dB		2025-11-06
14	*模拟运输振动试验台	频率	模拟运输振动试验台校准方法 ZBDX 1954	1Hz～5Hz	U_{rel}=3.7%		2025-11-06
				5Hz～2000Hz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		加速度		(0.1～100) m/s^2	U_{rel}=1.8%		2025-11-06
		位移		(0.01～30) mm	U_{rel}=2.8%		2025-11-06
		失真度		(0.01～30)%	U_{rel}=10%		2025-11-06
15	*公路运输模拟试验台	频率	公路运输模拟试验台校准规范 JJF 1271	(5～400) Hz	U_{rel}=0.16%		2025-11-06
		加速度		(0.1～100)m/s^2	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
		加速度功率谱密度		(0.01～10000) (m/s^2)^2/Hz	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
16	冲击测量仪	冲击加速度	冲击测量仪校准规范 JJF 1943	50m/s^2～50000 m/s^2	U_{rel}=5.0%		2025-11-06
		脉冲持续时间		（0.1～30）ms	U_{rel}=3.0%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
17	*基桩动态测量仪	加速度	基桩动态测量仪检定规程 JJG 930	振动法：(2～100)m/s^2，(1～100)Hz	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
				振动法：(2～100)m/s^2，160Hz	U_{rel}=1.4%		2025-11-06
				振动法：(2～100)m/s^2，(200～2000)Hz	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
		加速度		冲击法：(100～20000)m/s^2	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
		应变灵敏度		(0.1～10000) μV/με	U_{rel}=1.4%		2025-11-06
		电压		1mV～100V	U_{rel}=2.2%		2025-11-06
		频率		1Hz～2kHz	U_{rel}=0.01%		2025-11-06
18	*运输包装件水平冲击试验系统	速度	运输包装件水平冲击试验系统校准规范 JJF 1566	(1～6)m/s	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		角度		1°～95°	U=0.08°		2025-11-06
		长度		(10cm～10m)	U=5mm		2025-11-06
19	微机电（MEMS）陀螺仪	标度因数	微机电（MEMS）陀螺仪校准规范 JJF1535	(0.1～15)mV/(°/s)	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
20	角运动传感器	角速度	角运动传感器(角冲击绝对法)校准规范 JJF1453	(1～400)°/s	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
21	捷联式惯性航姿仪	角速度	捷联式惯性航姿仪校准规范 JJF1536	(1～400)°/s	U_{rel}=1.0%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
22	陀螺仪（动态特性）	相位	陀螺仪动态特性校准规范 JJF1537	(0.1～180)°	U=1.7°		2025-11-06
		灵敏度		(0.1～15)mV/(° /s)	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
23	微惯性测量组合	标度因数	微惯性测量组合（MIMU）校准规范 JJF2003	(0.5～1.5)	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
6211 转速（速度）							
1	*机动车地感线圈测速系统	速度	机动车地感线圈测速系统检定规程 JJG 1122	现场：(20～180) km/h	U_{rel}=1.8%		2025-11-06
				模拟：(20～180) km/h	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
2	*固定式机动车雷达测速仪	速度	固定式机动车雷达测速仪检定规程 JJG 527	现场：(20～180)km/h	U_{rel}=1.8%		2025-11-06
				模拟：(20～180) km/h	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		频率		(8～40) GHz	U_{rel}=0.013%		2025-11-06
3	*移动式机动车雷达测速仪	速度	移动式机动车雷达测速仪检定规程 JJG 528	现场：(20～180)km/h	U_{rel}=1.8%		2025-11-06
				模拟：(20～180) km/h	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		频率		(8～40) GHz	U_{rel}=0.013%		2025-11-06
4	转速表	转速	转速表检定规程 JJG 105	(30～999) r/min	U_{rel}=0.08%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1000～9999) r/min	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				(10000～30000) r/min	U_{rel}=0.014%		2025-11-06
5	*电梯限速器测试仪	速度	电梯限速器测试仪校准规范 JJF 1374	(0.5～20) m/s	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
6	出租汽车计价器	转速	出租汽车计价器检定规程 JJG 517	(50～1500) r/min	U_{rel}=0.22%		2025-11-06
		时间		1min～24h	U_{rel}=0.24%		2025-11-06
7	转速标准装置	转速	转速标准装置检定规程 JJG 326	（10～60000）r/min	U_{rel}=(3.3～14)×10^{-6}		2025-11-06
8	*片剂脆碎度测试仪	转速	片剂脆碎度测试仪校准规范 JJF(鲁)131	（20～200）r/min	U=0.031r/min		2025-11-06
		转动圈数		（10～300）圈	U=1 圈		2025-11-06
		长度		（0～300）mm	U=0.02mm		2025-11-06
63 声学测量仪器							
6301 空气声							
1	*滤波器	相对衰减	倍频程和分数倍频程滤波器检定规程 JJG 449	(0.1～100)dB	U=0.1dB		2025-11-06
		级线性		(20 ~130)dB	U=0.2 dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	声级计	声压级	声级计检定规程 JJG 188	压力场：(20～130)dB，(10～20)Hz	U=0.5dB		2025-11-06
				压力场：(20～130)dB，(20～400)Hz	U=0.4dB		2025-11-06
				自由场：(20～130)dB，(500～6300)Hz	U=0.4dB		2025-11-06
				自由场：(20～130)dB，(6.3～10)kHz	U=0.7dB		2025-11-06
				自由场：(20～130)dB，(10～20)kHz	U=1.0dB		2025-11-06
				电信号 ：(20～130)dB，20Hz～20kHz	U=0.1dB		2025-11-06
		时间计权		F:（0～90）dB/s	U=1.5dB/s		2025-11-06
				S:（0～90）dB/s	U=0.2dB/s		2025-11-06
		猝发音响应		（-70～20）dB	U=0.3dB		2025-11-06
3	*声校准器	声压级	声校准器检定规程 JJG 176	(74～120)dB，(31.5～160)Hz	U=0.2dB		2025-11-06
				(74～120)dB，(160～1250)Hz	U=0.1dB		2025-11-06
				(74～120)dB，(1250～4000)Hz	U=0.25dB		2025-11-06
				(74～120)dB，(4～8)kHz	U=0.35dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(74～120)dB，(8～16)kHz	U=0.5dB		2025-11-06
		频率		31.5 Hz～16 kHz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		失真度		(0.01～20)%	U=0.4%		2025-11-06
4	个人声暴露计	声暴露	个人声暴露计检定规程 JJG 980	(0.01～99.99)Pa^2h	U=0.90Pa^2h		2025-11-06
		声压级		压力场：(20～130)dB，(63～400)Hz	U=0.4dB		2025-11-06
				自由场：(20～130)dB，500Hz～4kHz	U=0.4dB		2025-11-06
				自由场：(20～130)dB，4kHz～8kHz	U=0.7dB		2025-11-06
5	噪声剂量计	噪声剂量	噪声剂量计检定规程 JJG 655	0.1%～10000%	U=7%		2025-11-06
		声压级		压力场：(20～130)dB，(20～400)Hz	U=0.4dB		2025-11-06
				自由场：(20～130)dB，500Hz～4kHz	U=0.4dB		2025-11-06
				自由场：(20～130)dB，4kHz～8kHz	U=0.7dB		2025-11-06
6	*测听室	声压级	测听室声学特性校准规范 JJF 1191	(-20～150)dB	U=0.8dB	不做扩散场	2025-11-06
7	*消声室/半消声室/消声箱	本底噪声	消声室和半消声室声学特性校准规范 JJF1147	(-2.5～130)dB	U=0.5dB(A 计权)		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		声压级		-10dB～150dB	U=0.5 dB		2025-11-06
8	恒定带宽滤波器	相对衰减	恒定带宽滤波器校准规范 JJF1490	(-140～+140)dB	U=0.1dB		2025-11-06
		带宽		10Hz～100kHz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		频率		10Hz～25kHz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		级线性		(-140～+140)dB	U=0.1dB		2025-11-06
9	工作标准传声器	声压灵敏度级	工作标准传声器(耦合腔比较法)检定规程 JJG 1019	(-60 ～-10)dB(参考灵敏度：1V/Pa)（20 Hz≤f≤4 kHz）	U=0.16 dB		2025-11-06
		声压灵敏度级		(-60 ～-10)dB(参考灵敏度：1V/Pa)（4 kHz≤f≤8 kHz）	U=0.25 dB		2025-11-06
		声压灵敏度级		(-60 ～-10)dB(参考灵敏度：1V/Pa)（8 kHz≤f≤20 kHz）	U=0.5 dB		2025-11-06
10	测试声源	声压级	测试声源校准规范 JJF 1970	(10～150)dB(200 Hz ~ 4 kHz)	U=0.5 dB		2025-11-06
				(10～150)dB(4 kHz ~ 20 kHz)	U=0.6 dB		2025-11-06
		总失真		0.01%～100%	U=0.2%		2025-11-06
6302 电声							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*声频信号发生器	频率	声频信号发生器检定规程 JJG 607	10Hz～100Hz	U_{rel}=0.11%		2025-11-06
				100Hz～200kHz	U_{rel}=0.02%		2025-11-06
		电压		(1～100)mV	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
				100mV～100V	U_{rel}=0.20%		2025-11-06
		阻抗		2Ω～10kΩ	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		失真度		(0.01～100)%	U=0.1%		2025-11-06
		声压级		(10～130)dB，(10Hz～20kHz)	U=0.2dB		2025-11-06
2	*信纳表	信纳	信纳表校准规范 JJF 1165	(0～20) dB	U=0.3dB		2025-11-06
		频率		100Hz～10kHz	U_{rel}=0.01%		2025-11-06
		电平		10mV～20V	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		失真度		(0.01～30)%	U=0.1%		2025-11-06
3	*驻极体传声器测试仪	频率	驻极体传声器测试仪校准规范 JJF 1145	10Hz～10kHz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		失真度		(0.1～30)%	U=15%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电压		(0.1～10)V	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		电流		1μA～100mA	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		电阻		1Ω～100kΩ	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		声压级		(10～150)dB	U=0.3dB		2025-11-06
		衰减		(-10～-60)dB	U=0.1dB		2025-11-06
4	*电声产品（扬声器）功率寿命试验仪	声压级	电声产品（扬声器类）功率寿命试验仪校准规范 JJF 1203	(-60～30)dB，(10Hz～20kHz)	U=0.3dB		2025-11-06
		时间		(1～120)s	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		失真度		(0.01～30)%，(20Hz～20kHz)	U=0.4%		2025-11-06
		功率		(0.1～200)W	U_{rel}=4%		2025-11-06
		峰值因数		1～5	U_{rel}=4%		2025-11-06
5	*猝发音信号源	时间	猝发音信号源检定规程 JJG 199	0.1ms～10ms	U_{rel}=0.31%		2025-11-06
				10ms～200ms	U_{rel}=0.24%		2025-11-06
				0.2s～10s	U_{rel}=0.2%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		周期		0.1ms～10s	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		失真度		0.1%～30%	U=0.1%		2025-11-06
		频率		(20～20000)Hz	U_{rel}=0.01%		2025-11-06
		电压		100mV～100V	U_{rel}=0.14%		2025-11-06
6	*声频功率放大器	频率响应	声频功率放大器校准规范 JJF 1200	(-20dB～20dB)，(20Hz～100kHz)	U=0.08dB		2025-11-06
		失真		0.01%～100%	U=0.16%		2025-11-06
		增益		(-60dB～100dB)，(20Hz～100kHz)	U=0.05dB		2025-11-06
7	*电声测试仪	声压级	电声测试仪校准规范 JJF 1339	(10～150)dB	U=0.3 dB		2025-11-06
		频率		20 Hz～20 kHz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		电压		AC：(0.01～100)V	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
				DC：(0.01～100)V	U_{rel}=0.01%		2025-11-06
		总失真		(0.01～30)%	U=0.5%		2025-11-06
8	*测量放大器	灵敏度	测量放大器校准规范 JJF 1157	94dB，1kHz	U=0.05 dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率计权		(-80 ~ 25) dB，(10 Hz ~20 kHz)	U=0.2 dB		2025-11-06
		衰减量		(-30～50) dB	U=0.05 dB		2025-11-06
		时间计权		F：(0.01~ 40)dB/s	U=2 dB/s		2025-11-06
				S：(0.01~ 10)dB/s	U=0.4dB/s		2025-11-06
		级线性		(-50～+10) dB	U=0.1dB		2025-11-06
		失真度		(0.01 ~100)%	U=0.1%		2025-11-06
		频率		1Hz～200 kHz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		电压		10mV～210 V	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
9	*有源耦合腔	总失真	有源耦合腔校准规范 JJF 1734	(0.01~30)%	U=0.4%		2025-11-06
		相位一致性		(0～360)°，10Hz～20kHz	U=0.3°		2025-11-06
		幅值一致性		(30～140)dB，10Hz～20kHz	U=0.22dB		2025-11-06
		短期级漂移		(30～140)dB，10Hz～20kHz	U=0.22dB		2025-11-06
10	噪声统计分析仪	声压级	噪声统计分析仪检定规程 JJG 778	压力场：(20～130)dB，(10～250)Hz	U=0.5dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				压力场：(20～130)dB，(250～400)Hz	U=0.4dB		2025-11-06
				自由场：(20～130)dB，(400～1250)Hz	U=0.4dB		2025-11-06
				自由场：(20～130)dB，(1.25～10)kHz	U=0.7dB		2025-11-06
				自由场：(20～130)dB，(10～20)kHz	U=1.0dB		2025-11-06
				电信号 ：(20～130)dB，20Hz～20kHz	U=0.1dB		2025-11-06
		级线性		(20 ~130)dB	U=0.3dB		2025-11-06
		时间计权		F：(0～90)dB	U=3.5dB/s		2025-11-06
				S：(0～90)dB	U=0.4dB/s		2025-11-06
		猝发音响应		(-70～20)dB	U=0.3dB		2025-11-06
11	*多通道声分析仪/声分析仪	整机灵敏度	多通道声分析仪校准规范 JJF 1288	94dB、114dB（频率：1kHz）	U=0.05 dB		2025-11-06
		频率计权和频率响应		(-80~25) dB(10 Hz ~20 kHz)	U=0.1 dB		2025-11-06
		级线性		(20 ~130)dB	U=0.2 dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		F 时间计权声级衰减速率		(20~60)dB/s	U=1.5 dB/S		2025-11-06
		S 时间计权声级衰减速率		(20~60)dB/s	U=0.2 dB/S		2025-11-06
		猝发音响应		(-70~20)dB	U=0.2 dB		2025-11-06
		重复猝发音响应		(-20~20)dB	U=0.2 dB		2025-11-06
		频率		10 Hz ~20 kHz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		电压		1 mV~100 V(10 Hz~20 kHz)	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		总失真		(0.01 ~100)%	U=0.1%		2025-11-06
		频谱特性		(-10 ~10)dB(20 Hz ~100 kHz)	U=0.2 dB		2025-11-06
		串音		(20 ~130) dB（10Hz~20kHz）	U=0.2 dB		2025-11-06
		通道一致性		(20 ~130) dB（10Hz~20kHz）	U=0.2 dB		2025-11-06
12	*适调放大器	线性频率响应	适调放大器校准规范 JJF 1506	1mV~100V（10Hz～50kHz）	U=0.1dB		2025-11-06
		级线性		(0～100)dB	U=0.2dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率计权		(-80~25) dB(10 Hz ~20 kHz)	U=0.3dB		2025-11-06
		高、低通滤波器特性		1mV~100V（10Hz～100kHz）	U=0.1dB		2025-11-06
		总失真		0.01%～100%	U=0.1%		2025-11-06
13	*音波式皮带张力计	频率	音波式皮带张力计校准规范 JJF 1216	10 Hz ~6 kHz	U=0.5%		2025-11-06
6303 听力							
1	声学用头和躯干模拟器	耳灵敏度级	声学用头和躯干模拟器校准规范 JJF 1520	(-40～40)dB，(1 kHz)	U=0.8dB		2025-11-06
		耳自由场频率响应		(-40～40)dB，(200 Hz～10 kHz)	U=(0.5～0.8)dB		2025-11-06
		耳指向性响应		(-40～40)dB，(200 Hz～10 kHz)	U=(0.6～1.0)dB		2025-11-06
		嘴参考点处幅频特性		(-40～40)dB，(200 Hz～10 kHz)	U=(0.50～0.70)dB		2025-11-06
		嘴参考点处失真		(0.01～30)%，(200 Hz～10 kHz)	U=0.4%		2025-11-06
		嘴自由场幅频特性		(-40～40)dB，(200 Hz～10 kHz)	U=(0.4～0.8)dB		2025-11-06
2	*听力计	频率	测听设备纯音听力计检定规程 JJG 388	125Hz～8 kHz	U_{rel}=1.0%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		失真		(0.01～100)%	U=1.0%		2025-11-06
		气导听力零级		(-10～120)dB	U=1.2 dB		2025-11-06
		骨导听力零级		(-10～70)dB	U=1.5 dB		2025-11-06
		声压级		(-10～110)dB	U=1.2 dB		2025-11-06
3	*耳声阻抗导纳测量仪/阻抗听力计/中耳分析仪	频率	测听设备耳声阻抗导纳测量仪器检定规程 JJG 991	125 Hz~8 kHz	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		声压级		(20~130) dB	U=1.2 dB		2025-11-06
		总谐波失真		(0.01~100)%	U=1.0%		2025-11-06
		腔体积		（0.1~8.0）cm^3	U=0.03 cm^3		2025-11-06
		压力		(-600 ~ +200)daPa	U=3 daPa		2025-11-06
4	*耳声发射测量仪/听力筛查仪/筛查仪	频率	测听设备 耳声发射测量仪校准规范 JJF 1289	125 Hz~8 kHz	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		声压级		(20~130) dB	U=1.2 dB		2025-11-06
		总谐波失真		(0.01~100)%	U=1.0%		2025-11-06
6305 超声							

国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	超声探伤仪	频率	超声探伤仪检定规程 JJG 746	(0.1～30) MHz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		衰减量		(1～110)dB	U=0.1dB		2025-11-06
		电压		1mV～10V	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
2	*医用超声诊断仪超声源	输出声强	医用超声诊断仪超声源检定规程 JJG639	(0.1～100)mW/cm^2	U_{rel}=10%		2025-11-06
3	*超声骨密度仪	声速	超声骨密度仪校准规范 JJF1649	(1400～1700)m/s	U_{rel}=2.1%		2025-11-06
				(2500～3000) m/s	U_{rel}=2.1%		2025-11-06
64 电磁学测量仪器							
6401 电压（含电位、电动势）							
1	*耐电压测试仪	直流电压	耐电压测试仪检定规程 JJG 795	(0.1～15) kV	U_{rel}=(1.7～0.12)%		2025-11-06
		交流电压		(0.1～15) kV，（45～55）Hz	U_{rel}=(1.7～0.20)%		2025-11-06
		直流电流		0.1mA～10A	U_{rel}=(6～0.2)%		2025-11-06
		交流电流		0.1mA～10A，（45～55）Hz	U_{rel}=(6～0.3)%		2025-11-06
		时间		(1～999)s	U_{rel}=(2.7～0.24)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		失真度		(0.01～100)%(20Hz～100kHz)	U_{rel}=15%		2025-11-06
		纹波系数		(0.1～10)%	U=0.2%		2025-11-06
		容量		(1～500)W	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
2	*电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电压	电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124	(100～330)mV	U_{rel}= (0.07～0.05)%		2025-11-06
				330mV～1000V	U_{rel}= (0.04～0.07)%		2025-11-06
		交流电压		100mV～3.3V，（45～55）Hz	U_{rel}=(0.16～0.08)%		2025-11-06
				(3.3～330)V，（45～55）Hz	U_{rel}=(0.13～0.1)%		2025-11-06
				(330～1000)V，（45～55）Hz	U_{rel}=(0.16～0.14)%		2025-11-06
		直流电流		10μA～2.2A	U_{rel}= (0.4～0.07)%		2025-11-06
				(2.2～10)A	U_{rel}= (0.15～0.10)%		2025-11-06
				(10～30)A	U_{rel}= (0.17～0.10)%		2025-11-06
		交流电流		30μA～10A，（45～55）Hz	U_{rel}=(0.8～0.09)%		2025-11-06
				(10～30)A，（45～55）Hz	U_{rel}=(0.16～0.10)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流功率		(0.75～1000)V/(0.01～30) A	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
		交流功率		(0.75～750)V/(0.01～30) A，（45～55）Hz	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
		直流电阻		10Ω～3.3MΩ	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				(3.3～10)MΩ	U_{rel}= (0.4～0.27)%		2025-11-06
3	*数字高压表	交流电压	数字高压表检定规程 DL/T 973	(0.1～100) kV ,(45～65)Hz	U_{rel}=(1.5～0.2)%		2025-11-06
		直流电压		(0.1～100) kV	U_{rel}=(0.2～0.12)%		2025-11-06
4	变压比电桥	变压比	变压比电桥检定规程 JJG 970	1～10000	U_{rel}=0.026%		2025-11-06
5	*直流高压分压器	分压比	直流高压分压器检定规程 JJG 1007	(0.1～100)kV	U_{rel}=(0.15～0.12)%		2025-11-06
6	*工频高压分压器	分压比	工频高压分压器检定规程 JJG 496	(0.1～100)kV(50Hz)	U_{rel}=(0.25～0.17)%		2025-11-06
7	*高压静电电压表	交流电压	高压静电电压表检定规程 JJG 494	(0.1～100)kV ,(45～65)Hz	U_{rel}=(0.26～0.14)%		2025-11-06
		直流电压		(0.1～100)kV	U_{rel}=(0.20～0.12)%		2025-11-06
8	*继电保护测试仪	交流电压	继电保护测试仪检定规程 JJG 1112	(1～750)V(45～65)Hz	U_{rel}=0.012%		2025-11-06
		交流电流		(0.1～120)A(45～65)Hz	U_{rel}=(0.03～0.012)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流功率		(1～750)V (0.1～120)A(45～65)Hz	U_{rel}=(0.03～0.012)%		2025-11-06
		直流电压		(1～750)V	U_{rel}=0.012%		2025-11-06
		直流电流		(1～100)A	U_{rel}=0.03%		2025-11-06
		时间		(0.001～100)s	U=0.6ms		2025-11-06
		响应时间		10μs～10ms	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
		相位		(0～360)° (45～65)Hz	U=0.01°		2025-11-06
9	*氧化锌避雷器测试仪	参考电压	氧化锌避雷器测试仪校准规范 JJF 2194	(1～300)V (45～65)Hz	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		电流		100μA～100mA (45～65)Hz	U_{rel}=(0.5～0.3)%		2025-11-06
		交流功率		(1～300)V(0.33～100)mA (45～65)Hz	U_{rel}=(0.4～0.21)%		2025-11-06
		相位角		(0～±180)°	U=0.06°		2025-11-06
10	*高电压耐电压测试仪	输出电压	高电压耐电压测试仪检定规程 JJG(军工) 18	(1～100)kV,(DC ,45Hz～65Hz)	U_{rel}=1.1%		2025-11-06
		击穿电流		(0.1～100)mA,(DC,45Hz～65Hz)	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
		时间		(1～999)s	U_{rel}=0.12%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
11	非接触式静电电压测量仪	电压	非接触式静电电压测量仪校准规范 JJF 1517	(0.1～20)kV	U_{rel}=0.20%		2025-11-06
12	*直流电位差计	电压	直流电位差计检定规程 JJG 123	1.0mV～100V	U_{rel}=(0.004～0.01)%		2025-11-06
13	*控制箱	电压	操作箱(控制箱）校准方法 ZBDX-1905	1V～1kV	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
		电流		0.1mA～30A	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
		时间		1ms～9999s	U=3ms		2025-11-06
14	*充电平板检测仪	静电电压	充电平板检测仪校准规范 JJF(电子) 31003	±(10～1020)V	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
		静电衰减时间		(0.1～99.9)s	U=0.02s		2025-11-06
15	测量用电压互感器	电压变比	测量用电压互感器检定规程 JJG 314	10000/100 ;(10000√3)/(100√3)	U_{rel}= (0.09～0.06)%		2025-11-06
		电压相差		-10’～+10’	U=2.5’～1.6’		2025-11-06
16	*耐电压测试仪校验仪	直流电压	耐电压测试仪校验仪校准规范 JJF 2228	(0.1～100)kV	U_{rel}=(0.2～0.12)%		2025-11-06
		直流电流		(0.01～2000)mA	U_{rel}=(0.02～0.11)%		2025-11-06
		交流电压		(0.1～100)kV	U_{rel}=(1.5～0.15)%		2025-11-06
		交流电流		(0.01～2000)mA	U_{rel}=(0.13～0.24)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间		(1～20)s	U=0.02s		2025-11-06
				(20.01～3600)s	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
		失真度		(0.01～10)%	U=0.02%		2025-11-06
		纹波系数		(0.01～10)%	U=(0.012～0.06)%		2025-11-06
17	高压漆膜连续性试验仪	电压纹波系数	高压漆膜连续性试验仪校准规范 JJF(苏) 176	(0.1～10)%	U=(0.08～0.6)%		2025-11-06
		直流电流		(3～30) μA	U_{rel}=1.6%		2025-11-06
		直流电压		(50～5000)V	U_{rel}=1.6%		2025-11-06
		响应时间		（3～6）ms	U=5 μs		2025-11-06
		计数频率		（450～550）次/min	U=2 次/min		2025-11-06
		时间		(10～3600)s	U=0.2s		2025-11-06
6402 电流							
1	*泄漏电流测试仪	试验电压	泄漏电流测试仪检定规程 JJG 843	(1～750)V （45～65)Hz	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		交流电流		10 μA～1A ，(45～65)Hz	U_{rel}=(1.0～0.10)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		传输特性		10μA～10mA，（20Hz～1MHz）	U_{rel}=(1.2～2.4)%		2025-11-06
		输入阻抗		100Ω～3kΩ(20Hz～1MHz)	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		直流电流		10μA～1A	U_{rel}=(1.0～0.10)%		2025-11-06
		直流输入电阻		100Ω～3kΩ	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
2	*钳形电流表	直流电流	钳形电流表校准规范 JJF 1075	(0.1～2000)A	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
		交流电流		(0.1～2000)A,(45～65)Hz	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
3	*电容器漏电流测试仪	直流极化电压	电容器漏电流测试仪检定规程 JJG(电子) 306003	(0.1～1000)V	U_{rel}=0.16%～0.8%		2025-11-06
		电流		0.2μA～100 mA	U_{rel}=1.0%～0.16%		2025-11-06
		时间		(0.5～99)s	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
4	*双钳相位伏安表	交流电流	数字式交流电参数测量仪校准规范 JJF 1491	20mA～20A(45～65)Hz	U_{rel}=(0.3～0.10)%		2025-11-06
		交流电压		(2～1000)V(45～65)Hz	U_{rel}=(0.3～0.11)%		2025-11-06
		相位		(0～360)° (45～65)Hz	U=0.1°		2025-11-06
5	*大电流试验器	交流电流	大电流试验器校准方法 FFD0902	(1～5000)A,(45～65) Hz	U_{rel}=(0.4～0.2)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	*检流计	电流	直流磁电系检流计检定规程 JJG 495	$(1\times10^{-9}\sim1\times10^{-1})$A/mm	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
7	测量用电流互感器	电流变比	测量用电流互感器检定规程 JJG 313	(5～5000)A/(5A,1A)	U_{rel}=(0.09～0.06)%		2025-11-06
		电流相差		-10’～+10’	U=1.1’～0.42’		2025-11-06
8	*接触电流测试仪	直流输入电阻	接触电流测试仪检定规程 JJG(粤) 027	1Ω～100kΩ	U_{rel}= (0.03～0.01)%		2025-11-06
		电流		10μA～1A，（45Hz～65Hz）	U_{rel}=(1.0～0.10)%		2025-11-06
				10μA～10mA，（20Hz～1MHz）	U_{rel}=(1.2～2.4)%		2025-11-06
		输入阻抗		1Ω～100kΩ 20Hz～1MHz	U_{rel}= (0.06～0.10)%		2025-11-06
		报警预置电流		10μA～1A	U_{rel}=(1.0～0.10)%		2025-11-06
9	*压敏电阻直流参数测试仪	直流电流	压敏电阻直流参数测试仪校准规范 JJF(浙) 1088	10μA～100 mA	U_{rel}=1.0%～0.16%		2025-11-06
		直流电压		(0.1～5000)V	U_{rel}=0.16%～0.8%		2025-11-06
		纹波系数		(0.1～10)%	U=0.2%		2025-11-06
10	*数字式静电计	电流	数字式静电计校准规范 JJF 1726	1pA～100mA	U_{rel}=(1.2～0.02)%		2025-11-06
		电压		(0.1～1000)V	U_{rel}=0.01%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电阻		100Ω～12TΩ	U_{rel}=(0.12～6)%		2025-11-06
		电荷		0.1nC～2μC	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
11	*直流电焊机焊接电源	焊接电流	直流电焊机焊接电源校准规范 JJF 1985	(1～2000)A	U_{rel}=1.6%		2025-11-06
		空载电压		(20～141)V	U_{rel}=3%		2025-11-06
		负载电压		(10～44)V	U_{rel}=3%		2025-11-06
12	*直流大电流表	直流电流	直流大电流表检定规程 JJG(军工) 195	(100～2400)A	U_{rel}=(0.012～0.014)%		2025-11-06
13	*直流大电流源	直流电流	直流大电流源检定规程 JJG(军工) 196	10A～5000A	U_{rel}=0.0066%		2025-11-06
14	医用漏电流测试仪	直流电流	医用漏电流测试仪检定规程 JJG 1188	(0.01～20)mA	U_{rel}=(0.8～0.3）%		2025-11-06
		交流电流		(0.01～20)mA(50,60)Hz	U_{rel}=(0.8～0.3）%		2025-11-06
		直流电阻		(500～2000)Ω	U_{rel}=(0.3～0.18）%		2025-11-06
		输入阻抗		(500～2000)Ω(10Hz～1MHz)	U_{rel}=(0.5～0.8）%		2025-11-06
		频率响应		(1.00～-63.0)dB(10Hz～1MHz)	U=(0.08～0.12）dB		2025-11-06
		交流电压		(1～600)V(50,60)Hz	U_{rel}=(1.3～1.2）%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6403 （直流）电阻							
1	*绝缘电阻表,*兆欧表	电阻	绝缘电阻表（兆欧表）检定规程 JJG 622	100Ω～10MΩ	U_{rel}=(0.4～0.3)%		2025-11-06
				10MΩ～200GΩ	U_{rel}=(0.6～11)%		2025-11-06
		电压		10V～10kV	U_{rel}=(2.8～1.1)%		2025-11-06
2	*接地电阻表	电阻	接地电阻表检定规程 JJG 366	1mΩ～10kΩ	U_{rel}=(0.9～0.14)%		2025-11-06
3	*直流电阻箱	电阻	直流电阻箱检定规程 JJG 982	1mΩ～100kΩ	U_{rel}= (0.14～0.002)%		2025-11-06
				100kΩ～100MΩ	U_{rel}=(0.002～0.010)%		2025-11-06
4	*接地导通电阻测试仪	交流电阻	接地导通电阻测试仪检定规程 JJG 984	(1～1000) mΩ，（45～55）Hz	U_{rel}=(11～0.20)%		2025-11-06
		直流电阻		(1～1000) mΩ	U_{rel}=(11～0.20)%		2025-11-06
		交流电流		(1～60) A，（45～55）Hz	U_{rel}=(0.3～0.20)%		2025-11-06
		直流电流		(1～60) A	U_{rel}=(0.12～0.07)%		2025-11-06
		空载电压		(1～20)V	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
5	*高绝缘电阻测量仪,*高阻计	电阻	高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程 JJG 690	100Ω～10MΩ	U_{rel}=0.12%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				10MΩ～100GΩ	U_{rel}=(0.6～2.3)%		2025-11-06
				100GΩ～2TΩ	U_{rel}=2.3%		2025-11-06
				(2～12)TΩ	U_{rel}=6%		2025-11-06
		电压		(10～1000)V	U_{rel}=(0.11～0.02)%		2025-11-06
6	*电子式绝缘电阻表	电阻	电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005	100Ω～10MΩ	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
				10MΩ～100GΩ	U_{rel}=(0.6～2.3)%		2025-11-06
				100GΩ～1TΩ	U_{rel}=2.3%		2025-11-06
		电压		(10～1000)V	U_{rel}=(0.11～0.02)%		2025-11-06
				(1～10)kV	U_{rel}=(2.8～1.1)%		2025-11-06
7	*直流电桥	电阻	直流电桥检定规程 JJG 125	(0.001～0.1)Ω	U_{rel}=0.012%		2025-11-06
				(0.1～1)Ω	U_{rel}=0.012%		2025-11-06
				(1Ω～100kΩ)	U_{rel}=0.012%		2025-11-06
				(100kΩ～1MΩ)	U_{rel}=0.12%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
8	*钳形接地电阻仪	电阻	钳形接地电阻仪检定规程 JJG 1054	1mΩ～10kΩ	U_{rel}=(0.6～0.12)%		2025-11-06
9	*表面电阻测试仪	电阻	表面电阻测试仪校准规范 JJF 1285	(10^3～10^7) Ω	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
				(10^7～10^9) Ω	U_{rel}=(1.2～2.8)%		2025-11-06
				(10^9～10^{11}) Ω	U_{rel}=(2.8～6)%		2025-11-06
		电压		(5～1000)V	U_{rel}=(0.10～0.15)%		2025-11-06
		电极尺寸		(0.1～200)mm	U=0.024mm		2025-11-06
		重量		(0.1～2.5)kg	U=3g		2025-11-06
				(2.5～10)kg	U=6g		2025-11-06
				(10～15)kg	U=9g		2025-11-06
10	*回路电阻测试仪,*直阻仪	电阻	回路电阻测试仪、直阻仪检定规程 JJG 1052	（1μΩ～200Ω）	U_{rel}=(2.8～0.06)%		2025-11-06
				(200Ω～100kΩ)	U_{rel}=(0.06～0.02)%		2025-11-06
		电流		(0.01～500)A	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
11	*静电腕带 / 脚盘测试仪	电阻	静电腕带/脚盘测试仪校准规范 JJF(电子) 31502	(0.1～200)MΩ	U_{rel}=(1.0～3)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
12	*直流低电阻表	电阻	直流低电阻表检定规程 JJG 837	$10^{-6}\Omega \sim 10^{-5}\Omega$	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
				$10^{-5}\Omega \sim 10^{-4}\Omega$	U_{rel}=0.6%		2025-11-06
				$10^{-4}\Omega \sim 10^{-3}\Omega$	U_{rel}=0.13%		2025-11-06
				$10^{-3}\Omega \sim 10^{-2}\Omega$	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				$10^{-2}\Omega \sim 10^{6}\Omega$	U_{rel}=0.013%		2025-11-06
13	直流标准电阻器	直流电阻	直流标准电阻器检定规程 JJG 166	1mΩ～1Ω	U_{rel}=(0.11～0.011)%		2025-11-06
				1Ω～2GΩ	U_{rel}=(0.0011～0.4)%		2025-11-06
14	*在线绕组温升测试仪	电阻	在线绕组温升测试仪校准规范 JJF 1540	0.1Ω～10kΩ	U_{rel}=0.013%		2025-11-06
15	*直流高压高值电阻器	电阻	直流高压高值电阻器检定规程 JJG 1072	100Ω～1TΩ	U_{rel}=0.06%～2.3%		2025-11-06
16	直流分流器	电阻	直流分流器检定规程 JJG 1069	1μΩ～100Ω,(5A～2kA)	U_{rel}=(0.02～0.012)%		2025-11-06
17	*耐电压测试仪点检器	电流	耐电压测试仪点检器校准方法 ZBDX-1901	0.1mA～100mA,(0.1kV～20kV)	U_{rel}=1.4%		2025-11-06
18	*交流分流器	电阻	交流分流器校准规范 JJF(电子) 0020	1mΩ～10Ω ，(5～100)A，(45~65)Hz	U_{rel}=(1.1～0.06)%		2025-11-06
19	*交直流模拟电阻器	直流电流	交直流模拟电阻器校准规范 JJF 1723	(0.1～5000) A	U_{rel}=(0.05～0.015)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电流		(0.1～5000) A(50Hz)	U_{rel}=(0.05～0.03)%		2025-11-06
		直流电阻		1μΩ～200Ω	U_{rel}=(0.05～0.015)%		2025-11-06
		交流电阻		10μΩ～200Ω	U_{rel}=(0.05～0.03)%		2025-11-06
6404 功率、场强、相位							
1	*交流数字功率表	交流电压	交流数字功率表检定规程 JJG 780	(0.01～750)V ,(45～65)Hz	U_{rel}=(0.8～0.06)%		2025-11-06
		交流电流		(0.01～30)A ,(45～65)Hz	U_{rel}=(0.8～0.06)%		2025-11-06
		交流功率		(0.01～750)V(0.01～30)A ,(45～65)Hz	U_{rel}=(0.8～0.06)%		2025-11-06
		功率因数		-1～0～+1	U=0.0006		2025-11-06
		频率		(45～65)Hz	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
2	*工频单相相位表	相位角	工频单相相位表检定规程 JJG 440	(0～360)°	U=0.08°		2025-11-06
3	*交流电子负载	电压	交流电子负载校准规范 JJF(电子) 0002	(1～750)V ,(45～65)Hz	U_{rel}=(0.42～0.12)%		2025-11-06
		电流		(0.05～20)A ,(45～65)Hz	U_{rel}=(0.18～0.12)%		2025-11-06
		功率		(1～750)V/(0.05～20)A ,(45～65)Hz	U_{rel}=(0.17～0.12)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		功率因数		-1～0～+1	U=0.0012		2025-11-06
4	*电子式交流电能表	电能	电子式交流电能表检定规程 JJG 596	(10～380)V(0.1～100)A (45～65)Hz	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
5	*机电式交流电能表	电能	机电式交流电能表检定规程 JJG 307	(10～380)V(0.1～100)A (45～65)Hz	U_{rel}=0.24%		2025-11-06
6	*交流标准功率源	电压	交流标准功率源检定规程 JJG(军工) 6	1mV～750V,45Hz～65Hz	U_{rel}=(0.06～0.012)%		2025-11-06
		电流		1mA～120A,45Hz～65Hz	U_{rel}=(0.06～0.012)%		2025-11-06
		功率		1mV～750V1mA～120A,45Hz～65Hz	U_{rel}=(0.06～0.012)%		2025-11-06
		相位		0° ～360°	U=0.005°		2025-11-06
		频率		(45～65)Hz	U_{rel}=0.001%		2025-11-06
7	*数字式交流电参数测量仪	交流电压	数字式交流电参数测量仪校准规范 JJF 1491	(0.01～1000)V,45Hz～1kHz	U_{rel}=(0.8～0.010)%		2025-11-06
		交流电流		(0.001～80)A，（45Hz～1kHz)）	U_{rel}=0.012%		2025-11-06
				(80～120)A,，（45Hz～65Hz）	U_{rel}=(0.8～0.012)%		2025-11-06
		交流功率		(0.01～1000)V/(0.001～80)A，（45Hz～1kHz）	U_{rel}=(0.8～0.012)%		2025-11-06
				(0.01～525)V/(80～120)A，（45Hz～65Hz）	U_{rel}=0.012%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		功率因数		-1～0～+1	U=0.0006		2025-11-06
		相位		-180° ～0° ～+180°	U=0.005°		2025-11-06
		频率		(45～1000)Hz	U_{rel}=0.010%		2025-11-06
8	*直流数字功率表	功率	直流数字功率表检定规程 JJG(粤) 055	1mA～2kA/1mV～1kV	U_{rel}=0.016%		2025-11-06
9	*交流电能表检定装置	电能	交流电能表检定装置检定规程 JJG 597	(30～525)V/(0.02～120)A	U_{rel}=0.024%		2025-11-06
10	标准电能表	电能	标准电能表检定规程 JJG 1085	(30～525)V/(0.02～120)A	U_{rel}=0.016%		2025-11-06
11	*直流标准功率源	直流电压	直流标准功率源检定规程 JJG(粤) 064	10mV～1000V	U_{rel}=(0.0004～0.0008)%		2025-11-06
		直流电流		10μA～100A	U_{rel}=(0.0018～0.006)%		2025-11-06
		直流功率		(10mV～1000V)×(10μA～100A)	U_{rel}=(0.0022～0.008)%		2025-11-06
12	*电动汽车非车载充电机	电能	电动汽车非车载充电机检定规程（试行）JJG 1149	直流电压：(30～1000)V，直流电流：(5～250)A	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		时间		北京时间	U=1s		2025-11-06
13	*电动汽车交流充电桩	电能	电动汽车交流充电桩检定规程（试行）JJG 1148	交流电压:(30～380)V,交流电流:(1～70)A	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		时间		北京时间	U=1s		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6405 电学多功能仪器以及工程仪器							
1	*多功能标准源	直流电压	多功能标准源校准规范 JJF 1638	(10～20) mV	U_{rel}=(0.004～0.003)%		2025-11-06
				(20～200)mV	U_{rel}= (0.0020～0.0010)%		2025-11-06
				(0.2～20)V	U_{rel}= (0.0010～0.0006)%		2025-11-06
				(20～200)V	U_{rel}= (0.0016～0.0010)%		2025-11-06
				(200～1000)V	U_{rel}= (0.0016～0.0010)%		2025-11-06
		交流电压		(10～20)mV (10Hz～40Hz)	U_{rel}=(0.14～0.08)%		2025-11-06
				(10～20)mV (40Hz～10kHz)	U_{rel}=(0.08～0.04)%		2025-11-06
				(10～20)mV (10kHz～100kHz)	U_{rel}=(0.4～0.15)%		2025-11-06
				(20～100)mV(10Hz～1kHz)	U_{rel}= (0.04～0.013)%		2025-11-06
				(20～100)mV(1～20)kHz	U_{rel}= (0.06～0.03)%		2025-11-06
				(20～100)mV(20～50)kHz	U_{rel}=(0.08～0.05)%		2025-11-06
				(20～100)mV(50～100)kHz	U_{rel}=(0.14～0.09)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(20～100)mV(100～300)kHz	U_{rel}=(0.6～0.5)%		2025-11-06
				(20～100)mV(300kHz～1MHz)	U_{rel}=(1.8～1.4)%		2025-11-06
				100mV～1V(10Hz～1kHz)	U_{rel}= (0.06～0.013)%		2025-11-06
				100mV～1V(1kHz～20)kHz	U_{rel}= (0.06～0.03)%		2025-11-06
				100mV～1V(20～50)kHz	U_{rel}=(0.07～0.04)%		2025-11-06
				100mV～1V(50～100)kHz	U_{rel}=(0.15～0.09)%		2025-11-06
				100mV～1V(100～300)kHz	U_{rel}=(0.7～0.5)%		2025-11-06
				100mV～1V(300kHz～1MHz)	U_{rel}=(2～1.4)%		2025-11-06
				(1～10)V(10Hz～1kHz)	U_{rel}= (0.06～0.013)%		2025-11-06
				(1～10)V(1～20)kHz	U_{rel}= (0.06～0.03)%		2025-11-06
				(1～10)V(20～50)kHz	U_{rel}=(0.07～0.04)%		2025-11-06
				(1～10)V(50～100)kHz	U_{rel}=(0.15～0.09)%		2025-11-06
				(1～10)V(100～300)kHz	U_{rel}=(0.7～0.5)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1～10)V(300kHz～1MHz)	U_{rel}=(2～1.4)%		2025-11-06
				(10～100)V(10Hz～1kHz)	U_{rel}= (0.09～0.04)%		2025-11-06
				(10～100)V(1kHz～20kHz)	U_{rel}=(0.07～0.04)%		2025-11-06
				(10～100)V(20kHz～50kHz)	U_{rel}=(0.09～0.05)%		2025-11-06
				(10～100)V(50kHz～100kHz)	U_{rel}=(0.3～0.18)%		2025-11-06
				(100～1000)V(10Hz～1kHz)	U_{rel}= (0.12～0.07)%		2025-11-06
				(100～1000)V(1～20)kHz	U_{rel}=(0.13～0.09)%		2025-11-06
				(100～1000)V(20～50)kHz	U_{rel}=(0.26～0.16)%		2025-11-06
				(100～1000)V(50～100)kHz)	U_{rel}=(0.8～0.7)%		2025-11-06
		直流电流		20μA～20mA	U_{rel}=(0.0030～0.0020)%		2025-11-06
				20mA～20A	U_{rel}=(0.004～0.025)%		2025-11-06
				(20～1000)A	U_{rel}=(0.03～0.015)%		2025-11-06
		交流电流		(20～200) μA(20Hz～5kHz)	U_{rel}=(0.5～0.05)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				200 μA～2mA(20Hz～5kHz)	U_{rel}=(0.6～0.05)%		2025-11-06
				(2～20)mA(20Hz～10kHz)	U_{rel}=(0.6～0.05)%		2025-11-06
				20 μA～20mA(10～100)kHz	U_{rel}=(0.5～0.12)%		2025-11-06
				20mA～20A(20Hz～10kHz)	U_{rel}=(0.020～0.012)%		2025-11-06
				20mA～20A(10～100)kHz	U_{rel}=(0.05～0.03)%		2025-11-06
				(20～1000)A(45～65)Hz	U_{rel}=(0.4～0.07)%		2025-11-06
		电阻		(0.2～20) Ω	U_{rel}=(0.004～0.0020)%		2025-11-06
				20 Ω～2M Ω	U_{rel}=(0.0020～0.003)%		2025-11-06
				(2～20)M Ω	U_{rel}=(0.003～0.008)%		2025-11-06
				(20～200)M Ω	U_{rel}=(0.008～0.02)%		2025-11-06
		频率		10Hz～1MHz	U_{rel}=0.0020%		2025-11-06
		失真度		(0.005～30)%	U_{rel}=10%		2025-11-06
2	*变频电源	交流电压	三相变频电源校准规范 JJF(电子) 0026	(1～1000)V(10Hz～66Hz)	U_{rel}=(0.42～0.05)%	功率≤4kW	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1～1000)V(66Hz～1kHz)	U_{rel}=(0.05～0.10)%		2025-11-06
		交流电流		(0.05～30)A(10Hz～66Hz)	U_{rel}=(0.42～0.05)%		2025-11-06
				(0.05～30)A(66Hz～1kHz)	U_{rel}=(0.05～0.10)%		2025-11-06
		交流功率		(1～1000)V(0.05～30)A(10Hz～66Hz)	U_{rel}=(0.8～0.08)%		2025-11-06
				(1～1000)V(0.05～30)A(66Hz～1kHz)	U_{rel}=(0.08～0.15)%		2025-11-06
		频率		10Hz～1kHz	U_{rel}=0.0020%		2025-11-06
		失真度		(0.01～30)%	U_{rel}=10%		2025-11-06
3	*交直流电表校验仪	直流电压	交直流电表校验仪校准规范 JJF 1284	10mV～1000V	U_{rel}=(0.02～0.003)%		2025-11-06
		直流电流		10μA～100mA	U_{rel}=(0.02～0.01)%		2025-11-06
				100mA～20A	U_{rel}=(0.05～0.01)%		2025-11-06
		交流电压		10mV～1000V (50～1000)Hz	U_{rel}=(0.04～0.01)%		2025-11-06
		交流电流		10μA～100mA(50～1000)Hz	U_{rel}=(0.20～0.04)%		2025-11-06
				100mA～20A (50～1000)Hz	U_{rel}=(0.10～0.04)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电阻		1Ω～100 MΩ	U_{rel}=(0.01～0.03)%		2025-11-06
		频率		(10～1000)Hz	U_{rel}=(0.03～0.01)%		2025-11-06
		纹波含量		(0.01～10)%	U=0.2%		2025-11-06
		失真度		(0.03～30)% (50～1000)Hz	U_{rel}= 10%		2025-11-06
		电源调整率		10mV～1000V 100mA～20A	U_{rel}= 0.021%		2025-11-06
		负载调整率		10mV～1000V 100mA～20A	U_{rel}= 0.021%		2025-11-06
4	*过程仪表校验仪	直流电压输出	过程仪表校验仪校准规范 JJF 1472	10mV～100V	U_{rel}= (0.01～0.003)%		2025-11-06
		直流电流输出		1mA～100mA	U_{rel}= (0.01～0.003)%		2025-11-06
		直流电阻输出		1Ω～10kΩ	U_{rel}= (0.05～0.01)%		2025-11-06
		频率输出		1Hz～50kHz	U_{rel}=0.001%		2025-11-06
		热电阻模拟输出		(-200～850)℃	U=0.015℃		2025-11-06
		热电偶模拟输出		(-250～1800)℃	U=0.06℃		2025-11-06
		直流电压测量		10mV～300V	U_{rel}= (0.01～0.003)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流电流测量		1mA～100mA	U_{rel}= (0.01～0.003)%		2025-11-06
		交流电压测量		10mV～300V (40～5000)Hz	U_{rel}= (0.3～0.14)%		2025-11-06
		交流电流测量		0.1mA～200mA (40～5000)Hz	U_{rel}= (0.3～0.11)%		2025-11-06
		直流电阻测量		1Ω～100kΩ	U_{rel}= (0.05～0.01)%		2025-11-06
		频率测量		1Hz～500kHz	U_{rel}=0.001%		2025-11-06
		热电阻测量		(-200～850)℃	U=0.02℃		2025-11-06
		热电偶测量		(-250～1800)℃	U= 0.06℃		2025-11-06
5	*数字多用表	直流电压	数字多用表校准规范 JJF 1587	(10～200)mV	U_{rel}=(0.2～0.0011)%		2025-11-06
				(0.2～2)V	U_{rel}=(0.0011～0.0006)%		2025-11-06
				(2～10)V	U_{rel}=(0.0006～0.0005)%		2025-11-06
				(10～20)V	U_{rel}=0.0005%		2025-11-06
				(20～200)V	U_{rel}=(0.0009～0.0007)%		2025-11-06
				(200～1020)V	U_{rel}=(0.0011～0.0009)%		2025-11-06

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电压		(10～20)mV,(10～40)Hz	U_{rel}=(0.23～0.03)%		2025-11-06
				(10～20)mV(40Hz～20kHz)	U_{rel}=(0.21～0.28)%		2025-11-06
				(10～20)mV,(20～100)kHz	U_{rel}=(0.23～0.05)%		2025-11-06
				(10～20)mV,(100～500)kHz	U_{rel}=(0.7～0.16)%		2025-11-06
				(10～20)mV,(500kHz～1MHz)	U_{rel}=(1.4～0.4)%		2025-11-06
				(20～200)mV(10～40)Hz	U_{rel}=(0.09～0.013)%		2025-11-06
				(20～200)mV(40Hz～20kHz)	U_{rel}= (0.04～0.011)%		2025-11-06
				(20～200)mV(20～100)kHz	U_{rel}= (0.06～0.025)%		2025-11-06
				(20～200)mV(100～500)kHz	U_{rel}= (0.20～0.11)%		2025-11-06
				(20～200)mV(500kHz～1MHz)	U_{rel}= (0.6～0.4)%		2025-11-06
				200mV～2V(10～40)Hz	U_{rel}=(0.05～0.010)%		2025-11-06
				200mV～2V (40Hz～20kHz)	U_{rel}= (0.009～0.006)%		2025-11-06
				200mV～2V(20～100)kHz	U_{rel}= (0.013～0.009)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				200mV～2V(100～500)kHz	U_{rel}= (0.09～0.05)%		2025-11-06
				200mV～2V(500kHz～1MHz)	U_{rel}= (0.4～0.25)%		2025-11-06
				(2～20)V(10～40)Hz	U_{rel}=(0.05～0.011)%		2025-11-06
				(2～20)V(40Hz～20kHz)	U_{rel}= (0.008～0.005)%		2025-11-06
				(2～20)V(20～100)kHz	U_{rel}= (0.013～0.009)%		2025-11-06
				(2～20)V(100～500)kHz	U_{rel}= (0.06～0.04)%		2025-11-06
				(2～10)V(500kHz～1MHz)	U_{rel}=(0.4～0.18)%		2025-11-06
				(20～200)V(10～40)Hz	U_{rel}=(0.008～0.021)%		2025-11-06
				(20～200)V(40Hz～20kHz)	U_{rel}= (0.009～0.006)%		2025-11-06
				(20～200)V(20～100)kHz	U_{rel}= (0.014～0.009)%		2025-11-06
				(20～200)V(100～500)kHz	U_{rel}= (0.18～0.10)%		2025-11-06
				(200～1020)V(15～50)Hz	U_{rel}=0.04%		2025-11-06
				(200～1020)V(50Hz～1kHz)	U_{rel}= (0.010～0.008)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流电流		(10～20) μA	U_{rel}=(1.0～0.04)%		2025-11-06
				(20～200) μA	U_{rel}=(0.04～0.008)%		2025-11-06
				(0.2～2)mA	U_{rel}=(0.008～0.004)%		2025-11-06
				(2～20)mA	U_{rel}=(0.006～0.004)%		2025-11-06
				(20～200)mA	U_{rel}=(0.009～0.006)%		2025-11-06
				(0.2～2)A	U_{rel}= (0.015～0.009)%		2025-11-06
				(2～11)A	U_{rel}=(0.003～0.08)%		2025-11-06
				(11～20)A	U_{rel}=(0.003～0.01)%		2025-11-06
				(20～100)A	U_{rel}=(0.015～0.012)%		2025-11-06
		交流电流		(20～200) μA(10～40)Hz	U_{rel}=(0.11～0.02)%		2025-11-06
				(20～200) μA(40Hz～1kHz)	U_{rel}=(0.06～0.017)%		2025-11-06
				(20～200) μA(1kHz～5kHz)	U_{rel}=(0.10～0.04)%		2025-11-06
				(20～200) μA(5～10)kHz	U_{rel}=(0.5～0.15)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0.2～220)mA(10～40)Hz	U_{rel}=(0.05～0.015)%		2025-11-06
				(0.2～220)mA(40Hz～1kHz)	U_{rel}=(0.04～0.015)%		2025-11-06
				(0.2～220)mA(1～5)kHz	U_{rel}=(0.08～0.027)%		2025-11-06
				(0.2～220)mA(5～10)kHz	U_{rel}=(0.5～0.10)%		2025-11-06
				(0.2～2)A(10～40)Hz	U_{rel}=(0.05～0.03)%		2025-11-06
				(0.2～2)A(40Hz～1kHz)	U_{rel}=(0.05～0.01)%		2025-11-06
				(0.2～2)A(5kHz～10kHz)	U_{rel}=(0.9～0.8)%		2025-11-06
				(2～11)A(45～65)Hz	U_{rel}=(0.17～0.09)%		2025-11-06
				(2～11)A(65～1500)Hz	U_{rel}=(0.21～0.13)%		2025-11-06
				(11～20)A(45～65)Hz	U_{rel}=(0.01～0.05)%		2025-11-06
				(20～80)A(45～65)Hz	U_{rel}=(0.015～0.012)%		2025-11-06
		电阻		0.1mΩ～1mΩ	U_{rel}=0.13%		2025-11-06
				1mΩ～20Ω	U_{rel}=0.0024%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				20Ω～200kΩ	U_{rel}=0.0011%		2025-11-06
				200kΩ～2MΩ	U_{rel}=0.0022%		2025-11-06
				(2～20)MΩ	U_{rel}=0.005%		2025-11-06
				(20～100)MΩ	U_{rel}=0.012%		2025-11-06
6	*直流稳定电源	直流电压	直流稳定电源校准规范 JJF 1597	(0.1～1000)V	U_{rel}=(0.09～0.012)%		2025-11-06
		直流电流		(0.001～100)A	U_{rel}=(0.19～0.026)%		2025-11-06
				(100～240)A	U_{rel}=(0.026～0.08)%		2025-11-06
		稳压输出周期		200μV～50V	U_{rel}=3%		2025-11-06
		稳流输出周期		200μA～50A	U_{rel}=3%		2025-11-06
		负载瞬态恢复时间		10μs～1s	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
7	*电测量仪表校验装置	交流电压	电测量仪表校验装置校准规范 JJF 1923	(0.1～1000)V (40Hz～70Hz)	U_{rel}=(0.015～0.012)%		2025-11-06
		交流电流		(0.001～100)A(40Hz～70Hz)	U_{rel}=(0.014～0.012)%		2025-11-06
		有功功率		(15～1000)V×(0.001～100)A(40Hz～70Hz)	U_{rel}=(0.015～0.013)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		无功功率		(15～1000)V×(0.001～100)A(40Hz～70Hz)	U_{rel}=(0.015～0.013)%		2025-11-06
		相位		(0～360)°	U=0.013°		2025-11-06
		频率		45Hz～1MHz	U_{rel}=(0.005～0.003)%		2025-11-06
		直流电压		(0.02～1000) V	U_{rel}=(0.0016～0.0006)%		2025-11-06
		直流电流		(0.003～100) A	U_{rel}=(0.029～0.007)%		2025-11-06
		波形失真度		(0.01~30)%	U=0.1%		2025-11-06
		直流纹波		(0.01~30)%	U=0.2%		2025-11-06
8	*单相交流稳压电源	交流电压	单相交流稳压电源校准规范 JJF(辽) 194	(10～350)V(45～440)Hz	U_{rel}=(0.2～0.3)%		2025-11-06
		总谐波畸变率		(0.1～100)%(45Hz～440Hz)	U_{rel}=15%		2025-11-06
		频率		45Hz～440Hz	U_{rel}=0.02%		2025-11-06
9	*电能质量分析仪	电压	电能质量测试分析仪检定规程 DL/T 1028	(1～1008)V，(16～850)Hz	U_{rel}=(0.009～0.03)%		2025-11-06
		频率		16Hz～850Hz	U_{rel}=0.006%		2025-11-06
		谐波电压		(0.3～302)V，100Hz～3kHz	U_{rel}=(0.06～0.12)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		谐波电流		(0.01～6)A，100Hz～3kHz	U_{rel}=0.07%～0.10%		2025-11-06
		谐波功率		(0.001～1800)W，100Hz～3kHz	U_{rel}=(0.12～0.15)%		2025-11-06
		闪变		Pst=1，Pst=3	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
10	*电荷放大器	电荷	电荷放大器检定规程 JJG 338	（1×10^{-4}～10）pC	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		电压		（0.001～10）V （1Hz～100kHz）	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		失真度		0.01%～30%	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
6406 磁学							
1	特斯拉计/高斯计/ 磁强计/磁力计	磁感应强度/磁通密度	(1 mT～2.5 T)磁强计校准规范 JJF 1832	1mT～2T	U_{rel}=(3～0.5)%		2025-11-06
2	*磁通计/磁通表	磁通量	磁通计校准规范 JJF 1905	0.1mWb～10Wb	U_{rel}=0.07%		2025-11-06
3	*磁粉探伤仪	电流	磁粉探伤机校准规范 JJF 1273	(100～2100)A	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
4	*磁轭式磁粉探伤机	提升力	磁轭式磁粉探伤机校准规范 JJF 1458	(20～300)N	U_{rel}=6.0%		2025-11-06
		电流		(1～1000)A	U_{rel}=6.0%		2025-11-06
65 无线电测量仪器							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6501 电平、功率、场强、衰减							
1	*低频电压表	电压	低频电压表校准规范 JJF 1925	10mV～33mV，1kHz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
				33mV～330mV，1kHz	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
				330mV～3.3V，1kHz	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
				3.3V～33V，1kHz	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				33V～330V，1kHz	U_{rel}=0.10%		2025-11-06
				1V，10Hz～20kHz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
				1V，20kHz～100kHz	U_{rel}=0.7%		2025-11-06
				1V，100kHz～500kHz	U_{rel}=1%		2025-11-06
2	*频谱分析仪	频率读数	频谱分析仪校准规范 JJF 1396	3Hz～50GHz	U=3×10^{-9}f_x+1LSD		2025-11-06
		扫频宽度		10Hz～50GHz	U_{rel}=0.01%		2025-11-06
		分辨力带宽		1Hz～10MHz	U_{rel}=0.01%		2025-11-06
		垂直刻度线性度		(0～-50)dB	U=0.08dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(-50～-90)dB	U=0.28dB		2025-11-06
		参考电平		(10～-50)dBm	U=0.08dB		2025-11-06
				(-50～-90)dBm	U=0.28dB		2025-11-06
		输入衰减器转换影响		(-10～10)dB，衰减：(0～-50)dB	U=0.08dB		2025-11-06
				(-10～10)dB，衰减：(-50～-90)dB	U=0.28dB		2025-11-06
		扫描时间		1ms～1000s	U_{rel}=1.6×10^{-7}		2025-11-06
		分辨力带宽转换影响		(-20dB~20dB)，(3Hz～40GHz)	U=0.2dB		2025-11-06
		显示平均噪声电平		(-160dBm~-20dBm)，（9kHz～50GHz）	U=1.0dB		2025-11-06
		输入频响		(-20~20)dB，3Hz～1GHz	U=0.15dB		2025-11-06
				(-20~20)dB，1GHz～18GHz	U=0.25dB		2025-11-06
				(-20~20)dB，18GHz～33GHz	U=0.35dB		2025-11-06
				(-20~20)dB，33GHz～50GHz	U=0.5dB		2025-11-06
		绝对幅度		-50dBm~0dBm	U=0.20dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		噪声边带		(-150~-20) dBc/Hz，(10MHz • 50GHz)	U=1.5dB		2025-11-06
		参考频率		10MHz	$U_{rel}=1\times10^{-9}$		2025-11-06
		校准信号电平		(-30dBm~0dBm)，（10MHz~500MHz））	U=0.30dB		2025-11-06
		剩余响应		(-130～-70)dBm，(100kHz～50GHz)	U=3dB		2025-11-06
		二次谐波失真		(-120～-20)dBc，9kHz～2GHz	U=0.6dB		2025-11-06
				(-120～-20)dBc，2GHz～20GHz	U=1.4dB		2025-11-06
				(-120～-20)dBc，20GHz～25GHz	U=2.5dB		2025-11-06
		三阶交调失真		(0～25)dBm，10MHz～3GHz	U=0.6dB		2025-11-06
				(0～25)dBm，3GHz～18GHz	U=1.4dB		2025-11-06
				(0～25)dBm，18GHz～50GHz	U=2.5dB		2025-11-06
		电压驻波比		1.001～3，100Hz～ 3GHz	U_{rel}=4%		2025-11-06
				3～5，100Hz～ 3GHz	U_{rel}=7%		2025-11-06
				1.001～3，3GHz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				3～5，3GHz～ 26.5GHz	U_{rel}=7%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～5，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06
		镜像响应		(-130～-60)dBc，(10MHz～50GHz)	U=3dB		2025-11-06
		增益压缩		(0～1)dB，（10MHz～50GHz）	U=0.10dB		2025-11-06
		功率带宽		(-1～1)dB，(1Hz～10MHz)	U=0.10dB		2025-11-06
		剩余调频		0.2Hz～500Hz，（3Hz～50GHz）	U=2Hz		2025-11-06
		频率计数		3Hz～50GHz	U=3×10^{-9}f_x+0.001Hz		2025-11-06
3	*扫频仪	示波器垂直输入灵敏度	MSW-7124 型调频调幅扫频仪检定规程 JJG(电子)07003	1mV/div～1V/div	U_{rel}=2%		2025-11-06
		中心频率范围		(0.2 ～100)MHz	U_{rel}=0.0013%		2025-11-06
		扫频宽度		（0.2～36）MHz	U_{rel}=0.0013%		2025-11-06
		标记点的频率准确度		100kHz ～110MHz	U_{rel}=0.0013%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		扫频输出电平		(-87～-7)dBm	U=0.5dB		2025-11-06
4	*矢量网络分析仪	内部信号源频率	矢量网络分析仪校准规范 JJF 1495	9kHz～50 GHz	$U_{rel}=1\times10^{-8}$		2025-11-06
		内部信号源功率		(-70～15)dBm，（9kHz～40 GHz）	U=0.3dB		2025-11-06
				(-70～15)dBm，（40GHz～50GHz）	U=0.5dB		2025-11-06
		模值动态准确度		(0～-50)dB	U=0.08dB		2025-11-06
				(-50～-90)dB	U=0.28dB		2025-11-06
		散射参数模值 Sii		SWR:1.2～2.0，(0.05～50)GHz	U=0.006～0.04		2025-11-06
		散射参数模值 Sij		（0~50）dB，(0.05～50)GHz	U=(0.09～0.34)dB		2025-11-06
		散射参数相角		(-180° ～180°)，(0.05～50)GHz	U=(0.14～2.8)°		2025-11-06
		扫迹噪声摸值		（0～0.1）dB，（9kHz～50 GHz）	U=0.0013dB		2025-11-06
		扫迹噪声相角		（0～1）°，（9kHz～50 GHz）	U=0.012°		2025-11-06
		本底噪声		(-140～-60) dBm，（9kHz～50 GHz）	U=2.3 dB		2025-11-06
		串扰		(-150～-70) dB，（9kHz～50 GHz）	U=1.1 dB		2025-11-06

国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		校准件反射系数模值		0.001～1，100Hz～50GHz	U=0.006～0.05		2025-11-06
		校准件反射系数相位		-180°～180°（频率：100Hz～50MHz，模值：0.05～1）	U=(10～1.3)°		2025-11-06
				-180°～180°（频率：50MHz～2GHz，模值：0.05～1）	U=(10～1)°		2025-11-06
				-180°～180°（频率：2GHz～26.5GHz，模值：0.05～1）	U=(10～2.3)°		2025-11-06
				-180°～180°（频率：26.5GHz～50GHz，模值：0.05～1）	U=(10～2.9)°		2025-11-06
5	*人工电源网络	阻抗	人工电源网络校准规范 JJF 1705	(1～60)Ω，(9kHz～110MHz)	U_{rel}=7%		2025-11-06
		相角		（-20°～90°），(9kHz～110MHz)	U=2.6°		2025-11-06
		分压系数		(-20～0)dB，(9kHz～110MHz)	U=0.34dB		2025-11-06
6	*电磁骚扰测量接收机	频率测量	电磁骚扰测量接收机校准规范 JJF 1144，EMI 测量接收机校准规范 JJF(JG)132	9kHz～40GHz	U=3×10^{-9}f_x+0.001Hz		2025-11-06
		参考频率		10MHz	U_{rel}=3×10^{-9}		2025-11-06
		电平		(0～125)dBμV(9kHz～40GHz)	U=0.3dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		6dB 带宽		100Hz～150kHz (9kHz～40GHz)	U_{rel}=1.4%		2025-11-06
		噪声指示		(-30～50) dBμV (9kHz～40GHz)	U=0.20dB		2025-11-06
		脉冲响应		(30～70) dBμV (9kHz～1GHz)	U=1.0dB		2025-11-06
		衰减器		(0～-50) dB	U=0.08dB		2025-11-06
				(-50～-80) dB	U=0.28dB		2025-11-06
		线性指示		(0～-50) dB	U=0.08dB		2025-11-06
				(-50～-80) dB	U=0.28dB		2025-11-06
		射频输入端口电压驻波比		1.001～3，100Hz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～40GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～3，26.5GHz～40GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06
7	*衰减器	衰减量	射频与微波衰减器校准规范 JJF 2092	(0 ～60) dB (10Hz ～10kHz)	U=0.03dB		2025-11-06
				(0 ～40) dB, (100Hz ～500MHz)	U=0.15dB		2025-11-06
				(40 ～50) dB, (100Hz ～500MHz)	U=0.3dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0 ～50) dB, (500MHz ～26.5GHz)	U=0.13dB		2025-11-06
				(60 ～90) dB, (100kHz ～37GHz)	U=0.2dB		2025-11-06
				(90 ～110) dB, (100kHz ～20GHz)	U=0.32dB		2025-11-06
				(90 ～100) dB, (20GHz ～37GHz)	U=0.42dB		2025-11-06
				(60 ～80) dB, (37GHz ～50GHz)	U=0.3dB		2025-11-06
				(80 ～90) dB, (37GHz ～50GHz)	U=0.6dB		2025-11-06
				(90 ～100) dB, (37GHz ～50GHz)	U=1.2dB		2025-11-06
				(100 ～110) dB, (37GHz ～50GHz)	U=2dB		2025-11-06
		驻波比		1.001～3，100Hz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～3，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06
8	*功率传感器	校准因子/功率	射频与微波功率传感器校准规范 JJF 1887	30%~130%(9kHz～18GHz）	U_{rel}=2.2%		2025-11-06
				30%~130%(18GHz～26.5GHz）	U_{rel}=3.4%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				30%~130%(26.5GHz～40GHz)	U_{rel}=4.2%		2025-11-06
				30%~130%(40GHz～50GHz)	U_{rel}=5%		2025-11-06
		驻波比		1.001～3，9kHz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～3，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06
9	*脉冲功率计	校准因子/功率	脉冲功率计检定规程 JJG 1024	30%~130%(9kHz～18GHz)	U_{rel}=2.2%		2025-11-06
				30%~130%(18GHz～26.5GHz)	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
				30%~130%(26.5GHz～40GHz)	U_{rel}=4.2%		2025-11-06
				30%~130%(40GHz～50GHz)	U_{rel}=5%		2025-11-06
		上升/下降时间		(10~100)ns	U_{rel}=7%		2025-11-06
		线性度		(0～-50)dB	U=0.08dB		2025-11-06
				(-50～-90)dB	U=0.28dB		2025-11-06
		校准源输出功率		0.9mW~1.1mW，（10MHz～1GHz）	U_{rel}=0.8%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		驻波比		1.001～3，9kHz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～3，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06
10	*测量接收机	输出参考频率	测量接收机校准规范 JJF 1173	10MHz	U_{rel}=3×10^{-9}		2025-11-06
		频率测量		100kHz～50GHz	U=3×10^{-9}f_x+0.001Hz		2025-11-06
		调谐电平		(-120～0)dB，(100kHz～50GHz)	U=0.06dB+0.015dB/10dB		2025-11-06
		调频频偏		0.1Hz～500kHz(载波频率:100kHz～17.1GHz，调制频率:10Hz～400kHz)	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
				0.1Hz～500kHz(载波频率:17.1GHz～34.5GHz，调制频率:10Hz～200kHz)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
				0.1Hz～500kHz(载波频率:34.5GHz～50GHz，调制频率:10Hz～200kHz)	U_{rel}=1.4%		2025-11-06
		调相相偏		(0.2～500)rad(载波频率:100kHz～50GHz，调制频率:200Hz～100kHz)	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		调幅解调失真		0.001%～100%(频率:20Hz～20kHz)	U_{rel}=15%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				0.001%～100%(频率:20kHz～100kHz)	U_{rel}=26%		2025-11-06
		剩余调频		0.1Hz(rms)～10Hz(rms)	U=0.9Hz(rms)		2025-11-06
		调幅抑制		0.1Hz～100Hz	U=0.9Hz		2025-11-06
		调幅度		5%～99%(载波频率:100kHz～50GHz， 调制频率:10Hz～100kHz)	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		调频解调失真		0.001%～100%(频率:20Hz～20kHz)	U_{rel}=15%		2025-11-06
				0.001%～100%(频率:20kHz～400kHz)	U_{rel}=26%		2025-11-06
		剩余调幅		0.001%(rms)～1%(rms)	U=0.0024%(rms)		2025-11-06
		调频抑制		0.001%～2%	U=0.0024%		2025-11-06
11	*量程校准器	直流电压	HP11683A 型功率量程校准器试行检定规程 JJG(电子)10005	100μV~200mV	U_{rel}=0.02%		2025-11-06
		分压电阻		10Ω~5kΩ	U_{rel}=0.02%		2025-11-06
12	*功率指示器	功率	功率指示器校准规范 JJF 1757	3uW~110mW	U_{rel}=0.35%	仅适用于放大式	2025-11-06
		校准系数		85%~100%	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		校准源输出功率		0.9mW~1.1mW，（10MHz～1GHz）	U_{rel}=0.8%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
13	*射频电压表	电压	射频电压表检定规程 JJG 308	10mV～100mV(10kHz～100kHz)	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
				100mV～10V(10kHz～100kHz)	U_{rel}=0.11%		2025-11-06
				10V～300V(10kHz～100kHz)	U_{rel}=0.25%		2025-11-06
				1V，10Hz～20kHz	U_{rel}=0.04%		2025-11-06
				1V，20kHz～50kHz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
				1V，50kHz～500kHz	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
				1V，500kHz～2GHz	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
14	*定向耦合器及驻波比电桥	端口回波损耗	定向耦合器及驻波比电桥校准规范 JJF 1680	(40~34)dB，300kHz~3GHz	U=(4.8～6)dB		2025-11-06
				(34~26)dB，300kHz~50GHz	U_{rel}=(2.2～12)dB		2025-11-06
				(26~0)dB，300kHz~50GHz	U_{rel}=(0.3～3.2)dB		2025-11-06
		插入损耗		(0.01~10)dB，（300kHz~50GHz）	U=0.12dB		2025-11-06
		反射系数		0.001~1.0，（300kHz~50GHz）	U=0.006～0.05		2025-11-06
		耦合系数		(10~50)dB，（300kHz~50GHz）	U=0.3dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		方向性		(20~60)dB，（300kHz~50GHz）	U=0.3dB		2025-11-06
15	*射频微波开关	电压驻波比	射频/微波开关校准规范 JJF(电子) 30503	1.001～3，9kHz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～3，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06
		插入损耗		(0.01~10)dB，10MHz~50GHz	U=0.12dB		2025-11-06
		隔离度		(0 ～50) dB，10MHz ～50GHz	U=0.3dB		2025-11-06
				(60 ～90) dB，10MHz ～50GHz	U=0.6dB		2025-11-06
				(90 ～100) dB，10MHz～50GHz	U=1.2dB		2025-11-06
				(100 ～120) dB，10MHz～50GHz	U=3.1dB		2025-11-06
16	*中功率计	直流功率	中功率计校准规范 JJF 1386	0.1W~9W	U_{rel}=1.2%	不测：传递标准法	2025-11-06
		校准因子/射频功率		10%~200%(9kHz~18GHz)	U_{rel}=2.2%		2025-11-06
		电压驻波比		1.001～3，9kHz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				1.9～3，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06
17	*功率计	校准因子	射频与微波功率计校准规范 JJF 1885	30%~130%(9kHz~6GHz)	U_{rel}=1.8%		2025-11-06
				30%~130%(6GHz~18GHz)	U_{rel}=2.2%		2025-11-06
				30%~130%(>18GHz~26GHz)	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
				30%~130%(>26GHz~40GHz)	U_{rel}=4.2%		2025-11-06
				30%~130%(>40GHz~50GHz)	U_{rel}=5.0%		2025-11-06
		参考源功率		(0.9～1.1)mW，（50MHz）	U_{rel}=0.8%		2025-11-06
		线性度		(0～-50)dB	U=0.08dB		2025-11-06
				(-50～-90)dB	U=0.28dB		2025-11-06
		电压驻波比		1.001～3，9kHz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～3，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06
18	*耦合去耦网络	EUT 端共模阻抗	射频传导抗扰度耦合/去耦网络校准规范 JJF 2079	(30～400) Ω (0.15MHz～230MHz)	U=8.8 Ω		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		插入损耗		(-20dB～20 dB) (0.15MHz～230MHz)	U=0.23dB		2025-11-06
		耦合系数		(-20dB～20 dB) (0.15MHz～230MHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		去耦衰减		(0dB～100 dB) (0.15MHz～230MHz)	U=0.30dB		2025-11-06
19	*功率放大器/前置放大器	额定输出功率	射频和微波功率放大器校准规范 JJF 1678	20dBm～57dBm,(9kHz～1GHz)	U=1.5dB		2025-11-06
				20dBm～54dBm,(1GHz～18GHz)	U=1.3dB		2025-11-06
				20dBm～37dBm,(18GHz～40GHz)	U=1.5dB		2025-11-06
		增益		(0～80)dB,(9kHz～40GHz)	U=0.8dB		2025-11-06
		增益平坦度		(0.1～12)dB,(9kHz～40GHz)	U=0.8dB		2025-11-06
		1dB 压缩点输出功率		20dBm～57dBm,(9kHz～1GHz)	U=1.5dB		2025-11-06
				20dBm～54dBm,(1GHz～18GHz)	U=1.3dB		2025-11-06
				20dBm～37dBm,(18GHz～40GHz)	U=1.5dB		2025-11-06
		最大输出功率		20dBm～57dBm,(9kHz～1GHz)	U=1.5dB		2025-11-06
				20dBm～54dBm,(1GHz～18GHz)	U=1.3dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				20dBm～37dBm,(18GHz～40GHz)	U=1.5dB		2025-11-06
		增益调整范围		(0～63)dB,(9kHz～1GHz)	U=1.0dB		2025-11-06
				(0～55)dB,(1GHz～18GHz)	U=1.3dB		2025-11-06
				(0～30)dB,(18GHz～40GHz)	U=1.3dB		2025-11-06
		谐波失真及杂波抑制		(0～140)dBc	U=1.5dB		2025-11-06
		三阶交调		(0～63)dB	U=2dB		2025-11-06
		噪声系数		(3～15)dB,(10MHz~40GHz)	U=0.8dB		2025-11-06
		输入电压驻波比		1.001～3，100Hz～ 3GHz	U_{rel}=4%		2025-11-06
				3～5，100Hz～ 3GHz	U_{rel}=7%		2025-11-06
				1.001～3，3GHz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				3～5，3GHz～ 26.5GHz	U_{rel}=7%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～5，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
20	*近区电场测量仪	电场强度	近区电场测量仪检定规程 JJG 561	10 V/m ~150 V/m (100 kHz ~ 200 MHz)	U=1.0dB		2025-11-06
21	*射频同轴滤波器	通带带宽	射频同轴滤波器校准规范 JJF(通信)028	100Hz~50GHz	U=0.2Hz		2025-11-06
		阻带带宽		100Hz~50GHz	U=0.8Hz		2025-11-06
		矩形系数		1~500	U_{rel}=0.8%		2025-11-06
		通带衰减		0dB~20dB(100Hz~50GHz)	U=0.2dB		2025-11-06
		通带平坦度		0dB~20dB(100Hz~50GHz)	U=0.2dB		2025-11-06
		阻带衰减		0dB~50dB(100Hz～50GHz)	U=0.3dB		2025-11-06
				50dB~60dB(100Hz～50GHz)	U=0.8dB		2025-11-06
				60dB~70dB(100Hz～100kHz)	U=2.3dB		2025-11-06
				60dB~70dB(100kHz～50GHz)	U=1.2dB		2025-11-06
				70dB~80dB(100Hz～100kHz)	U=6dB		2025-11-06
				70dB~80dB(100kHz～50GHz)	U=1.6dB		2025-11-06
		插入相位		-180° ~180° (100kHz～50GHz)	U=1.4°		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时延		0.01ns~100ns(孔径:1MHz~100MHz)	U=0.4ns~6ps		2025-11-06
		电压驻波比		1.001～3，100Hz～ 3GHz	U_{rel}=4%		2025-11-06
				3～5，100Hz～ 3GHz	U_{rel}=7%		2025-11-06
				1.001～3，3GHz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				3～5，3GHz～ 26.5GHz	U_{rel}=7%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～5，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06
22	*微波二端口器件	电压驻波比	微波二端口器件校准规范 JJF(军工)76	1.001～3，100Hz～ 3GHz	U_{rel}=4%		2025-11-06
				3～5，100Hz～ 3GHz	U_{rel}=7%		2025-11-06
				1.001～3，3GHz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				3～5，3GHz～ 26.5GHz	U_{rel}=7%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～5，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		插入损耗/耦合度/方向性		0dB~50dB(100Hz～50GHz)	U=0.3dB		2025-11-06
				50dB~60dB(100Hz～50GHz)	U=0.8dB		2025-11-06
				60dB~70dB(100Hz～100kHz)	U=2.3dB		2025-11-06
				60dB~70dB(100kHz～50GHz)	U=1.2dB		2025-11-06
		相移		-180°~180°(0dB~50dB,100Hz～50GHz)	U=2°		2025-11-06
				-180°~180°(50dB~60dB,100Hz～100kHz)	U=6°		2025-11-06
				-180°~180°(50dB~60dB,100kHz～50GHz)	U=2°		2025-11-06
				-180°~180°(60dB~70dB,100Hz～100kHz)	U=20°		2025-11-06
				-180°~180°(60dB~70dB,100kHz～50GHz)	U=4°		2025-11-06
				-180°~180°(70dB~80dB,100Hz～100kHz)	U=6°		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		噪声系数		（0~30）dB	U=0.33dB		2025-11-06
		隔离度		(0 ～50) dB, 100Hz ～50GHz	U=0.3dB		2025-11-06
				(60 ～90) dB, 100Hz ～50GHz	U=0.6dB		2025-11-06
				(90 ～100) dB, 100Hz ～50GHz	U=1.2dB		2025-11-06
				(100 ～120) dB, 100Hz ～50GHz	U=3.1dB		2025-11-06
		增益（增益平坦度）		(0～80)dB,(9kHz～40GHz)	U=0.8dB		2025-11-06
		时延/群时延		0.01ns~100ns(孔径：1MHz~100MHz)	U=0.4ns~6ps		2025-11-06
		输出功率（输出功率平坦度）		（-60~65）dBm（1kHz～50GHz）	U=0.48dB		2025-11-06
		1dB 压缩点输出功率		-30dBm～57dBm,(9kHz～1GHz)	U=1.5dB		2025-11-06
				-30dBm～54dBm,(1GHz～18GHz)	U=1.3dB		2025-11-06
				-30dBm～37dBm,(18GHz～40GHz)	U=1.5dB		2025-11-06
		相位噪声		(-60~-130)dBc/Hz	U=1.6dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		谐波失真		(-120~-20)dBc，10MHz～50GHz	U=1.0dB		2025-11-06
		杂散抑制		(-120~-20)dBc，10MHz～50GHz	U=1.0dB		2025-11-06
		幅度一致性		(-10~10)dB（3Hz～50GHz）	U=0.24dB		2025-11-06
		相位一致性		-180°～180°（3Hz～50GHz）	U=1.2°		2025-11-06
		检波灵敏度		（0.1~100）mV/uW（3Hz～50GHz）	U_{rel}=2%		2025-11-06
		检波频响		（-3~3）dB（3Hz～50GHz）	U=0.17dB		2025-11-06
		品质因数		10~100000	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		三阶交调截取点输出功率		(0～65)dBm	U=1.2dB		2025-11-06
6502 脉冲参数（含噪声、调制、失真）							
1	*模拟示波器	垂直偏转系数	模拟示波器检定规程 JJG 262	1mV/div～5V/div	U_{rel}=0.6%		2025-11-06
		扫描时间系数		2ns/div～5s/div	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		频带宽度		50kHz～500MHz	U_{rel}=6%		2025-11-06
		上升时间		300ps~100μs	U_{rel}=4.6%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		校准信号幅度		(0.01～10)V	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		校准信号频率		(0.01～100)kHz	U_{rel}=0.003%		2025-11-06
		输入电阻		50Ω～1MΩ	U_{rel}=0.22%		2025-11-06
2	*低频信号发生器	频率	低频信号发生器检定规程 JJG 602	10Hz～200kHz	U=3×10^{-9}f_x+0.001Hz		2025-11-06
		电压		10mV～10V (10Hz～300kHz)	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
				10mV～10V (300kHz～1MHz)	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
				10V～100V (10Hz～300kHz)	U_{rel}=0.6%		2025-11-06
				10V～100V (300kHz～1MHz)	U_{rel}=1.9%		2025-11-06
		额定输出功率		1W～20W	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
		衰减		(0～30)dB，(20Hz～200kHz)	U=0.2dB		2025-11-06
				(30～60)dB，(20Hz～200kHz)	U=0.3dB		2025-11-06
				(60～80)dB，(20Hz～200kHz)	U=0.6dB		2025-11-06
		失真		(0.03%～2%)，(20Hz～20kHz)	U_{rel}=12%		2025-11-06

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0.03%～2%)，(20kHz～100kHz)	U_{rel}=24%		2025-11-06
3	*信号发生器	频率	信号发生器校准规范 JJF 1931	5kHz～50GHz	$U_{rel}=3\times10^{-9}$		2025-11-06
		功率		(30～-80)dBm，100kHz～30MHz	U=0.3dB		2025-11-06
				(30～-40)dBm，30MHz～50GHz	U=0.2dB		2025-11-06
				(-40～-80)dBm，30MHz～50GHz	U=0.24dB		2025-11-06
				(-80～-110)dBm，100kHz～37GHz	U=0.6dB		2025-11-06
				(-80～-110)dBm，37GHz～50GHz	U=1.4dB		2025-11-06
				(-110～-120)dBm，100kHz～37GHz	U=1.1dB		2025-11-06
		谐波		(-100~0)dBc，(5kHz～50GHz)	U=(1.2～2.9)dB		2025-11-06
		调幅深度		(5～99)%，（CW：150kHz～50GHz，fm：20Hz～200kHz）	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		调频频偏		(1～400)kHz，(CW:150kHz～50GHz，fm：20Hz～200kHz)	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		内调制发生器频率		20Hz～100kHz	$U_{rel}=1\times10^{-5}$		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		调制解调失真		(0.01～10)%，(20Hz～100kHz)	U_{rel}=15%		2025-11-06
		内调制发生器幅度		10mV～10V (10Hz～40Hz)	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				10mV～10V (40Hz～50kHz)	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
				10mV～10V (50kHz～100kHz)	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
				10mV～10V (100kHz～1MHz)	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
		非谐波		(-100~0)dBc，(5kHz～50GHz)	U=1.2dB		2025-11-06
		脉冲调制通断比		(0~120)dB,(5kHz～50GHz)	U=0.8dB		2025-11-06
		脉冲调制上升/下降时间		50ps~1μs	U_{rel}=5.0%		2025-11-06
		单边带相位噪声		(-30~-140)dBc/Hz,偏置:10Hz~100MHz	U=0.9dB		2025-11-06
		载波剩余调幅		(0~10)%,(CW:150kHz～50GHz)	U=0.1%		2025-11-06
		载波剩余调频		(0~10)kHz,(CW:150kHz～50GHz)	U=1Hz		2025-11-06
		调相相偏		(1~400)rad,(CW:150kHz～40GHz，fm：20Hz～200kHz)	U_{rel}=1.5%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		幅度调制下的伴随调频		(0~10)kHz,(CW:150kHz～50GHz)	U=1Hz		2025-11-06
		频率调制下的伴随调幅		(0~10)%,(CW:150kHz～50GHz)	U=0.1%		2025-11-06
4	*失真度测量仪	失真度测量	失真度测量仪校准规范 JJF 1852	0.03%～0.1%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=14%～9%		2025-11-06
				0.1%～100%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06
				0.1%～0.02%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=27%～17%		2025-11-06
				0.02%～100%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=14%～7%		2025-11-06
				0.05%～100%(20kHz～50kHz)	U=11%～7%		2025-11-06
				0.1%～100%(50kHz～200kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06
		残余失真		0.001%～0.05%(20Hz～200kHz)	U=0.005%～0.03%		2025-11-06
		电压测量(基本误差)		10mV～33mV，1kHz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
				33mV～330mV，1kHz	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
				330mV～3.3V，1kHz	U_{rel}=0.2%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				3.3V～33V，1kHz	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				33V～330V，1kHz	U_{rel}=0.10%		2025-11-06
		电压测量频率响应		1V，10Hz～20kHz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
				1V，20kHz～100kHz	U_{rel}=0.7%		2025-11-06
				1V，100kHz～500kHz	U_{rel}=1%		2025-11-06
5	*函数信号发生器	频率	函数发生器检定规程 JJG 840	0.1Hz～250MHz	U=3×10^{-9}f_x+0.001Hz		2025-11-06
		交流电压		5mV～55V，1kHz	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		总谐波失真		(0.03%～2%)，(20Hz～20kHz)	U_{rel}=12%		2025-11-06
				(0.03%～2%)，(20kHz～100kHz)	U_{rel}=24%		2025-11-06
		谐波失真		（-100～-10）dBc，(100Hz～1GHz)	U=1.5dB		2025-11-06
		正弦波幅度平坦度		±（0.01~2）dB，(1kHz~250MHz，-60～20)dBm	U=0.15dB		2025-11-06
		上升时间		200ps~100μs	U_{rel}=6%		2025-11-06
		空度比		(1～99)%，(1Hz～250MHz)	U=0.2%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流电压		（-20～-0.01）V， （0.01～20）V	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
6	*数字示波器	直流增益	数字示波器检定规程 GJB 7691	1MΩ：5mV～200V	U=0.025%V_x+25μV		2025-11-06
				50Ω：5mV～5V	U=0.025%V_x+25μV		2025-11-06
		频带宽度		50kHz～50GHz	U_{rel}=6%		2025-11-06
		上升时间		24ps~100μs	U_{rel}=6%		2025-11-06
		校准信号幅度		(0.01～5)V	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		校准信号频率		0.5kHz～5MHz	U_{rel}=3×10^{-9}		2025-11-06
		输入电阻		(40~60)Ω	U_{rel}=0.22%		2025-11-06
				(0.8~1.2)MΩ	U_{rel}=0.22%		2025-11-06
		通道隔离度		200:1～20:1	U_{rel}=1%		2025-11-06
		输入电容		10pF～25pF	U_{rel}=2%		2025-11-06
		探极衰减比		1:1～1:1000	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		通道延迟时间差		30ps～5ns	U_{rel}=0.3%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时基		10MHz	$U_{rel}=1\times10^{-7}$		2025-11-06
		本底噪声		0.1mV~1V	U_{rel}=2%		2025-11-06
		过冲		0.5%~30%	U_{rel}=2%		2025-11-06
		触发灵敏度		0.35div～1div/0.1mV～1V	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
		直流偏置		±(1mV~200V)	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
7	*调制度仪	调幅度	调制度测量仪校准规范 JJF 1111	(5～99)% (载波：150kHz～1.3GHz)(调制频率:20Hz～20kHz)	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
		调频频偏		(1～400)kHz (载波：150kHz～1.3GHz)(调制频率:20Hz～20kHz)	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
		调相相偏		(1～400)rad (载波：150kHz～1.3GHz)(调制频率:20Hz～20kHz)	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
8	*示波器校准仪	直流校准电压	示波器校准仪 JJG 278	10mV～200V	U_{rel}=0.01%		2025-11-06
		方波校准电压		10mV～200V(10Hz～10kHz)	U_{rel}=0.02%		2025-11-06
		时标		0.5ns～5s	$U_{rel}=5.2\times10^{-8}$		2025-11-06
		上升时间		85ps～100ps	U_{rel}=7%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				100ps～100ns	U_{rel}=2.5%		2025-11-06
		稳幅正弦信号幅度平坦度		（-10~10）dB（9kHz～12.4GHz）	U=0.20dB		2025-11-06
		正弦波频率		9kHz~12.4GHz	U_{rel}=3×10^{-9}		2025-11-06
		波形发生器幅度		2mV～50V（1MΩ）	U_{rel}=1%		2025-11-06
				2mV～ 2.5V（50Ω）	U_{rel}=1%		2025-11-06
		波形发生器频率		10Hz～10kHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2025-11-06
		波形发生器直流偏置		2mV～50V（1MΩ）	U_{rel}=1%		2025-11-06
		脉冲发生器周期		20ms～200ms	U_{rel}=1×10^{-7}		2025-11-06
		脉冲发生器脉宽		4ns～500ns	U_{rel}=1%		2025-11-06
		电阻测量		10 Ω～ 150 Ω	U_{rel}=0.05%		2025-11-06
				50 kΩ ～12 MΩ	U_{rel}=0.03%		2025-11-06
		电容测量		5pF～50pF	U_{rel}=1.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电流输出		88 μA～111mA	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
9	*矢量信号发生器	参考晶体振荡器输出频率	矢量信号发生器校准规范 JJF 1174	10MHz	U_{rel}=3×10^{-9}		2025-11-06
		输出信号频率		100 kHz～44GHz	U_{rel}=3×10^{-9}		2025-11-06
		输出功率		(30～-80)dBm, 100kHz～30MHz	U=0.3dB		2025-11-06
				(30～-40)dBm, 30MHz～50GHz	U=0.2dB		2025-11-06
				(-40～-80)dBm, 30MHz～50GHz	U=0.24dB		2025-11-06
				(-80～-110)dBm, 100kHz～37GHz	U=0.6dB		2025-11-06
				(-80～-110)dBm, 37GHz～50GHz	U=1.4dB		2025-11-06
				(-110～-120)dBm, 100kHz～37GHz	U=1.1dB		2025-11-06
		调幅度		(5%～99%)(CW：100kHz～44GHz)(f：10Hz～100kHz)	U_{rel}=0.9%		2025-11-06
		调频频偏		10 Hz～400 kHz (CW:0.1 MHz～10 MHz;f:20 Hz～40k Hz)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		调频频偏		(1～500)rad (CW:0.1MHz～44 GHz;f:50Hz～100kHz)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		信号频谱纯度		(-100~0)dBc，(5kHz～50GHz)	U=1.2dB		2025-11-06
		单边带相位噪声		(-140~-10）dBc/Hz(频率偏移:10Hz～2MHz)(CW:0.1 MHz～44GHz)	U=1.0 dB		2025-11-06
		误差矢量幅度		0%～25%,(100 kHz～43.5 GH)	U=1.2%		2025-11-06
		频率误差		-1.3 MHz ~ +1.3MHz(100 kHz≤载波频率≤43.5 GH)	U=16 Hz		2025-11-06
				-1.3MHz ～ +1.3MHz(Bluetooth)	U=12Hz		2025-11-06
				-1.3MHz ～ +1.3MHz(WLAN)	U=2 Hz		2025-11-06
				-1.3MHz ～ +1.3MHz(LTE)	U=2 Hz		2025-11-06
				-1.2 kHz ～ +1.2 kHz(CDMA)	U=2 Hz		2025-11-06
				-5 kHz ～ +5 kHz(WCDMA)	U=6 Hz		2025-11-06
				-14 kHz ～ +14 kHz(TD-SCDMA)	U=4Hz		2025-11-06
		蓝牙调制频偏		100 kHz ~ 300 kHz(2.4GHz~2.5 GH)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		相位误差		0° ~ 15°（100kHz~43.5GH）	U=0.89°		2025-11-06
		符号时钟误差（WLAN 制式）		(-1.0×10^{-4}~1.0×10^{-4})	U=3.6×10^{-6}		2025-11-06
		I/Q 原点偏移（LTE 制式）		(-80 ~ -10) dB（0.6GHz～3.8GHz）	U=0.96 dB		2025-11-06
		波形质量因数（CDMA、WCDMA、TD-SCDMA）		0.5~1.0（0.8GHz~2.7GHz）	U=0.0012		2025-11-06
		信道功率		(-70 ～ 0) dBm(100 kHz ～ 18 GHz)	U=0.37 dB		2025-11-06
				(-70 ～ 0) dBm(18 GHz ～ 26.5 GHz)	U=1.7 dB		2025-11-06
				(-70 ～ 0) dBm(26.5 GHz ～ 43.5 GHz)	U=2.5 dB		2025-11-06
		峰值码域误差		(-50 ～ -25) dB（0.7GHz~2.7GHz）	U=1.0dB		2025-11-06
				(-60 ～ -50) dB（0.7GHz~2.7GHz）	U=2.9dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		占用带宽		70kHz～20MHz（0.1GHz~44GHz）	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		邻道功率比		(-80～-20)dB(0.8GHz~2.7GHz)	U=0.87 dB		2025-11-06
		载波的剩余调幅		(0.01~0.5)%(250 kHz～44 GHz)	U_{rel}=2%		2025-11-06
		载波的剩余调频		(0.1Hz~50)Hz 100kHz~6.6GHz	U=1.8 Hz		2025-11-06
				(0.1Hz~50)Hz (6.6GHz~13.2 GHz)	U=3.5 Hz		2025-11-06
				(0.1Hz~50)Hz (13.2GHz~31.15 GHz)	U=6.9 Hz		2025-11-06
				(0.1Hz~50)Hz (31.15GHz~44 GHz)	U=14Hz		2025-11-06
		脉冲调制通断比		(0~90)dB,(250kHz～44GHz)	U=0.8dB		2025-11-06
		脉冲调制上升下降时间		10ns~1μs，（250kHz～6GHz）	U_{rel}=5.0%		2025-11-06
		内调制发生器频率		5Hz~200kHz	U_{rel}=1×10^{-6}		2025-11-06
		内调制发生器幅度		10mV～10V(3Hz～1kHz)	U_{rel}=(6～0.20)%		2025-11-06
				100mV～1V，(20Hz～200kHz)	U_{rel}=(0.20～1.0)%		2025-11-06
				1V～10V(20Hz～200kHz)	U_{rel}=(0.20～11)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
10	*矢量信号分析仪	参考晶体振荡器输出频率	矢量信号分析仪校准规范 JJF 1128	10MHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		频率测量		100 kHz ~ 6 GHz	U_{rel}=5.0×10^{-9}		2025-11-06
		功率测量		(-110 ~ 20) dBm(100kHz ~6 GHz)	U=0.30 dB		2025-11-06
		误差矢量幅度		0%～25%(100kHz~6GHz）	U=0.5%~2%		2025-11-06
		频率误差		（-100 kHz ～100 kHz）（100kHz~6GHz）	U=(2～ 12)Hz		2025-11-06
		误差矢量幅度测量		0%～25%(100 kHz~ 6GHz)	U=0.5%~2%		2025-11-06
		相位误差测量		0° ~ 15°（100kHz~6GHz）	U=0.9°		2025-11-06
		I/Q 原点偏移测量		(-80 ~ -10) dB（100kHz~6GHz）	U=0.96 dB		2025-11-06
11	*波形记录仪/录波仪/示波记录仪	直流电压	波形记录仪校准规范 JJF 1876	5mV～100mV	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
				10mV～1000V	U_{rel}=0.04%		2025-11-06
		交流电压		5mV～100mV(10Hz～100MHz)	U_{rel}=0.17%		2025-11-06
				10mV～1000V(10Hz～100MHz)	U_{rel}=0.07%		2025-11-06
		时基		0.5ns～10s	U_{rel}=3×10^{-7}		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频带宽度		50kHz～100MHz	U_{rel}=2%		2025-11-06
		输入电阻		40Ω～300MΩ	U_{rel}=0.24%		2025-11-06
		直流增益		0.8～1.2(5mV～1000V)	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
12	*失真度仪校准器/检定装置	频率	失真度仪校准器检定规程 JJG 802	5Hz~200 kHz	U_{rel}=3×10^{-8}		2025-11-06
		谐波分压		0.003%～0.01%(2kHz)	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
				0.03%～1%(10Hz、40Hz、2kHz)	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
				0.05%～1%(20kHz)	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
				0.05%～1%(40kHz)	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
				0.1%～1%(200kHz)	U_{rel}=4%		2025-11-06
				0.3%～1%(400kHz)	U_{rel}=1.1%		2025-11-06
				1%～100%(10Hz、40Hz、2kHz、20kHz)	U_{rel}=0.02%		2025-11-06
				1%～100%(40kHz)	U_{rel}=0.04%		2025-11-06
				1%～100%(200kHz)	U_{rel}=0.4%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				1%～100%(400kHz)	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		电压测量		10mV～33mV，1kHz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
				33mV～330mV，1kHz	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
				330mV～3.3V，1kHz	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
				3.3V～33V，1kHz	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				33V～330V，1kHz	U_{rel}=0.10%		2025-11-06
				1V，10Hz～20kHz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
				1V，20kHz～100kHz	U_{rel}=0.7%		2025-11-06
				1V，100kHz～500kHz	U_{rel}=1%		2025-11-06
		振荡器输出波形失真		0.001%～1%(20Hz～20kHz)	U_{rel}=12%		2025-11-06
				0.001%～1%(20Hz～100kHz)	U_{rel}=24%		2025-11-06
		幅度稳定度		≤0.2%/min(1V 或 3V)	U_{rel}=0.02%		2025-11-06
13	*音频分析仪	交流电压测量	音频分析仪校准规范 JJF 1395	10mV～33mV，1kHz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				33mV～330mV，1kHz	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
				330mV～3.3V，1kHz	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
				3.3V～33V，1kHz	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				33V～330V，1kHz	U_{rel}=0.10%		2025-11-06
				1V，10Hz～20kHz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
				1V，20kHz～100kHz	U_{rel}=0.7%		2025-11-06
				1V，100kHz～200kHz	U_{rel}=1%		2025-11-06
		失真度测量		0.03%～0.1%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=14%～9%		2025-11-06
				0.1%～100%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06
				0.1%～0.02%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=27%～17%		2025-11-06
				0.02%～100%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=14%～7%		2025-11-06
				0.05%～100%(20kHz～50kHz)	U=11%～7%		2025-11-06
				0.1%～100%(50kHz～200kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率测量		10Hz～200kHz	U_{rel}=0.0007%		2025-11-06
		电压测量固有噪声		(1~300) μV，（20kHz BW）	U_{rel}=5.6%		2025-11-06
		失真度测量残余失真		(0.001～0.05)%,(20Hz～100kHz)	U_{rel}=2%		2025-11-06
		输出频率		10Hz～200kHz	U_{rel}=1×10^{-6}		2025-11-06
		输出电压		1mV～20V，（10Hz～200kHz）	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		输出正弦波波形失真		(0.03%～2%)，(20Hz～20kHz)	U_{rel}=12%		2025-11-06
				(0.03%～2%)，(20kHz～100kHz)	U_{rel}=24%		2025-11-06
14	*数字存储示波器	频带宽度	数字存储示波器校准规范 JJF 1057	30kHz~50GHz	U_{rel}=6%		2025-11-06
		上升时间		24ps~100 μs	U_{rel}=6%		2025-11-06
		过冲		0.1%~30%	U_{rel}=2%		2025-11-06
		时间测量		2ns/div~5s/div	U_{rel}=1%		2025-11-06
		幅度测量		1MΩ：5mV~200V	U=0.1%V_x+10 μV		2025-11-06
				50Ω：5mV～10V	U=0.1%V_x+10 μV		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流增益准确度		1MΩ：5mV～200V	U=0.025%V_x+25μV		2025-11-06
				50Ω：5mV～5V	U=0.025%V_x+25μV		2025-11-06
		方波校准信号频率		0.5kHz~1MHz	U_{rel}=0.003%		2025-11-06
		动态有效位数		（4～14）bits	U=0.1bits		2025-11-06
		采集速率		100MS/s~500GS/s	U_{rel}=1×10^{-6}		2025-11-06
		扫描时间因数		1×10^{-5}～1×10^{-8}	U_{rel}=1×10^{-6}		2025-11-06
		输入阻抗		50Ω、1MΩ	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		校准信号幅度		(0.01～5)V	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
15	*宽带同轴噪声发生器	超噪比	宽带同轴噪声发生器校准规范 JJF 1442	(1~30)dB，(10MHz~40GHz)	U=0.26dB		2025-11-06
		电压驻波比		1.001～3，10MHz～ 3GHz	U_{rel}=4%		2025-11-06
				1.001～3，3GHz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～3，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
16	*电磁干扰校准脉冲信号发生器	脉冲重复频率	电磁干扰校准脉冲信号发生器校准规范 JJF(电子) 30814	0.1Hz~1000Hz	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		脉冲面积		0.01μVs~20μVs	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
		脉冲幅度		(0~80)dB，(9kHz~1GHz)	U=0.3dB		2025-11-06
		脉冲频谱的平坦度		±(0~5)dB，（9kHz～1GHz）	U=0.35dB		2025-11-06
		脉冲宽度		0.1ns~10μs，（9kHz～1GHz）	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
17	*全球卫星导航系统信号模拟器	载波频率	全球导航卫星系统(GNSS)信号模拟器校准规范 JJF 1471	1GHz～3GHz	$U_{rel}=3\times10^{-9}$		2025-11-06
		功率		(-20～-40)dBm，1GHz～3GHz	U=0.20dB		2025-11-06
				(-40～-80)dBm，1GHz～3GHz	U=0.24dB		2025-11-06
				(-80～-110)dBm，1GHz～3GHz	U=0.6dB		2025-11-06
				(-110～-120)dBm，1GHz～3GHz	U=1.1dB		2025-11-06
		速度动态范围		(0~36000)m/s	U=1m/s		2025-11-06
		加速度动态范围		(0~2000)m/s^2	U=0.3m/s^2		2025-11-06
		加加速度动态范围		(0~2000)m/s^3	U=0.6m/s^3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		内部通道延迟		(0~15)ns，（1000MHz～3000MHz）	U=0.14ns		2025-11-06
		谐波抑制		(-60~-20)dB，（1GHz~10GHz）	U=1.2dB		2025-11-06
		非谐波抑制		(-80~-30)dB，（10kHz~10GHz）	U=1.2dB		2025-11-06
		相位噪声		(-60~-130)dBc/Hz，（1000MHz～3000MHz）	U=1.6dB		2025-11-06
		时基准确度		10MHz	$U_{rel}=3\times10^{-9}$		2025-11-06
		频率稳定度		10MHz	$U_{rel}=1\times10^{-11}$		2025-11-06
		误差矢量幅度		0.5%~20%，（1000MHz～3000MHz）	U=0.7%		2025-11-06
18	*噪声系数分析仪	频率准确度	噪声系数分析仪校准规范 JJF 1460	(10MHz~26.5GHz)	U=10kHz		2025-11-06
		噪声系数		0dB~30dB	U=0.08dB		2025-11-06
		增益		-20dB~+40dB	U=0.1dB		2025-11-06
		本机噪声系数		0dB~30dB	U=0.30dB		2025-11-06
		Y 系数抖动		0dB~5dB	U=0.04dB		2025-11-06
		噪声源驱动电压		(10mV~30V)	U_{rel}=0.04%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		输入端口反射系数模值		0.001～1，100Hz～26.5GHz	U=0.006～0.05		2025-11-06
				0.001～1，100Hz～50GHz	U=0.006～0.05		2025-11-06
6503 （交流）阻抗（含电容、电感）							
1	*高频Q表	频率	高频Q表校准规范 JJF 1073	50 kHz～50 MHz	U_{rel}=3×10^{-8}		2025-11-06
		Q值		20～300	U=3.2～7.4		2025-11-06
		电容		(8～500)pF	U=(0.09～1.0) pF		2025-11-06
2	*射频阻抗/材料分析仪	频率	射频阻抗/材料分析仪校准规范 JJF 1127	1MHz～3GHz	U_{rel}=3×10^{-8}		2025-11-06
		信号电平		（-60～20）dBm,(1MHz～3GHz）	U=(0.13～0.2) dB		2025-11-06
		阻抗		0.1mΩ～100kΩ(1MHz～3GHz)	U_{rel}=2%		2025-11-06
				短路器:0Ω(1MHz～3GHz)	U=10mΩ		2025-11-06
		导纳		0.01μS～10S(1MHz～3GHz)	U_{rel}=2%		2025-11-06
		相位		（-180～180）° C,（1MHz～100MHz）	U=2mrad		2025-11-06
				（-180～180）° C,（100MHz～1GHz）	U=8mrad		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（-180～180）° C，（1GHz～3GHz）	U=15mrad		2025-11-06
3	*LCR 测量仪	电感	宽量程数字 RLC 测量仪检定规程 GJB 8817	10μH～100mH，（1kHz）	U_{rel}=(2.3～0.06)%		2025-11-06
				1H（1kHz），10H（100Hz）	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
		电容		1pF～1nF（1kHz～13MHz）	U_{rel}=(0.04～1.5)%		2025-11-06
				1nF～1μF，（1kHz）	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				1μF～1mF，（100Hz）	U_{rel}=（0.06~0.09）%		2025-11-06
		电阻		10mΩ～100kΩ，（100Hz～10MHz）	U_{rel}=(0.05～1.5)%		2025-11-06
				1Ω～100kΩ，（1kHz）	U_{rel}=0.024%		2025-11-06
				100kΩ～1.1MΩ，（1kHz）	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
		频率		10Hz～13MHz	U_{rel}=0.002%		2025-11-06
		信号电平		1mV～20V，（10Hz～1kHz）	U_{rel}=(6～0.20)%		2025-11-06
				1mV～1V，（300kHz～1kHz）	U_{rel}=(6～0.20)%		2025-11-06
				1V～20V，（1kHz～300kHz）	U_{rel}=(0.20～6)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				10mV～2V，(300kHz～10MHz)	U_{rel}=(2.8～1.5)%		2025-11-06
		损耗		0.0001～1，(1kHz)	U_{rel}=0.24%		2025-11-06
				0.0001～0.01，(1kHz～10MHz)	U=0.0003		2025-11-06
4	*标准电容器	电容	标准电容器检定规程 JJG 183	1pF～100μF，(20Hz～1MHz)	U_{rel}=(2.1～0.06)%		2025-11-06
				100μF～100mF(20Hz～1kHz)	U_{rel}=(0.06～0.29)%		2025-11-06
		损耗因数		0.0001～1(20Hz～1MHz)	U=0.0006～0.004		2025-11-06
5	*标准电感器	电感	标准电感器检定规程 JJG 726	10μH～1H(1kHz)	U_{rel}=(0.12～0.06)%		2025-11-06
				1H～10H(100Hz、120Hz)	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
		直流电阻		1mΩ～100kΩ	U_{rel}=(1.2～0.12)%		2025-11-06
6	交流电阻箱	交流电阻	交流电阻箱校准规范 JJF 1636	1Ω～1MΩ(1kHz)	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				1Ω～1MΩ(60Hz～1kHz)	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
				1Ω～1MΩ(1kHz～10kHz)	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		时间常数		0.022ns~1ms	U_{rel}=（6～0.28）%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		残余电阻		1mΩ～1Ω	U_{rel}=(0.4～0.03)%		2025-11-06
		残余电感		0.1μH～100μH(1kHz)	U=(0.05～0.08) μH		2025-11-06
6505 元器件参数							
1	*半导体管特性图示仪	基级电压偏转系数	半导体管特性图示仪校准规范 JJF 1236	0.05V/div～2V/div	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		集电极电压偏转系数		0.05V/div～50V/div	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		二极管电压偏转系数		100V/div～500V/div	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		外接偏转系数		0.05V/div～50V/div	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		阶梯电压		0.05V/级～2V/级	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		集电极电流偏转系数		2μA/div～10A/div	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		二极管反向电流偏转系数		2μA/div～10A/div	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
		阶梯电流		0.5μA/级～5A/级	U_{rel}=1.5%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电阻		0.1Ω～10MΩ	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
2	*晶体管直流参数测量仪	直流电压	半导体器件直流和低频参数测试设备校准规范 JJF 1895	(0.1～1000)V	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
		直流电流		10μA～1A	U_{rel}=0.7%		2025-11-06
		h 参数		(20～50)	U_{rel}=0.6%		2025-11-06
				(50～100)	U_{rel}=0.9%		2025-11-06
				(100～999)	U_{rel}=1.1%		2025-11-06
3	*半导体管特性图示仪校准仪	直流电压	半导体管特性图示仪校准仪校准规范 JJF 1894	(0.01～1000)V	U_{rel}=(0.11～0.04)%		2025-11-06
		电阻		0.1Ω～10MΩ	U_{rel}=(0.06～0.10)%		2025-11-06
		直流电流		10nA～10A	U_{rel}=(0.5～0.15)%		2025-11-06
6506 无线电工程测量仪器							
1	*抖晃仪	抖晃率	抖晃仪校准规范 JJF 1683	(0.1～0.2)V，(2.5～3.5)kHz	U_{rel}=5.1%		2025-11-06
				(0.2～1)V，(2.5～3.5)kHz	U_{rel}=2.8%		2025-11-06
				(1～10)V，(2.5～3.5)kHz	U_{rel}=0.9%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率		(2.5～3.5)kHz	U_{rel}=0.005%		2025-11-06
		电平		(0.1～10)V，(2.5～3.5)kHz	U_{rel}=(5.1～0.9)%		2025-11-06
2	*电话分析仪	双音多频频率	双音多频电话机测试器检定规程 JJG(邮电) 032	(600～1700)Hz	U=0.20Hz		2025-11-06
		双音多频电平		(-30～0)dBm，(600～1700)Hz	U=0.2dB		2025-11-06
		脉冲周期		（1~150）ms	U=0.1ms		2025-11-06
		脉冲断续比		（0.1~15）	U_{rel}=0.09%		2025-11-06
3	*蓝牙测试仪	参考晶体振荡器输出频率	蓝牙测试仪校准规范 JJF 1278	10MHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		信号发生器输出频率		2.4G Hz～2.5GHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		信号发生器输出电平		(0 ～ 10) dBm(2.4GHz ～ 2.5 GHz)	U=0.24 dB		2025-11-06
				(-50 ～ 0) dBm(2.4GHz ～ 2.5 GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
				(-90 ～ -50) dBm(2.4GHz～2.5 GHz)	U=0.3dB		2025-11-06
		信号频谱纯度		(-100~-10)dBc(1.2GHz ～ 8GHz)	U=1.0dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		单边带相位噪声		(-140~-10) dBc/Hz(频率偏移:10 Hz～2MHz) (2.4GHz ～ 2.5GHz)	U=1.0dB		2025-11-06
		信号发生器差分误差矢量幅度		0～25%(2.4GHz ～ 2.5 GHz)	U=1.2%		2025-11-06
		信号发生器差分GFSK调制频率偏置		100 kHz ～ 300 kHz(2.4GHz ～ 2.5 GHz)	U_{rel}=0.92%		2025-11-06
		信号发生器频率误差		(-1.3 MHz ～ +1.3 MHz)(2.4GHz ～ 2.5 GHz)	U=12 Hz		2025-11-06
		功率测量		(-70～ 10) dBm(2.4Hz ～ 2.5 GHz)	U=0.30 dB		2025-11-06
		GFSK调制频偏测量		(100 kHz ～ 300 kHz)(2.4Hz ～ 2.5 GHz)	U_{rel}=0.92%		2025-11-06
		差分误差矢量幅度测量		0～25%(2.4GHz ～ 2.5 GHz)	U=1.2%		2025-11-06
		频率误差测量		(-1.3 MHz ～ +1.3MHz)(2.4Hz ～ 2.5 GHz)	U=12 Hz		2025-11-06
		频率测量		2.4GHz ～ 2.5 GHz	U_{rel}=1.0×10^{-7}		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		射频端口电压驻波比		(1.001~3)，(2.4GHz ～2.5 GHz)	U_{rel}=4%		2025-11-06
4	*无线局域网测试仪	参考晶体振荡器输出频率	无线局域网测试仪校准规范 JJF 1277	10MHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		信号发生器输出频率		2.4GHz～6GHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		信号发生器输出电平		(0 ～ 10) dBm(2.4GHz ～6 GHz)	U=0.24 dB		2025-11-06
				(-50 ～ 0) dBm(2.4GHz ～6 GHz)	U=0.28 dB		2025-11-06
				(-90 ～ -50) dBm(2.4GHz ～6 GHz)	U=0.30 dB		2025-11-06
		信号频谱纯度		(-100~-10)dBc(2.4GHz ～6 GHz)	U=1.0 dB		2025-11-06
		单边带相位噪声		(-140~-30)dBc/Hz(2.4GHz ～6GHz)	U=1.0 dB		2025-11-06
		信号发生器频率误差		(-1.3MHz ～ +1.3MHz)(2.4GHz ～6GHz)	U=10 Hz		2025-11-06
		信号发生器误差矢量幅度		0～25% (2.4GHz ～6GHz)	U=1.0%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		信号发生器导频误差矢量幅度		0~20%(2.4GHz ～6GHz)	U=1.0%		2025-11-06
		信号发生器符号时钟误差		(-1.0×10^{-4}~1.0×10^{-4})，(2.4GHz ～6GHz)	U=3.6×10^{-6}		2025-11-06
		功率测量		(0 ~ 10) dBm(2.4GHz ～6GHz)	U=0.27dB		2025-11-06
				(-50 ~ 0) dBm(2.4GHz ～6GHz)	U=0.28dB		2025-11-06
				(-90 ~ -50) dBm(2.4GHz ～ 6GHz)	U=0.30 dB		2025-11-06
		误差矢量幅度		0～25% (2.4GHz ～6GHz)	U=1.0%		2025-11-06
		符号时钟误差测量		(-1.0×10^{-4}~1.0×10^{-4})，(2.4GHz ～6GHz)	U=3.6×10^{-6}		2025-11-06
		射频端口电压驻波比		（1.001~3）（2.4GHz～6GHz)	U_{rel}=5%		2025-11-06
5	*TDMA-GSM 数字移动通信综合测试仪	参考晶体振荡器输出频率	TDMA-GSM 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1131	10MHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		信号发生器输出频率		800M Hz～2GHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		信号发生器输出电平		(-50 ～ 0) dBm(800MHz～2 GHz)	U=0.24dB		2025-11-06
				(-90 ～ -50) dBm(800MHz～2 GHz)	U=0.27dB		2025-11-06
				(-120 ～ -90) dBm(800MHz～2 GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		信号频谱纯度		(-100~-10) dBc（400MHz~6GHz）	U=1.0dB		2025-11-06
		单边带相位噪声		（-140~-30）dBc/Hz(800MHz~2GHz)	U=1.0 dB		2025-11-06
		相位误差		(0～10)°（800MHz~2GHz）	U=0.3 °		2025-11-06
		峰值相位误差		(-15～15)°（800MHz~2GHz）	U=1.0°		2025-11-06
		频率误差		（-30 kHz ～30 kHz）（800MHz~2GHz）	U=2 Hz		2025-11-06
		功率测量		(-50 ～ 10) dBm(800MHz ～ 2 GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		GSM 分析仪均方根相位误差测量		(0～10)°（800MHz~2GHz）	U=0.3°		2025-11-06
		GSM 分析仪峰值相位误差测量		(-15～15)°（800MHz～2GHz）	U=1.0°		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		GSM 分析仪频率误差测量		（-30 kHz ～ 30 kHz）（800MHz～ 2GHz）	U=2 Hz		2025-11-06
		音频信号发生器频率准确度		20Hz～5kHz	U_{rel}=0.49%		2025-11-06
		音频分析仪频率测量		20Hz～40kHz	U_{rel}=6.0×10^{-5}		2025-11-06
		音频信号发生器输出电压		（0.1～5 ）V（20 Hz～5kHz）	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		音频分析仪电压测量		（20mV～30V）（20 Hz～40 kHz）	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		音频分析仪失真测量		0.03%～0.1%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=14%～9%		2025-11-06
				0.1%～100%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06
				0.1%～0.02%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=27%～17%		2025-11-06
				0.02%～100%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=14%～7%		2025-11-06
				0.05%～100%(20kHz～50kHz)	U=11%～7%		2025-11-06
				0.1%～100%(50kHz～200kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		射频端口电压驻波比		1.001~3(800MHz～2GHz)	U_{rel}=4%		2025-11-06
6	*TD-SCDMA 数字移动通信综合测试仪	参考晶体振荡器输出频率	TD-SCDMA 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1204	10MHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		TD-SCDMA 信号发生器输出频率		30MHz～2.7GHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		TD-SCDMA 信号发生器输出电平		(-50 ～ 0) dBm(30MHz ～ 2.7 GHz)	U=0.24dB		2025-11-06
				(-90 ～ -50) dBm(30MHz ～2.7 GHz)	U=0.27dB		2025-11-06
				(-120 ～ -90) dBm(30MHz ～2.7 GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		TD-SCDMA 信号发生器信号频谱纯度		(-100~-10)dBc(15MHz~9GHz)	U=1.0dB		2025-11-06
		TD-SCDMA 信号发生器单边带相位噪声		(-140~-30)dBc/Hz(30MHz~2.7GHz)	U=1.0 dB		2025-11-06
		TD-SCDMA 信号发生器误差矢量幅度		0%～20%(30MHz~2.7GHz)	U=0.9%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		TD-SCDMA信号发生器频率误差		(-14 kHz ～ +14 kHz)(30MHz~2.7GHz)	U=4Hz		2025-11-06
		TD-SCDMA信号发生器波形质量因数		(0.5～1.0)(30MHz~2.7GHz)	U=0.0012		2025-11-06
		TD-SCDMA信号发生器码域功率		(-50 ～ 0) dB(30MHz~2.7GHz)	U=0.8dB		2025-11-06
				(-60 ～ -50) dB(30MHz~2.7GHz)	U=2.9dB		2025-11-06
		射频功率分析仪电平测量		(-50 ～ 10) dBm(30MHz~2.7GHz)	U=0.27 dB		2025-11-06
				(-65 ～ -50) dBm(30MHz~2.7GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		TD-SCDMA分析仪误差矢量幅度测量		0%～20% (30MHz~2.7GHz)	U=0.8%		2025-11-06
		TD-SCDMA分析仪频率误差测量		-14 kHz ～ +14 kHz (30MHz~2.7GHz)	U=3.5Hz		2025-11-06
		TD-SCDMA分析仪相位误差测量		(0.01～15)° (30MHz~2.7GHz)	U=0.81°		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		TD-SCDMA分析仪波形质量因数		0～1.0 (30MHz~2.7GHz)	U=0.0012		2025-11-06
		音频信号发生器频率准确度		20Hz～20kHz	U_{rel}=0.49%		2025-11-06
		音频分析仪频率测量		20Hz～20kHz	U_{rel}=6.0×10^{-5}		2025-11-06
		音频信号发生器信号失真度		(0.03%～2%)，(20Hz～20kHz)	U_{rel}=12%		2025-11-06
				(0.03%～2%)，(20kHz～100kHz)	U_{rel}=24%		2025-11-06
		音频信号发生器输出电压		(20 mV～5 V)(20 Hz～20 kHz)	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		音频分析仪电压测量		(20mV～5V)(20 Hz～20 kHz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		音频分析仪失真测量		0.03%～0.1%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=14%～9%		2025-11-06
				0.1%～100%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06
				0.1%～0.02%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=27%～17%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				0.02%～100%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=14%～7%		2025-11-06
				0.05%～100%(20kHz～50kHz)	U=11%～7%		2025-11-06
				0.1%～100%(50kHz～200kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06
		射频端口电压驻波比		1.001~3(30MHz～2.7GHz)	U_{rel}=4%		2025-11-06
7	*宽带码分多址接入(WCDMA)数字移动通信综合测试仪	参考晶体振荡器输出频率	宽带码分多址接入(WCDMA)数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1276	10MHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		WCDMA 信号发生器输出频率		30MHz～2.7GHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		WCDMA 信号发生器输出电平		(-50 ～ 0) dBm (30MHz～2.7GHz)	U=0.24dB		2025-11-06
				(-90 ～ -50) dBm(30MHz～2.7GHz)	U=0.27dB		2025-11-06
				(-120 ～ -90) dBm((30MHz～2.7GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		WCDMA 信号发生器信号频谱纯度		(-100~-10)dBc((30MHz～2.7GHz)	U=1.0dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		WCDMA 信号发生器单边带相位噪声		(-140~-30)dBc/Hz(30MHz～2.7GHz)	U=1.0 dB		2025-11-06
		WCDMA 信号发生器相位误差		(0～15)°(30MHz～2.7GHz)	U=0.8°		2025-11-06
		WCDMA 信号发生器波形质量因数		(0～1.0)(30MHz～2.7GHz)	U=0.0012		2025-11-06
		WCDMA 信号发生器误差矢量幅度		(0%～25%)(30MHz～2.7GHz)	U=0.9%		2025-11-06
		WCDMA 信号发生器频率误差		(-5 kHz ～ +5 kHz)(30MHz～2.7GHz)	U=6 Hz		2025-11-06
		WCDMA 信号发生器码域功率		(-50 ～ 0) dB (30MHz～2.7GHz)	U=0.8dB		2025-11-06
				(-60 ～ -50) dB (30MHz～2.7GHz)	U=2.9dB		2025-11-06
		射频功率分析仪电平测量		(-50 ～ 10) dBm(30MHz～2.7GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		WCDMA 分析仪相位误差测量		(0～15)° (30MHz～2.7GHz)	U=0.8°		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		WCDMA 分析仪误差矢量幅度测量		(0%～25%)(30MHz～2.7GHz)	U=0.9%		2025-11-06
		WCDMA 分析仪频率误差测量		(-5 kHz ～ +5 kHz)(30MHz～2.7GHz)	U=6 Hz		2025-11-06
		WCDMA 分析仪波形质量因数		(0.5～1.0)(30MHz~2.7GHz)	U=0.0012		2025-11-06
		音频信号发生器频率准确度		10Hz～20kHz	U_{rel}=0.49%		2025-11-06
		音频分析仪频率测量		10Hz～20kHz	U_{rel}=6.0×10^{-5}		2025-11-06
		音频信号发生器信号失真度		(0.03%～2%)，(20Hz～20kHz)	U_{rel}=12%		2025-11-06
				(0.03%～2%)，(20kHz～100kHz)	U_{rel}=24%		2025-11-06
		音频信号发生器输出电压		(10 mV～5 V)(10 Hz～20 kHz)	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		音频分析仪电压测量		(20mV～5V)（10 Hz～20 kHz）	U_{rel}=0.5%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		音频分析仪失真测量		0.1%～100%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=14%～9%		2025-11-06
				0.1%～100%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06
				0.1%～0.02%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=27%～17%		2025-11-06
				0.02%～100%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=14%～7%		2025-11-06
				0.05%～100%(20kHz～50kHz)	U=11%～7%		2025-11-06
				0.1%～100%(50kHz～200kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06
		射频端口电压驻波比		1.001~3(30MHz～2.7GHz)	U_{rel}=4%		2025-11-06
8	*LTE 数字移动通信综合测试仪	参考晶体振荡器输出频率准确度	LTE 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1443	10MHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		LTE 信号发生器输出信号频率		600MHz～3.8GHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		LTE 信号发生器输出电平		(-50 ～ 0) dBm(600MHz～3.8GHz)	U=0.24dB		2025-11-06
				(-90 ～ -50) dBm(600MHz～3.8GHz)	U=0.27dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(-120 ～ -90) dBm(600MHz～3.8GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		信号频谱纯度		（-100～ -10）dBc（300MHz～ 12GHz	U=1.0dB		2025-11-06
		单边带相位噪声		(-140～-30) dBc/Hz(600MHz～3.8GHz)	U=1.0 dB		2025-11-06
		误差矢量幅度		0%～20%(600MHz～3.8GHz)	U=0.5%		2025-11-06
		频率误差		(-30 kHz ～ +30 kHz)(600MHz～3.8GHz)	U=2Hz		2025-11-06
		I/Q 原点偏移		(-50 ～-15) dB	U=2.1 dB		2025-11-06
				(-60 ～ -50) dB	U=2.5dB		2025-11-06
		射频功率分析仪电平测量		(-50 ～ 10) dBm(600MHz～3.8GHz)	U=0.30 dB		2025-11-06
		误差矢量幅度		0%～20%(600MHz～3.8GHz)	U=0.5%		2025-11-06
		频率误差		(-30 kHz ～ +30 kHz)(600MHz～3.8GHz)	U=2 Hz		2025-11-06
		I/Q 原点偏移		(-50 ～-15) dB	U=2.1 dB		2025-11-06
				(-60 ～ -50) dB	U=2.5dB		2025-11-06

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		射频端口电压驻波比		1.001~3(600MHz～3.8GHz)	U_{rel}=5%		2025-11-06
9	*CDMA 数字移动通信综合测试仪	参考晶体振荡器输出频率准确度	CDMA 数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF 1177	10MHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		信号发生器输出频率		100MHz～2GHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		信号发生器输出电平		(-50 ～ 0) dBm(100 MHz～2GHz)	U=0.24dB		2025-11-06
				(-90 ～ -50) dBm(100 MHz～2GHz)	U=0.27dB		2025-11-06
				(-120 ～ -90) dBm(100 MHz ～2GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		信号频谱纯度		（-100～-10）dBc（100kHz～6GHz	U=1.0dB		2025-11-06
		单边带相位噪声		（-140~-30）dBc/Hz(100MHz～2GHz)	U=1.0 dB		2025-11-06
		CDMA 信号发生器相位误差		(0～15)°（100MHz～2GHz)	U=0.8°		2025-11-06
		CDMA 信号发生器误差矢量幅度		(0%～20%)(100MHz～2GHz)	U=0.9%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		CDMA 信号发生器频率误差		(-1.2 kHz ～ +1.2 kHz)(100MHz～2GHz)	U=2 Hz		2025-11-06
		CDMA 信号发生器波形质量因数		(0.5～1.0)(30MHz~2.7GHz)	U=0.0012		2025-11-06
		射频功率分析仪电平测量		(-50 ～ 10) dBm(100 MHz ～ 2 GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		CDMA 分析仪相位误差测量		(0.1～15)°(100MHz～2GHz)	U=0.8°		2025-11-06
		CDMA 分析仪误差矢量幅度测量		(0%～20%)(30MHz～2.7GHz)	U=0.9%		2025-11-06
		CDMA 分析仪频率误差测量		(-1.2 kHz ～ +1.2 kHz)(100MHz～2GHz)	U=2Hz		2025-11-06
		CDMA 分析仪波形质量因数测量		(0.5～1.0)(30MHz~2.7GHz)	U=0.0012		2025-11-06
		射频端口电压驻波比		1.001~3(100MHz～2GHz)	U_{rel}=4%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
10	*射频通信测试仪	参考晶体振荡器输出频率准确度	射频通信测试仪校准规范 JJF 1065	10MHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		信号发生器输出频率		250kHz～1GHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		信号发生器输出电平		(0 ～ 13) dBm(100 kHz～1 GHz)	U=0.24 dB		2025-11-06
				(-50 ～ 0) dBm(100 kHz～1 GHz)	U=0.25dB		2025-11-06
				(-90 ～ -50) dBm(100 kHz～1 GHz)	U=0.27dB		2025-11-06
				(-120 ～ -90) dBm(100 kHz～1 GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		信号发生器频谱纯度		(-100~-10)dBc(100 kHz～1GHz)	U=1.0dB		2025-11-06
		信号发生器单边带相位噪声		(-140~-30)dBc/Hz(100kHz～1GHz)	U=1.0 dB		2025-11-06
		信号发生器调幅度		0%～99% (CW:100kHz～1GHz;f:10Hz～50kHz)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		信号发生器调频频偏		（1kHz～100 kHz） CW:(0.1 MHz～1GHz，f:20 Hz～50k Hz)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		信号发生器调相相偏		(0.2～10)rad， (CW：0.1MHz~1 GHz;f:20Hz～50kHz)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		分析仪电平测量		(-50 ～ 10) dBm(100 kHz～1 GHz)	U=0.30 dB		2025-11-06
		分析仪调幅度测量		(0～95%) (CW：100kHz~1GHz，f：20Hz~50kHz)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		分析仪频偏测量		（20Hz~100kHz） (CW：100 kHz～1GHz，f：20Hz~50kHz)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		分析仪相偏测量		（0.1~10）rad (CW：100 kHz～1GHz，f：20Hz~50kHz)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		音频信号发生器频率准确度		20Hz～50kHz	U_{rel}=0.49%		2025-11-06
		音频分析仪频率测量		20Hz～100kHz	U_{rel}=6.0×10^{-5}		2025-11-06
		音频信号发生器信号失真度		(0.03%～2%)，(20Hz～20kHz)	U_{rel}=12%		2025-11-06
				(0.03%～2%)，(20kHz～100kHz)	U_{rel}=24%		2025-11-06
		音频信号发生器输出电压		(10 mV～5 V)(20 Hz～50 kHz)	U_{rel}=0.5%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		音频分析仪电压测量		(20mV～30V)(20 Hz～50 kHz)	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		音频分析仪失真测量		0.1%～100%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=14%～9%		2025-11-06
				0.1%～100%(20Hz～110Hz,10kHz～20kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06
				0.1%～0.02%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=27%～17%		2025-11-06
				0.02%～100%(110Hz～10kHz)	U_{rel}=14%～7%		2025-11-06
				0.05%～100%(20kHz～50kHz)	U=11%～7%		2025-11-06
				0.1%～100%(50kHz～200kHz)	U_{rel}=9%～7%		2025-11-06
		射频端口电压驻波比		1.001~3(10MHz～ 1GHz)	U_{rel}=4%		2025-11-06
11	*动态信号分析仪	幅值	动态信号分析仪检定规程 JJG 834	(1～10)mV，（10Hz～200kHz）	U_{rel}=4%		2025-11-06
				(10～33)mV，（10Hz～200kHz）	U_{rel}=0.24%		2025-11-06
				33mV～10V，（10Hz～200kHz）	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
		动态范围		30dB~130dB，(10Hz~200kHz)	U=0.6dB		2025-11-06

国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		通道一致性		相位差：-5°~5°，(10Hz~200kHz)	U=0.08°		2025-11-06
				幅度比：-1dB~1dB，(10Hz~200kHz)	U=0.02dB		2025-11-06
		频率		0.1Hz～200kHz	U_{rel}=0.003%		2025-11-06
12	*网络线缆分析仪	直流环路电阻	网络线缆分析仪校准规范 JJF 1494	(0.1~100) Ω	U_{rel}=(0.22～3)%		2025-11-06
		传播时延		(1~500)ns	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		插入损耗		(0~40)dB，（1MHz～250MHz）	U=0.4dB		2025-11-06
		近端串扰		(20~70)dB，（1MHz～250MHz）	U=0.4dB		2025-11-06
		等效远端串扰		(10~60)dB，（1MHz～250MHz）	U=0.6dB		2025-11-06
		长度		(0.1~150)m	U_{rel}=(0.5～1)%		2025-11-06
		回波损耗		(8~26)dB，（1MHz～250MHz）	U=0.8dB		2025-11-06
13	*天馈线测试仪	输出信号频率	天馈线测试仪校准规范 JJF 1740	2MHz～18GHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2025-11-06
		输出功率		（-50~20）dBm，（2 MHz～18 GHz）	U=0.25dB		2025-11-06
		电压驻波比		1.001~3(2 MHz～18GHz)	U_{rel}=5%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		衰减量		（0~30）dB，（2 MHz～18 GHz）	U=0.3dB		2025-11-06
		射频功率		（-50~20）dBm，（2 MHz～18 GHz）	U=0.25dB		2025-11-06
		故障定位距离		（1~15）m，（2 MHz～18 GHz）	U_{rel}=2%		2025-11-06
14	*5G NR 数字移动通信综合测试仪	参考晶体振荡器输出频率准确度	5G 移动通信综合测试仪校准规范 JJF（通信）052	10 MHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		射频信号发生器输出信号频率准确度		450 MHz~50 GHz	U_{rel}=6.7×10^{-9}		2025-11-06
		射频信号发生器输出电平		（-120~ 0）dBm（CW:450 MHz~50 GHz）	U=0.30 dB		2025-11-06
		射频信号发生器频谱纯度		（-120~ -10）dBc（CW:450 MHz~50 GHz）	U=1.0 dB		2025-11-06
		射频信号发生器单边带相位噪声		（-140~ -10）dBc/Hz（CW:450 MHz~50 GHz）	U=1.0 dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		5G 信号发生器数字调制质量（误差矢量幅度）		(0~8)%（CW:450 MHz~50 GHz）	U=0.6%		2025-11-06
		5G 信号发生器占用带宽		（5~400）MHz（CW:450 MHz~50 GHz）	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		5G 信号发生器邻道功率比		(0~-90)dBc，CW:450 MHz~50 GHz）	U=0.9 dB		2025-11-06
		射频分析仪射频功率分析		（-50~30）dBm（CW:450 MHz~6 GHz）	U=0.30 dB		2025-11-06
				（-50~10）dBm（CW:6Hz~44 GHz）	U=0.50 dB		2025-11-06
		5G NR 信号数字调制质量参数分析（误差矢量幅度）		(0~17.5)%，（CW:450 MHz~44 GHz）	U=0.6%		2025-11-06
		5G NR 信号分析仪占用带宽		（5~400）MHz，（CW:450 MHz~44 GHz）	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		5G NR 信号分析仪邻道功率比		(0~-90)dBc，（CW:450 MHz~44 GHz）	U=0.9 dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		射频端口电压驻波比		1.001～3，0.45GHz～3GHz	U_{rel}=4%		2025-11-06
				1.001～3，3GHz～26.5GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.001～1.9，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=5%		2025-11-06
				1.9～3，26.5GHz～50GHz	U_{rel}=10%		2025-11-06
15	*射频屏蔽箱	屏蔽效能	测试用射频屏蔽箱校准规范 JJF(通信) 048	5 dB~120 dB，(CW:14 kHz~18GHz)	U=3.0 dB	14kHz～200kHz频率范围仅测50cm×30cm×10cm 以上箱体，100MHz～1GHz仅测25cm×25cm×5cm	2025-11-06
		输入输出端口电压驻波比		1.001～3(14kHz～18GHz)	U_{rel}=5%		2025-11-06
66 时间和频率测量仪器							
6601 频率							

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*微波频率计	频率测量	微波频率计数器检定规程 JJG 841	100kHz～40GHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		开机特性		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		日频率波动		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		日老化率		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		1s 频率稳定度		(1～10)MHz	$U_{rel}=1\times10^{-11}$		2025-11-06
		频率复现性		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		相对频率偏差		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		输入灵敏度		（-40～-10）dBm，100kHz～40GHz	U=0.6dB		2025-11-06
2	*通用计数器	频率测量	通用计数器校准规范 JJF 2196	1Hz～18GHz	$U=3\times10^{-9}f_x$+1LSD		2025-11-06
		周期测量		1ns～100s	$U=3\times10^{-9}t_x$+1LSD		2025-11-06
		时间间隔测量		100ns~4000s	$U=3\times10^{-9}t_x$+1LSD		2025-11-06
		相对频率偏差		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		1s 频率稳定度		(1～10)MHz	$U_{rel}=1\times10^{-11}$		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		开机特性		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		日频率波动		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		日老化率		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		频率复现性		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
3	*频率表	频率	频率表检定规程 JJG 603	10 Hz～10 kHz	$U_{rel}=0.003\%$		2025-11-06
4	*石英晶体振荡器	相对频率偏差	电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范 JJF 1984	(1～100)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		开机特性		(1～100)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		日老化率		(1～100)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		1s 频率稳定度		(1～100)MHz	$U_{rel}=1\times10^{-11}$		2025-11-06
		频率复现性		(1～100)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
5	*振弦式频率读数仪	频率	振弦式频率读数仪校准规范 JJF 1401	（300~6000）Hz	U=0.11 Hz		2025-11-06
6	*脉冲计数器	脉冲计数	脉冲计数器校准规范 JJF1686	$1\sim1\times10^{6}$	$U=5\times10^{-9}N$+1		2025-11-06
		内置时基频率		(1～10)MHz	$U_{rel}=5\times10^{-9}$		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6602 时间							
1	*秒表	时间间隔（电子秒表）	秒表校准规范 JJF 2195	(1～99999)s	U=1×10^{-7} t_x+0.005s		2025-11-06
		时间间隔（机械秒表）		(1～99999)s	U=1×10^{-7} t_x+0.05s		2025-11-06
		时间间隔（电秒表）		0.1ms～9999.9s	U=1×10^{-7} t_x+3 μs		2025-11-06
		日差校准		(-99～99)s	U=0.023s		2025-11-06
2	*瞬时日差测量仪	瞬时日差	瞬时日差测量仪检定规程 JJG 488	(-99～+99)s	U=0.008s		2025-11-06
		瞬时月差		(-1000～+1000)s	U=0.24s		2025-11-06
		内置晶体振荡器频率		1MHz～10MHz	U_{rel}=5×10^{-9}		2025-11-06
3	*时间间隔测量仪	开机特性	时间间隔测量仪检定规程 JJG 238	1MHz～10MHz	U_{rel}=6×10^{-10}		2025-11-06
		日频率波动		1MHz～10MHz	U_{rel}=6×10^{-10}		2025-11-06
		1s 频率稳定度		1MHz～10MHz	U_{rel}=1×10^{-11}		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率复现性		1MHz～10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		相对频率偏差		1MHz～10MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		时间间隔测量		10μs～10000 s	U=(0.006～0.3)ms		2025-11-06
4	*时间继电器	时间	时间继电器校准规范 JJF 1282	1ms～9999s	$U=1\times10^{-7}t_x$+0.1ms		2025-11-06
5	*时间继电器检测仪	时间测量	时间继电器测试仪校准规范 JJF 1400	1ms～9999s	$U=1\times10^{-7}t_x$+0.03ms		2025-11-06
		相对频率偏差		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		1s 频率稳定度		(1～10)MHz	$U_{rel}=1\times10^{-11}$		2025-11-06
		开机特性		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		日老化率		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		频率复现性		(1～10)MHz	$U_{rel}=6\times10^{-10}$		2025-11-06
		直流电压		（10～400）V	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		直流电压纹波系数		0.01%～10%	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		交流电压输出		（10～400）V	U_{rel}=0.5%		2025-11-06

国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电压失真度		(0.03%～2%)，(20Hz～20kHz)	U_{rel}=12%		2025-11-06
				(0.03%～2%)，(20kHz～100kHz)	U_{rel}=24%		2025-11-06
6	*剩余电流动作保护器动作特性检测仪	分断时间	剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范 JJF 1283	10ms～5s	U=1ms		2025-11-06
		剩余电流		(3～1500)mA	U_{rel}=1.1%		2025-11-06
67 光学测量仪器							
6701 光度（含光亮度）							
1	光照度计	照度	光照度计检定规程 JJG 245	(1～3000) lx	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
2	*标准光源箱	相关色温	标准光源箱校准规范 JJF(纺织) 055	(2000～2856)K	U=31K		2025-11-06
				(2857～5500)K	U=0.11kK		2025-11-06
				(5501～6500)K	U=0.14kK		2025-11-06
				(6501～9000)K	U=0.26kK		2025-11-06
3	*澄明度检测仪	照度	澄明度检测仪校准规范 JJF1287	(50～3000)lx	U_{rel}=11%		2025-11-06
		时间		(1～60)s	U=0.2s		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
4	LED	总光通量	小功率 LED 单管校准规范 JJF1501	(0.5～200)lm	U_{rel}=4.6%	平均发光强度只在 CIE B 条件下做标准探测器法	2025-11-06
		色品坐标		x：(0～1)	U=0.008		2025-11-06
				y：(0～1)	U=0.008		2025-11-06
		平均发光强度		(0.1～100) cd	U_{rel}=4.5%		2025-11-06
5	瞬态光谱仪	光谱辐射照度	瞬态光谱仪校准规范 JJF1329	(300～1700)nm:（0.001～10）W/m^2/nm	U_{rel}=8.7%		2025-11-06
6702 色度							
1	*测色色差计	色度	测色色差计检定规程 JJG 595	Y:（0.1～100）	U=2.1		2025-11-06
				x, y:(0～1)	U=0.007(x), U=0.007(y)		2025-11-06
2	*白度计	白度	白度计检定规程 JJG 512	0～100	U=2.0		2025-11-06
3	*水质色度仪	色度	水质色度仪校准规范 JJF 1689	(0.1～500)度	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
6703 激光							
1	*通信用可调谐激光源	光波长示值	通信用可调谐激光源校准规范 JJF 1198	1260nm～1640nm	U=0.5pm		2025-11-06
		光波长重复性		1260nm～1640nm	U=0.5pm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		光波长稳定度		1260nm～1640nm	U=0.5pm		2025-11-06
		光输出功率		-60dBm～+10 dBm	U=0.3dB		2025-11-06
		光功率稳定度		-1.000dB～1.000dB（-60dBm～+10 dBm）	U=0.005dB		2025-11-06
6704 辐射度							
1	总辐射传感器	辐照度	总辐射传感器校准方法 FFJ1409	（350～1300）W/m^2	U_{rel}=3.7%		2025-11-06
		灵敏度		（6～15）μV·W^{-1}·m^2	U_{rel}=3.7%		2025-11-06
2	光谱辐射亮度灯	光谱辐射亮度	光谱辐射亮度标准灯检定规程 JJG383，光谱辐射亮度灯作业指导书 ZYZ226-2021	(250～2500)nm：(0.001～100) μW/cm^2/nm/sr	U_{rel}=4.1%～6.9%		2025-11-06
3	光谱辐射照度灯	光谱辐射照度	光谱辐射照度标准灯检定规程 JJG384，光谱辐射照度作业指导书 ZYZ225-2021	（250～2500）nm：(0.01～100) μW·cm^2·nm^{-1}	U_{rel}=2.7%～5.3%		2025-11-06
4	太阳模拟器辐照计	辐照度	太阳模拟器辐照度计校准方法 FFJ1604	（350～1300）W/m^2	U_{rel}=2.8%		2025-11-06
5	氘灯	光谱辐射照度	氘灯光谱辐射亮度（250nm～400nm）校准规范 JJF1754，氘灯光谱辐射照度（200 nm～400 nm）校准规范 JJF2169	(0.001～100) μW· cm^{-2}·nm^{-1}	U_{rel}=6.9% ~11%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	太阳电池	开路电压	太阳电池校准规范：光电性能 JJF1622	（0.001～5）V	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		短路电流		（0.001～10）A	U_{rel}=2.7%		2025-11-06
		最大功率		（0.01～50）W	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
		最佳工作电流		（0.001～10）A	U_{rel}=2.7%		2025-11-06
		最佳工作电压		（0.001～5）V	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		转换效率		(0.01～99.9)%	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
7	钙钛矿太阳电池	光电转换效率	钙钛矿太阳电池校准规范：光电性能参数校准规范 JJF2129	0.1% ～35%	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
		短路电流		0.1 mA ～1 A	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
		开路电压		0.1 V ～20 V	U_{rel}=1.1%		2025-11-06
		最大发电功率		0.1 mW ～20 W	U_{rel}=3.2%		2025-11-06
8	电池光电探测器	短路电流	电池光电探测器校准方法 FFJ1903	(0.1～10000)mA	U_{rel}=2.8%		2025-11-06
		灵敏度		(20～10000)mV•kW^{-1}• m^2	U_{rel}=2.8%		2025-11-06
6705 眼科光学							

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*验光镜片箱	球镜度	验光镜片箱检定规程 JJG 579	(-20～+20) m^{-1}	U=0.03 m^{-1}		2025-11-06
		柱镜度		(-1.5～+1.5)m^{-1}	U=0.03 m^{-1}		2025-11-06
		棱镜度		(2～20) cm/m	U=0.013 cm/m		2025-11-06
2	*焦度计	球镜度	焦度计检定规程 JJG 580	(-25～+25) m^{-1}	U=0.03 m^{-1}		2025-11-06
		柱镜度		(-1.5～+1.5)m^{-1}	U=0.03m^{-1}		2025-11-06
		棱镜度		(2～10)cm/m	U=0.03cm/m		2025-11-06
3	*验光仪	顶焦度	验光仪检定规程 JJG 892	客观式：（-20～+20）m^{-1}	U=0.08 m^{-1}		2025-11-06
				主观式：（-15～+15）m^{-1}	U=0.08 m^{-1}		2025-11-06
		瞳距		(55～75)mm	U=0.3mm		2025-11-06
		曲率半径		(6.5～9.4)mm	U=0.004 mm		2025-11-06
		轴位		(0～180)°	U=1.2 °		2025-11-06
4	*瞳距仪	瞳距	瞳距仪检定规程 JJG 952	(55～75) mm	U=0.2mm		2025-11-06
5	*角膜曲率计	曲率半径	角膜曲率计检定规程 JJG 1011	(6.5～9.4)mm	U=0.004 mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		轴位		(0～180)°	U=1.2 °		2025-11-06
6	*综合验光仪（含视力表）	球镜度	综合验光仪（含视力表）检定规程 JJG 1097	（-20～+20）m^{-1}	U_S=(0.05～0.08)m^{-1}		2025-11-06
		柱镜度		（-20～+20）m^{-1}	U_S=(0.05～0.08)m^{-1}		2025-11-06
		光学中心		(0～1.0)cm/m	U_p=0.05cm/m		2025-11-06
		柱镜轴位		(0～180)°	U=1°		2025-11-06
		视标尺寸		(2～80)mm	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
6706 光纤光学							
1	*通信用光功率计	功率	通信用光功率计检定规程 JJG 965	-60dBm～+10 dBm	U=(0.20～0.50)dB		2025-11-06
2	*光纤光功率计	功率	光纤光功率计检定规程 JJG 813	-60dBm～+10 dBm	U=(0.20～0.50)dB		2025-11-06
3	*通信用光谱分析仪	光波长	通信用光谱分析仪检定规程 JJG 1035	900nm～1700nm	U_{rel}=2×10^{-6}		2025-11-06
		功率		-60dBm～+10 dBm	U=0.20dB		2025-11-06
		分辨力带宽		(0.01～5)nm	U_{rel}=0.7%		2025-11-06
4	*光波长计	光波长	通信用光波长计检定规程 JJG 963	900nm～1200nm	U_{rel}=2×10^{-6}		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				1200nm～1700nm	U_{rel}=0.5×10^{-6}		2025-11-06
		功率		-60dBm～+10 dBm	U=(0.20~0.50)dB		2025-11-06
5	*光传输用稳定光源/光源	光波长	光传输用稳定光源检定规程 JJG 958	900nm～1700nm	U=0.05nm		2025-11-06
		输出功率		-60dBm～+10 dBm	U=0.3dB		2025-11-06
		输出功率稳定度		-60dBm～+10 dBm	U=0.005dB		2025-11-06
6	*通信用光衰减器	衰减	通信用光衰减器校准规范 JJF 1199	（0～65）dB	U=0.03 dB		2025-11-06
		插入损耗		（0～5）dB	U=0.04 dB		2025-11-06
7	*光回波损耗测试仪/插回损测试仪	光回波损耗	通信用光回波损耗仪校准规范 JJF 1325	(0～60) dB	U=(0.6～2.0) dB		2025-11-06
8	*光时域反射计	光波长	光时域反射计检定规程 JJG 959	(600～1700)nm	U=0.05nm		2025-11-06
		距离标尺系数		0.1～2	U_{rel}=2×10^{-5}		2025-11-06
		距离/位置偏差		(0～40)km	U=0.3m+1.5×10^{-5}L		2025-11-06
		损耗标尺系数		(0～10) dB/dB	U=0.04dB/dB		2025-11-06
		损耗		(0～60) dB/km	U=0.04dB/km		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
9	*光纤端面显微镜	放大倍数	光纤端面显微镜校准规范 JJF(通信)038	40～1500	U_{rel}=8%		2025-11-06
		分辨率		(0.01～5)μm	U_{rel}=15%		2025-11-06
10	*通信用可调谐光滤波器	光波长示值	通信用可调谐光滤波器 校准规范 JJF 2006	(1528～1604)nm	U_{rel}=2×10^{-6}		2025-11-06
		带宽		(0.03～5)nm	U_{rel}=0.7%		2025-11-06
		插入损耗		（0～5）dB	U=0.09dB		2025-11-06
6707 成像光学							
1	*阿贝折射仪	折射率	阿贝折射仪检定规程 JJG 625	n_D：1.300～1.700	U=1×10^{-4}		2025-11-06
6708 材料光学							
1	*镜向光泽度计	镜向光泽度	镜向光泽度计和光泽度板检定规程 JJG 696	(0～100)GU	U=1.3GU		2025-11-06
2	*雾度计	雾度	雾度计校准规范 JJF 1303	0～30	U=0.41		2025-11-06
		透射比		0～100%	U=1.1%		2025-11-06
3	*车身反光标识用逆反射系数测量仪	逆反射系数	车身反光标识用逆反射系数测量仪校准规范 JJF 1747	(0.1～400)cd·lx^{-1}·m^{-2}	U=4.0%		2025-11-06
4	标准中性滤光片	透射比	汽车检测设备用标准中性滤光片校准规范 JJF 2046	0～100%	U=0.005		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
5	*光谱光度滤光器	透射比	光谱光度度标准滤光器检定规程 JJG 1034	(0.01～100)%	U=0.3%		2025-11-06
		波长		(190～900)nm	U=0.4nm		2025-11-06
68 化学测量仪器							
6801 光谱（光度）分析仪器							
1	*原子吸收分光光度计	检出限	原子吸收分光光度计检定规程 JJG 694	火焰原子化器(Cu)：≤0.02μg/mL	U=0.005μg/mL		2025-11-06
				石墨炉原子化器(Cd)：≤4pg	U=0.22pg		2025-11-06
2	*紫外、可见分光光度计	波长	紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178	(200～ 900)nm	U=0.5nm		2025-11-06
		透射比		(8～32)%	U=0.4%		2025-11-06
3	*旋光仪及旋光糖量计	旋光度	旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536	-72° ～+72°	U=0.005°		2025-11-06
		糖度		-20° Z～+105° Z	U=0.015° Z		2025-11-06
4	*手持糖量(含量)计及手持折射仪	折射率	手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程 JJG 820	n_D:1.3300～1.6000	U=2×10^{-4}		2025-11-06
		糖含量		分度值：0.1%：(0.1～15)%	U=0.3%		2025-11-06
				分度值：0.2%：(0.2～30)%	U=0.5%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				分度值：0.5%：(0.5～50)%	U=1.1%		2025-11-06
				分度值：1.0%：(1.0～60)%	U=1.8%		2025-11-06
				分度值：2.0%：(2.0～60)%	U=2.8%		2025-11-06
5	*能量色散X射线荧光光谱仪	浓度	能量色散X射线荧光光谱仪校准规范 JJF 2024	Cd:(8.7～107)mg/kg	U_{rel}=8%		2025-11-06
				Cr:(97.3～1122)mg/kg	U_{rel}=10%		2025-11-06
				Hg:(91.5～1096)mg/kg	U_{rel}=9%		2025-11-06
				Pb:(93.1～1122)mg/kg	U_{rel}=9%		2025-11-06
6	*测汞仪	检出限	测汞仪检定规程 JJG 548	吸收类：≤1.0ng	U=0.3ng		2025-11-06
				荧光类：≤0.1ng	U=0.04ng		2025-11-06
7	*原子荧光光度计	检出限	原子荧光光度计检定规程 JJG 939	As:≤0.4ng	U=0.015ng		2025-11-06
				Sb:≤0.4ng	U=0.05ng		2025-11-06
8	*火焰光度计	检测限	火焰光度计检定规程 JJG 630	K：≤0.004mmol/L	U=0.001mmol/L		2025-11-06
				Na：≤0.008mmol/L	U=0.002mmol/L		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
9	*发射光谱仪	波长	发射光谱仪检定规程 JJG768	ICP 光谱仪：(190～800)nm	U=0.012nm		2025-11-06
		检出限		ICP 光谱仪 Zn：≤0.003mg/L	U=0.0012mg/L		2025-11-06
				ICP 光谱仪 Ni：≤0.01mg/L	U=0.004mg/L		2025-11-06
				ICP 光谱仪 Mn：≤0.002mg/L	U=0.0008mg/L		2025-11-06
				ICP 光谱仪 Cr：≤0.007mg/L	U=0.0028mg/L		2025-11-06
				ICP 光谱仪 Cu：≤0.007mg/L	U=0.0028mg/L		2025-11-06
				ICP 光谱仪 Ba：≤0.001mg/L	U=0.0004mg/L		2025-11-06
				直读光谱仪 C：≤0.005%	U=0.0019%		2025-11-06
				直读光谱仪 Si：≤0.005%	U=0.0020%		2025-11-06
				直读光谱仪 Mn：≤0.003%	U=0.0012%		2025-11-06
				直读光谱仪 Cr：≤0.003%	U=0.0013%		2025-11-06
				直读光谱仪 Ni：≤0.005%	U=0.0020%		2025-11-06
				直读光谱仪 V：≤0.01%	U=0.0004%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
10	*液相色谱-原子荧光联用仪	最小检测量	液相色谱-原子荧光联用仪检定规程 JJG 1151	五价砷：＜1.0ng	U_{rel}=11%		2025-11-06
				一甲基砷：＜0.7ng	U_{rel}=11%		2025-11-06
				二甲基砷：＜0.7ng	U_{rel}=10%		2025-11-06
11	*傅立叶变换红外光谱仪	波数	傅立叶变换红外光谱仪校准规范 JJF 1319	(4000～400)cm^{-1}	U=0.4cm^{-1}		2025-11-06
12	*农药残留检测仪	波长	农药残留检测仪校准规范 JJF 1729	(330～450)nm	U=3.5nm		2025-11-06
		透射比		(7～33)%	U=0.3%		2025-11-06
		抑制率		(50～100)%	U=5.2%		2025-11-06
13	数字糖量计及数字折射仪	糖量	数字糖量计及数字折射仪检定规程 JJG(粤)063	（1～80）%	U=0.06%		2025-11-06
		折射率		1.3000～1.7000	U=0.0002		2025-11-06
6802 色谱分析仪器							
1	*气相色谱仪	灵敏度	气相色谱仪检定规程 JJG 700	TCD：≥800mV•mL/mg	U_{rel}=4%	不做气体进样 GC	2025-11-06
		检测限		FID：≤0.5ng/s	U_{rel}=6%		2025-11-06
				NPD：≤5pg/s(氮)	U_{rel}=6%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				NPD：≤10pg/s（磷）	U_{rel}=6%		2025-11-06
				FPD：≤0.5ng/s(硫)	U_{rel}=5%		2025-11-06
				FPD：≤0.1ng/s（磷）	U_{rel}=5%		2025-11-06
				ECD：≤5pg/mL	U_{rel}=6%		2025-11-06
2	*液相色谱仪	最小检测浓度	液相色谱仪检定规程 JJG 705	紫外-可见光检测器：萘：≤5×10^{-8}g/mL	U_{rel}=8%		2025-11-06
				二极管阵列检测器:萘：≤5×10^{-8}g/mL	U_{rel}=8%		2025-11-06
				荧光检测器:萘：≤5×10^{-9}g/mL	U_{rel}=8%		2025-11-06
				示差折光率检测器：胆固醇：≤5×10^{-6}g/mL	U_{rel}=8%		2025-11-06
				蒸发光散射检测器:胆固醇:≤5×10^{-6}g/mL	U_{rel}=8%		2025-11-06
3	*离子色谱仪	最小检测浓度	离子色谱仪检定规程 JJG823	电导检测器：≤0.02μg/mL	U_{rel}=6%		2025-11-06
				紫外可见检测器：≤0.02μg/mL	U_{rel}=9%		2025-11-06
				电化学检测器：≤0.02μg/mL	U_{rel}=5%		2025-11-06
6803 质谱分析仪器							

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*气相色谱-质谱联用仪	信噪比	气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1164	EI^+(离子阱、单四极杆、三重四极杆) S/N:≥10:1	U_{rel}=9%		2025-11-06
				EI^+(飞行时间、静电场轨道阱) S/N:≥50:1	U_{rel}=9%		2025-11-06
				CI^+(离子阱、单四极杆、三重四极杆) S/N:≥10:1	U_{rel}=9%		2025-11-06
				CI^-(离子阱、单四极杆) S/N:≥10:1	U_{rel}=8%		2025-11-06
2	*液相色谱-质谱联用仪	信噪比	液相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1317	利血平≥10：1	U_{rel}=10%		2025-11-06
3	*四极杆电感耦合等离子体质谱仪	检测限	四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 JJF 1159	Be:≤30ng/L	U=1.7ng/L		2025-11-06
				In :≤10ng/L	U=2.3ng/L		2025-11-06
				Bi :≤10ng/L	U=2.0ng/L		2025-11-06
6804 水质分析仪器							
1	*浊度计	浊度	浊度计检定规程 JJG 880	(1～10)NTU	U_{rel}=6%		2025-11-06
				(10～400)NTU	U_{rel}=4%		2025-11-06
2	*化学需氧量（COD)在线自动监测仪	浓度	化学需氧量（COD)在线自动监测仪检定规程 JJG 1012	(50～1000)mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
3	*氨氮自动监测仪	浓度	氨氮自动监测仪检定规程 JJG 631	A 类：(1～2)mg/L	U=0.05mg/L		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				A 类：(2～100)mg/L	U_{rel}=4.2%		2025-11-06
				B 类：(1～100)mg/L	U_{rel}=3.6%		2025-11-06
4	*总磷总氮水质在线分析仪	浓度	总磷总氮水质在线分析仪检定规程 JJG 1094	总磷：(0.1～0.5)mg/L	U=0.02mg/L		2025-11-06
				总磷：(0.5～500)mg/L	U_{rel}=4.0%		2025-11-06
				总氮：(0.1～2)mg/L	U=0.08mg/L		2025-11-06
				总氮：(2～500)mg/L	U_{rel}=3.5%		2025-11-06
5	溶解氧测定仪	浓度	溶解氧测定仪检定规程 JJG 291	(4～15) mg/L	U=0.16mg/L		2025-11-06
		温度		(0～50) ℃	U=0.1 ℃		2025-11-06
		时间		(1～60)s	U=0.7s		2025-11-06
6	*水质硬度计	水质硬度	水质硬度计校准规范 JJF 1949	(10～1000) mg/L	U_{rel}=3.8%		2025-11-06
7	*重金属水质在线分析仪	浓度	重金属水质在线分析仪校准规范 JJF1565	Cr(Ⅵ) ：（0.01～100）mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
				Cu:（0.01～500）mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
				Ni:（0.02～100）mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				Pb:（0.01～1000）mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
				Cd:（0.001～10）mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
				Hg:（0.001～100）mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
				As:（0.01～1000）mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
				Fe:（0.02～1000）mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
				Mn:（0.01～1000）mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
				Zn:（0.02～1000）mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
				Cr:（0.01～500）mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
8	*水中油分浓度分析仪	浓度	水中油分浓度分析仪检定规程 JJG 950	(0.1～10) mg/L	U=0.2mg/L		2025-11-06
				(＞10～1000) mg/L	U_{rel}=2.4%		2025-11-06
9	*总有机碳分析仪	浓度	总有机碳分析仪检定规程 JJG821	有机碳：(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=2.6%		2025-11-06
				无机碳：(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=2.6%		2025-11-06
10	*余氯测定仪	浓度	余氯测定仪校准规范 JJF 1609	游离余氯：(0.01～10) mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				总余氯：(0.01～50) mg/L	U_{rel}=4%		2025-11-06
11	*硅酸根分析仪	浓度	硅酸根分析仪校准规范 JJF 1539	(1～100] μg/L	U=1.2 μg/L		2025-11-06
				(100～2000) μg/L	U=1.2%FS		2025-11-06
12	*磷酸根分析仪	浓度	磷酸根分析仪校准规范 JJF 1567	(0.1～100)mg/L	U_{rel}=0.8%		2025-11-06
13	*高锰酸盐指数在线自动监测仪	浓度	高锰酸盐指数在线自动监测仪校准规范 JJF 1875	(0.1～5] mg/L	U=0.046 mg/L		2025-11-06
				(5～300) mg/L	U_{rel}=4.6%		2025-11-06
14	*高锰酸盐指数分析仪	浓度	高锰酸盐指数分析仪校准规范 JJF 2173	(0.1～300) mg/L	U_{rel}=4.7%		2025-11-06
15	*纯水/超纯水系统监测仪表（电导率）	电导率	纯水/超纯水系统监测仪表(电导率)计量校准规范 JJF(湘) 09	比对校准法：（0.05～200）μS·cm^{-1}	U_{rel}=1.6%		2025-11-06
6805 水分（含水率）测量仪器							
1	*卡尔·费休库仑法微量水分测定仪	水含量	卡尔·费休库仑法微量水分测定仪检定规程 JJG 1044	(10～5000) μg	U_{rel}=2.4%		2025-11-06
2	*卡尔·费休容量法水分测定仪	水含量	卡尔·费休容量法水分测定仪检定规程 JJG 1154	(1～20)mg	U_{rel}=1.9%		2025-11-06
3	木材含水率测量仪	含水率	木材含水率测量仪检定规程 JJG 986	(6～28)%	U=0.6%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
4	*烘干法水分测定仪	质量	烘干法水分测定仪检定规程 JJG 658	(0.02～6100) g	U=0.1 mg～0.09 g		2025-11-06
		水分		NaCl：(0.01～99.994)%	U=0.05%		2025-11-06
5	*电容法和电阻法谷物水分测定仪	水分	电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程 JJG891	8%～33%	U=0.2%		2025-11-06
6806 黏度							
1	旋转黏度计	黏度	旋转黏度计规定规程 JJG 1002	(2～1.2×10^5)mPa·s	U_{rel}=2.4%		2025-11-06
2	*流出杯式粘度计	黏度	流出杯式黏度计检定规程 JJG 743	(2～1000)mm^2/s	U_{rel}=5%		2025-11-06
3	*口罩合成血液穿透测试仪	压力	口罩合成血液穿透测试仪校准方法 FFH2117	10.6kPa、16.0kPa、21.3kPa	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
		长度		(1～15)mm	U=40 μm		2025-11-06
		体积		(1～5)mL	U_{rel}=1.4%		2025-11-06
6807 电化学分析仪器							
1	*电导率仪	电导率	电导率仪检定规程 JJG 376	电计：（0.05～1×10^5）μS/cm	U=0.2%FS		2025-11-06
				仪器:147.8 μS/cm	U=0.4%FS		2025-11-06
				仪器:1410 μS/cm	U=0.4%FS		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	*实验室 pH（酸度）计	酸度	实验室 pH（酸度）计检定规程 JJG 119	电计：0～14	U=0.01	不做 0.001 级 pH 计	2025-11-06
				仪器：4.00～9.18	U=0.02		2025-11-06
		电压		(-1999～1999)mV	U=0.02%FS		2025-11-06
3	*实验室离子计	pX	实验室离子计检定规程 JJG 757	电计：0～14	U=0.01		2025-11-06
				仪器：F^-(2～4)	U=0.02		2025-11-06
		电压		(-1999～1999)mV	U=0.03%FS		2025-11-06
4	*在线 pH 计	酸度	在线 pH 计校准规范 JJF 1547	电计：0～14	U=0.01		2025-11-06
				仪器 ：4.00～9.18	U=0.02		2025-11-06
		电压		(-2000～2000)mV	U=0.7mV		2025-11-06
5	*自动电位滴定仪	电压	自动电位滴定仪检定规程 JJG 814	(-2000～2000)mV	U=0.13mV		2025-11-06
		容量		(2～100)mL	U=0.03mL		2025-11-06
		浓度		NaOH:0.1mol/L	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
6808 气体、烟尘、颗粒度分析仪器							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*可燃气体检测报警器	浓度	可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693	（0.01～65）%LEL	U=2.2%FS	只做甲烷、异丁烷、氢气、丙烷和乙炔气体报警器	2025-11-06
2	*大气采样器	流量	大气采样器检定规程 JJG 956	（0.01～6）L/min	U_{rel}=1.8%		2025-11-06
3	*电化学氧测定仪	浓度	电化学氧测定仪检定规程 JJG 365	（5～25）%	U_{rel}=3%		2025-11-06
				（25～80）%	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
4	*粉尘采样器	流量	粉尘采样器检定规程 JJG 520	（0.1～1200）L/min	U_{rel}=1.9%		2025-11-06
5	*氨气检测仪	浓度	氨气检测仪检定规程 JJG1105	（0.1～300） μmol/mol	U_{rel}=3.6%	不做最大允许误差小于±10%的仪器	2025-11-06
6	*苯气体检测报警器	浓度	苯气体检测报警器校准规范 JJF1674	（1～100） μmol/mol	U_{rel}=3.6%		2025-11-06
7	*总悬浮颗粒物采样器	流量	总悬浮颗粒物采样器检定规程 JJG943	（80～120）L/min	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
				（800～1200）L/min	U_{rel}=1.3%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
8	*一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器	浓度	一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 JJG 635	CO_2：（0.01～20）%	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
				CO：（1～1000）μmol/mol	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
9	*硫化氢气体检测仪	浓度	硫化氢气体检测仪检定规程 JJG 695	（0.1～1000）μmol/mol	U_{rel}=2.5%		2025-11-06
10	*二氧化硫气体检测仪	浓度	二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG 551	（1～2000）μmoL/moL	U_{rel}=2.3%		2025-11-06
11	*烟气采样器	流量	烟气采样器检定规程 JJG 1169	（0.01～2.0）L/min	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
12	*挥发性有机化合物光离子化检测仪	浓度	挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 JJF 1172	（0.1～2000）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.4%		2025-11-06
13	*烟气分析仪	浓度	烟气分析仪检定规程 JJG 968	NO：（0.1～1000）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.4%		2025-11-06
				SO_2：（0.1～2000）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
				CO：（0.1～1000）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.4%		2025-11-06
				O_2：（0.1～25）%mol/mol	U_{rel}=2.4%		2025-11-06
14	*一氧化碳检测报警器	浓度	一氧化碳检测报警器检定规程 JJG 915	（1～2000） μmol/mol	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
15	*二氧化碳培养箱	浓度	二氧化碳培养箱校准规范 JJF(闽)1118	（1～20）%mol/mol	U=0.3%mol/mol		2025-11-06
		温度		（-50～50）℃	U=0.3℃		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		湿度		（20～98）%RH	U=2.4%RH		2025-11-06
16	*氯乙烯气体检测报警仪	浓度	氯乙烯气体检测报警仪检定规程 JJG 1125	（10～80）μmol/mol	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
17	*烟尘采样器	流量	烟尘采样器检定规程 JJG 680	（0.01～100） L/min	U_{rel}=1.6%		2025-11-06
		温度		（0～300）℃	U=0.3 ℃		2025-11-06
		压力		（-100～100）kPa	U=0.02%FS		2025-11-06
18	粉尘浓度测量仪	浓度	粉尘浓度测量仪检定规程 JJG846	(0.1～300)mg/m^3	U_{rel}=10%		2025-11-06
19	$PM_{2.5}$质量浓度检测仪	浓度	$PM_{2.5}$质量浓度测量仪校准规范 JJF1659	（10～1000） μg/m^3	U_{rel}=9%		2025-11-06
20	*口罩颗粒物过滤效率测试仪	流量	口罩颗粒物过滤效率测试仪检定规程 JJG(粤) 061	（15～100）L/min	U_{rel}=1.3%	只做标准光度计法	2025-11-06
		阻力		（50～1000）Pa	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		过滤效率		80%～90%	U=0.7%		2025-11-06
				≥90%～99.999%	U=1.3%		2025-11-06
6809 生化分析仪器							
1	*聚合酶链反应分析仪	温度	聚合酶链反应分析仪校准规范 JJF1527	(30～95)℃	U=0.6℃		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		浓度		（10～1.0×10³）copies/μL	U_{rel}=15%		2025-11-06
				（1.0×10³～1.2×10⁷）copies/μL	U_{rel}=10%		2025-11-06
2	*全自动封闭型发光免疫分析仪	浓度	全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 JJF1752	甲胎蛋白：（0 ～ 300）IU/mL	U=1.3 IU/mL		2025-11-06
3	*糖化血红蛋白分析仪	浓度	糖化血红蛋白分析仪校准规范 JJF1841	4%～11%	U=3.3 %		2025-11-06
4	*时间分辨荧光免疫分析仪	浓度	时间分辨荧光免疫分析仪校准方法 FFH2128	甲胎蛋白：（1 ～ 300）IU/mL	U_{rel}=7.6%		2025-11-06
		温度		(20～50)℃	U=0.5℃		2025-11-06
6810 热化学分析仪器（含热物性）							
1	*熔点测定仪	温度	熔点测定仪检定规程 JJG 701	(50～300)℃	U=0.3 ℃		2025-11-06
2	*示差扫描热量计	温度	示差扫描热量计检定规程 JJG 936	(120～600)℃	U=0.8 ℃		2025-11-06
		热量		(25～100)J/g	U_{rel}=1.8%		2025-11-06
3	*开口/闭口闪点测定仪	温度	开口/闭口闪点测定仪校准规范 JJF 1384	闭口闪点测定仪:(70～200)℃	U=6℃		2025-11-06
				开口闪点测定仪:(110～250)℃	U=8℃		2025-11-06
4	*氧弹热量计	热量	氧弹热量计检定规程 JJG 672	(26430～26490) J/g	U=41 J/g		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
5	*热重分析仪	温度	热重分析仪检定规程 JJG 1135	熔点：（150～500）℃	U=(1.2～1.4）℃		2025-11-06
				居里点：（150～800）℃	U=(1.7～2.5）℃		2025-11-06
		质量		(1～20) mg	U=0.018 mg		2025-11-06
6811 高分子材料分子量测量仪器							
1	*渗透压摩尔浓度测定仪	浓度	渗透压摩尔浓度测定仪检定规程 JJG 1089	(1～400]mOsmol/kg	U=3.2 mOsmol/kg		2025-11-06
				(400～720） mOsmol/kg	U_{rel}=0.7%		2025-11-06
6812 元素分析仪器							
1	*凯氏定氮仪	含量	元素分析仪校准规范 JJF 1321	20%～50%	U_{rel}=1.8%		2025-11-06
2	*定碳定硫分析仪	含量	定碳定硫仪检定规程 JJG 395	C：0.005%～0.010%	U=0.0008%		2025-11-06
				C：>0.010%～0.100%	U=0.004%		2025-11-06
				C：>0.100%～1.000%	U=0.006%		2025-11-06
				C：>1.00%～4.00%	U=0.024%		2025-11-06
				S：0.003%～0.010%	U=0.0005%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				S：>0.010%～0.100%	U=0.002%		2025-11-06
				S：>0.100%～0.200%	U=0.004%		2025-11-06
69 电离辐射测量仪器							
6901 活度							
1	测氡仪	体积活度	测氡仪检定规程 JJG825	（100～10000）Bq/m^3	U_{rel}=6%		2025-11-06
2	*低本底α、β测量仪	α粒子表面发射率	低本底α、β测量仪检定规程 JJG853	（1～1×10^6）（min•2πsr)$^{-1}$	U_{rel}=7%		2025-11-06
		β粒子表面发射率		（1～1×10^6）（min•2πsr)$^{-1}$	U_{rel}=4%		2025-11-06
3	*放射性活度计	活度	放射性活度计检定规程 JJG377	（3.7×10^5～3.7×10^{10}）Bq	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
4	*锗γ射线谱仪	全能峰效率	锗γ射线谱仪校准规范 JJF1850	(0.01～100)%	U_{rel}=7%		2025-11-06
5	*α、β表面污染仪	α粒子表面发射率	α、β表面污染仪检定规程 JJG478	（1～1×10^6）（min•2πsr)$^{-1}$	U_{rel}=4%		2025-11-06
		β粒子表面发射率		（1～1×10^6）（min•2πsr)$^{-1}$	U_{rel}=7%		2025-11-06
6902 辐射剂量							

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X 射线辐射源	剂量指数	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X 射线辐射源检定规程 JJG961	(0.1～999.9)mGy/min	U_{rel}=5%		2025-11-06
2	*医用诊断 X 射线辐射源	空气比释动能率	医用诊断 X 射线辐射源检定规程 JJG744	(0.1～999.9)mGy/min	U_{rel}=7%		2025-11-06
		管电压		（50～120）kV	U_{rel}=4%		2025-11-06
3	*医用诊断全景牙科 X 射线辐射源	空气比释动能率	医用诊断全景牙科 X 射线辐射源检定规程 JJG1101	(0.1～999.9)mGy/min	U_{rel}=6%		2025-11-06
		管电压		（60～120）kV	U_{rel}=2.2%		2025-11-06
4	*X 射线探伤机	比释动能率	X 射线探伤机检定规程 JJG40	(0.01～10) Gy/min	U_{rel}=5%		2025-11-06
5	*医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统 X 射线辐射源	空气比释动能率	医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统 X 射线辐射源检定规程 JJG 1067	(0.001~10)mGy/s	Urel=7%		2025-11-06
		管电压		(60~120)kV	Urel=4%		2025-11-06
		模拟血管最小尺寸		(0.25~2)mm	U=0.11mm		2025-11-06
		空间分辨力		(6~50)Lp/cm	U=1Lp/cm		2025-11-06
		低对比分辨力		(0.5~4.0)mm	U=0.11mm		2025-11-06
		减影性能影响		2mm	U=0.11mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	*医用乳腺 X 射线辐射源	管电压	医用乳腺 X 射线辐射源检定规程 JJG 1145	(25～35)kV	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
		辐射剂量		(6×10^{-5}～1)Gy	U_{rel}=6%		2025-11-06
7	*X、γ 射线骨密度仪	空气比释动能率	X、γ 射线骨密度仪检定规程 JJG 1050	X 射线：0.1 μGy/h～50mGy/h	U_{rel}=12%		2025-11-06
				γ 射线：0.1 μGy/h～50mGy/h	U_{rel}=14%		2025-11-06
		骨横径		(0.8～1.6)cm	U_{rel}=1%		2025-11-06
		骨矿含量		(0.3～2.0)g/cm	U_{rel}=1%		2025-11-06
		骨密度		(0.5～1.5)g/cm^2	U_{rel}=1%		2025-11-06
70 专用测量仪器							
7001 纺织、皮革专用测量仪器（含鞋类检测仪器）							
1	*耐汗渍色牢度仪	质量	耐汗渍色牢度仪校准规范 JJF(纺织) 028	(4000～6000)g	U=0.8g		2025-11-06
2	*织物缩水率试验机	温度	织物缩水率试验机校准规范 JJF(纺织) 052	(20～100)℃	U=0.6℃		2025-11-06
		转速		(30～100)r/min	U=0.18r/min		2025-11-06
				(100～1000)r/min	U=1.3r/min		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间		(0～30)min	U=0.3s		2025-11-06
3	*纺织滚筒式烘干机	温度	纺织滚筒式烘干机校准规范 JJF(纺织) 072	(20～100)℃	U=0.3℃		2025-11-06
		长度		(10～1000)mm	U=0.4mm		2025-11-06
		时间		0.01s～1h	U=0.2s		2025-11-06
4	*垂直燃烧试验仪	质量	垂直燃烧试验仪校准规范 JJF(纺织) 068	(50～500)g	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		长度		(5～780)mm	U=0.03mm		2025-11-06
		角度		20° ～30°	U=0.2°		2025-11-06
		时间		0.1s～2h	U=0.2s		2025-11-06
5	*纺织品 45° 燃烧试验仪校准规范	质量	纺织品 45° 燃烧试验仪校准规范 JJF(纺织) 087	(0.1～1000)g	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		长度		(1～1000)mm	U=0.03mm		2025-11-06
		角度		10° ～320°	U=0.2°		2025-11-06
		时间		0.1s～2h	U=0.2s		2025-11-06
6	*水平喷射淋雨测试仪	长度	水平喷射淋雨测试仪校准规范 JJF(纺织) 093	(0.5～6)mm	U=6.2μm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(6～200)mm	U=0.04mm		2025-11-06
				(200～350)mm	U=0.12mm		2025-11-06
				(350～5000)mm	U=0.6mm		2025-11-06
		温度		(10～50)℃	U=0.3℃		2025-11-06
		时间		(1～3600)s	U=0.2s		2025-11-06
7	*染色摩擦色牢度仪	长度	染色摩擦色牢度仪校准规范 JJF(纺织) 027	(0～150)mm	U=0.06mm		2025-11-06
		力值		(1～10)N	U=0.06N		2025-11-06
		转速		(50～70)r/min	U=1r/min		2025-11-06
8	*摇黑板机	绕纱密度	摇黑板机校准规范 JJF(纺织) 012	(7～19)根/厘米	U=1 根/厘米		2025-11-06
		长度		(10～500)mm	U=0.5mm		2025-11-06
		质量		(5～50)g	U=0.05g		2025-11-06
9	*织物钉锤式勾丝性能测试仪	长度	织物钉锤式勾丝性能测试仪校准规范 JJF(纺织) 076	(0.05～0.20)mm	U=0.02 mm		2025-11-06
				(1～200) mm	U=0.05 mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		质量		(140～180)g	U=0.12 g		2025-11-06
		转速		(50～100) r/min	U=0.3 r/min		2025-11-06
10	*防酸碱穿透、渗透时间测定仪	电阻	防酸碱穿透、渗透时间测定仪校准规范 JJF(纺织) 078	(0～10)Ω	U_{rel}=0.0013%		2025-11-06
		时间		(0.1～120)min	U=0.6s		2025-11-06
		长度		100mm	U=0.2mm		2025-11-06
11	*织物沾水度仪	长度	织物沾水度仪校准规范 JJF(纺织) 083	(0.5～200)mm	U=0.03mm		2025-11-06
		时间		(10～50)s	U=0.6s		2025-11-06
12	*电子式单纤维强力仪	力值	电子式单纤维强力仪校准规范 JJF(纺织) 016	(0.01～100)cN	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		长度		(0～100)mm	U=0.03mm		2025-11-06
		速度		(1～100)mm/min	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
13	*长丝卷曲收缩测试仪	力值	长丝卷曲收缩测试仪校准规范 JJF（纺织）057	(2.5～5000)cN	U=0.7%		2025-11-06
		时间		(0.01～9999)s	U=0.2s		2025-11-06
		长度		(10～500)mm	U=0.3mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
14	*圆轨迹法起毛起球仪	转速	圆轨迹法起毛起球仪校准规范 JJF(纺织) 031	(30～90) r/min	U=0.2 r/min		2025-11-06
		长度		(0～150) mm	U=0.04mm		2025-11-06
		力值		(90～500) cN	U=0.6cN		2025-11-06
15	*耐洗色牢度试验机	容量	耐洗色牢度试验机校准规范 JJF(纺织) 026	(400～1300) mL	U=1.5 mL		2025-11-06
		长度		(10～150) mm	U=0.6mm		2025-11-06
		转速		(30～90) r/min	U=0.2 r/min		2025-11-06
		温度		(20～100) ℃	U=0.6 ℃		2025-11-06
16	*纱线耐磨性能测试仪	长度	纱线耐磨性能测试仪校准规范 JJF(纺织) 050	(10～150) mm	U=0.3 mm		2025-11-06
		往复次数		(55～65) 次/分	U=0.4 次/分		2025-11-06
		力值		(2～50) cN	U=0.1%		2025-11-06
7002 机动车专用测量仪器							
1	轮胎花纹深度尺	长度	轮胎花纹深度尺校准规范 JJF 1477	(0～50)mm	U=0.01mm		2025-11-06
2	*便携式制动性能测试仪	加速度	便携式制动性能测试仪校准规范 JJF 1168	(0～9.81)m/s^2	U=0.05m/s^2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
3	*转向参数测试仪	角度	机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准规范 JJF 1196	(0～1080)°	U=1°		2025-11-06
		力值		(10～500)N	U_{rel}=0.8%		2025-11-06
4	*汽车侧滑检验台	侧滑量	汽车侧滑检验台检定规程 JJG 908	(15～+15)m/km	U=0.04 m/km		2025-11-06
5	*滚筒式车速表检验台	速度	滚筒式车速表检验台检定规程 JJG 909	(0.1～80)km/h	U_{rel}=1%		2025-11-06
6	*汽车转向角检验台	角度	汽车转向角检验台校准规范 JJF 1141	(-50～+50)°	U=0.32°		2025-11-06
7	*汽车外廓尺寸检测仪	长度	汽车外廓尺寸检测仪校准规范 JJF 1749	(0.001～16)m	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
8	*发动机转速测量仪	转速	机动车发动机转速测量仪校准规范 JJF 1375	(600～5000)r/min	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		时间		(0～60)s	U=0.30 s		2025-11-06
9	*透射式烟度计	不透光度	透射式烟度计 JJG 976	(15～90)%	U=0.6%		2025-11-06
10	*汽车排放气体测试仪	浓度	汽车排放气体测试仪检定规程 JJG 688	CO:(0.5～5.0)×10^{-2}	U_{rel}=1.4%		2025-11-06
				CO_2(2.0～15.0)×10^{-2}	U_{rel}=1.4%		2025-11-06
				NO(300～3200)×10^{-6}	U_{rel}=2.2%		2025-11-06
				O_2(0.5～30.0)×10^{-2}	U_{rel}=2.2%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				HC:(200～3200)×10^{-6}	U_{rel}=1.5%		2025-11-06
11	*汽车前照灯检测仪	光轴角	机动车前照灯检测仪检定规程 JJG 745	-3° ～+3°	U=3′		2025-11-06
		光强度		(5～60)kcd	U_{rel}=6.0%		2025-11-06
		长度		(0.1～2000)mm	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
12	*柴油车氮氧化物(NOx)检测仪	浓度	柴油车氮氧化物(NOx)检测仪校准规范 JJF 1873	CO_2:(0.1～18)×10^{-2}	U_{rel}=2%		2025-11-06
				NO:(10～4000)×10^{-6}	U_{rel}=2%		2025-11-06
				NO_2:(5～1000)×10^{-6}	U_{rel}=3%		2025-11-06
13	*透光率计	透光率	汽车用透光率计校准规范 JJF 1225	50%～90%	U=0.8%		2025-11-06
14	*汽车制动操纵力计	力值	汽车制动操纵力计校准规范 JJF 1169	(0.1～1000)N	U_{rel}=0.8%		2025-11-06
15	*汽车悬架装置检测台	质量	汽车悬架装置检测台校准规范 JJF 1192	(1～3000)kg	U_{rel}=1%		2025-11-06
16	*轴（轮）重仪	质量	机动车检测专用轴（轮）重仪检定规程 JJG 1014	(0.01～15)t	U_{rel}=0.8%		2025-11-06
17	*滚筒反力式制动检验台	力值	滚筒反力式制动检验台检定规程 JJG 906	(0.1～30)kN	U_{rel}=1.1%		2025-11-06
		速度比		(5～40)%	U=2%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
18	*平板式制动检验台	力值	平板式制动检验台检定规程 JJG 1020	(0.1～30)kN	U_{rel}=1.1%		2025-11-06
		质量		(20～4000)kg	U_{rel}=0.8%		2025-11-06
		长度		(0.1～100)mm	U=0.5mm		2025-11-06
19	*汽车加载制动检验台	力值	汽车加载制动检验台检定规程 JJG 1160	(0.1～30)kN	U_{rel}=1.1%		2025-11-06
		质量		(20～30000)kg	U_{rel}=0.7%		2025-11-06
		长度		(0.1～300)mm	U=0.1mm		2025-11-06
		速度比		(5～40)%	U=2%		2025-11-06
7003 气象、海洋专用测量仪器							
1	气象用双金属温度计	温度	气象用双金属温度计检定规程 JJG 287	(-50～+50)℃	U=0.3℃		2025-11-06
2	表层水温表	温度	表层水温表检定规程 JJG 289	(-5～+40)℃	U=0.09℃		2025-11-06
3	皮托管	皮托管系数	皮托管检定规程 JJG518	L 型(0.95～1.05)、S 型(0.75～0.90)	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
4	*轻便磁感风向风速表	风速	轻便磁感风向风速表试行检定规程 JJG515	(0.2～50) m/s	U=(0.1～1.0) m/s		2025-11-06
5	*轻便三杯风向风速表	风速	轻便三杯风向风速表检定规程 JJG431	(0.2～50) m/s	U=(0.1～1.0) m/s		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	*电接风向风速仪	风速	电接风向风速仪检定规程 JJG613	(0.2～50) m/s	U=(0.1～1.0) m/s		2025-11-06
7	*热球式风速仪	风速	热球式风速仪检定规程 JJG(建设)0001	(0.2～50) m/s	U=(0.2～1.5)%FS		2025-11-06
8	风电场用磁电式风速传感器	风速	风电场用磁电式风速传感器校准规范 JJF1431	(0.2～50)m/s	U=(0.1～1)m/s		2025-11-06
		频率		(0.1～1000)Hz	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
9	海洋测风仪器	风速	海洋测风仪器检定规程 JJG1167	(0.2～50)m/s	U=0.1m/s		2025-11-06
		风向		(0～360)°	U=1.6°		2025-11-06
10	叶轮式风速计	风速	叶轮式风速计校准规范 JJF1971	(1～30)m/s	U=(0.10~0.40)m/s		2025-11-06
11	*风量仪	风量	风量仪校准方法 FFN1001	(60～6000)m^3/h	U_{rel}=(0.5～2.2)%		2025-11-06
7004 造纸、纸张专用测量仪器							
1	*纸与纸板定量测定仪	质量	纸与纸板定量测定仪检定规程 JJG（轻工）54.2	(1～50) g	U_{rel}=0.02%～0.3%		2025-11-06
2	*MIT 式耐折度仪	力值	MIT 式耐折度仪检定规程 JJG（轻工）59	(4.41～15.19) N	U=0.10 N		2025-11-06
		角度		(120～150) °	U=4′		2025-11-06
		速度		(10～250) min^{-1}	U=0.6min^{-1}		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
3	*纸与纸板吸收性测定仪	长度	纸与纸板吸收测定仪检定规程 JJG(轻工) 55	(190～210) mm	U=0.03 mm		2025-11-06
		质量		(8～12) kg	U=6 g		2025-11-06
		面积		(90～110) cm^2	U=0.06 cm^2		2025-11-06
4	*纸张(板)耐破度仪	压力	纸张(板)耐破度仪校准规范 JJF 1811	(0～6)MPa	U=0.07%FS		2025-11-06
5	*纸板压缩强度试验机	力值	纸板压缩强度试验机检定规程 JJG(粤) 018	(0.2～5)kN	U_{rel}=0.15%		2025-11-06
		速度		(5～20)mm/min	U=0.5mm/min		2025-11-06
6	*纸箱抗压试验机	力值	纸箱抗压试验机检定规程 JJG(粤) 043	(1～50)kN	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
		速度		定速型：10mm/min	U=0.5mm/min		2025-11-06
				可调速型：(1～65)mm/min	U_{rel}=1%		2025-11-06
		变形		(0～500)mm	U=0.06mm		2025-11-06
7005 医学专用测量仪器							
1	*心电图机	电压	心电图机检定规程 JJG543	0.1mV～1V	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
2	*数字心电图机	电压	数字心电图机检定规程 JJG1041	0.03mV～10V	U_{rel}=1.2%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		心率		(10～200)次/分	U=1 次/分		2025-11-06
3	*心电监护仪	电压	心电监护仪检定规程 JJG 760	(0.1～1000)mV	U_{rel}=2.2%		2025-11-06
		心率		(10～200)次/分	U=1 次/分		2025-11-06
4	*多参数监护仪	电压	多参数监护仪检定规程 JJG 1163	(1～1000)mV	U_{rel}=1.7%		2025-11-06
		压力		(0～40)kPa	U=0.2kPa		2025-11-06
		血氧饱和度		35%～100%	U=2%		2025-11-06
5	*酶标分析仪	波长	酶标分析仪检定规程 JJG861	Ⅰ、Ⅱ：（360～700）nm	U=1.0nm		2025-11-06
				Ⅲ：（360～700）nm	U=1.4nm		2025-11-06
		吸光度		0.10～1.70	U=0.02		2025-11-06
6	*血压计（表）	压力	血压计和血压表检定规程 JJG 270	(0～40) kPa	U=0.3kPa		2025-11-06
7	*无创自动测量血压计	压力	无创自动测量血压计检定规程 JJG 692	(0～40) kPa	U=0.3kPa		2025-11-06
8	*脑电图机	电压	脑电图机检定规程 JJG 1043	0.005mV～5V	U_{rel}=2.1%		2025-11-06
		时间		0.05s～10s	U_{rel}=1.0%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
9	*除颤监护仪	能量	心脏除颤器校准规范 JJF 1149	(0.1～99.9)J	U=2.2J		2025-11-06
				(100～360)J	U_{rel}=6%		2025-11-06
		心率		(10～200)次/分	U=1 次/分		2025-11-06
10	*婴儿培养箱	温度	婴儿培养箱校准规范 JJF1260	(10～40)℃	U=0.22℃		2025-11-06
		噪声		(30～90)dB	U=1.4dB		2025-11-06
		湿度		30 RH%～90 RH%	U=2.2%RH		2025-11-06
		氧浓度		(30～40) %	U=1.8%		2025-11-06
11	*血液透析装置	电导率	血液透析装置校准规范 JJF1353	(12.5～15.5)mS/cm	U_{rel}=1.4%		2025-11-06
		温度		(35～45)℃	U=0.2℃		2025-11-06
		压力		（-40～60）kPa	U=0.6kPa		2025-11-06
		流量		抗凝泵注入流量：（2～10）mL/h	U_{rel}=2.6%		2025-11-06
				透析液：（50～1000）mL/min	U_{rel}=3.7%		2025-11-06
12	*尿液分析仪	pH	尿液分析仪校准规范 JJF1129	5.5～7.5	U=0.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		蛋白质		(0～2.0)g/L	U=0.4g/L		2025-11-06
		葡萄糖		(0～43)mmol/L	U=1.1mmol/L		2025-11-06
		尿比重		1.000～1.030	U=0.004		2025-11-06
13	*医用注射泵/医用输液泵	流量	医用注射泵和医用输液泵校准规范 JJF1259	(5.00～19.99)mL/h	U_{rel}=2.5%		2025-11-06
				(20～200)mL/h	U_{rel}=1.3%		2025-11-06
				(200.1～1000.0)mL/h	U_{rel}=2.4%		2025-11-06
14	*高频电刀	高频漏电流	高频电刀校准规范 JJF1217	(0.001～0.5)A	U_{rel}=2.8%		2025-11-06
		输出功率		(1～500)W	U_{rel}=6%		2025-11-06
15	*呼吸机	潮气量	呼吸机校准规范 JJF1234	(0.1～2000) mL	U_{rel}=3.6%		2025-11-06
		呼吸频率		(1～80) 次/min	U=1 次/min		2025-11-06
		压力		(0～10) kPa	U=0.14kPa		2025-11-06
		氧浓度		21%～100%	U=2.4%		2025-11-06
16	肺功能仪	容量	肺功能仪校准规范 JJF 1213	(1～10)L	Urel=1.4%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		流量		(2～14)L/s	Urel=2.5%		2025-11-06
		浓度		O_2：(5～30)%	Urel=1.7%		2025-11-06
				CO_2：(2～20)%	Urel=1.8%		2025-11-06
17	*电解质分析仪	离子浓度	电解质分析仪检定规程 JJG 1051	K^+：(1.50～7.50) mmol/L	Urel =4.0%		2025-11-06
				Na^+：(100.0～180.0) mmol/L	Urel =3.0%		2025-11-06
				Cl^-：(80.0～160.0) mmol/L	Urel =4.0%		2025-11-06
				Li^+：(0.40～2.00) mmol/L	Urel＝5.0%		2025-11-06
				iCa^{2+} ：(0.50～2.50) mmol/L	Urel＝6.0%		2025-11-06
18	*数字脑电图仪	电压	数字脑电图仪检定规程 JJG 954	2μV～2mV	U_{rel}=4%		2025-11-06
		周期		(0.01～10)s	U_{rel}=2.2%		2025-11-06
19	*动态（可移动）心电图机	电压	动态(可移动)心电图机检定规程 JJG 1042	(0.05～6)mV	U_{rel}=4%		2025-11-06
		频率		(0.5～60)Hz	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
20	*运动平板仪	电压	运动平板仪校准规范 JJF 1722	(0.05～10)mV	U_{rel}=4%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		心率		(30～300)次/分	U_{rel}=1.6%		2025-11-06
		速度		(5～10)km/h	U_{rel}=7%		2025-11-06
21	*浮标式氧气吸入器	压力	浮标式氧气吸入器检定规程 JJG913	(0～16)MPa	U=0.6MPa		2025-11-06
		流量		(0～10)L/min	U=0.4L/min		2025-11-06
22	*医用离心机	转速	医用离心机校准规范 JJF 2004	（30～30000）r/min	U_{rel}=0.08%		2025-11-06
		时间		(0～20)min	U=0.03s		2025-11-06
		温度		（-20～100）℃	U=0.4℃		2025-11-06
		速率		（0.1～2.5）℃/min	U=0.06℃/min		2025-11-06
23	*心电监护仪检定仪	幅度(电压)	心电监护仪检定仪检定规程 JJG 1016	0.2mV～2mV	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		周期		100ms～20s	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		频率		0.1Hz～100Hz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		失真		0.01%～30%　(20Hz～100Hz)	U_{rel}=5.0%		2025-11-06
		极化电压		-10V～10V	U=0.01mV		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		标准心率		27 次/min~300 次/min	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		标准心率信号尖波宽度		(50~150)ms	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		标准心率信号幅度		±（0.2 mV～5mV）	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		输入回路电流取样电阻		(5～50)kΩ	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
24	*心、脑电图机检定仪	幅度/电压	心、脑电图机检定仪检定规程 JJG 749	0.1mV~10V	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		正弦波频率		(0.1~1000)Hz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		方波周期		1ms~50s	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		极化电压		±(0.1~1) V	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		正弦波失真		0.01%~10%，（20Hz～200Hz）	U_{rel}=5%		2025-11-06
		衰减比		1/100~1/2000	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
25	*肌电及诱发反应设备	波形幅度	肌电及诱发反应设备校准规范 JJF 1896	100 μV~5 mV	U_{rel}=3.8%		2025-11-06
		波形频率		1 Hz~3 kHz	U_{rel}=0.68%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		共模抑制比		≥100dB	U_{rel}=10.3%		2025-11-06
		幅频特性		5%~-30%	U_{rel}=2.7%		2025-11-06
		刺激信号频率		(1~50) Hz	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		刺激信号强度		(1~100) mA	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
		刺激脉冲宽度		(0.1~1.0) ms	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
26	*血液灌流装置	流量	血液灌流装置校准规范 JJF 1633	抗凝泵注入流量：（2～10）mL/h	U_{rel}=2.6%		2025-11-06
				血液流量：（50～1000）mL/min	U_{rel}=3.7%		2025-11-06
		温度		(25～50)℃	U=0.2℃		2025-11-06
		压力		(-100～110)kPa	U=1.1kPa		2025-11-06
27	*连续性血液净化装置	流量	连续性血液净化装置校准规范 JJF 1844	抗凝泵注入流量：（2～10）mL/h	U_{rel}=2.6%		2025-11-06
				血液流量：（50～1000）mL/min	U_{rel}=3.7%		2025-11-06
		压力		(-100～110)kPa	U=0.4kPa		2025-11-06
		质量		(0.5～10)kg	U=1.0g		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
28	*心肺复苏机	频率	心肺复苏机校准规范 JJF 1748	(1～130)次/min	U_{rel}=5%		2025-11-06
		深度		(1～70)mm	U_{rel}=2%		2025-11-06
		潮气量		(200～1200)mL	U_{rel}=6%		2025-11-06
29	*电动气压止血带机	压力	电动气压止血带机校准规范 JJF 2026	(0～100)kPa	U=1.2kPa		2025-11-06
30	*超声波身高体重仪	高度	超声波身高体重仪校准规范 JJF(皖) 141	100mm～3000mm	U=2.4mm		2025-11-06
		重量		1kg～200kg	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
7006 铁路专用测量仪器							
1	*标准轨距铁路轨距尺	长度	标准轨距铁路轨距尺检定规程 JJG219	(1410～1470)mm	U=0.08mm		2025-11-06
7007 石油和化工专用测量仪器							
1	*漆膜冲击试验器	质量	漆膜冲击试验器校准规范 JJF(石化) 002	(200～2000) g	U=0.3 g		2025-11-06
		长度		(0～2000) mm	U=(0.03～0.3) mm		2025-11-06
2	*铅笔硬度计	质量	铅笔硬度计校准规范 JJF(石化)007	（2～2000）g	U=1.2g		2025-11-06
		角度		0° ～320°	U=0.03°		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
7008 建筑、交通专用测量仪器							
1	回弹仪	长度	回弹仪检定规程 JJG 817	(0～150) mm	U=0.04 mm		2025-11-06
		力值		(0.1～1) N	U=0.07 N		2025-11-06
		弹击拉簧刚度		(65～1200) N/m	U=8 N/m		2025-11-06
		率定值		0～90	U=0.7		2025-11-06
2	*水泥胶砂振动台	振幅	水泥胶砂振动台校准规范 JJF 1867	(0～1) mm	U=0.014mm		2025-11-06
		频率		(20～60) Hz	U=0.6Hz		2025-11-06
		时间		(0～200)s	U=0.4s		2025-11-06
		质量		(1～15)kg	U=6g		2025-11-06
		长度		(2～200)mm	U=0.04mm		2025-11-06
3	*水泥净浆搅拌机	长度	水泥净浆搅拌机校准规范 JJF(建材) 104	(0.5～160) mm	U=0.05mm		2025-11-06
		转速		(20～150) r/min	U=0.6r/min		2025-11-06
		时间		(1～3600) s	U=0.3 s		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
4	*行星式水泥胶砂搅拌机	长度	行星式水泥胶砂搅拌机校准规范 JJF 2094	(0.5～200) mm	U=0.05mm		2025-11-06
		转速		(20～300) r/min	U=0.6 r/min		2025-11-06
		时间		(1～3600) s	U=0.3 s		2025-11-06
5	*水泥胶砂试体成型振实台	时间	水泥胶砂试体成型振实台校准规范 JJF(建材) 124	(1～120) s	U=0.3 s		2025-11-06
		长度		(14.7～15.3) mm	U=0.07mm		2025-11-06
		质量		(10～15)kg	U=0.07kg		2025-11-06
6	*水泥胶砂耐磨试验机	力值	水泥胶砂耐磨性试验机检定规程 JJG(建材) 125	(20～1000) N	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
		长度		(0.5～200) mm	U=0.06 mm		2025-11-06
		转速		(12～700) r/min	U=(0.2～0.8) r/min		2025-11-06
7	*雷氏夹膨胀测定仪	长度	水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范 JJF(建材) 110	(2～10) mm	U_{rel}=0.6%		2025-11-06
		质量		(280～400) g	U=0.06 g		2025-11-06
8	*土工击实仪	质量	土工击实仪检定规程 JJG(交通) 058	(2400～4600) g	U=0.6 g		2025-11-06
		长度		(0～150) mm	U=0.03mm		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(150～500) mm	U=0.10mm		2025-11-06
9	*水泥混凝土拌合物含气量测定仪	压力	水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程 JJG(交通) 094	(0～0.25)MPa	U=0.3kPa		2025-11-06
		容积		(1～8) L	U=2 mL		2025-11-06
		含气量		1%～10%	U_{rel}=0.008%～0.08%		2025-11-06
10	*混凝土抗渗仪	压力	混凝土抗渗仪校准规范 JJF 1812	(0～6) MPa	U=0.01 MPa		2025-11-06
11	*水泥胶砂流动度测定仪	长度	水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG(交通) 096	(9～310) mm	U=0.06 mm		2025-11-06
		质量		(1～5)kg	U=18 g		2025-11-06
		时间		(15～120) s	U=0.4 s		2025-11-06
12	贯入式砂浆强度检测仪	力值	贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF 1372	(100～1000)N	U=3.7N		2025-11-06
		长度		(0～50)mm	U=0.03mm		2025-11-06
13	*沥青混合料拌和机	容积	沥青混合料拌和机检定规程 JJG(交通) 064	(5～22)L	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		转速		(30～200)r/min	U=0.5r/min		2025-11-06
		时间		(2～4)min	U_{rel}=0.1%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(4～40)min	U=0.02min		2025-11-06
		温度		(10～300)℃	U=0.3℃		2025-11-06
14	*洛杉矶磨耗试验机	转速	洛杉矶磨耗试验机检定规程 JJG(交通) 108	(20～50)r/min	U=0.2r/min		2025-11-06
		长度		(40～50)mm	U=0.06mm		2025-11-06
				(500～720)mm	U=1mm		2025-11-06
		质量		(2000～6000)g	U=0.6g		2025-11-06
15	*沥青离心式抽提仪	转速	沥青离心式抽提仪检定规程 JJG(交通) 132	(100～20000)r/min	U_{rel}=0.4%～0.2%		2025-11-06
		长度		(0～1)mm	U=3.6μm		2025-11-06
16	*混凝土贯入阻力测定仪	力值	混凝土贯入阻力测定仪检定规程 JJG(交通) 095	(100～3000)N	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
		长度		(1～25)mm	U=0.004mm		2025-11-06
				(30～300)mm	U=0.08mm		2025-11-06
17	*水泥细度负压筛析仪	压力	水泥细度负压筛析仪校准规范 JJF 1827	(-100～0)hPa	U=0.1hPa		2025-11-06
		转速		(20～40) r/min	U=0.4 r/min		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
18	*沥青混合料理论最大相对密度仪	压力	沥青混合料理论最大相对密度仪校准规范 JJF 2117	(0～120)kPa	U=0.09kPa		2025-11-06
		时间		(0.5～20)min	U=2.2s		2025-11-06
19	*固结仪	力值	固结仪校准规范 JJF 1311	5N～20kN	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
		长度		(0～100)mm	U=0.016 mm		2025-11-06
20	*承载比检测仪	力值	承载比检测仪检定规程 JJG(交通) 106	(0.1～300)kN	U_{rel}=0.4%		2025-11-06
		长度		(1～150)mm	U=0.04 mm		2025-11-06
		质量		(1～2000)g	U=1.2 g		2025-11-06
		速率		(0.80～1.50) mm/min	U=0.05 mm/min		2025-11-06
21	*回弹仪率定钢砧	质量	回弹仪率定钢砧检定规程 JJG(桂) 68	(5～100)kg	U=1.6g～0.08kg		2025-11-06
		长度		(10～200)mm	U=0.05mm		2025-11-06
		硬度		(50～70)HRC	U=1.7HRC		2025-11-06
22	*非金属建材塑限测定仪	长度	非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF 1090	(0～145)mm	U=0.04mm		2025-11-06
		时间		(0.1～30)s	U=0.1s		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		(10～50)℃	U=0.2℃		2025-11-06
		角度		(5～50)°	U=6′		2025-11-06
		质量		(10～350)g	U=0.04g		2025-11-06
23	李氏密度瓶	容量	李氏密度瓶检定规程 JJG(粤) 057	(220～250) mL	U=0.06mL		2025-11-06
				(1～24) mL	U=0.02mL		2025-11-06
24	*水泥安定性试验用沸煮箱	长度	水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 JJG(建材) 109	(5～150)mm	U=0.17mm		2025-11-06
				(150～450)mm	U=0.6mm		2025-11-06
		温度		(35～100)℃	U=1.9℃		2025-11-06
		功率		(800～4500)W	U_{rel}=2.1%		2025-11-06
		时间		(1500～12900)s	U=1.6s		2025-11-06
25	建筑工程质量检测器组	长度	建筑工程质量检测器组校准规范 JJF 1110	楔形塞尺：(0～35)mm	U=0.02mm		2025-11-06
				对角检测尺：-50 mm～+50 mm	U=0.1mm		2025-11-06
				百格网：(50～500)mm	U_{rel}=0.1%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		角度		坡度检验尺：-10 mm/m～+10 mm/m	U=0.05mm/m		2025-11-06
				内外角检测尺：-10 mm/150 mm～+10 mm/150 mm	U=0.05mm/150mm		2025-11-06
26	*针状、片状规准仪	长度	针状、片状规准仪校准规范 JJF 1593	(1～100)mm	U=0.03mm		2025-11-06
27	*钻孔测斜仪	角度	钻孔测斜仪校准规范 JJF 1550	-30°～+30°	U=0.008%FS		2025-11-06
28	*碳化深度测量仪和测量尺	长度	碳化深度测量仪和测量尺校准规范 JJF 1721	(0～70)mm	U=0.05mm		2025-11-06
29	*沥青混合料马歇尔击实仪	质量	沥青混合料马歇尔击实仪检定规程 JJG(交通) 065	(4500～15000) g	U=0.6 g		2025-11-06
		长度		(10～150) mm	U=0.03mm		2025-11-06
				(150～500) mm	U=0.10mm		2025-11-06
		击实速度		(55～65) 次/分	U=0.4 次/分		2025-11-06
30	*标准击实仪	质量	标准击实仪检定规程 JJD 1024	(2400～4600) g	U=0.6 g		2025-11-06
		长度		(10～150) mm	U=0.03mm		2025-11-06
				(150～500) mm	U=0.10mm		2025-11-06
7010 电工电子电器专用测量仪器							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*火花试验机	交流电压	火花试验机校准规范 JJF 2239	(1～30) kV,(45～65)Hz	U_{rel}=1.6%		2025-11-06
		直流电压		(5～30) kV	U_{rel}=1.6%		2025-11-06
		纹波		(0.1～10)%	U=0.2%		2025-11-06
2	*脉冲高压测试机	电压	脉冲高压测试机校准规范 DJF 009	(0.5～30) kV	U_{rel}=(4～1.2)%		2025-11-06
3	*直流电子负载	直流电压	直流电子负载校准规范 JJF 1462	(0.1～1000)V	U_{rel}= (0.014～0.011)%		2025-11-06
		直流电流		(0.1～1000)A	U_{rel}=(0.04～0.03)%		2025-11-06
		功率		0.1W～1kW	U_{rel}= (0.06～0.03)%		2025-11-06
		电流速率		0.1mA/μs～10A/μs	U_{rel}= 1.3%		2025-11-06
		电流加载时间和卸载时间		10μs～10s	U_{rel}= 0.13%		2025-11-06
		电阻		0.1Ω～100kΩ	U_{rel}= 0.13%		2025-11-06
4	*线缆测试仪	导通电阻	线缆测试仪校准规范 JJF 1457	1Ω～100kΩ	U_{rel}=1.6%		2025-11-06
		绝缘电阻		100Ω～100MΩ	U_{rel}=(2.4～1.0)%		2025-11-06
				100MΩ～10GΩ	U_{rel}=(1.5～2.4)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交直流电压		(4～2000)V,(DC,45Hz~65Hz)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		电流		（0.1～100)mA,(DC,45Hz~65Hz)	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		电容		100pF～100μF,1kHz	U_{rel}=0.5%		2025-11-06
		失真度		(0.03%～2%),(20Hz～20kHz)	U_{rel}=12%		2025-11-06
				(0.03%～2%)，(20kHz～100kHz)	U_{rel}=24%		2025-11-06
5	*圈数比测试仪	圈数	高频圈数比测试仪校准规范 DJF 016	1:1～1:0.001(100Hz～100kHz)	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
6	*线圈圈数测量仪	匝数	线圈圈数测量仪校准规范 JJF(电子) 0041	1～11110	U=0.23%N+1		2025-11-06
		直流电阻		0.1Ω～100kΩ	U_{rel}=0.03%		2025-11-06
7	*电池内阻测试仪	电压	电池内阻测试仪校准规范 JJF1620	0.1V～1kV	U_{rel}=0.01%		2025-11-06
		内阻		1mΩ～10mΩ(100Hz～10kHz)	U_{rel}=0.13%		2025-11-06
				10mΩ～4.1kΩ(100Hz～10kHz)	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
8	*电池充放电测试仪	电压	电池充放电测试仪校准规范 JJF(军工) 108	(1～10)V	U_{rel}=（0.008～0.004)%		2025-11-06
				(10～1000)V	U_{rel}=（0.004～0.006)%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电流		(10～100)mA	U_{rel}= (0.09～0.07)%		2025-11-06
				100mA～1kA	U_{rel}=(0.03～0.09)%		2025-11-06
		电阻		100mΩ～10Ω	U_{rel}= (0.6～0.08)%		2025-11-06
				10Ω～1kΩ	U_{rel}= (0.08～0.09)%		2025-11-06
				(1～10)kΩ	U_{rel}=0.05%		2025-11-06
		功率		(10～100)mW	U_{rel}= (0.18～0.07)%		2025-11-06
				100mW～100W	U_{rel}= (0.09～0.04)%		2025-11-06
				100W～10kW	U_{rel}= (0.04～0.07)%		2025-11-06
		容量		0.1Ah～10Ah	U_{rel}= (0.09～0.04)%		2025-11-06
				10Ah～1kAh	U_{rel}= (0.03～0.04)%		2025-11-06
		电流上升时间		10μs～10ms	U_{rel}= (0.3～0.2)%		2025-11-06
9	*基准镇流器	电压电流比	基准镇流器校准规范 JJF 1502	(10～400)V/(0.1～20)A, 50Hz, 60Hz	U_{rel}=0.27%		2025-11-06
				(10～400)V/(0.1～20)A, 20kHz～50kHz	U_{rel}=0.3%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		功率因数		0.1～1	U=0.006		2025-11-06
10	*绕组匝间绝缘冲击电压试验仪	输出冲击电压峰值	绕组匝间绝缘冲击电压试验仪校准规范 JJF 1691	(0.5～30) kV	U_{rel}=(4～1.2)%		2025-11-06
		波前时间		2ns～1s	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
11	*高压开关动作特性测试仪	合闸时间/合闸同期性	高压开关动作特性测试仪检定规程 JJG 1120	(1.0～1000.0)ms	U=(0.03～0.1)ms		2025-11-06
		分闸时间/分闸同期性		(1.0～1000.0)ms	U=(0.03～0.1)ms		2025-11-06
		弹跳时间		(1.0～10.0)ms	U=0.03ms		2025-11-06
12	*脉冲电火花检漏仪	脉冲峰值电压	脉冲电火花检漏仪校准规范 JJF(新) 32	(0.5～40) kV	U_{rel}=3%		2025-11-06
13	*示波器电压探头	直流电压衰减比	示波器电压探头校准规范 JJF 1437	1～5000	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		频率响应		(0～-3)dB(50kHz～6GHz)	U=0.9dB		2025-11-06
		上升时间		150ps～100 μs	U_{rel}=6.4%		2025-11-06
		输入电阻		50Ω～100MΩ	U_{rel}=0.6%		2025-11-06
14	*电快速瞬变脉冲群发生器（耦合去耦网络/容	电压	电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范 JJF 1672	(0.1～4)kV	U_{rel}=3%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
	性耦合夹）	脉冲上升时间		（3～6）ns	U_{rel}=6%		2025-11-06
		脉冲群持续时间		0.5ms～20ms	U_{rel}=3%		2025-11-06
		脉冲重复频率		1kHz～100kHz	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		脉冲群周期		250ms～350ms	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
		脉冲宽度		（35～150）ns	U_{rel}=6%		2025-11-06
15	*示波器电流探头,电流探头	直流衰减系数	示波器电流探头校准规范 JJF(电子)0036	1～1000	U_{rel}=0.04%		2025-11-06
		交流电流		(0.001A～1000A)（50Hz～1kHz）	U_{rel}=0.16%		2025-11-06
		直流电流		(0.001A～1000A)	U_{rel}=0.04%		2025-11-06
		带宽		1kHz～200MHz	U_{rel}=4%		2025-11-06
		上升时间		3ns～10ms	U_{rel}=6.4%		2025-11-06
16	静电放电模拟器	输出电压	静电放电模拟器校准规范 JJF 1397	±(0.1～40)kV	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		放电峰值电流		(0.1～150)A	U_{rel}=5.6%		2025-11-06
		放电电流		(0.1～100)A	U_{rel}=6%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电流上升时间		(0.1～10)ns	U_{rel}=4.5%		2025-11-06
17	*30MHz～1.0GHz 吸收式功率钳	插入损耗	30MHz~1.0GHz 吸收式功率钳校准规范 JJF 1155	（10～30）dB，（30MHz～1.0GHz）	U=1.7dB		2025-11-06
18	*工频磁场发生器	电流	工频磁场模拟器校准规范 JJF 1737	（0.1～600）A	U_{rel}=2.5%		2025-11-06
		磁场强度		（0.1～15）A/m	U_{rel}=6%		2025-11-06
				（15～150）A/m	U_{rel}=6.3%		2025-11-06
				（150～1000）A/m	U_{rel}=12%		2025-11-06
19	*浪涌（冲击）模拟器，浪涌发生器(含耦合去耦网络)	开路电压峰值	浪涌（冲击）模拟器校准规范 JJF 1741	±(0.05～40)kV	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
		开路电压波前时间		（0.1～100）μs	U_{rel}=3.2%		2025-11-06
		开路电压持续时间		（1～1000）μs	U_{rel}=3%		2025-11-06
		短路电流峰值		±(0.001～20)kA	U_{rel}=3%		2025-11-06
		短路电流波前时间		（0.01～100）μs	U_{rel}=3.2%		2025-11-06
		短路电流持续时间		（1～1000）μs	U_{rel}=3%		2025-11-06
		相位		（0～360）°	U=3°		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		开路电压下冲		（-50～-0.1）%	U_{rel}=3%		2025-11-06
		短路电流下冲		（-50～-0.1）%	U_{rel}=3%		2025-11-06
		残余浪涌电压		1V～2kV	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
		非期望浪涌电压		（0.1～20）%	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
20	*电压暂降、短时中断和电压变化发生器	输出电压	电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器校准规范 JJF 1673	(0.1～360)V	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		负载调整率		0.01%～50%	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		电压上升时间和下降时间		(1～60) μs	U_{rel}=7.7%		2025-11-06
		电压过冲和欠冲		0.01%～20%	U_{rel}=5.0%		2025-11-06
		相位角		0.1° ～360°	U=2°		2025-11-06
		持续时间		1ms～60s	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
		间隔时间		1ms～60s	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
		峰值冲击电流		40A～2kA	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
21	*谐波和闪烁分析仪	电流	谐波和闪烁分析仪校准规范 JJF 1205	0.01A～ 1A	U_{rel}=0.1%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				1A～ 5A	U_{rel}=0.06%		2025-11-06
				5A～ 60A	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		电压幅度		(110～240)V	U_{rel}=0.02%		2025-11-06
		功率		(1～12000)W, PF=1.0	U_{rel}=0.08%		2025-11-06
				(1～12000)W, PF=0.5	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		谐波电流		(0.01～6)A, 100Hz～3kHz	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		瞬态谐波电流		（1～10）A	U_{rel}=0.32%		2025-11-06
		闪烁		Pst=1,Pst=5	U_{rel}=1.6%		2025-11-06
		谐间波		(0.003～6)A, 100Hz～2kHz	U_{rel}=1.2%		2025-11-06
		电源电压的谐波含量		0.01%～10%	U_{rel}=1.0%		2025-11-06
		电压随频率稳定度		0.1%～20%	U_{rel}=0.7%		2025-11-06
		电压随负载的稳定度		0.1%～20%	U_{rel}=0.7%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率随负荷变化的稳定度		0.1%～20%	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
22	*断续骚扰分析仪/断续干扰分析仪	频率	断续干扰分析仪校准规范 JJF 1845	(0.15～30)MHz	U_{rel}=0.30%		2025-11-06
		电平		(45～110)dBμV,(0.15～30)MHz	U=0.3dB		2025-11-06
		中频带宽		9kHz	U=0.09kHz		2025-11-06
		脉冲响应		(0～30)dB，(0.15～30)MHz	U=0.7dB		2025-11-06
23	*静电放电电流靶	插入损耗	静电放电靶校准规范 JJF(电子)0040	(-70dB～-30dB)，(9kHz～1GHz)	U=0.20dB		2025-11-06
				(-70dB～-30dB)，(1GHz～4GHz)	U=0.30dB		2025-11-06
		转移阻抗		(0.02～1.0)V/A	U_{rel}=0.12%		2025-11-06
		输入阻抗		(0.1～10)Ω	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
24	*振铃波模拟器/振荡波发生器	脉冲电压输出	振荡波发生器校准规范 JJF(浙) 1059	±（0.05～4)kV	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
		第一峰值电压上升时间		10ns～10μs	U_{rel}=5%		2025-11-06
		振荡频率		(1～2000)kHz	U_{rel}=2.0%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		短路电流		±（1～1000)A	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
		第一峰值电流上升时间		10ns～10μs	U_{rel}=2.6%		2025-11-06
		输出阻抗		（1～500）Ω	U_{rel}=4.8%		2025-11-06
		衰减		（10～150)%	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
		脉冲群持续时间		0.1s～100s	U_{rel}=2.6%		2025-11-06
25	*阻尼振荡波发生器	开路电压峰值	阻尼振荡波模拟器校准规范 JJF 2016	±（0.05～4)kV	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
		上升时间		10ns～10μs	U_{rel}=5%		2025-11-06
		振荡频率		1kHz～30MHz	U_{rel}=4%		2025-11-06
		短路电流峰值		±（1～1000)A	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
		重复率		（1～5000)/s	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
		开路电压振荡频率		1kHz～30MHz	U_{rel}=2.0%		2025-11-06
		猝发持续时间		0.1s～100s	U_{rel}=2.6%		2025-11-06
		电压衰减		（10～100)%	U_{rel}=3.4%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
26	*三环天线	确认系数	三环天线校准规范 JJF 2124	(20～100)dBΩ，9kHz～30MHz	U=1.5dB		2025-11-06
27	*脉冲磁场发生器	输出电流峰值	脉冲磁场发生器校准规范 JJF(电子)0037	(0.1～5)kA	U_{rel}=3.0%		2025-11-06
		波前时间		(5～10)μs	U_{rel}=3.8%		2025-11-06
		持续时间		(10～30)μs	U_{rel}=2.6%		2025-11-06
		感应线圈因数		(0.5～110) 1/m	U_{rel}=5%		2025-11-06
28	*高频噪声模拟器	脉冲电压幅度	高频噪声模拟器校准规范 JJF(电子) 30810	(1～4000)V	U_{rel}=3%		2025-11-06
		脉冲电压宽度		(50～1000)ns	U_{rel}=3%		2025-11-06
		脉冲电压上升时间		(0.3～1)ns	U_{rel}=6%		2025-11-06
		脉冲重复频率		(1～100)Hz	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
29	*电流注入钳，电流钳	插入损耗	电流探头和电流注入钳校准规范 JJF(通信)030	(0～60)dB,(9kHz～1GHz)	U=0.7dB		2025-11-06
		转移阻抗		(-60～30)dBΩ	U=0.7dB		2025-11-06
		转移导纳		(-30～60)dBS	U=0.7dB		2025-11-06
30	*示波器差分探头	共模抑制比	示波器差分探头校准规范 JJF(电子)30306	(18～90)dB	U=1.5dB		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流衰减系数		1～1000,(1V～10kV)	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		频带宽度		1kHz～1GHz	U_{rel}=4%		2025-11-06
		上升时间		150ps～100μs	U_{rel}=6.4%		2025-11-06
		输入电阻		50Ω～100MΩ	U_{rel}=0.6%		2025-11-06
31	*示波器高压探头/高压棒	电压衰减比	示波器高压探头校准规范 JJF(电子)30304	1～1000,(1kV～100kV)	U_{rel}=0.2%		2025-11-06
		频带宽度		1kHz～1GHz	U_{rel}=4%		2025-11-06
		输入电容		1pF～100pF，1kHz	U_{rel}=0.1%		2025-11-06
		输入电阻		50Ω～100MΩ	U_{rel}=0.6%		2025-11-06
32	*恒定磁场线圈	线圈常数KB	恒定磁场线圈校准规范 JJF 1906	$(1\times10^{-5}\sim1\times10^{-2})$T/A	U_{rel}=0.20%		2025-11-06
		磁场均匀度△		0.01%～50%	U_{rel}=0.3%		2025-11-06
33	*汽车电瞬态传导骚扰模拟器、抛负载模拟器	脉冲电压峰值	汽车电瞬态传导骚扰模拟器校准规范 JJF(电子)0019	±(1～4000)V	U_{rel}=3.4%		2025-11-06
		脉冲上升/下降时间		1ns～10ms	U_{rel}=6%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		脉冲宽度/持续时间		100ns～3s	U_{rel}=3%		2025-11-06
		试验电压		(0.1～100)V	U_{rel}=0.10%		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

名称：华南国家计量测试中心/广东省计量科学研究院

地址：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 152 号

注册号：CNAS L0730

中国合格评定国家认可委员会

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

认可证书附件

生效日期：2025 年 11 月 06 日　　截止日期：2029 年 10 月 21 日

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
02 化学						
0205 天然气						
1	燃气	1	热值(高位热值和低位热值)	城镇燃气热值和相对密度测定方法 GB/T 12206-2006 4		2025-11-06
		2	相对密度	城镇燃气热值和相对密度测定方法 GB/T 12206-2006 5		2025-11-06
		3	华白数(高华白数和低华白数)	城镇燃气分类和基本特性 GB/T 13611-2018 5.3		2025-11-06
		4	水露点	天然气水露点的测定 冷却镜面凝析湿度计法 GB/T 17283-2014		2025-11-06

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
0234 气体						
1	纯氖	1	氧含量	气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016		2025-11-06
		2	氮含量	纯氖和高纯氖 GB/T 17873-2014 4.5		2025-11-06
		3	氢含量	惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 GB/T 28124-2011		2025-11-06
		4	甲烷含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		5	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
2	纯甲烷	1	氢含量	惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 GB/T 28124-2011		2025-11-06
		2	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
3	工业氧	1	氧含量	工业氧 GB/T 3863-2008 4.2		2025-11-06
		2	水含量	工业氧 GB/T 3863-2008 4.3		2025-11-06
4	氪气	1	氪气纯度	氪气 GB/T 5829-2006 4.2		2025-11-06
		2	氮含量	氪气 GB/T 5829-2006 附录A		2025-11-06
		3	氧+氩	氪气 GB/T 5829-2006 附录A		2025-11-06
		4	氢含量	惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 GB/T 28124-2011		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	一氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		6	二氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		7	甲烷含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		8	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
5	工业氮	1	氮气纯度	工业氮 GB/T 3864-2008 4.2		2025-11-06
		2	氧含量	工业氮 GB/T 3864-2008 4.3		2025-11-06
		3	水含量	工业氮 GB/T 3864-2008 4.4		2025-11-06
6	纯氮	1	氮气纯度	纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T 8979-2008 4.2		2025-11-06
		2	氧含量	气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016		2025-11-06
		3	氢含量	惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 GB/T 28124-2011		2025-11-06
		4	一氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		5	二氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		6	甲烷含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		7	水含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
7	工业氢	1	氢气纯度	氢气 第1部分:工业氢 GB/T 3634.1-2006 4.2		2025-11-06
		2	水含量	氢气 第1部分:工业氢 GB/T 3634.1-2006 4.3		2025-11-06
				气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
		3	氧含量	氢气 第1部分:工业氢 GB/T 3634.1-2006 附录A		2025-11-06
		4	氩含量	氢气 第1部分:工业氢 GB/T 3634.1-2006 附录A		2025-11-06
		5	氮含量	氢气 第1部分:工业氢 GB/T 3634.1-2006 附录A		2025-11-06
8	纯氢	1	氢含量	纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 4844-2011 附录A		2025-11-06
		2	氧+氩	纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 4844-2011 附录A		2025-11-06
		3	一氧化碳含量	纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 4844-2011 附录A		2025-11-06
		4	二氧化碳含量	纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 4844-2011 附录A		2025-11-06
		5	甲烷含量	纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 4844-2011 附录A		2025-11-06
		6	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
9	气体	1	氧含量	气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016		2025-11-06
		2	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分：露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
		3	一氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	二氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		5	碳氢化合物含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		6	氢含量	惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 GB/T 28124-2011		2025-11-06
		7	气体组分含量（以氮气或空气为底气的烃类、挥发性有机化合物、卤代烃类、硫化氢、羰基硫、氨气、氯气、氯化氢、氟化氢、二氧化硫、六氟化硫、硫酰氟、二硫化碳、三氟化氮、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳）	气体分析 校准混合气组成的测定和校验 比较法 GB/T 10628-2008		2025-11-06
		8	气体组分含量（以氮气或氦	气体分析 校准混合气组成的测定和校验 比较法 GB/T 10628-2008		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			气为底的烃类、氢气、氩气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、氖气、氙气、氪气）			
		9	气体组分含量（以甲烷为底的烃类、氢气、氦气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳）	气体分析 校准混合气组成的测定和校验 比较法 GB/T 10628-2008		2025-11-06
10	高纯氧	1	氧气纯度	纯氧、高纯氧和超纯氧 GB/T 14599-2008 4.2		2025-11-06
		2	氢含量	惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 GB/T 28124-2011		2025-11-06
		3	氩含量	纯氧、高纯氧和超纯氧 GB/T 14599-2008 4.3		2025-11-06
		4	氮含量	纯氧、高纯氧和超纯氧 GB/T 14599-2008 4.3		2025-11-06
		5	二氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		6	总烃含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	水含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
11	电子工业用气体 氮	1	氮纯度	电子工业用气体 氮 GB/T 16944-2009 4.2		2025-11-06
		2	氢含量	电子工业用气体 氮 GB/T 16944-2009 附录A		2025-11-06
		3	氧含量	电子工业用气体 氮 GB/T 16944-2009 附录A		2025-11-06
		4	一氧化碳含量	电子工业用气体 氮 GB/T 16944-2009 附录A		2025-11-06
		5	二氧化碳含量	电子工业用气体 氮 GB/T 16944-2009 附录A		2025-11-06
		6	总烃含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		7	水含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
12	航空呼吸用氧	1	氧含量	工业氧 GB/T 3863-2008 4.2		2025-11-06
		2	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB /T 5832.2-2016		2025-11-06
		3	二氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984 -2008		2025-11-06
		4	一氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		5	气味	医用及航空呼吸用氧 GB/T 8982-2009 5.6		2025-11-06
		6	总烃含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
13	氩	1	氩气纯度	氩 GB/T 4842-2017 5.1		2025-11-06
		2	氢含量	氩 GB/T 4842-2017 附录 A		2025-11-06
		3	氧含量	氩 GB/T 4842-2017 附录 A		2025-11-06
		4	氮含量	氩 GB/T 4842-2017 附录 A		2025-11-06
		5	甲烷含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		6	一氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		7	二氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		8	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第 2 部分：露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
14	灯泡用氩气	1	氢含量	惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 GB/T 28124-2011		2025-11-06
		2	氧含量	气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016		2025-11-06
		3	总烃含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		4	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第 2 部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
15	高纯氦	1	氦气纯度	纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 5.1		2025-11-06
		2	氢气含量	纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 附录 A		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	（氧+氩）含量	纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 附录 A		2025-11-06
		4	氮气含量	纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 附录 A		2025-11-06
		5	一氧化碳含量	纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 附录 A		2025-11-06
		6	二氧化碳含量	纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 附录 A		2025-11-06
		7	甲烷含量	纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 附录 A		2025-11-06
		8	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第 2 部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
16	电子工业用气体 氩	1	氩气纯度	电子工业用气体 氩 GB/T 16945-2009 4.2		2025-11-06
		2	氢含量	惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 GB/T 28124-2011		2025-11-06
		3	氮含量	氩 GB/T 4842-2017 附录 A		2025-11-06
		4	氧含量	气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016		2025-11-06
		5	一氧化碳和二氧化碳总含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		6	总烃含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		7	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第 2 部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
17	医用氧	1	氧含量	工业氧 GB/T 3863-2008 4.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB 5832.2-2016		2025-11-06
		3	二氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		4	一氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB 8984-2008		2025-11-06
		5	气态酸性物质和碱性物质	医用及航空呼吸用氧 GB/T 8982-2009 5.4		2025-11-06
		6	臭氧及其他气态氧化物	医用及航空呼吸用氧 GB/T 8982-2009 5.5		2025-11-06
		7	气味	医用及航空呼吸用氧 GB/T 8982-2009 5.6		2025-11-06
		8	总烃含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB 8984-2008		2025-11-06
18	高纯氮	1	氮气纯度	纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T 8979-2008 4.2		2025-11-06
		2	氧含量	气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016		2025-11-06
		3	氢含量	惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 GB/T 28124-2011		2025-11-06
		4	一氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		5	二氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		6	甲烷含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
19	食品添加剂 液体二氧化碳	1	二氧化碳含量	食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录A A.4		2025-11-06
		2	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
		3	一氧化氮含量	食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录A A.10		2025-11-06
		4	二氧化硫含量	食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录A A.11		2025-11-06
		5	总硫含量（不包括二氧化硫）	食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录 A A.11		2025-11-06
		6	碳氢化合物含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		7	甲醇含量	食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录 A A.13		2025-11-06
		8	氯乙烯含量	食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录A A.13		2025-11-06
		9	油脂含量	食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录A A.8		2025-11-06
		10	水溶液气味和外观	食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 3.1		2025-11-06
		11	氧气含量	气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	一氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
20	食品添加剂 氮气	1	氮含量	食品安全国家标准 食品添加剂 氮气 GB 29202-2012 附录 A-A.3		2025-11-06
		2	色泽	食品安全国家标准 食品添加剂 氮气 GB 29202-2012 3.1		2025-11-06
		3	状态	食品安全国家标准 食品添加剂 氮气 GB 29202-2012 3.1		2025-11-06
		4	氧含量	气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016		2025-11-06
		5	一氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		6	二氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		7	水分	气体分析 微量水分的测定 第 2 部分：露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
21	高纯氢	1	氢气纯度	氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.1		2025-11-06
		2	氧含量	气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016		2025-11-06
		3	氩含量	氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 附录 A		2025-11-06
		4	氮含量	氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 附录 A		2025-11-06
		5	一氧化碳含量	氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 附录 A		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	二氧化碳含量	氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 附录A		2025-11-06
		7	甲烷含量	氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 附录A		2025-11-06
		8	水含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
22	纯氢	1	氢气纯度	氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.1		2025-11-06
		2	氧含量	气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016		2025-11-06
		3	氩含量	氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 附录A		2025-11-06
		4	氮含量	氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 附录A		2025-11-06
		5	一氧化碳含量	氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 附录A		2025-11-06
		6	二氧化碳含量	氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 附录A		2025-11-06
		7	甲烷含量	氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 附录A		2025-11-06
		8	水含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
23	工业液体二氧化碳	1	二氧化碳含量	工业液体二氧化碳 GB/T 6052-2011 4.3		2025-11-06
		2	游离水分含量	工业液体二氧化碳 GB/T 6052-2011 4.2.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	油分含量	工业液体二氧化碳 GB/T 6052-2011 4.4		2025-11-06
		4	气味	工业液体二氧化碳 GB/T 6052-2011 4.5		2025-11-06
24	电子工业用气体 氧	1	氩含量	电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 附录 A		2025-11-06
		2	氢含量	电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 附录 A		2025-11-06
		3	氮含量	电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 附录 A		2025-11-06
		4	一氧化碳含量	电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 附录 B		2025-11-06
		5	二氧化碳含量	电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 附录 B		2025-11-06
		6	总烃含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		7	一氧化氮含量	电子工业用气体 氧化亚氮 GB/T 14600-2009 4.9		2025-11-06
		8	氧化亚氮含量	电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 附录 B		2025-11-06
		9	水含量	气体分析 微量水分的测定 第 2 部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
25	电子工业用气体 氧化亚氮	1	二氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		2	一氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		3	总烃含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	氮含量	电子工业用气体 氧化亚氮 GB/T 14600-2009 4.7		2025-11-06
		5	氧含量	电子工业用气体 氧化亚氮 GB/T 14600-2009 4.7		2025-11-06
		6	水含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
		7	一氧化氮含量	电子工业用气体 氧化亚氮 GB/T 14600-2009 4.9		2025-11-06
26	电子工业用气体 氢	1	氢纯度	电子工业用气体 氢 GB/T 16942-2009 4.2		2025-11-06
		2	氮含量	电子工业用气体 氢 GB/T 16942-2009 附录A		2025-11-06
		3	氧含量	气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016		2025-11-06
		4	一氧化碳含量	电子工业用气体 氢 GB/T 16942-2009 附录A		2025-11-06
		5	二氧化碳含量	电子工业用气体 氢 GB/T 16942-2009 附录A		2025-11-06
		6	总烃含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		7	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第2部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
27	氩气	1	氮含量	氩气 GB/T 5828-2006 附录A		2025-11-06
		2	氧+氩	氩气 GB/T 5828-2006 附录A		2025-11-06
		3	氢含量	惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 GB/T 28124-2011		2025-11-06
		4	一氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				色谱法 GB/T 8984-2008		
		5	二氧化碳含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		6	甲烷含量	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		7	氧化亚氮含量	氙气 GB/T 5828-2006 附录 A		2025-11-06
		8	水含量	气体分析 微量水分的测定 第 2 部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
28	电子工业用气体 氦	1	氦纯度	电子工业用气体 氦 GB/T 16943-2009 4.2		2025-11-06
		2	一氧化碳和二氧化碳总含量	电子工业用气体 氦 GB/T 16943-2009 附录 A		2025-11-06
		3	氧含量	电子工业用气体 氦 GB/T 16943-2009 附录 A		2025-11-06
		4	氮含量	电子工业用气体 氦 GB/T 16943-2009 附录 A		2025-11-06
		5	总烃含量（以甲烷计）	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008		2025-11-06
		6	水分含量	气体分析 微量水分的测定 第 2 部分 露点法 GB/T 5832.2-2016		2025-11-06
0244 电子电器产品有害物质						
1	电子电气产品	1	铅、汞、镉、总铬和总溴	电子电气产品中某些物质的测定 第 3-1 部分：X-射线荧光光谱法筛选 铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
03 机械						
0307 通用零部件						
1	通用零部件	1	几何公差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T1958-2017 5、6、7		2025-11-06
		2	工件尺寸	产品几何技术规范（GPS） 光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009 4、5、6		2025-11-06
		3	表面粗糙度	产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009 7		2025-11-06
		4	圆柱螺纹	圆柱螺纹检测方法 GB/T 28703-2012 6、7		2025-11-06
		5	铸件重量	铸件重量公差 GB/T 11351-2017 5		2025-11-06
2	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置	1	外观检查	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件 GB/T 36491-2018 6.1		2025-11-06
		2	装配检查	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件 GB/T 36491-2018 6.2		2025-11-06
		3	启停允许转矩	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件 GB/T 36491-2018 6.3	(0~500)Nm	2025-11-06
		4	反向启动转矩	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件 GB/T 36491-2018 6.4	(0~500)Nm	2025-11-06
		5	空载摩擦转矩	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件 GB/T 36491-2018 6.5	(0~500)Nm	2025-11-06
		6	空载试验	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件 GB/T 36491-2018 6.6	(0~500)Nm	2025-11-06
		7	负荷性能试验	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件	(0~500)Nm	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				GB/T 36491-2018 6.7		
		8	传动效率	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件 GB/T 36491-2018 6.10	(0~500)Nm	2025-11-06
		9	扭转刚度	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件 GB/T 36491-2018 6.16	(0~500)Nm	2025-11-06
		10	回差	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件 GB/T 36491-2018 6.17		2025-11-06
		11	传动误差	机器人用摆线针轮行星齿轮传动装置 通用技术条件 GB/T 36491-2018 6.18		2025-11-06
0310 通用机械与设备						
1	风机盘管机组	1	供冷量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019 附录 B		2025-11-06
		2	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019 附录 B		2025-11-06
		3	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019 附录 A		2025-11-06
		4	风量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019 附录 A		2025-11-06
		5	出口静压	风机盘管机组 GB/T 19232-2019 附录 A		2025-11-06
0311 动力机械设备						
1	非道路柴油移动机械排气	1	光吸收系数	非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法 GB 36886-2018 5.2.1		2025-11-06
0313 轻工机械						

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	手持式金属探测器	1	操作和控制装置	手持式金属探测器通用技术规范 GB 12899-2018 5.5		2025-11-06
		2	供电电源	手持式金属探测器通用技术规范 GB 12899-2018 5.6		2025-11-06
		3	基本探测功能	手持式金属探测器通用技术规范 GB 12899-2018 5.7		2025-11-06
		4	运动速度	手持式金属探测器通用技术规范 GB 12899-2018 5.8.3		2025-11-06
		5	探测灵敏度	手持式金属探测器通用技术规范 GB 12899-2018 5.8.2		2025-11-06
		6	报警声音	手持式金属探测器通用技术规范 GB 12899-2018 5.9.1		2025-11-06
2	带式检针机	1	检测能力	带式检针机 QB/T 2638-2023 6.3.1		2025-11-06
		2	检测指示	带式检针机 QB/T 2638-2023 6.3.2		2025-11-06
		3	倒带运转	带式检针机 QB/T 2638-2023 6.3.3		2025-11-06
		4	计数试验	带式检针机 QB/T 2638-2023 6.3.4		2025-11-06
		5	运转性能	带式检针机 QB/T 2638-2023 6.3.5		2025-11-06
		6	噪声	带式检针机 QB/T 2638-2023 6.3.6		2025-11-06
3	食品金属探测器	1	正常工作灵敏度	食品金属探测器 GB/T 25345-2010 6.1.3		2025-11-06
		2	适应电源范围	食品金属探测器 GB/T 25345-2010 6.1.7		2025-11-06
04 电气						

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
0401 电气产品通用环境类试验						
1	计量器具及电工、电子产品（环境试验）	1	低温	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 GB/T 2423.1-2008 6	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
				电工电子产品环境试验 第2-1部分:试验方法 试验A:低温 IEC 60068-2-1(Edition 6.0):2007 6	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		2	高温	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 GB/T 2423.2-2008 6	只测常温～150℃(箱体尺寸：1.6m×1m×1.6m（W*D*H)),常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
				电工电子产品环境试验 第2-2部分:试验方法 试验B:高温 IEC 60068-2-2(Edition 5.0):2007 6	只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					（W*D*H)），常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
		3	湿热	环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016 4	只测50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	2025-11-06
				环境试验 第2-78部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 IEC 60068-2-78(Edition 2.0)：2012 4	只测50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	2025-11-06
				电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环） GB/T 2423.4-2008 7	只测50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	2025-11-06
				电工电子产品环境试验 第2-30部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环） IEC 60068-2-30(Edition 3.0):2005 7	只测50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	2025-11-06
		4	振动（正弦）	环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦) GB/T 2423.10-2019 6-11	只测频率范围：(2～2000)Hz;推力：50000N；位移：51mm；最大加速度：1000m/s^2；最大载	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					荷：1000kg	
				环境试验 第2-6部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦) IEC 60068-2-6(Edition 7.0)：2007 6-11	只测频率范围：(2～2000)Hz;推力：50000N;位移：51mm；最大加速度：1000m/s^2；最大载荷：1000kg	2025-11-06
		5	振动（随机）	环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则 GB/T 2423.56-2023 6-10	只测频率范围：(2～2000)Hz;推力：50000N；位移：51mm;最大加速度：1000m/s^2；最大载荷：1000kg	2025-11-06
				环境试验 第2-64部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则 IEC 60068-2-64:2019(Edition 2.1) 6-10	只测频率范围：(2～2000)Hz;推力：50000N；位移：51mm;最大加速度：1000m/s^2；最大载荷：1000kg	2025-11-06
		6	冲击	环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击 GB/T 2423.5-2019 6-10	只测峰值加速度：50m/s^2～1000m/s^{2}脉冲持续时间：5ms～	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					22ms;载重：200kg；半正弦波	
				环境试验 第2-27部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击 IEC 60068-2-27(Edition 4.0):2008 6-10	只测峰值加速度：50m/s²～1000m/s²脉冲持续时间：5ms～22ms;载重：200kg；半正弦波	2025-11-06
		7	自由跌落	环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品） GB/T 2423.7-2018 4-6	最大载荷：200kg；跌落高度：1000mm；方法1	2025-11-06
				环境试验 第2-31部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品） IEC 60068-2-31(Edition 2.0):2008 4-6	最大载荷：200kg；跌落高度：1000mm；方法1	2025-11-06
		8	灼热丝可燃性	电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 5169.11-2017 5-10		2025-11-06
				电工电子产品着火危险试验 第2-11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 IEC 60695-2-11(Edition 3.0)：2021 5-10		2025-11-06
		9	热效应试验	环境试验 第2部分：试验方法 试验S：模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则 GB/T 2423.24-2022 5	箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H）	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				环境试验 第2-5部分：试验方法 试验S：模拟地面上的太阳辐射及其导则 IEC 60068-2-5(Edition 3.0):2018 5	箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H）	2025-11-06
		10	外壳防护-第一位特征数字所表示的对接近危险部件防护的试验	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 12		2025-11-06
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529(Edition 2.2):2013 12		2025-11-06
		11	外壳防护-第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的试验	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 13		2025-11-06
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529(Edition 2.2):2013 13		2025-11-06
		12	外壳防护-第二位特征数字所表示的防止水进入的试验	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 14	不测IPX9	2025-11-06
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529(Edition 2.2):2013 14	不测IPX9	2025-11-06
		13	外壳防护-附加字母所表示的接近危险部件防护的试验	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 15		2025-11-06
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529(Edition 2.2):2013 15		2025-11-06
		14	盐雾	环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2024 4-8	箱体尺寸：1.6m×1m×1.6m（W*D*H）	2025-11-06
				环境试验 第2-11部分：试验方法 试验Ka：盐雾 IEC 60068-2-11(Edition 4.0):2021 4-8	箱体尺寸：1.6m×1m×1.6m	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					（W*D*H）	
				环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾,交变（氯化钠溶液）GB/T 2423.18-2021 9	不测方法7和8，只测中性盐溶液，箱体尺寸：1.6m×1m×1.6m（W*D*H）	2025-11-06
		15	温度变化	环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 GB/T 2423.22-2012 6~8	只测-40℃～常温（箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H））常温～100℃（箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H）），温度变化速率≤5k/min	2025-11-06
				环境试验 第2-14部分：试验方法 试验N：温度变化 IEC 60068-2-14：2023 6~8	只测-40℃～常温（箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H））常温～100℃（箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H）），温度变化速率≤5k/min	2025-11-06
		16	温度/湿度组合循环	环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验 GB/T 2423.34-2024 7	只测-70℃～常温（箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H）),-40	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测 50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	
				环境试验 第 2-38 部分：试验方法 试验 Z/AD：温度/湿度组合循环试验 IEC 60068-2-38(Edition 3.0):2021 7	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H））只测 50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H）	
		17	恒定湿热	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热 主要用于元件的加速试验 GB/T 2423.50-2012 5~10	只测-40℃～100℃(1m³)，箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)，只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
				环境试验 第 2-67 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热 主要用于元件的加速试验 IEC 60068-2-67(Edition 1.1):2019 5~10	只测-40℃～100℃(1m³)，箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)，只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		18	试验 Eha:摆锤	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Eh：锤击试验 GB/T 2423.55-2023 5	只测≤50J	2025-11-06
				环境试验 第 2-75 部分：试验方法 试验 Eh：锤击试验 IEC 60068-2-75(Edition 2.0):2014 5	只测≤50J	2025-11-06
		19	试验 Ehb:弹簧锤	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Eh：锤击试验 GB/T 2423.55-2023 6	只测≤1J	2025-11-06
				环境试验 第 2-75 部分：试验方法 试验 Eh：锤击试验 IEC 60068-2-75(Edition 2.0):2014 6	只测≤1J	2025-11-06
		20	机械碰撞防护试验	电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码） GB/T 20138-2023 6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）IEC 62262(Edition 1.1): 2021 6		2025-11-06
		21	气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验	环境试验 第 2 部分：试验和导则 气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验 GB/T 2423.35-2019 3	只测频率范围：(2～2000)Hz;推力：50000N;位移：51mm；最大加速度：1000m/s^2；最大载荷：1000kg,-70℃～150℃(1m^3),箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H),只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
				环境试验 第 2-53 部分：试验和导则 气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验 IEC 60068-2-53(Edition 2.0): 2010 3	只测频率范围：(2～2000)Hz;推力：50000N;位移：51mm；最大加速度：1000m/s^2；最大载荷：1000kg,-70℃～150℃(1m^3),箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H),只测 50%RH～95%RH	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	医用电器（环境试验）	1	额定工作低温试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.1	不测放射性设备；只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		2	低温贮存试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.2	不测放射性设备；只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		3	额定工作高温试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.3	不测放射性设备；只测常温～150℃(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)），常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		4	高温贮存试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.4	不测放射性设备；只测常温～	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					150℃(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
		5	额定工作湿热试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.5	不测放射性设备；只测 50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	2025-11-06
		6	湿热贮存试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.6	不测放射性设备；只测 50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	2025-11-06
		7	振动试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.7	″只测频率范围：(2～2000)Hz;推力：50000N;位移：51mm；最大加速度：1000m/s^2；最大载荷：1000kg	2025-11-06
		8	碰撞试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.8	不测放射性设备″只测峰值加速度：50m/s^2～	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					1000m/s² 脉冲持续时间：5ms～22ms;载重：200kg；半正弦波	
		9	电源适应能力试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.9	不测放射性设备	2025-11-06
3	分析仪器（环境试验）	1	电源电压与频率试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 3	频率:(47～63)Hz,电压:(5～300)VAC	2025-11-06
		2	低温试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 4	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		3	高温试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 5	只测常温～150℃(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		4	温度变化试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 6	只测常温～150℃(箱体尺寸：1.6m×1m×1.6m	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					（W*D*H)），常温～80℃（箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)）；只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H),-40℃～常温（箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
		5	恒定湿热试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 7	只测 50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	2025-11-06
		6	交变湿热试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 8	只测 50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	2025-11-06
		7	振动试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 9	只测频率范围：(2～2000)Hz;推力：50000N;位移：51mm；最大加速度：	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					1000m/s²；最大载荷：1000kg	
		8	磁场试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 10		2025-11-06
		9	沙尘试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 12	只测外壳防尘试验，箱体尺寸：800mm×800mm×800mm（W*D*H）	2025-11-06
		10	盐雾试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 14	箱体尺寸：1100mm×750mm×225mm（W*D*H）	2025-11-06
		11	低温贮存试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 15	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		12	高温贮存试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 16	只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)),常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		13	自由跌落	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 17.3.2.1	只测（0~1）m	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	碰撞试验	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 18	只测峰值加速度：50m/s²～4000m/s² 脉冲持续时间：1.5ms～40ms;载重：50kg; 只测峰值加速度：10m/s²～1000m/s² 脉冲持续时间：6ms～50ms;载重：500kg	2025-11-06
4	道路车辆 电气及电子设备	1	直流供电电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.2		2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分：电气负荷 ISO 16750-2(Edition 5):2023 4.2		2025-11-06
		2	过电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.3		2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分：电气负荷 ISO 16750-2(Edition 5):2023 4.3		2025-11-06
		3	叠加交流电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.4		2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分：电气负荷 ISO 16750-2(Edition 5):2023 4.4		2025-11-06
		4	供电电压缓降和缓升	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2(Edition 5):2023 4.5		2025-11-06
		5	供电电压瞬时变化	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.6		2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2(Edition 5):2023 4.6		2025-11-06
		6	反向电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.7		2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2(Edition 5):2023 4.7		2025-11-06
		7	参考接地和供电偏移	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.8		2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2(Edition 5):2023 4.8		2025-11-06
		8	开路试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.9		2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2(Edition 5):2023 4.9		2025-11-06
		9	短路保护	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.10		2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2(Edition 5):2023 4.10		2025-11-06
		10	耐电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.11		2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2(Edition 5):2023 4.11		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	绝缘电阻	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.12		2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2(Edition 5):2023 4.12		2025-11-06
		12	振动	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 28046.3-2011 4.1	只测频率范围：(2～2000)Hz;推力：50000N;位移：51mm；最大加速度：1000m/s^2；最大载荷：1000kg,-70℃～150℃(1m^3),箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H),只测50%RH～95%RH	2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 ISO 16750-3:2023 4.1	只测频率范围：(2～2000)Hz;推力：50000N;位移：51mm；最大加速度：1000m/s^2；最大载荷：1000kg,-70℃～150℃(1m^3),箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H),	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					只测 50%RH～95%RH"	
		13	机械冲击	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 3 部分：机械负荷 GB/T 28046.3-2011 4.2	不测“在变速器内/上的设备”	2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 3 部分：机械负荷 ISO 16750-3:2023 4.2	不测“在变速器内/上的设备”	2025-11-06
		14	自由跌落	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 3 部分：机械负荷 GB/T 28046.3-2011 4.3	只测（0~1）m	2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 3 部分：机械负荷 ISO 16750-3:2023 4.3	只测（0~1）m	2025-11-06
		15	低温试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 4 部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.1.1	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 4 部分：气候负荷 ISO 16750-4:2023 5.1.1	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-55℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		16	高温试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 4 部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.1.2	只测常温～150℃(箱体尺寸：1m×	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					1m×1m（W*D*H)），常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 ISO 16750-4:2023 5.1.2	只测常温～150℃(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)），常温～90℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		17	温度梯度	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.2	-70℃～150℃(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)），-40℃～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 ISO 16750-4:2023 5.2	-70℃～150℃(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)），-40℃～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	规定变化率的温度循环	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.3.1	-70℃～150℃(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 ISO 16750-4:2023 5.3.1	-70℃～150℃(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		19	规定转换时间的温度快速变化	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.3.2	-40℃～100℃(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H))	2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 ISO 16750-4:2023 5.3.2	-40℃～100℃(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H))	2025-11-06
		20	渗漏和功能	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.5.2	箱体尺寸：1100mm×750mm×225mm（W*D*H)	2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 ISO 16750-4:2023 5.5.2	箱体尺寸：1100mm×750mm×225mm（W*D*H)	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		21	湿热循环	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.6	只测50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H）	2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 ISO 16750-4:2023 5.6	只测50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H）	2025-11-06
		22	稳态湿热	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.7	只测50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H）	2025-11-06
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 ISO 16750-4:2023 5.7	只测50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H）	2025-11-06
5	轨道交通 机车车辆电子装置	1	外观检查	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.2		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.2		2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.1		2025-11-06
		2	性能试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.3		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.2		2025-11-06
		3	低温试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.4	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.4	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.4	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		4	高温试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.5	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.5	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.14.5	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
		5	交变湿热试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.6	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.6	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.8	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	绝缘试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.10		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0): 2012 12.2.10		2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.7		2025-11-06
		7	盐雾试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.11	只测≤0.5m³	2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0): 2012 12.2.11	只测≤0.5m³	2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.13	只测≤0.5m³	2025-11-06
		8	振动，冲击碰撞试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.12	只测频率范围：(2～2700)Hz;推力：50000N； 位移：51mm	2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0): 2012 12.2.12	只测频率范围：(2～2700)Hz;推力：50000N； 位移：51mm	2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.10	只测频率范围：(2～2700)Hz;推力：50000N； 位移：51mm	2025-11-06
		9	外壳防护等级试验（IP 代码）	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.13		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.13		2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.10.5		2025-11-06
		10	强化筛选试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.14		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.14		2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.11		2025-11-06
		11	低温存放试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.15	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.15	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.6	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		12	直流电源影响试验	轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.3		2025-11-06
		13	功能随机振动	轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 GB/T 21563-2018 8	只测频率范围：(2～2700)Hz;推力：50000N； 位移：51mm	2025-11-06
				轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 IEC	只测频率范围：	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				61373(Edition 2.0):2010 8	(2～2700)Hz;推力：50000N； 位移：51mm	
		14	加大随机振动级下的模拟长使用寿命试验	轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 GB/T 21563-2018 9	只测频率范围：(2～2700)Hz;推力：50000N； 位移：51mm	2025-11-06
				轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 IEC 61373(Edition 2.0):2010 9	只测频率范围：(2～2700)Hz;推力：50000N； 位移：51mm	2025-11-06
		15	冲击试验	轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 GB/T 21563-2018 10	只测峰值加速度：50m/s²～4000m/s² 脉冲持续时间：1.5ms～40ms;载重：50kg; 只测峰值加速度：10m/s²～1000m/s² 脉冲持续时间：6ms～50ms;载重：500kg	2025-11-06
				轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 IEC 61373(Edition 2.0):2010 10	只测峰值加速度：50m/s²～4000m/s² 脉冲持续时间：1.5ms～	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					40ms;载重：50kg；只测峰值加速度：10m/s²～1000m/s²脉冲持续时间：6ms～50ms;载重：500kg	
0403 电气产品通用性能类试验						
1	声学 电子电器产品	1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求 GB/T4214.1-2017 7		2025-11-06
				信息技术设备和电信设备发出的空气噪声的测量 GB/T18313-2001 7.7		2025-11-06
				环境工程（EE）；通信设备发出的声音噪声 ETSI EN 300 753 -2012 5		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响室精密法 GB/T 6881-2023 8		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882-2016 9		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 ISO 3745:2012 9		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法 GB/T3767-2016 8		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法 GB/T3768-2017 7		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				面上方包络测量面的简易法 ISO 3746:2010 7		
				声学 信息技术设备和通信设备空气噪声的测量 ISO 7779-2018 7.7		2025-11-06
				声学--声压法测定噪声源声功率级和声能量级--反射面上方近似自由场的工程法 ISO 3744:2010 8		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能级 反射面上方采用包络测量表面的简易法 ISO 3746:2010 8		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法 ISO3741-2010 8		2025-11-06
				家用和类似用途电器噪声限值 GB19606-2024 5		2025-11-06
				风机盘管机组 GB/T19232-2019 6.2.6		2025-11-06
				风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 GB/T2888-2008 9		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 测定工作位置和其他指定位置发射声压级的基础标准使用导则 GB/T 17248.1-2022 4~6		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 测定工作位置和其他指定位置发射声压级的基础标准使用导则 ISO 11200:2014 4~6		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.2-2018 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				发射声压级 ISO 11201:2010 10		
				声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.3-2018 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 ISO 11202:2010 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声由声功率级确定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.4-1998 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声由声功率级确定工作位置和其他指定位置的发射声压级 ISO 11203:1995 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 采用准确环境修正测定工作位置和其他指定位置 GB/T 17248.5-2018 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 采用准确环境修正测定工作位置和其他指定位置 ISO 11204:2010 10		2025-11-06
				烟雾报警设备 EN14604:2005 5.17		2025-11-06
				往复式内燃机驱动的交流发电机组 第10部分噪声的测量(包面法) GB/T 2820.10-2002 12		2025-11-06
				声学 用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求 GB/T 4129-2003 7~8		2025-11-06
				声学 用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求 ISO 6926:2016 7~8		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响场内小型可移动声源工程法 硬壁测试室比较法 GB/T 6881.2-2017 7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				声学 声压法测定噪声源声功率级 混响场中小型可移动声源工程法 第2部分:专用混响测试室法 GB/T 6881.3-2002 7		2025-11-06
				家用火灾报警系统装置 UL 985-2018 58		2025-11-06
				空气净化器 GB/T 18801-2022 7.5		2025-11-06
				气体探测器－家用场所一氧化碳检测用电气装置 第1部分：试验方法和性能要求 BS EN 50291-1-2018 6.3		2025-11-06
				家用和类似用途电器 测定空气声学噪声的试验规范 第1部分:一般要求 IEC 60704-1-2021 7		2025-11-06
		2	声功率级	家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求 GB/T4214.1-2017 7		2025-11-06
				信息技术设备和电信设备发出的空气噪声的测量 GB/T18313-2001 7.7		2025-11-06
				环境工程（EE)；通信设备发出的声音噪声 ETSI EN 300 753 -2012 5		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响室精密法 GB/T 6881-2023 8		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882-2016 9		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 ISO 3745:2012 9		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法 GB/T3767-2016 8		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法 GB/T3768-2017 7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法 ISO 3746:2010 7		2025-11-06
				声学 信息技术设备和通信设备空气噪声的测量 ISO 7779-2018 7~8		2025-11-06
				声学--声压法测定噪声源声功率级和声能量级--反射面上方近似自由场的工程法 ISO 3744:2010 8		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能级 反射面上方采用包络测量表面的简易法 ISO 3746:2010 8		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法 ISO3741-2010 8		2025-11-06
				家用和类似用途电器噪声限值 GB19606-2024 5		2025-11-06
				风机盘管机组 GB/T19232-2019 6.2.6		2025-11-06
				风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 GB/T2888-2008 9		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 测定工作位置和其他指定位置发射声压级的基础标准使用导则 GB/T 17248.1-2022 4~6		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 测定工作位置和其他指定位置发射声压级的基础标准使用导则 ISO 11200:2014 4~6		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.2-2018 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				发射声压级 ISO 11201:2010 10		
				声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.3-2018 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 ISO 11202:2010 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声由声功率级确定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.4-1998 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声由声功率级确定工作位置和其他指定位置的发射声压级 ISO 11203:1995 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 采用准确环境修正测定工作位置和其他指定位置 GB/T 17248.5-2018 10		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 采用准确环境修正测定工作位置和其他指定位置 ISO 11204:2010 10		2025-11-06
				烟雾报警设备 EN14604:2005 5.17		2025-11-06
				往复式内燃机驱动的交流发电机组 第10部分噪声的测量(包面法) GB/T 2820.10-2002 12		2025-11-06
				声学 用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求 GB/T 4129-2003 7~8		2025-11-06
				声学 用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求 ISO 6926:2016 7~8		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响场内小型可移动声源工程法 硬壁测试室比较法 GB/T 6881.2-2017 7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				声学 声压法测定噪声源声功率级 混响场中小型可移动声源工程法 第2部分:专用混响测试室法 GB/T 6881.3-2002 7		2025-11-06
				家用火灾报警系统装置 UL 985-2018 58		2025-11-06
				空气净化器 GB/T 18801-2022 7.5		2025-11-06
				家用和类似用途电器 测定空气声学噪声的试验规范 第1部分:一般要求 IEC 60704-1-2021 7		2025-11-06
2	扬声器	1	阻抗	声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011 16		2025-11-06
		2	输入电压	声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011 17		2025-11-06
		3	输入电功率	声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011 18		2025-11-06
		4	频率特性	声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011 19		2025-11-06
		5	自由场和半空间自由场条件下的声压	声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011 20		2025-11-06
		6	自由场和半空间自由场条件下的响应	声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011 21		2025-11-06
		7	输出功率	声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011 22		2025-11-06
		8	幅度非线性	声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011 24		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
3	玩具	1	A 计权等效声压级 L_{Aeq}	消费者安全标准规范 玩具安全性 ASTM F963-2023 8		2025-11-06
				玩具的安全性 第 1 部分:机械和物理性能 EN 71-1:2014+A1:2018 8		2025-11-06
		2	C 计权峰值声压级 L_{Cpeak}	消费者安全标准规范 玩具安全性 ASTM F 963-2023 8		2025-11-06
				玩具的安全性 第 1 部分:机械和物理性能 EN 71-1:2014+A1:2018 8		2025-11-06
0406 电子元器件						
1	透明塑料显示模组	1	透光率	透明塑料透光率和雾度的测定 GB/T 2410-2008 7		2025-11-06
2	有机发光二极管（OLED）电视机	1	亮度	有机发光二极管（OLED）电视机显示性能测量方法 GB/T 33762-2017 5.1		2025-11-06
		2	对比度	有机发光二极管（OLED）电视机显示性能测量方法 GB/T 33762-2017 5.2		2025-11-06
		3	亮度均匀性	有机发光二极管（OLED）电视机显示性能测量方法 GB/T 33762-2017 5.3		2025-11-06
		4	相关色温	有机发光二极管（OLED）电视机显示性能测量方法 GB/T 33762-2017 5.4		2025-11-06
		5	重显率	有机发光二极管（OLED）电视机显示性能测量方法 GB/T 33762-2017 5.6		2025-11-06
0407 家用及类似用途设备及其专用零件						
1	储水式电热水器	1	24 小时固有能耗系数	储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008 5.3		2025-11-06
				储水式电热水器能源效率计量检测规则 JJF1261.16-		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2017 7.2.3		
		2	热水输出率	储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008 5.4		2025-11-06
				储水式电热水器能源效率计量检测规则 JJF1261.16-2017 7.2.3		2025-11-06
2	饮水机	1	保温能耗	饮水机能效限定值及能效等级 GB 30978-2014 附录 A		2025-11-06
				冷热饮水机 GB/T 22090-2008 6.5		2025-11-06
		2	制热（冷）效率	饮水机能效限定值及能效等级 GB 30978-2014 附录 A		2025-11-06
		3	待机功率	饮水机能效限定值及能效等级 GB 30978-2014 附录 A		2025-11-06
3	家用和类似用途电器	1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分： 通用要求 GB 4706.1-2005 13	DC：（0～5.00）kV；AC：（0～5.00）kV	2025-11-06
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分： 通用要求 IEC 60335-1(Edition 6.0): 2020 13	DC：（0～5.00）kV；AC：（0～5.00）kV	2025-11-06
		2	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分： 通用要求 GB 4706.1-2005 14	只测电压：0～10kV	2025-11-06
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分： 通用要求 IEC 60335-1(Edition 6.0): 2020 14	只测电压：0～10kV	2025-11-06
		3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分： 通用要求 GB 4706.1-2005 15	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分： 通用要求 IEC	只测 50%RH～	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				60335-1(Edition 6.0): 2020 15	95%RH	
		4	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 16	DC：（0～5.00）kV；AC：（0～5.00）kV	2025-11-06
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1(Edition 6.0): 2020 16	DC：（0～5.00）kV；AC：（0～5.00）kV	2025-11-06
		5	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 27	(0.05～0.300)Ω	2025-11-06
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1(Edition 6.0): 2020 27	(0.05～0.300)Ω	2025-11-06
		6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 30	(550～1000)℃，不做针焰试验。	2025-11-06
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1(Edition 6.0): 2020 30	(550～1000)℃，不做针焰试验。	2025-11-06
		7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 10	电压：0~600V 电流：0~20A	2025-11-06
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1(Edition 6.0): 2020 10	电压：0~600V 电流：0~20A	2025-11-06
0409 照明电器						
1	（管形荧光灯用）基准镇流器	1	电压/电流比	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 A.2.2	(0.1～750)V (0.01～20)A	2025-11-06
		2	功率因数	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 A.2.3	0.5L~1~0.5C	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	曲面有机发光二极管（OLED）光源	1	亮度	曲面有机发光二极管（OLED）光源光学性能测试方法 GB/T 43787-2024 6.1		2025-11-06
		2	亮度均匀性	曲面有机发光二极管（OLED）光源光学性能测试方法 GB/T 43787-2024 6.1		2025-11-06
		3	色度不均匀性	曲面有机发光二极管（OLED）光源光学性能测试方法 GB/T 43787-2024 6.2		2025-11-06
		4	视角亮度	曲面有机发光二极管（OLED）光源光学性能测试方法 GB/T 43787-2024 6.2		2025-11-06
		5	视角色度	曲面有机发光二极管（OLED）光源光学性能测试方法 GB/T 43787-2024 6.5		2025-11-06
0410 测量、控制及实验室用电气设备						
1	实验室用电气设备	1	可触及零部件的允许限值	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB4793.1-2007 6.3		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 6.3		2025-11-06
		2	介电强度	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB4793.1-2007 6.8	≤5kV	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 6.8	≤5kV	2025-11-06
		3	单一故障条件下的试验	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 4.4		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 4.4		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				61010-2-030(Edition 3.0): 2023 4.4		
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 4.4		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 4.4		2025-11-06
		4	标志和文件	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 5		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 5		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 5		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 5		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 5		2025-11-06
		5	防电击	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 6		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 6		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				61010-2-030(Edition 3.0): 2023 6		
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 6		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 6		2025-11-06
		6	防机械危险	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 7		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 7	不测7.3运动零部件、7.4稳定性	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 7	不测7.3运动零部件、7.4稳定性	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 7	不测7.3运动零部件、7.4稳定性	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 7	不测7.3运动零部件、7.4稳定性	2025-11-06
		7	耐机械应力	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 8		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 8		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 8		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 8		2025-11-06
		8	防止火焰蔓延	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 9		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 9	不测9.5对装有或使用可燃液体设备的要求	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 9	不测9.5对装有或使用可燃液体设备的要求	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 9	不测9.5对装有或使用可燃液体设备的要求	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 9	不测9.5对装有或使用可燃液体设备的要求	2025-11-06
		9	设备的温度限值和耐热	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 10		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 10		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 10		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 10		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 10		2025-11-06
		10	防止流体和固体异物的危险	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 11		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 11	不测 11.7 流体压力和泄漏	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 11	不测 11.7 流体压力和泄漏	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 11	不测 11.7 流体压力和泄漏	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 11	不测 11.7 流体压力和泄漏	2025-11-06
		11	防辐射（包括激光源）、声压和超声压	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 12		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 12	只测 12.5 声压和超声压	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 12	只测 12.5 声压和超声压	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 12	只测12.5声压和超声压	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 12	只测12.5声压和超声压	2025-11-06
		12	对释放的气体和物质、爆炸和内爆的防护	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 13		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 13	不测13.2.3阴极射线管的内爆	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 13	不测13.2.3阴极射线管的内爆	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 13	不测13.2.3阴极射线管的内爆	2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 13	不测13.2.3阴极射线管的内爆	2025-11-06
		13	元器件和组件	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 14		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 14		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 14		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 14		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第 2-030 部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 14		2025-11-06
		14	利用联锁装置的保护	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 15		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 15		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第 2-030 部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 15		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 15		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第 2-030 部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 15		2025-11-06
		15	应用引起的危险	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 16		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 16		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第 2-030 部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 16		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 16		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 16		2025-11-06
		16	风险评定	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB/T 42125.1-2024 17		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 IEC 61010-1(Edition 3.1): 2017 17		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 17		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 17		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 17		2025-11-06
		17	测量电路	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 IEC 61010-2-030(Edition 3.0): 2023 101		2025-11-06
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求.第2-030部分：具有测试或测量电路的设备的特殊要求 EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 101		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	机电式交流电能表	1	机械要求	交流电测量设备 特殊要求 第11部分：机电式有功电能表（0.5、1和2级） GB/T 17215.311-2008 5		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 IEC 62052-11:2003 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第11部分：机电式有功电能表（0.5、1和2级） IEC 62053-11:2003+AMD1:2016 5		2025-11-06
		2	气候条件	交流电测量设备 特殊要求 第11部分：机电式有功电能表（0.5、1和2级） GB/T 17215.311-2008 6	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 IEC 62052-11:2003 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第11部分：机电式有功电能表（0.5、1和2级） IEC 62053-11:2003+AMD1:2016 6	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		3	电气要求	交流电测量设备 特殊要求 第11部分：机电式有功电能表（0.5、1和2级） GB/T 17215.311-2008 7		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 IEC 62052-11:2003 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流电测量设备 特殊要求 第 11 部分：机电式有功电能表（0.5、1 和 2 级） IEC 62053-11:2003+AMD1:2016 7		2025-11-06
3	化学发光法氮氧化物分析仪	1	绝缘电阻	化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲 JJF1361-2012 9.2		2025-11-06
		2	绝缘强度	化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲 JJF1361-2012 9.3		2025-11-06
		3	电源电压适应性	化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲 JJF1361-2012 9.9		2025-11-06
		4	高温试验	化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲 JJF1361-2012 9.10	只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)),常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		5	低温试验	化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲 JJF1361-2012 9.11	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		6	高温贮存试验	化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲 JJF1361-2012 9.12	只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)),	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
		7	低温贮存试验	化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲 JJF1361-2012 9.13	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		8	交变湿热试验	化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲 JJF1361-2012 9.14	只测 50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	2025-11-06
		9	碰撞试验	化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲 JJF1361-2012 9.15		2025-11-06
		10	跌落试验	化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲 JJF1361-2012 9.16		2025-11-06
4	烟气分析仪	1	绝缘电阻	烟气分析仪型式评价大纲 JJF1362-2012 9.2		2025-11-06
		2	绝缘强度	烟气分析仪型式评价大纲 JJF1362-2012 9.3		2025-11-06
		3	高温试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF1362-2012 9.9	只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)),常温～80℃(箱体	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
		4	低温试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF1362-2012 9.10	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		5	恒定湿热试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF1362-2012 9.11	只测 50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	2025-11-06
		6	电源电压适应性	烟气分析仪型式评价大纲 JJF1362-2012 9.12		2025-11-06
		7	高温贮存试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF1362-2012 9.13	只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		8	低温贮存试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF1362-2012 9.14	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
		9	碰撞试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF1362-2012 9.15		2025-11-06
		10	跌落试验	烟气分析仪型式评价大纲 JJF1362-2012 9.16		2025-11-06
5	弹簧度盘秤	1	温度和湿度试验	弹簧度盘秤 GB/T11884-2008 7.12	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		2	耐久性试验	弹簧度盘秤 GB/T11884-2008 7.13		2025-11-06
		3	运输包装性能	弹簧度盘秤 GB/T11884-2008 7.16		2025-11-06
6	测温式电气火灾监控探测器	1	绝缘电阻试验	电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器 GB 14287.3-2014 6.6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	电气强度试验	电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器 GB 14287.3-2014 6.8		2025-11-06
		3	低温（运行）试验	电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器 GB 14287.3-2014 6.18	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H))	2025-11-06
		4	恒定湿热（运行）试验	电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器 GB 14287.3-2014 6.19	只测 50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)	2025-11-06
7	一般压力表	1	温度影响试验	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.9	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
				弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲 JJF1415-2013 9.15	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
		2	耐工作环境振动试验	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.14		2025-11-06
				弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲 JJF1415-2013 9.17		2025-11-06
		3	抗运输环境性能试验	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.15		2025-11-06
				弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲 JJF1415-2013 9.18		2025-11-06
		4	耐热性	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲 JJF1415-2013 9.20	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
		5	盐雾	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲 JJF1415-2013 9.30	箱体尺寸：1100mm×750mm×225mm（W*D*H)	2025-11-06
		6	绝缘性能	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲 JJF1415-2013 9.33		2025-11-06
8	光学经纬仪	1	高温试验	光学经纬仪 GB/T3161-2015 6.30.1	只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		2	低温试验	光学经纬仪 GB/T3161-2015 6.30.2	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		3	运输环境试验	光学经纬仪 GB/T3161-2015 6.31	只测-70℃～常温	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
9	红外耳温计	1	储存试验	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016 10.11	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					2.6m（W*D*H))	
		2	跌落试验	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016 10.12		2025-11-06
		3	振动试验	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016 10.13		2025-11-06
		4	碰撞试验	红外耳温计型式评价大纲 JJF 1577-2016 10.14		2025-11-06
10	水准仪	1	高温试验	水准仪 GB/T 10156-2009 5.17.1	只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		2	低温试验	水准仪 GB/T 10156-2009 5.17.2	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
11	电测量变送器	1	脉冲电压试验	交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器 GB/T 13850-1998 6.20		2025-11-06
		2	温升试验	交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器 GB/T 13850-1998 6.22		2025-11-06
12	电子经纬仪	1	高温试验	光学经纬仪 GB/T3161-2015 5.25.1	只测常温～150℃	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)),常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
				电子经纬仪型式评价大纲 JJF 1323-2011 8.3.3.2	只测常温～150℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H)),常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		2	低温试验	光学经纬仪 GB/T3161-2015 5.25.2	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
				电子经纬仪型式评价大纲 JJF 1323-2011 8.3.3.1	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					2.6m（W*D*H))	
		3	运输环境试验	光学经纬仪 GB/T3161-2015 5.26	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
13	精密压力表	1	温度影响试验	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.11	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
				弹性元件式精密压力表和真空表型式评价大纲 JJF 1414-2013 9.13	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06
		2	耐工作环境振动试验	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.16		2025-11-06
				弹性元件式精密压力表和真空表型式评价大纲 JJF 1414-2013 9.15		2025-11-06
		3	抗运输环境性能试验	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.17		2025-11-06
				弹性元件式精密压力表和真空表型式评价大纲 JJF 1414-2013 9.16		2025-11-06
14	电子式电能表	1	结构要求	电测量设备(交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 GB/T 17215.211-2021 5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电测量设备(交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级C级、D级和E级） GB/T 17215.321-2021 5		2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级、3级） GB/T 17215.323-2022 5		2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第24部分：静止式基波分量无功电能表（0.5S级、1S级、1级、2级、3级） GB/T 17215.324-2022 5		2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition2.0):2020 5		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式交流有功电能表（0.5级、1级和2级） IEC 62053-21(Edition 2.0):2020 5		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式交流有功电能表（0.1S级、0.2S级和0.5S级） IEC 62053-22(Edition 2.0):2020 5		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） IEC 62053-23(Edition 2.0):2020 5		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波无功电能表（0.5S级、1S级、1级、2级和3级） IEC 62053-24(Edition 2.0):2020 5		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第41部分：静止式直流电能表（0.5级和1级） IEC 62053-41(Edition 1.0):2021 5		2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 EN IEC 62052-11:2021+A11:2022 5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电测量设备-第 3 部分 特殊要求：静止式交流有功电能表（A,B,C 级） EN 50470-3:2022 5		2025-11-06
				电测量设备 第 4 部分：特殊要求 直流有功电能静态仪表（A、B 、C 级） EN 50470-4:2023 5		2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 AS 62052.11:2023 5		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 21 部分：静止式交流有功电能表（0.5 级、1 级和 2 级） AS 62053.21:2023 5		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 22 部分：静止式交流有功电能表（0.1S 级、0.2S 级和 0.5S 级） AS 62053.22:2023 5		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 24 部分：静止式基波无功电能表（0.5S 级、1S 级、1 级、2 级和 3 级） AS 62053.24:2023 5		2025-11-06
		2	标识及文件	电测量设备(交流） 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 GB/T 17215.211-2021 6	目测	2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表（A 级、B 级 C 级、D 级和 E 级） GB/T 17215.321-2021 6	目测	2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第 23 部分：静止式无功电能表（2 级、3 级） GB/T 17215.323-2022 6	目测	2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第 24 部分：静止式基波分量无功电能表（0.5S 级、1S 级、1 级、2 级、3 级） GB/T 17215.324-2022 6	目测	2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition2.0):2020 6	目测	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式交流有功电能表（0.5级、1级和2级） IEC 62053-21(Edition 2.0):2020 6	目测	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式交流有功电能表（0.1S级、0.2S级和0.5S级） IEC 62053-22(Edition 2.0):2020 6	目测	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） IEC 62053-23(Edition 2.0):2020 6	目测	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波无功电能表（0.5S级、1S级、1级、2级和3级） IEC 62053-24(Edition 2.0):2020 6	目测	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第41部分：静止式直流电能表（0.5级和1级） IEC 62053-41(Edition 1.0):2021 6	目测	2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 EN IEC 62052-11:2021+A11:2022 6	目测	2025-11-06
				电测量设备-第3部分 特殊要求：静止式交流有功电能表（A,B,C级） EN 50470-3:2022 6	目测	2025-11-06
				电测量设备 第4部分：特殊要求 直流有功电能静态仪表（A、B 、 C级） EN 50470-4:2023 6	目测	2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 AS 62052.11:2023 6	目测	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式交流有功电能表（0.5级、1级和2级） AS 62053.21:2023 6	目测	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式交流有功电能表（0.1S级、0.2S级和0.5S级） AS 62053.22:2023 6	目测	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波无功电能表（0.5S级、1S级、1级、2级和3级） AS 62053.24:2023 6	目测	2025-11-06
		3	气候要求	电测量设备(交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 GB/T 17215.211-2021 8		2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级C级、D级和E级） GB/T 17215.321-2021 8		2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级、3级） GB/T 17215.323-2022 8		2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第24部分：静止式基波分量无功电能表（0.5S级、1S级、1级、2级、3级） GB/T 17215.324-2022 8		2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition2.0):2020 8		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式交流有功电能表（0.5级、1级和2级） IEC 62053-21(Edition 2.0):2020 8		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式交流有功电能表（0.1S级、0.2S级和0.5S级） IEC 62053-22(Edition 2.0):2020 8		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） IEC 62053-23(Edition 2.0):2020 8		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波无功电能表（0.5S级、1S级、1级、2级和3级） IEC 62053-24(Edition 2.0):2020 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电测量设备 特殊要求 第41部分：静止式直流电能表（0.5级和1级） IEC 62053-41(Edition 1.0):2021 8		2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 EN IEC 62052-11:2021+A11:2022 8		2025-11-06
				电测量设备-第3部分 特殊要求：静止式交流有功电能表（A,B,C级） EN 50470-3:2022 8		2025-11-06
				电测量设备 第4部分：特殊要求 直流有功电能静态仪表（A、B 、 C级） EN 50470-4:2023 8		2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 AS 62052.11:2023 8		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式交流有功电能表（0.5级、1级和2级） AS 62053.21:2023 8		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式交流有功电能表（0.1S级、0.2S级和0.5S级） AS 62053.22:2023 8		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波无功电能表（0.5S级、1S级、1级、2级和3级） AS 62053.24:2023 8		2025-11-06
		4	外部影响	电测量设备(交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 GB/T 17215.211-2021 9		2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级C级、D级和E级） GB/T 17215.321-2021 9		2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级、3级） GB/T 17215.323-2022 9		2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第24部分：静止式基波分量无功电能表（0.5S级、1S级、1级、2级、3级）		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				GB/T 17215.324-2022 9		
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition2.0):2020 9		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 21 部分：静止式交流有功电能表（0.5 级、1 级和 2 级） IEC 62053-21(Edition 2.0):2020 9		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 22 部分：静止式交流有功电能表（0.1S 级、0.2S 级和 0.5S 级） IEC 62053-22(Edition 2.0):2020 9		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 23 部分：静止式无功电能表（2 级和 3 级） IEC 62053-23(Edition 2.0):2020 9		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 24 部分：静止式基波无功电能表（0.5S 级、1S 级、1 级、2 级和 3 级） IEC 62053-24(Edition 2.0):2020 9		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 41 部分：静止式直流电能表（0.5 级和 1 级） IEC 62053-41(Edition 1.0):2021 9		2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 EN IEC 62052-11:2021+A11:2022 9		2025-11-06
				电测量设备-第 3 部分 特殊要求：静止式交流有功电能表（A,B,C 级） EN 50470-3:2022 9		2025-11-06
				电测量设备 第 4 部分：特殊要求 直流有功电能静态仪表（A、B 、 C 级） EN 50470-4:2023 9		2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 AS 62052.11:2023 9		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 21 部分：静止式交流有功电能		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				表（0.5 级、1 级和 2 级） AS 62053.21:2023 9		
				电测量设备 特殊要求 第 22 部分：静止式交流有功电能表（0.1S 级、0.2S 级和 0.5S 级） AS 62053.22:2023 9		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 24 部分：静止式基波无功电能表（0.5S 级、1S 级、1 级、2 级和 3 级） AS 62053.24:2023 9		2025-11-06
		5	影响量	安装式交流电能表型式评价大纲——有功电能表 JJF 1245.1-2019 9.3		2025-11-06
				安装式交流电能表型式评价大纲——无功电能表 JJF 1245.3-2019 9.3		2025-11-06
				安装式交流电能表型式评价大纲——特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019 9.3		2025-11-06
		6	干扰试验	安装式交流电能表型式评价大纲——有功电能表 JJF 1245.1-2019 9.4		2025-11-06
				安装式交流电能表型式评价大纲——无功电能表 JJF 1245.3-2019 9.4		2025-11-06
				安装式交流电能表型式评价大纲——特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019 9.4.1-9.4.3		2025-11-06
		7	功率消耗	安装式交流电能表型式评价大纲——特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019 9.5		2025-11-06
		8	无线电干扰抑制	安装式交流电能表型式评价大纲——特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019 9.6		2025-11-06
		9	安全要求	安装式交流电能表型式评价大纲——特殊要求和安全要求 JJF 1245.4-2019 9.7		2025-11-06
		10	耐久加速试验	电测量设备 可信性 第 321 部分：耐久性-高温下的计量		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				特性稳定性试验 GB/T 17215.9321-2016		
				电测量设备 可信性 第 321 部分：耐久性-高温下的计量特性稳定性试验 IEC 62059-32-1(Edition 1.0):2011		2025-11-06
				电测量设备-第 3 部分 特殊要求：静止式交流有功电能表（A,B,C 级） EN 50470-3:2022 12		2025-11-06
				电测量设备 第 4 部分：特殊要求 直流有功电能静态仪表（A、B 、 C 级） EN 50470-4:2023 12		2025-11-06
		11	温度和湿度加速	电测量设备 可信性 第 311 部分：温度和湿度加速可靠性试验 GB/T 17215.9311-2017		2025-11-06
				电测量设备 可信性 第 311 部分：温度和湿度加速可靠性试验 IEC/ 62059-31-1(Edition 1.0):2008		2025-11-06
		12	可靠性预计	电测量设备 可信性 第 41 部分：可靠性预测 GB/T 17215.941-2012		2025-11-06
				电测量设备 可信性 第 41 部分：可靠性预测 IEC 62059-41(Edition 1.0):2006		2025-11-06
				电测量设备-第 3 部分 特殊要求：静止式交流有功电能表（A,B,C 级） EN 50470-3:2022 13		2025-11-06
				电测量设备 第 4 部分：特殊要求 直流有功电能静态仪表（A、B 、 C 级） EN 50470-4:2023 13		2025-11-06
		13	单一故障条件测试	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第 31 部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 4.4		2025-11-06
				电测量设备－通用要求、试验和试验条件 第 31 部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0):2024 4.4		2025-11-06
				电测量设备－通用要求、试验和试验条件 第 31 部分：	仅限特定客户委	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 4.4	托使用	
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 4.4		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 4.4		2025-11-06
		14	信息和标记要求	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 5		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0): 2024 5		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 5		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 5		2025-11-06
		15	防电击	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 6		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0): 2024 6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 6		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 6		2025-11-06
		16	防机械伤害	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 7		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0): 2024 7		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 7		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 7		2025-11-06
		17	防机械应力	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 8		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0): 2024 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 8	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 8		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 8		2025-11-06
		18	防止火的蔓延	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 9		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0): 2024 9		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 9	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 9		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 9		2025-11-06
		19	设备温度限制和耐热性	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 10		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0): 2024 10		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 10	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 10		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 10		2025-11-06
		20	防水和防尘试验	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 11		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0): 2024 11		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 11	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 11		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 11		2025-11-06
		21	对释放的气体和物质的爆炸及内爆的防护-电池和电池充电	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 12		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0): 2024 12		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 12	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 12		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 12		2025-11-06
		22	元件和组件	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 13		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0): 2024 13		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 13	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 13		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 13		2025-11-06
		23	使用产生的危险-合理可预见的误用	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 14		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0): 2024 14		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 14	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				电测量设备一 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 14		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 14		2025-11-06
		24	风险评估	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 GB/T 17215.231-2021 15		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31 (Edition 2.0): 2024 15		2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 IEC 62052-31(Edition 1.0):2015 15	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				电测量设备一通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 EN IEC 62052-31: 2024 15		2025-11-06
				电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验 AS 62052.31:2017+A1:2021 15		2025-11-06
		25	机械要求	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017 5		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 GB/T 17215.221-2021 5		2025-11-06
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				殊要求 GB/T 17215.421-2008 5		
				电子式直流电能表型式评价大纲 JJF 1779-2019 10.2		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition 1.1):2016 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition 1.0):2003 5		2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表（1 级和 2 级） IEC 62053-21(Edition 1.1):2016 5		2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表（1 级和 2 级） IEC 62053-21(Edition 1.0):2003 5		2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第 22 部分：静止式有功电能表（0.2S 级和 0.5S 级） IEC 62053-22(Edition 1.1):2016 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第 22 部分：静止式有功电能表（0.2S 级和 0.5S 级） IEC 62053-22(Edition 1.0):2003 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第 23 部分：静止式无功电能表（2 级和 3 级） IEC 62053-23(Edition 1.1):2016 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第 23 部分：静止式无功电能表（2 级和 3 级） IEC 62053-23(Edition 1.0):2003 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率无功电能表（0.5S 级、1S 级和 1 级） IEC 62053-24(Edition 1.1):2016 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率无功电能表（0.5S 级、1S 级和 1 级） IEC 62053-	仅限特定客户委托使用	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				24(Edition 1.0):2014 5		
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 IEC 62052-21(Edition 1.0):2004 5		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 IEC 62052-21(Edition 1.1):2016 5		2025-11-06
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特殊要求 IEC 62054-21(Edition 1.0):2004 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特殊要求 IEC 62054-21(Edition 1.1):2017 5		2025-11-06
				电测量设备 付费系统 第31部分：特殊要求 静止时有功付费电表（0.5级、1S级、1级） IEC 62055-31(Edition 2.0):2022 5		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 AS 62052.11:2018 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级） AS 62053.21:2018 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级） AS 62053.22:2018 5		2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） AS 62053.23:2018 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波频率无功电能表（0.5S级、1S级和1级） AS 62053.24:2018 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 AS 62052.21:2018 5		2025-11-06
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特殊要求 AS 62054-21:2018 5		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第1部分：测量设备(A,B,C级） EN 50470-1:2006+A1:2018 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第1部分：测量设备(A,B,C级） EN 50470-1:2006 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第3部分：静止式有功电能表（A,B,C级） EN 50470-3:2006+A1:2018 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第3部分：静止式有功电能表（A,B,C级） EN 50470-3:2006 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		26	气候条件	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017 6		2025-11-06
				电子式直流电能表型式评价大纲 JJF 1779-2019 10.3		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 GB/T 17215.221-2021 6		2025-11-06
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特殊要求 GB/T 17215.421-2008 6		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition 1.1):2016 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition 1.0):2003 6		2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级） IEC 62053-21(Edition 1.1):2016 6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级） IEC 62053-21(Edition 1.0):2003 6		2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级） IEC 62053-22(Edition 1.1):2016 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级） IEC 62053-22(Edition 1.0):2003 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） IEC 62053-23(Edition 1.1):2016 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） IEC 62053-23(Edition 1.0):2003 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波频率无功电能表（0.5S级、1S级和1级） IEC 62053-24(Edition 1.1):2016 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波频率无功电能表（0.5S级、1S级和1级） IEC 62053-24(Edition 1.0):2014 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 IEC 62052-21(Edition 1.0):2004 6		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 IEC 62052-21(Edition 1.1):2016 6		2025-11-06
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特殊要求 IEC 62054-21(Edition 1.0):2004 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特殊要求 IEC 62054-21(Edition 1.1):2017 6		2025-11-06
				电测量设备 付费系统 第31部分：特殊要求 静止时有功付费电表（0.5级、1S级、1级） IEC 62055-31(Edition 2.0):2022 6		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 AS 62052.11:2018 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级） AS 62053.21:2018 6	仅限特定客户委托使用仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级） AS 62053.22:2018 6		2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） AS 62053.23:2018 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波频率无功电能表（0.5S级、1S级和1级） AS 62053.24:2018 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 AS 62052.21:2018 6		2025-11-06
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特殊要求 AS 62054-21:2018 6		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第1部分：测量设备(A,B,C级） EN 50470-1:2006+A1:2018 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第1部分：测量设备(A,B,C级） EN 50470-1:2006 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流电测量设备 特殊要求 第3部分：静止式有功电能表（A,B,C级） EN 50470-3:2006+A1:2018 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第3部分：静止式有功电能表（A,B,C级） EN 50470-3:2006 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		27	电气要求	电测量设备(交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级C级、D级和E级） GB/T 17215.321-2021 11		2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级、3级） GB/T 17215.323-2022 11		2025-11-06
				电测量设备(交流） 特殊要求 第24部分：静止式基波分量无功电能表（0.5S级、1S级、1级、2级、3级） GB/T 17215.324-2022 11		2025-11-06
				静止式直流电能表 GB/T 33708-2017 7		2025-11-06
				电子式直流电能表型式评价大纲 JJF 1779-2019 10.4		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 GB/T 17215.221-2021 7		2025-11-06
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特殊要求 GB/T 17215.421-2008 7		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition 1.1):2016 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition 1.0):2003 7		2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级） IEC 62053-21(Edition 1.1):2016 7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级） IEC 62053-21(Edition 1.0):2003 7		2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级） IEC 62053-22(Edition 1.1):2016 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级） IEC 62053-22(Edition 1.0):2003 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） IEC 62053-23(Edition 1.1):2016 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） IEC 62053-23(Edition 1.0):2003 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波频率无功电能表(0.5S级,1S级和1级) IEC 62053-24(Edition 1.1):2016 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波频率无功电能表(0.5S级,1S级和1级) IEC 62053-24(Edition 1.0):2014 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 IEC 62052-21(Edition 1.0):2004 7		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 IEC 62052-21(Edition 1.1):2016 7		2025-11-06
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特殊要求 IEC 62054-21(Edition 1.0):2004 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特殊要求 IEC 62054-21(Edition 1.1):2017 7		2025-11-06
				电测量设备 付费系统 第31部分：特殊要求 静止时有功付费电表（0.5级、1S级、1级） IEC 62055-31(Edition 2.0):2022 7		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 AS 62052.11:2018 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级） AS 62053.21:2018 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级） AS 62053.22:2018 7		2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） AS 62053.23:2018 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波频率无功电能表(0.5S级,1S级和1级) AS 62053.24:2018 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第21部分：费率和负荷控制设备 AS 62052.21:2018 7		2025-11-06
				交流测量-费率和负荷控制 第21部分：时间开关的特殊要求 AS 62054-21:2018 7		2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第1部分：测量设备(A,B,C级） EN 50470-1:2006+A1:2018 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第1部分：测量设备(A,B,C级） EN 50470-1:2006 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第3部分：静止式有功电能表（A,B,C级） EN 50470-3:2006+A1:2018 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流电测量设备 特殊要求 第3部分：静止式有功电能表（A,B,C级） EN 50470-3:2006 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		28	电磁兼容	静止式直流电能表 GB/T 33708-2017 9		2025-11-06
				电子式直流电能表型式评价大纲 JJF 1779-2019 10.5		2025-11-06
		29	2kHz-150kHz 频率范围的传导骚扰抗扰度	交流电测量设备-2kHz~150kHz 频率范围内传导骚扰抗扰度测试方法、要求及试验等级 PD CLC/TR 50579:2012		2025-11-06
		30	功能要求	电测量设备(交流) 特殊要求 第1部分:多功能电能表 GB/T 17215.301-2024 4		2025-11-06
15	安装式数字显示电测量仪表	1	电磁兼容	安装式数字显示电测量仪表 第1部分：定义和通用要求 GB/T 22264.1-2022 5.7		2025-11-06
				安装式数字显示电测量仪表 第8部分：试验方法 GB/T 22264.8-2022 7.6		2025-11-06
				交流1000v及直流1500v以下低压配电系统的电气安全-用于检测、测量或监视防护措施的设备- 第12部分:电力计量和监控设备(PMD) IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 6.2.16		2025-11-06
		2	结构要求	安装式数字显示电测量仪表 第1部分：定义和通用要求 GB/T 22264.1-2022 5.8		2025-11-06
				安装式数字显示电测量仪表 第8部分：试验方法 GB/T 22264.8-2022 7.7		2025-11-06
		3	气候影响试验	安装式数字显示电测量仪表 第1部分：定义和通用要求 GB/T 22264.1-2022 5.9		2025-11-06
				安装式数字显示电测量仪表 第8部分：试验方法 GB/T 22264.8-2022 7.8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流 1000v 及直流 1500v 以下低压配电系统的电气安全-用于检测、测量或监视防护措施的设备- 第 12 部分：电力计量和监控设备(PMD) IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 6.2.15		2025-11-06
		4	基本误差试验	安装式数字显示电测量仪表 第 1 部分：定义和通用要求 GB/T 22264.1-2022 5.2		2025-11-06
				安装式数字显示电测量仪表 第 8 部分：试验方法 GB/T 22264.8-2022 7.1		2025-11-06
		5	改变量试验	安装式数字显示电测量仪表 第 1 部分：定义和通用要求 GB/T 22264.1-2022 5.3.2		2025-11-06
				安装式数字显示电测量仪表 第 8 部分：试验方法 GB/T 22264.8-2022 7.2		2025-11-06
				交流 1000v 及直流 1500v 以下低压配电系统的电气安全-用于检测、测量或监视防护措施的设备- 第 12 部分：电力计量和监控设备(PMD) IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 6.2.4		2025-11-06
		6	电气要求试验	安装式数字显示电测量仪表 第 1 部分：定义和通用要求 GB/T 22264.1-2022 5.5		2025-11-06
				安装式数字显示电测量仪表 第 8 部分：试验方法 GB/T 22264.8-2022 7.4		2025-11-06
		7	准确度性能要求	安装式数字显示电测量仪表 第 1 部分：定义和通用要求 GB/T 22264.1-2022 5.6		2025-11-06
				安装式数字显示电测量仪表 第 8 部分：试验方法 GB/T 22264.8-2022 7.5		2025-11-06
		8	安全要求	安装式数字显示电测量仪表 第 1 部分：定义和通用要求 GB/T 22264.1-2022 5.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				安装式数字显示电测量仪表 第8部分：试验方法 GB/T 22264.8-2022 7.3		2025-11-06
				交流1000v及直流1500v以下低压配电系统的电气安全-用于检测、测量或监视防护措施的设备- 第12部分：电力计量和监控设备(PMD) IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 6.2.19		2025-11-06
		9	可靠性	安装式数字显示电测量仪表 第1部分：定义和通用要求 GB/T 22264.1-2022 5.10		2025-11-06
				安装式数字显示电测量仪表 第8部分：试验方法 GB/T 22264.8-2022 7.9		2025-11-06
		10	特殊功能要求	安装式数字显示电测量仪表 第8部分：试验方法 GB/T 22264.8-2022 7.10		2025-11-06
		11	信息、通用标志和符号	安装式数字显示电测量仪表 第1部分：定义和通用要求 GB/T 22264.1-2022 6		2025-11-06
				安装式数字显示电测量仪表 第8部分：试验方法 GB/T 22264.8-2022 7.11		2025-11-06
		12	标记和操作说明	交流1000v及直流1500v以下低压配电系统的电气安全-用于检测、测量或监视防护措施的设备- 第12部分：电力计量和监控设备(PMD) IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 5		2025-11-06
		13	一般机械要求	交流1000v及直流1500v以下低压配电系统的电气安全-用于检测、测量或监视防护措施的设备- 第12部分：电力计量和监控设备(PMD) IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 4.9		2025-11-06
		14	启动测试	交流1000v及直流1500v以下低压配电系统的电气安全-用于检测、测量或监视防护措施的设备- 第12部分：		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电力计量和监控设备(PMD) IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 6.2.17		
		15	不确定度检测	交流 1000v 及直流 1500v 以下低压配电系统的电气安全-用于检测、测量或监视防护措施的设备- 第 12 部分: 电力计量和监控设备(PMD) IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 6.2.2		2025-11-06
		16	不确定度随影响量变化的试验	交流 1000v 及直流 1500v 以下低压配电系统的电气安全-用于检测、测量或监视防护措施的设备- 第 12 部分: 电力计量和监控设备(PMD) IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 6.2.3		2025-11-06
		17	无间隙测量试验	交流 1000v 及直流 1500v 以下低压配电系统的电气安全-用于检测、测量或监视防护措施的设备- 第 12 部分: 电力计量和监控设备(PMD) IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 6.2.18		2025-11-06
		18	输入输出	交流 1000v 及直流 1500v 以下低压配电系统的电气安全-用于检测、测量或监视防护措施的设备- 第 12 部分: 电力计量和监控设备(PMD) IEC 61557-12:2018+AMD1:2021 6.2.14		2025-11-06
16	过程测量和控制装置	1	环境温度影响	过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第 3 部分：影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017 5	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		2	环境相对湿度影响	过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第 3 部分：影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017 6	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	振动	过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分：影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017 7		2025-11-06
		4	冲击、跌落及倾倒	过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分：影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017 8		2025-11-06
		5	供源影响	过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分：影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017 12		2025-11-06
		6	磁场影响	过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分：影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017 15		2025-11-06
		7	射频电磁场辐射抗扰度试验	过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分：影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017 16		2025-11-06
		8	静电	过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分：影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017 17		2025-11-06
		9	输入开路和短路的影响	过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分：影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017 18		2025-11-06
		10	输出开路和短路的影响	过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分：影响量影响的试验 GB/T 18271.3-2017 19		2025-11-06
17	无线测温装置	1	无线温度传感器工作环境条件	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 4.1.1		2025-11-06
		2	接收及显示管理单元工作环境条件	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 4.1.2		2025-11-06
		3	贮存、运输极限环境温度	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.2		2025-11-06
		4	外观及结构	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 附件 认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	无线测温装置试验	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.4.1		2025-11-06
		6	无线温度传感器试验	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.4.2		2025-11-06
		7	装置的主要功能试验	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.5		2025-11-06
		8	电源变化	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.6		2025-11-06
		9	无线通信要求	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.7		2025-11-06
		10	绝缘性能	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.8		2025-11-06
		11	环境性能	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.9		2025-11-06
		12	机械性能	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.10		2025-11-06
		13	电磁兼容要求	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.11		2025-11-06
		14	连续通电试验	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.12		2025-11-06
		15	安全性能	无线测温装置技术要求 NB/T 42086-2016 5.13		2025-11-06
18	远动设备及系统	1	谐波	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2	不测三相供电设备	2025-11-06
		2	谐间波	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2		2025-11-06
		3	电压波动	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	高频干扰	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.8.1		2025-11-06
		5	电压突降和中断	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2		2025-11-06
				远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.8.7		2025-11-06
		6	浪涌 1.2/50μs	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2		2025-11-06
				远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.8.3		2025-11-06
		7	快速瞬变脉冲群	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2		2025-11-06
				远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.8.2		2025-11-06
		8	振铃波	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2		2025-11-06
		9	阻尼震荡波	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2		2025-11-06
		10	静电放电	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2		2025-11-06
				远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.8.4		2025-11-06
		11	工频磁场	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2		2025-11-06
				远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.8.5		2025-11-06
		12	阻尼震荡磁场	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.8.5		2025-11-06
		13	辐射电磁场	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.2		2025-11-06
				远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.8.6		2025-11-06
		14	谐波电流	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.4	不测三相供电设备	2025-11-06
		15	传导骚扰	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.4		2025-11-06
		16	辐射骚扰	远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性 GB/T 15153.1-2024 5.4		2025-11-06
		17	介电强度	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.7.2		2025-11-06
		18	绝缘电阻试验	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.7.1		2025-11-06
		19	冲击电压试验	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.7.3		2025-11-06
		20	低温试验	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.3	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		21	高温试验	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.4	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
		22	湿热试验	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.5	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		23	电源影响试验	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		24	机械性能	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.9		2025-11-06
		25	连续通电试验	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.10		2025-11-06
		26	功能及性能试验	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.2		2025-11-06
		27	结构、外观和其他的检查	远动终端设备 GB/T 13729-2019 6.2		2025-11-06
19	电子吊秤	1	电源电压暂降和短时中断	电子吊秤通用技术规范 GB/T11883-2017 7.4.9.2		2025-11-06
		2	电快速瞬变脉冲群试验	电子吊秤通用技术规范 GB/T11883-2017 7.4.9.3		2025-11-06
		3	浪涌（冲击）	电子吊秤通用技术规范 GB/T11883-2017 7.4.9.4		2025-11-06
		4	静电放电试验	电子吊秤通用技术规范 GB/T11883-2017 7.4.9.5		2025-11-06
		5	射频电磁场辐射抗扰度	电子吊秤通用技术规范 GB/T11883-2017 7.4.9.6		2025-11-06
		6	射频场传导抗扰度	电子吊秤通用技术规范 GB/T11883-2017 7.4.9.7		2025-11-06
		7	静态温度	电子吊秤通用技术规范 GB/T11883-2017 7.4.8.1	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³)，-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		8	湿热、稳态	电子吊秤通用技术规范 GB/T11883-2017 7.4.8.2	只测 50%RH～	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					95%RH	
		9	电压变化	电子吊秤通用技术规范 GB/T11883-2017 7.4.8.3		2025-11-06
		10	电安全性能试验	电子吊秤通用技术规范 GB/T11883-2017 7.4.12.1		2025-11-06
20	电子台案秤	1	电压暂将、短时中断的抗扰度测试（不适用于电池供电的秤）	电子台案秤 GB/T 7722-2020 7.4.2		2025-11-06
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度测试（不适用于电池供电的秤）	电子台案秤 GB/T 7722-2020 7.4.3		2025-11-06
		3	浪涌（冲击）抗扰度试验（不适用于电池供电的秤）	电子台案秤 GB/T 7722-2020 7.4.4		2025-11-06
		4	静电放电试验	电子台案秤 GB/T 7722-2020 7.4.5		2025-11-06
		5	电磁场辐射抗扰度试验	电子台案秤 GB/T 7722-2020 7.4.6		2025-11-06
		6	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电子台案秤 GB/T 7722-2020 7.4.7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	静态温度	电子台案秤 GB/T 7722-2020 7.3.3.1	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³)，-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		8	温度对空载示值的影响	电子台案秤 GB/T 7722-2020 7.3.3.2	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³)，-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		9	湿热，稳定状态	电子台案秤 GB/T 7722-2020 7.3.4	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		10	电压变化	电子台案秤 GB/T 7722-2020 7.3.5		2025-11-06
21	非自动衡器	1	湿热，稳态	非自动衡器 GB/T 23111-2008 B.2	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
				非自动衡器 OIML R76-1:2006 B.2	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
				非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020 B.2	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		2	交流供电电源电压暂降和短时中断	非自动衡器 GB/T 23111-2008 B3.1		2025-11-06
				非自动衡器 OIML R76-1:2006 B3.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020 B3.1		2025-11-06
		3	电快速瞬变脉冲群试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008 B3.2		2025-11-06
				非自动衡器 OIML R76-1:2006 B3.2		2025-11-06
				非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020 B3.2		2025-11-06
		4	浪涌（冲击）	非自动衡器 GB/T 23111-2008 B3.3		2025-11-06
				非自动衡器 OIML R76:2006 B3.3		2025-11-06
				非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020 B3.3		2025-11-06
		5	静电放电试验	非自动衡器 GB/T 23111-2008 B3.4		2025-11-06
				非自动衡器 OIML R76-1:2006 B3.4		2025-11-06
				非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020 B3.4		2025-11-06
		6	射频电磁场辐射抗扰度	非自动衡器 GB/T 23111-2008 B3.5		2025-11-06
				非自动衡器 OIML R76-1:2006 B3.5		2025-11-06
				非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020 B3.5		2025-11-06
		7	射频场传导抗扰度	非自动衡器 GB/T 23111-2008 B3.6		2025-11-06
				非自动衡器 OIML R76-1:2006 B3.6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020 B3.6		2025-11-06
		8	沿外接 12V 或 24V 电池电源线的电瞬态传导抗扰度	非自动衡器 GB/T 23111-2008 B3.7.1		2025-11-06
				非自动衡器 OIML R76-1:2006 B3.7.1		2025-11-06
				非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020 B3.7.1		2025-11-06
		9	电源线以外其他线路受容性和感性耦合瞬态传导干扰	非自动衡器 GB/T 23111-2008 B3.7.2		2025-11-06
				非自动衡器 OIML R76-1:2006 B3.7.2		2025-11-06
				非自动衡器通用技术要求 JJF 1834-2020 B3.7.2		2025-11-06
22	动态公路车辆自动衡器	1	电压暂降和短时中断	动态公路车辆自动衡器 第 1 部分：通用技术规范 GB/T 21296.1-2020 A.4.2.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第 2 部分：整车式 GB/T 21296.2-2020 6.5		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第 3 部分：轴重式 GB/T 21296.3-2020 10.1.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第 4 部分：弯板式 GB/T 21296.4-2020 11.1.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第 5 部分：石英晶体式 GB/T 21296.5-2020 6.8		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第 6 部分：平板模块式 GB/T 21296.6-2022 6.6		2025-11-06
		2	电快速瞬变脉冲群	动态公路车辆自动衡器 第 1 部分：通用技术规范 GB/T 21296.1-2020 A.4.2.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式 GB/T 21296.2-2020 6.5		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第3部分：轴重式 GB/T 21296.3-2020 10.1.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第4部分：弯板式 GB/T 21296.4-2020 11.1.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第5部分：石英晶体式 GB/T 21296.5-2020 6.8		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第6部分：平板模块式 GB/T 21296.6-2022 6.6		2025-11-06
		3	浪涌	动态公路车辆自动衡器 第1部分：通用技术规范 GB/T 21296.1-2020 A.4.2.4		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式 GB/T 21296.2-2020 6.5		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第3部分：轴重式 GB/T 21296.3-2020 10.1.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第4部分：弯板式 GB/T 21296.4-2020 11.1.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第5部分：石英晶体式 GB/T 21296.5-2020 6.8		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第6部分：平板模块式 GB/T 21296.6-2022 6.6		2025-11-06
		4	静电放电	动态公路车辆自动衡器 第1部分：通用技术规范 GB/T 21296.1-2020 A.4.2.5		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式 GB/T 21296.2-2020 6.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				动态公路车辆自动衡器 第3部分：轴重式 GB/T 21296.3-2020 10.1.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第4部分：弯板式 GB/T 21296.4-2020 11.1.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第5部分：石英晶体式 GB/T 21296.5-2020 6.8		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第6部分：平板模块式 GB/T 21296.6-2022 6.6		2025-11-06
		5	射频电磁场辐射	动态公路车辆自动衡器 第1部分：通用技术规范 GB/T 21296.1-2020 A.4.2.6		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式 GB/T 21296.2-2020 6.5		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第3部分：轴重式 GB/T 21296.3-2020 10.1.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第4部分：弯板式 GB/T 21296.4-2020 11.1.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第5部分：石英晶体式 GB/T 21296.5-2020 6.8		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第6部分：平板模块式 GB/T 21296.6-2022 6.6		2025-11-06
		6	直流供电衡器的抗扰性	动态公路车辆自动衡器 第1部分：通用技术规范 GB/T 21296.1-2020 A.4.2.7		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式 GB/T 21296.2-2020 6.5		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第3部分：轴重式 GB/T 21296.3-2020 10.1.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				动态公路车辆自动衡器 第4部分：弯板式 GB/T 21296.4-2020 11.1.2		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第5部分：石英晶体式 GB/T 21296.5-2020 6.8		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第6部分：平板模块式 GB/T 21296.6-2022 6.6		2025-11-06
		7	温度界限	动态公路车辆自动衡器 第1部分：通用技术规范 GB/T 21296.1-2020 5.9.1.1		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式 GB/T 21296.2-2020 5.8		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第3部分：轴重式 GB/T 21296.3-2020 5.7		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第4部分：弯板式 GB/T 21296.4-2020 5.9		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第5部分：石英晶体式 GB/T 21296.5-2020 5.7		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第6部分：平板模块式 GB/T 21296.6-2022 5.7		2025-11-06
		8	温度对空载示值的影响	动态公路车辆自动衡器 第1部分：通用技术规范 GB/T 21296.1-2020 5.9.1.2	只测常温～150℃（2.56m³），常温～70℃（13.5m³）；只测-70℃～常温（1m³），-40℃～常温（13.5m³）	2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式 GB/T 21296.2-2020 5.8	只测常温～150℃（2.56m³），常温～	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	
				动态公路车辆自动衡器 第3部分：轴重式 GB/T 21296.3-2020 5.7	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第4部分：弯板式 GB/T 21296.4-2020 5.9	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第5部分：石英晶体式 GB/T 21296.5-2020 5.7	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第6部分：平板模块式 GB/T 21296.6-2022 5.7	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	
		9	湿度	动态公路车辆自动衡器 第1部分：通用技术规范 GB/T 21296.1-2020 5.9.2	只测50%RH～95%RH	2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式 GB/T 21296.2-2020 5.8	只测50%RH～95%RH	2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第3部分：轴重式 GB/T 21296.3-2020 5.7	只测50%RH～95%RH	2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第4部分：弯板式 GB/T 21296.4-2020 5.9	只测50%RH～95%RH	2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第5部分：石英晶体式 GB/T 21296.5-2020 5.7	只测50%RH～95%RH	2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第6部分：平板模块式 GB/T 21296.6-2022 5.7	只测50%RH～95%RH	2025-11-06
		10	供电电源	动态公路车辆自动衡器 第1部分：通用技术规范 GB/T 21296.1-2020 5.9.3		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第2部分：整车式 GB/T 21296.2-2020 5.8		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第3部分：轴重式 GB/T 21296.3-2020 5.7		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第4部分：弯板式 GB/T 21296.4-2020 5.9		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第5部分：石英晶体式 GB/T 21296.5-2020 5.7		2025-11-06
				动态公路车辆自动衡器 第6部分：平板模块式 GB/T 21296.6-2022 5.7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
23	电子天平	1	介电强度试验	电子天平 GB/T 26497-2022 7.12.1		2025-11-06
		2	保护接地完整性试验	电子天平 GB/T 26497-2022 7.12.2		2025-11-06
		3	接触电流	电子天平 GB/T 26497-2022 7.12.3		2025-11-06
		4	湿热稳态试验	电子天平 GB/T 26497-2022 7.14	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		5	交流供电电源电压暂降和短时中断的试验	电子天平 GB/T 26497-2022 7.13.2		2025-11-06
		6	电快速瞬变脉冲群试验	电子天平 GB/T 26497-2022 7.13.3		2025-11-06
		7	静电放电试验	电子天平 GB/T 26497-2022 7.13.4		2025-11-06
		8	电磁场辐射抗扰度试验	电子天平 GB/T 26497-2022 7.13.5		2025-11-06
		9	射频场传导抗扰度试验	电子天平 GB/T 26497-2022 7.13.6		2025-11-06
24	固定式电子衡器	1	静电放电抗扰度试验	固定式电子衡器 GB/T7723-2017 7.12.1		2025-11-06
		2	射频电磁场辐射抗扰度试验	固定式电子衡器 GB/T7723-2017 7.12.2		2025-11-06
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	固定式电子衡器 GB/T7723-2017 7.12.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	浪涌抗扰度试验	固定式电子衡器 GB/T7723-2017 7.12.4		2025-11-06
		5	射频场传导抗扰度试验	固定式电子衡器 GB/T7723-2017 7.12.5		2025-11-06
		6	电压暂降短时中断和电压变化抗扰度试验	固定式电子衡器 GB/T7723-2017 7.12.6		2025-11-06
		7	静态温度测试	固定式电子衡器 GB/T7723-2017 7.11.1.1	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		8	温度对空载示值的影响	固定式电子衡器 GB/T7723-2017 7.11.1.2	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		9	湿热，稳态试验	固定式电子衡器 GB/T7723-2017 7.11.2	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
25	非连续累计自动衡器	1	交流电源短时电压降低	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.4.1		2025-11-06
		2	电源线、信号线和通讯线上的电快速瞬变	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.4.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			脉冲群抗扰度			
		3	电源线、信号线和通讯线上的浪涌(冲击)抗扰度	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.4.3		2025-11-06
		4	静电放电	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.4.4		2025-11-06
		5	射频电磁场辐射抗扰度	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.4.5.1		2025-11-06
		6	射频场感应的传导骚扰抗扰度	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.4.5.2		2025-11-06
		7	道路车辆电池供电的电瞬态传导	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.4.6		2025-11-06
		8	静态温度试验	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.3.1	只测常温～150℃($2.56m^3$)，常温～70℃($13.5m^3$)；只测-70℃～常温($1m^3$)，-40℃～常温($13.5m^3$)	2025-11-06
		9	温度对空载示值的影响	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.3.2	只测常温～150℃($2.56m^3$)，常温～70℃($13.5m^3$)；只测-70℃～常温($1m^3$)，-40℃～常	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					温(13.5m³)	
		10	恒定湿热试验	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.3.3	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		11	交流电源电压变化试验（AC）	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.3.4		2025-11-06
		12	直流供电电压变化（DC）	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.3.5		2025-11-06
		13	电池供电（没有电源连接）电压变化	非连续累计自动衡器 GB/T28013-2011 A.7.3.6		2025-11-06
26	电子称重仪表	1	短时电源电压跌落和中断	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.4.8		2025-11-06
		2	脉冲串（瞬时）	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.4.8		2025-11-06
		3	静电放电	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.4.8		2025-11-06
		4	浪涌	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.4.8		2025-11-06
		5	抗辐射电磁场	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.4.8		2025-11-06
		6	抗传导射频场	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.4.8		2025-11-06
		7	电源线的电瞬态传导干扰	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.4.8		2025-11-06
		8	除电源线外的电瞬态传导干	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.4.8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			扰			
		9	温度测试	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.4.4	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³)，-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		10	湿热、稳态	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.4.7	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		11	直流绝缘电阻	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.7.2		2025-11-06
		12	交流漏电流	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.7.3		2025-11-06
		13	绝缘强度测试	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.7.4		2025-11-06
		14	保护接地线测试	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.7.5		2025-11-06
		15	包装跌落测试	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.8.1		2025-11-06
		16	包装振动测试	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.8.2		2025-11-06
		17	包装碰撞试验	电子称重仪表 GB/T 7724-2023 7.8.3		2025-11-06
27	重力式自动装料衡器	1	电压暂降和短时中断	重力式自动装料衡器 GB/T 27738-2011 A.6.3.1		2025-11-06
				重力式自动装料衡器 第2部分：检测程序 OIML R61-2:2017 10.3.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	电快速瞬变脉冲群	重力式自动装料衡器 GB/T 27738-2011 A.6.3.2		2025-11-06
				重力式自动装料衡器 第2部分：检测程序 OIML R61-2:2017 10.3.2		2025-11-06
		3	静电放电	重力式自动装料衡器 GB/T 27738-2011 A.6.3.3		2025-11-06
				重力式自动装料衡器 第2部分：检测程序 OIML R61-2:2017 10.3.3		2025-11-06
		4	抗电磁场辐射	重力式自动装料衡器 GB/T 27738-2011 A.6.3.4		2025-11-06
				重力式自动装料衡器 第2部分：检测程序 OIML R61-2:2017 10.3.4		2025-11-06
		5	在电源线、I/O线路和通讯（信号）电缆上的浪涌	重力式自动装料衡器 GB/T 27738-2011 A.6.3.5		2025-11-06
				重力式自动装料衡器 第2部分：检测程序 OIML R61-2:2017 10.3.5		2025-11-06
		6	规定(静态)温度	重力式自动装料衡器 GB/T 27738-2011 A6.2.1	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				重力式自动装料衡器 第2部分：检测程序 OIML R61-2:2017 10.2.2	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					温(13.5m3)	
		7	温度对空载示值的影响	重力式自动装料衡器 GB/T 27738-2011 A6.2.2	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				重力式自动装料衡器 第2部分：检测程序 OIML R61-2:2017 10.2.3	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		8	湿热、稳态	重力式自动装料衡器 GB/T 27738-2011 A6.2.3	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
				重力式自动装料衡器 第2部分：检测程序 OIML R61-2:2017 10.2.4.1	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		9	交流电源电压变化试验	重力式自动装料衡器 GB/T 27738-2011 A6.2.4		2025-11-06
				重力式自动装料衡器 第2部分：检测程序 OIML R61-2:2017 10.2.5.1		2025-11-06
28	称重传感器	1	电压暂降和短时中断	称重传感器 GB/T 7551-2008 8.2.7.4		2025-11-06
		2	脉冲群（电快速瞬变）	称重传感器 GB/T 7551-2008 8.2.7.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	静电放电	称重传感器 GB/T 7551-2008 8.2.7.6		2025-11-06
		4	射频电磁场辐射抗扰度	称重传感器 GB/T 7551-2008 8.2.7.7		2025-11-06
		5	浪涌（冲击）	称重传感器 GB/T 7551-2008 8.2.7.8		2025-11-06
		6	射频传导	称重传感器 GB/T 7551-2008 8.2.7.9		2025-11-06
		7	交变湿热试验	称重传感器 GB/T 7551-2008 8.2.5.12	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		8	恒定湿热试验	称重传感器 GB/T 7551-2008 8.2.6.11	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		9	绝缘电阻	称重传感器 GB/T 7551-2008 8.2.8.1		2025-11-06
		10	绝缘强度	称重传感器 GB/T 7551-2008 8.2.8.2		2025-11-06
29	称重显示器	1	静态温度	数字称重显示器（称重指示器）型式评价大纲 JJF 1624-2017 9.4.1.1		2025-11-06
		2	温度对空载示值的影响	数字称重显示器（称重指示器）型式评价大纲 JJF 1624-2017 9.4.1.2		2025-11-06
		3	湿热、稳态	数字称重显示器（称重指示器）型式评价大纲 JJF 1624-2017 9.4.1.4		2025-11-06
		4	电压暂降和短时中断的抗扰度	数字称重显示器（称重指示器）型式评价大纲 JJF 1624-2017 9.6.2		2025-11-06
		5	脉冲群抗扰度试验	数字称重显示器（称重指示器）型式评价大纲 JJF 1624-2017 9.6.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	浪涌抗扰度试验	数字称重显示器（称重指示器）型式评价大纲 JJF 1624-2017 9.6.4		2025-11-06
		7	静电放电试验	数字称重显示器（称重指示器）型式评价大纲 JJF 1624-2017 9.6.5		2025-11-06
		8	射频电磁场辐射抗扰度	数字称重显示器（称重指示器）型式评价大纲 JJF 1624-2017 9.6.6		2025-11-06
		9	射频场感应的传导骚扰抗扰度	数字称重显示器（称重指示器）型式评价大纲 JJF 1624-2017 9.6.7		2025-11-06
30	电子皮带秤	1	静态温度	连续累计自动衡器（皮带秤） GB/T7721-2017 A.6.2.2	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				连续累计自动衡器（皮带秤） OIML R50-1:2014 A.6.2.2	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		2	温度对零流量的影响	连续累计自动衡器（皮带秤） GB/T7721-2017 A.6.2.3	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					温(13.5m³)	
				连续累计自动衡器（皮带秤） OIML R50-1:2014 A.6.2.3	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		3	湿热试验	连续累计自动衡器（皮带秤） GB/T7721-2017 A.6.2.4	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
				连续累计自动衡器（皮带秤） OIML R50-1:2014 A.6.2.4	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		4	交流电源电压变化(AC)	连续累计自动衡器（皮带秤） GB/T7721-2017 A.6.2.5		2025-11-06
				连续累计自动衡器（皮带秤） OIML R50-1:2014 A.6.2.5		2025-11-06
		5	直流电源电压变化（DC）	连续累计自动衡器（皮带秤） GB/T7721-2017 A.6.2.6		2025-11-06
				连续累计自动衡器（皮带秤） OIML R50-1:2014 A.6.2.6		2025-11-06
		6	电池供电电压变化（DC）	连续累计自动衡器（皮带秤） GB/T7721-2017 A.6.2.7		2025-11-06
				连续累计自动衡器（皮带秤） OIML R50-1:2014 A.6.2.7		2025-11-06
		7	交流电源短时中断和电压暂降	连续累计自动衡器（皮带秤） GB/T7721-2017 A.6.3.2		2025-11-06
				连续累计自动衡器（皮带秤） OIML R50-1:2014 A.6.3.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	在电源线、I/O线路和通讯线上的脉冲群	连续累计自动衡器（皮带秤） GB/T7721-2017 A.6.3.3		2025-11-06
				连续累计自动衡器（皮带秤） OIML R50-1:2014 A.6.3.3		2025-11-06
		9	电源电压、信号和通讯线上的浪涌	连续累计自动衡器（皮带秤） GB/T7721-2017 A.6.3.4		2025-11-06
				连续累计自动衡器（皮带秤） OIML R50-1:2014 A.6.3.4		2025-11-06
		10	静电放电试验	连续累计自动衡器（皮带秤） GB/T7721-2017 A.6.3.5		2025-11-06
				连续累计自动衡器（皮带秤） OIML R50-1:2014 A.6.3.5		2025-11-06
		11	电磁敏感性	连续累计自动衡器（皮带秤） GB/T7721-2017 A.6.3.6		2025-11-06
				连续累计自动衡器（皮带秤） OIML R50-1:2014 A.6.3.6		2025-11-06
31	手持式激光测距仪	1	静电放电抗干扰度试验	手持式激光测距仪型式评价大纲 JJF1313-2011 8.3.3.1		2025-11-06
		2	射频电磁场辐射抗干扰度试验	手持式激光测距仪型式评价大纲 JJF1313-2011 8.3.3.2		2025-11-06
		3	高/低温工作能力	手持式激光测距仪型式评价大纲 JJF1313-2011 8.3.2		2025-11-06
		4	低温试验	手持式激光测距仪型式评价大纲 JJF1313-2011 8.3.4.1		2025-11-06
		5	振动试验	手持式激光测距仪型式评价大纲 JJF1313-2011 8.3.4.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	跌落试验	手持式激光测距仪型式评价大纲 JJF1313-2011 8.3.4.3		2025-11-06
		7	湿热试验	手持式激光测距仪型式评价大纲 JJF1313-2011 8.3.4.4	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		8	外壳防护能力	手持式激光测距仪型式评价大纲 JJF1313-2011 8.3.6		2025-11-06
32	测地型 GPS 接收机	1	碰撞试验	全球定位系统(GPS)接收机（测地型）型式评价大纲 JJF 1347-2012 8.3.5.1		2025-11-06
		2	高温运输贮存	全球定位系统(GPS)接收机（测地型）型式评价大纲 JJF 1347-2012 8.3.5.2	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
		3	低温运输贮存	全球定位系统(GPS)接收机（测地型）型式评价大纲 JJF 1347-2012 8.3.5.3	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		4	自由跌落试验	全球定位系统(GPS)接收机（测地型）型式评价大纲 JJF 1347-2012 8.3.5.4		2025-11-06
		5	高温湿热试验	全球定位系统(GPS)接收机（测地型）型式评价大纲 JJF 1347-2012 8.3.5.5	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		6	外壳防护能力试验	全球定位系统(GPS)接收机（测地型）型式评价大纲 JJF 1347-2012 8.3.5.7		2025-11-06
		7	静电放电抗扰度试验	全球定位系统(GPS)接收机（测地型）型式评价大纲 JJF 1347-2012 8.3.5.6.2		2025-11-06
		8	射频电磁场辐射抗扰度	全球定位系统(GPS)接收机（测地型）型式评价大纲 JJF 1347-2012 8.3.5.6.3		2025-11-06
33	出租汽车计价器	1	射频电磁场辐射抗扰度试验	出租汽车计价器型式评价大纲 JJF 1604-2016 10.16.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	射频场感应的传导抗扰度试验	出租汽车计价器型式评价大纲 JJF 1604-2016 10.16.2		2025-11-06
		3	静电放电	出租汽车计价器型式评价大纲 JJF 1604-2016 10.16.3		2025-11-06
		4	沿电源线的电瞬态传导	出租汽车计价器型式评价大纲 JJF 1604-2016 10.16.4		2025-11-06
		5	除电源线外的导线的电瞬态发射	出租汽车计价器型式评价大纲 JJF 1604-2016 10.16.5		2025-11-06
		6	温度试验	出租汽车计价器型式评价大纲 JJF 1604-2016 10.13.1,10.3.2	只测常温～150℃($2.56m^3$)，常温～70℃($13.5m^3$)；只测-70℃～常温($1m^3$),-40℃～常温($13.5m^3$)	2025-11-06
		7	湿度试验	出租汽车计价器型式评价大纲 JJF 1604-2016 10.13.3	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		8	机械环境	出租汽车计价器型式评价大纲 JJF 1604-2016 10.14		2025-11-06
34	机动车测速仪	1	静电放电抗扰度	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 4.14.1		2025-11-06
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 4.14.2		2025-11-06
		3	浪涌抗扰度试验	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 4.14.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	电压短时中断抗扰度	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 4.14.4		2025-11-06
		5	射频电磁场辐射抗扰度	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 4.14.5		2025-11-06
		6	瞬态抗扰性试验	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 4.14.6		2025-11-06
		7	绝缘性能测试	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.13.2		2025-11-06
		8	耐压性能测试	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.13.3		2025-11-06
		9	接触电阻测试	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.13.4		2025-11-06
		10	高温工作	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.15.1	只测常温～150℃（2.56m³），常温～70℃（13.5m³）	2025-11-06
		11	低温工作	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.15.2	只测-70℃～常温（1m³），-40℃～常温（13.5m³）	2025-11-06
		12	湿热	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.15.3	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		13	振动	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.15.6		2025-11-06
		14	冲击	机动车测速仪 GB/T 21255-2019 5.15.7		2025-11-06
35	膜式燃气表	1	静电放电	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.4.2		2025-11-06
				膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012 9.11.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	射频电磁场抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.3.4.3		2025-11-06
				膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012 9.11.1		2025-11-06
		3	脉冲群抗扰度	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012 9.11.3		2025-11-06
		4	浪涌（冲击）抗扰度	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012 9.11.4		2025-11-06
		5	贮存环境	膜式燃气表型式评价大纲 JJF 1354-2012 9.10		2025-11-06
		6	耐振动	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.2.4		2025-11-06
		7	耐冲击	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.2.5		2025-11-06
		8	耐跌落	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.2.6		2025-11-06
		9	耐盐雾腐蚀	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.2.8	只测≤0.5m³	2025-11-06
		10	耐贮存温度范围	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 6.3.1	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³)，-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
36	标准电能表（电能表现场校验仪）	1	静电放电抗扰度试验	交流标准电能表 GB/T 43918-2024 6.5.1		2025-11-06
		2	无线电干扰抑制	交流标准电能表 GB/T 43918-2024 8.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	工频磁场抗扰度	交流标准电能表 GB/T 43918-2024 8.4		2025-11-06
		4	高温试验	交流标准电能表 GB/T 43918-2024 11.3.2		2025-11-06
		5	低温试验	交流标准电能表 GB/T 43918-2024 11.3.3		2025-11-06
		6	冲击试验	交流标准电能表 GB/T 43918-2024 5.2.3		2025-11-06
		7	振动试验	交流标准电能表 GB/T 43918-2024 5.2.2		2025-11-06
		8	耐热和阻燃试验	交流标准电能表 GB/T 43918-2024 5.2.4		2025-11-06
		9	功率消耗试验	交流标准电能表 GB/T 43918-2024 6.3		2025-11-06
		10	绝缘电阻测定	交流标准电能表 GB/T 43918-2024 6.5.1		2025-11-06
		11	交流电压试验	交流标准电能表 GB/T 43918-2024 6.5.2		2025-11-06
37	电能表检验装置	1	静电放电抗扰度试验	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.11		2025-11-06
		2	射频电磁场辐射抗扰度试验 电快速	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.11		2025-11-06
		3	电快速脉冲群抗扰度试验	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.11		2025-11-06
		4	传导发射	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.11		2025-11-06
		5	辐射发射	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.11		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	环境温度影响	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.9.2		2025-11-06
		7	环境湿度影响	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.9.3		2025-11-06
		8	测量线路电压影响	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.9.5		2025-11-06
		9	测量线路频率影响	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.9.6		2025-11-06
		10	保护接地	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.12.1		2025-11-06
		11	电压试验	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.12.2		2025-11-06
		12	运输、运输贮存条件试验	电能表检验装置 GB/T 11150-2001 6.13		2025-11-06
38	直流电能表检验装置	1	影响量引起的误差改变量	直流电能表检验装置 GB/T 44932-2024 7.4		2025-11-06
		2	无线电干扰抑制	直流电能表检验装置 GB/T 44932-2024 9.2		2025-11-06
		3	静电放电抗扰度	直流电能表检验装置 GB/T 44932-2024 9.3		2025-11-06
39	泄漏电流测量仪	1	抗电强度	泄漏电流测试仪通用规范 SJ/T 11383-2008 5.6.1		2025-11-06
40	耐电压测试仪	1	绝缘电阻	耐压测试仪通用规范 SJ/T11384-2008 5.6.1		2025-11-06
		2	抗电强度	耐压测试仪通用规范 SJ/T11384-2008 5.6.2		2025-11-06
41	接地电阻测量仪器	1	温度试验	接地导通电阻测试仪 GB/T 28030-2011 6.6.4,6.6.5	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	
				电阻测量装置通技术条件 第2部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.6.2	只测-70℃～常温(箱体尺寸：1m×1m×1m（W*D*H)),-40℃～常温(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))只测常温～150℃(Size：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))，常温～80℃(箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H))	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	湿度试验	接地导通电阻测试仪 GB/T 28030-2011 6.6.6	只测 50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H）	2025-11-06
				电阻测量装置通技术条件 第 2 部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.6.3	只测 50%RH～95%RH，箱体尺寸：3m×1.5m×2.6m（W*D*H）	2025-11-06
		3	冲击试验	接地导通电阻测试仪 GB/T 28030-2011 6.6.7		2025-11-06
				电阻测量装置通技术条件 第 2 部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.6.5		2025-11-06
		4	振动试验	接地导通电阻测试仪 GB/T 28030-2011 6.6.8		2025-11-06
				电阻测量装置通技术条件 第 2 部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.6.4		2025-11-06
		5	运输试验	接地导通电阻测试仪 GB/T 28030-2011 6.6.9		2025-11-06
				电阻测量装置通技术条件 第 2 部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.6.6		2025-11-06
		6	电源频率与电压试验	接地导通电阻测试仪 GB/T 28030-2011 6.7.1		2025-11-06
		7	温升试验	接地导通电阻测试仪 GB/T 28030-2011 6.7.2		2025-11-06
		8	介电强度试验	接地导通电阻测试仪 GB/T 28030-2011 6.7.3		2025-11-06
				接地导通电阻测试仪通用规范 SJ/T 11386-2008 5.6.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	耐热和阻燃试验	接地导通电阻测试仪 GB/T 28030-2011 6.7.4		2025-11-06
		10	保护接地试验	接地导通电阻测试仪 GB/T 28030-2011 6.7.5		2025-11-06
		11	泄漏电流试验	接地导通电阻测试仪 GB/T 28030-2011 6.7.6		2025-11-06
				接地导通电阻测试仪通用规范 SJ/T 11386-2008 5.6.2		2025-11-06
		12	静电放电抗扰度试验	电阻测量装置通技术条件 第 2 部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.7.1		2025-11-06
		13	射频电磁场辐射抗扰度试验	电阻测量装置通技术条件 第 2 部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.7.2		2025-11-06
		14	电快速脉冲群抗扰度试验	电阻测量装置通技术条件 第 2 部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.7.3		2025-11-06
		15	浪涌抗扰度试验	电阻测量装置通技术条件 第 2 部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.7.4		2025-11-06
		16	射频传导抗扰度试验	电阻测量装置通技术条件 第 2 部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.7.5		2025-11-06
		17	电压暂降和短时中断	电阻测量装置通技术条件 第 2 部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.7.7		2025-11-06
		18	工频抗扰度试验	电阻测量装置通技术条件 第 2 部分:工频接地电阻测试仪 DL/T 845.2-2020 6.7.6		2025-11-06
42	绝缘电阻测量仪	1	绝缘电阻	绝缘电阻测试仪通用规范 SJ/T11385-2008 5.6.1		2025-11-06
		2	抗电强度	绝缘电阻测试仪通用规范 SJ/T11385-2008 5.6.2		2025-11-06
43	可燃气体探测器	1	辐射电磁场试验	可燃气体探测器 第 1 部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.16		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.15		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.11		2025-11-06
				可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB 15322.4-2019 6.12		2025-11-06
				可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 7.8.1		2025-11-06
		2	静电放电试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.15		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.14		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.10		2025-11-06
				可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB 15322.4-2019 6.11		2025-11-06
				可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 7.8.2		2025-11-06
		3	电瞬变脉冲试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.17		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.16		2025-11-06
				可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB 15322.4-2019 6.13		2025-11-06
				可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 7.8.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	绝缘电阻试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.13		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.12		2025-11-06
				可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 9.2.5		2025-11-06
		5	耐压试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.14		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.13		2025-11-06
				可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 9.2.6		2025-11-06
		6	高温试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.20		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.19		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.12		2025-11-06
				可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB 15322.4-2019 6.16		2025-11-06
				可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 9.2.7		2025-11-06
		7	低温试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.21		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.20		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.13		2025-11-06
				可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB 15322.4-2019 6.17		2025-11-06
				可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 9.2.8		2025-11-06
		8	恒定湿热试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.22		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.21		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.14		2025-11-06
				可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB 15322.4-2019 6.18		2025-11-06
				可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 9.2.9		2025-11-06
		9	振动试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.23，5.24		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.22，4.23		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.15,5.16		2025-11-06
				可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB 15322.4-2019 6.21		2025-11-06
				可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 9.2.10		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	跌落试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.25		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.24		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.17		2025-11-06
				可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB 15322.4-2019 6.22		2025-11-06
				可燃气体检测报警器型式评价大纲 JJF 1368-2012 9.2.11		2025-11-06
		11	外观检查	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.1.3		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.1.3		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.1.3		2025-11-06
		12	基本性能试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.2		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.2		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.2		2025-11-06
		13	报警动作值试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.3		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.3		2025-11-06
		14	量程指示偏差试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.4		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.4		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.4		2025-11-06
		15	响应时间试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.5		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.5		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.5		2025-11-06
		16	方位试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.6		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.6		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.6		2025-11-06
		17	报警重复性试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.7		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.7		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	高速气流试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.8		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.8		2025-11-06
		19	采样气流变化试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.9		2025-11-06
		20	线路传输性能试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.10		2025-11-06
		21	探测器互换性能试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.11		2025-11-06
		22	电压波动试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.12		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.10		2025-11-06
		23	浪涌（冲击）抗扰度试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.18		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.17		2025-11-06
		24	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.19		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.18		2025-11-06
		25	抗气体干扰性能试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.26		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.25		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		26	抗中毒性能试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.27		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.26		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.18		2025-11-06
		27	抗高浓度气体冲击性能试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.28		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.19		2025-11-06
		28	低浓度运行试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.29		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.27		2025-11-06
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.20		2025-11-06
		29	长期稳定性试验	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019 5.30		2025-11-06
				可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.28		2025-11-06
		30	预热期间报警试验	可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.8		2025-11-06
		31	防爆性能试验	可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.9		2025-11-06
		32	电池容量试验	可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.11		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB 15322.3-2019 5.9		2025-11-06
		33	一氧化碳低浓度响应性能试验	可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器 GB 15322.2-2019 4.29		2025-11-06
44	剩余电流式电气火灾监控探测器	1	绝缘电阻试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.9		2025-11-06
		2	泄漏电流试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.10		2025-11-06
		3	电气强度试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.11		2025-11-06
		4	振动(正弦)(运行)试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.20		2025-11-06
		5	碰撞试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.21		2025-11-06
		6	低温(运行)试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.22		2025-11-06
		7	恒定湿热(运行)试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.23		2025-11-06
		8	射频电磁场辐射抗扰度试验 电快速	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.12		2025-11-06
		9	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.13		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	静电放电干扰试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.14		2025-11-06
		11	快速瞬变干扰试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.15		2025-11-06
		12	浪涌抗扰度试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.16		2025-11-06
		13	电压暂降和短时中断	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.17		2025-11-06
		14	工频抗扰度试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.18		2025-11-06
		15	试验前检查	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.1.5		2025-11-06
		16	基本功能	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6..2		2025-11-06
		17	监控报警功能	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.3		2025-11-06
		18	通讯功能试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.4		2025-11-06
		19	重复性试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.5		2025-11-06
		20	一致性试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.6		2025-11-06
		21	平衡性试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.7		2025-11-06
		22	电压波动试验	电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器 GB 14287.2-2014 6.19		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
45	火灾报警控制器	1	绝缘电阻试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.16		2025-11-06
		2	泄漏电流试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.17		2025-11-06
		3	电气强度试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.18		2025-11-06
		4	低温（运行）试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.26		2025-11-06
		5	恒定湿热（运行）试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.27		2025-11-06
		6	恒定湿热（耐久）试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.28		2025-11-06
		7	振动（正弦）（运行）试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.29		2025-11-06
		8	振动（正弦）（耐久）试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.29		2025-11-06
		9	碰撞试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.30		2025-11-06
		10	静电放电试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.21		2025-11-06
		11	射频电磁场辐射抗干扰度试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.19		2025-11-06
		12	电快速瞬变脉冲群抗干扰度试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.22		2025-11-06
		13	浪涌抗扰度试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.23		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.20		2025-11-06
		15	电源瞬变试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.24		2025-11-06
		16	电压暂降、中断和电压变化的抗扰度试验	火灾报警控制器 GB 4717-2024 6.25		2025-11-06
46	工业过程控制系统用变送器	1	环境温度	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		2	湿度	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		3	振动（正弦）	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		4	冲击	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		5	绝缘电阻	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		6	绝缘强度	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		7	电源电压和频率变化	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		8	电源电压降低	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		9	电源电压短时中断	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	电源电压反向保护	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		11	电快速瞬变脉冲群	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		12	浪涌抗扰度	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		13	阻尼振荡波	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		14	传导正弦波射频干扰	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		15	静电放电	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		16	工频磁场	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		17	阻尼振荡磁场	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		18	射频电磁场	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		19	输入开路和短路	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
		20	输出开路和短路	工业过程控制系统用变送器第 1 部分：性能评定方法 GB/T 17614.1-2015 7		2025-11-06
47	呼出气体酒精检测仪	1	绝缘电阻试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T21254-2017 5.6.1		2025-11-06
		2	介电强度试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T21254-2017 5.6.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	泄漏电流试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T21254-2017 5.6.3		2025-11-06
		4	耐高温性能试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T21254-2017 5.26.3		2025-11-06
				呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲 JJF1785-2019 9.3.19		2025-11-06
		5	耐低温性能试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T21254-2017 5.26.2		2025-11-06
				呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲 JJF1785-2019 9.3.20		2025-11-06
		6	耐湿度性能试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T21254-2017 5.27		2025-11-06
		7	振动试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T21254-2017 5.28		2025-11-06
		8	碰撞试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T21254-2017 5.29		2025-11-06
				呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲 JJF1785-2019 9.3.21		2025-11-06
		9	自由跌落试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T21254-2017 5.30		2025-11-06
				呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲 JJF1785-2019 9.3.22		2025-11-06
		10	静电放电试验	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T21254-2017 5.31		2025-11-06
				呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲 JJF1785-2019 9.3.23		2025-11-06
		11	射频电磁场辐射抗干扰度试	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T21254-2017 5.32		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			验	呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲 JJF1785-2019 9.3.24		2025-11-06
48	数字压力计	1	绝缘电阻试验	数字压力表 JB/T 7392-2006 5.13.1		2025-11-06
				数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013 8.2.11		2025-11-06
		2	绝缘强度试验	数字压力表 JB/T 7392-2006 5.13.2		2025-11-06
				数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013 8.2.12		2025-11-06
		3	温度影响试验	数字压力表 JB/T 7392-2006 5.14		2025-11-06
				数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013 8.2.13		2025-11-06
		4	耐工作环境振动试验	数字压力表 JB/T 7392-2006 5.17		2025-11-06
				数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013 8.2.20		2025-11-06
		5	抗运输环境性能试验	数字压力表 JB/T 7392-2006 5.18		2025-11-06
				数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013 8.2.21		2025-11-06
		6	电源电压变化	数字压力表 JB/T 7392-2006 5.16		2025-11-06
				数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013 8.2.14		2025-11-06
		7	外界磁场影响	数字压力表 JB/T 7392-2006 5.16		2025-11-06
				数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013 8.2.16		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	电源瞬时过压影响	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013 8.2.16		2025-11-06
		9	电源短时中断影响	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013 8.2.17		2025-11-06
		10	电源电压低降影响	数字压力计型式评价大纲 JJF 1416-2013 8.2.18		2025-11-06
49	压力变送器和压力传感器	1	电磁兼容	工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第1部分：通用技术条件 GB/T 28474.1-2012 5.4		2025-11-06
				压力变送器型式评价大纲 JJF1789-2019 9.16		2025-11-06
		2	绝缘电阻	工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第1部分：通用技术条件 GB/T 28474.1-2012 5.4		2025-11-06
				压力变送器型式评价大纲 JJF1789-2019 9.16.1		2025-11-06
		3	绝缘强度	工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第1部分：通用技术条件 GB/T 28474.1-2012 5.4		2025-11-06
				压力变送器型式评价大纲 JJF1789-2019 9.16.2		2025-11-06
		4	环境温度影响	工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第1部分：通用技术条件 GB/T 28474.1-2012 5.4		2025-11-06
				压力变送器型式评价大纲 JJF1789-2019 9.15.1		2025-11-06
		5	湿度影响	工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第1部		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				分：通用技术条件 GB/T 28474.1-2012 5.4		
				压力变送器型式评价大纲 JJF1789-2019 9.15.2		2025-11-06
		6	振动影响	工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第1部分：通用技术条件 GB/T 28474.1-2012 5.4		2025-11-06
				压力变送器型式评价大纲 JJF1789-2019 9.15.3		2025-11-06
		7	倾跌影响	工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第1部分：通用技术条件 GB/T 28474.1-2012 5.4		2025-11-06
				压力变送器型式评价大纲 JJF1789-2019 9.15.4		2025-11-06
		8	抗运输环境性能试验	工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第2部分：性能评定方法 GB/T 28474.2-2012 5.5.2		2025-11-06
		9	安全	工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第2部分：性能评定方法 GB/T 28474.2-2012 5.5.5		2025-11-06
		10	外壳防护等级	工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第2部分：性能评定方法 GB/T 28474.2-2012 5.5.6		2025-11-06
50	水表	1	高温	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.2		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.2		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.2		2025-11-06
		2	低温	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.3		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.3		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.3		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.3		2025-11-06
		3	交变湿热	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.4		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.4		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.4		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.4		2025-11-06
		4	振动	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.6		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.6		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.6		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.7		2025-11-06
		5	冲击	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				778.2-2018 8.7		
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.7		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.7		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.8		2025-11-06
		6	静电放电	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.11		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.11		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.11		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.12		2025-11-06
		7	电磁场辐射	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.12		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.12		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.12		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.13		2025-11-06
		8	电磁场传导	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.13		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				4064-2:2024 8.13		
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.13		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.14		2025-11-06
		9	静磁场	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.16		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.16		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.16		2025-11-06
		10	交流电源电压变化	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.5.2		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.5.1		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.5.1		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.5		2025-11-06
		11	交流电压暂降和短时中断	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.8		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.8		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.9		2025-11-06
		12	对信号、数据和控制线施加浪涌	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.14		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.14		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.14		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.15		2025-11-06
		13	对交流和直流电源线施加浪涌	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.15		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.15		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.15		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.16		2025-11-06
		14	信号线脉冲群	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.9		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.9		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.9		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.10		2025-11-06
		15	交流和直流电	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			源脉冲群	778.2-2018 8.10		
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.10		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.10		2025-11-06
				饮用冷水水表型式评价大纲 JJF 1777-2019 10.15.11		2025-11-06
		16	直流电源电压变化	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.5.3		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.5.2		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.5.2		2025-11-06
		17	电池电源中断	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.5.4		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.5.3		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.5.3		2025-11-06
		18	工频磁场	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.18		2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.18		2025-11-06
51	可燃气体报警控制器	1	低温（运行）试验	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.17		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	恒定湿热（运行）试验	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.18		2025-11-06
		3	振动（正弦）（运行）试验	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.19		2025-11-06
		4	振动（正弦）（耐久）试验	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.20		2025-11-06
		5	碰撞试验	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.21		2025-11-06
		6	射频电磁场辐射抗扰度	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.10		2025-11-06
		7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.11		2025-11-06
		8	静电放电抗扰度	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.12		2025-11-06
		9	电快速瞬变脉冲群抗扰度	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.13		2025-11-06
		10	浪涌(冲击）抗扰度	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.14		2025-11-06
		11	电源瞬变试验	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.15		2025-11-06
		12	电压暂降、短时中断的抗扰度试验	可燃气体报警控制器 GB 16808-2008 5.16		2025-11-06
52	消防电子产品	1	高温（运行）试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.1	只测常温～150℃ ($2.56m^3$)，常温～70℃ ($13.5m^3$)	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	高温（耐久）试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.2	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
		3	低温（运行）试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.3	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		4	低温（耐久）试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.4	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		5	恒定湿热（运行）试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.5	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		6	恒定湿热（耐久）试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.6	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		7	交变湿热（运行）试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.7	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		8	交变湿热（耐久）试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.8	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		9	冲击（运行）试验	消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.10		2025-11-06
		10	振动（正弦）（运行）试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.11		2025-11-06
		11	振动（正弦）（耐久）试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.12		2025-11-06
		12	电压波动试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.19		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	电压暂降、短时中断的抗扰度试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.20		2025-11-06
		14	静电放电抗扰度试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.21		2025-11-06
		15	射频电磁场辐射抗扰度试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.22		2025-11-06
		16	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.23		2025-11-06
		17	浪涌（冲击）抗扰度试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.24		2025-11-06
		18	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.25		2025-11-06
		19	雨淋试验	消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 16838-2021 5.18		2025-11-06
53	消防设备电源	1	绝缘电阻试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.6		2025-11-06
		2	电气强度试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.7		2025-11-06
		3	低温（运行）试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.15	只测-70℃～常温($1m^3$),-40℃～常温($13.5m^3$)	2025-11-06
		4	恒定湿热（运行）试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.16	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	恒定湿热（耐久）试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.17	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		6	振动（正弦）（运行）试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.18		2025-11-06
		7	振动（正弦）（耐久）试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.19		2025-11-06
		8	碰撞试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.20		2025-11-06
		9	射频电磁场辐射抗扰度试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.8		2025-11-06
		10	射频场感应的传导抗扰度试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.9		2025-11-06
		11	静电放电抗扰度试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.10		2025-11-06
		12	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.11		2025-11-06
		13	浪涌（冲击）抗扰度试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.12		2025-11-06
		14	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.13		2025-11-06
		15	电源瞬变试验	消防设备电源监控系统 GB 28184-2011 5.14		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
54	电动汽车非车载充电机直流电能计量装置	1	外部工频磁场抗扰度试验	电动汽车非车载充电机电能计量 GB/T 29318-2024 5.4.5		2025-11-06
		2	射频电磁场辐射抗扰度试验	电动汽车非车载充电机电能计量 GB/T 29318-2024 5.4.5		2025-11-06
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	电动汽车非车载充电机电能计量 GB/T 29318-2024 5.4.5		2025-11-06
		4	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	电动汽车非车载充电机电能计量 GB/T 29318-2024 5.4.5		2025-11-06
		5	高温试验	电动汽车非车载充电机电能计量 GB/T 29318-2024 5.8	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
		6	低温试验	电动汽车非车载充电机电能计量 GB/T 29318-2024 5.8	只测-70℃～常温(1m³)，-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		7	交变湿热试验	电动汽车非车载充电机电能计量 GB/T 29318-2024 5.8	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
55	工业控制计算机系统	1	射频电磁场辐射抗扰度	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.8.2		2025-11-06
		2	工频磁场抗扰度	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.8.3		2025-11-06
		3	静电放电抗扰度	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.8.4		2025-11-06
		4	电快速瞬变脉冲群抗扰度	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.8.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	浪涌（冲击）抗扰度	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.8.6		2025-11-06
		6	射频感应的传导骚扰抗扰度	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.8.7		2025-11-06
		7	环境温度影响	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.9.1	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³)，-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		8	相对湿度影响	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.9.2	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		9	振动影响	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.9.3		2025-11-06
		10	倾跌影响	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.10		2025-11-06
		11	抗运输高温影响	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.11.1		2025-11-06
		12	抗运输低温影响	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.11.2		2025-11-06
		13	抗运输湿热影响	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.11.3		2025-11-06
		14	抗运输碰撞影响	输电线路保护装置通用技术条件 GB/T 15145-2017 6.2.11.4		2025-11-06
		15	电磁发射	工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011 6.2.15		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
56	一氧化碳检测报警器	1	绝缘电阻	一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJF1421-2013 9.2.5		2025-11-06
		2	绝缘强度	一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJF1421-2013 9.2.6		2025-11-06
		3	高温试验	一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJF1421-2013 9.2.7		2025-11-06
		4	低温试验	一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJF1421-2013 9.2.8		2025-11-06
		5	恒定湿热试验	一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJF1421-2013 9.2.9		2025-11-06
		6	振动试验	一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJF1421-2013 9.2.10		2025-11-06
		7	跌落试验	一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJF1421-2013 9.2.11		2025-11-06
		8	射频电磁场辐射抗扰	一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJF1421-2013 9.2.12		2025-11-06
		9	静电放电抗扰度	一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJF1421-2013 9.2.13		2025-11-06
		10	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJF1421-2013 9.2.14		2025-11-06
57	硫化氢气体检测仪	1	高温试验	硫化氢气体检测仪型式评价大纲 JJF 1363-2019 9.2.5		2025-11-06
		2	低温试验	硫化氢气体检测仪型式评价大纲 JJF 1363-2019 9.2.6		2025-11-06
		3	恒定湿热试验	硫化氢气体检测仪型式评价大纲 JJF 1363-2019 9.2.7		2025-11-06
		4	振动试验	硫化氢气体检测仪型式评价大纲 JJF 1363-2019 9.2.8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	跌落试验	硫化氢气体检测仪型式评价大纲 JJF 1363-2019 9.2.9		2025-11-06
		6	射频电磁场辐射抗扰	硫化氢气体检测仪型式评价大纲 JJF 1363-2019 9.2.10		2025-11-06
		7	静电放电抗扰度	硫化氢气体检测仪型式评价大纲 JJF 1363-2019 9.2.11		2025-11-06
		8	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	硫化氢气体检测仪型式评价大纲 JJF 1363-2019 9.2.12		2025-11-06
58	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器	1	绝缘电阻	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.3		2025-11-06
		2	绝缘强度	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.4		2025-11-06
		3	高温贮存试验	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.5		2025-11-06
		4	低温贮存试验	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.6		2025-11-06
		5	交变湿热试验	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.7		2025-11-06
		6	碰撞试验	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.8		2025-11-06
		7	跌落试验	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.9		2025-11-06
		8	射频电磁场辐射抗扰	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.10		2025-11-06
		9	静电放电抗扰	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			度	JJF1523-2015 9.2.11		
		10	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.12		2025-11-06
		11	浪涌抗扰度试验	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.13		2025-11-06
		12	射频场感应的传导骚扰抗扰度	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.14		2025-11-06
		13	工频磁场抗扰度	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.15		2025-11-06
		14	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.16		2025-11-06
		15	电源电压的影响	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.17		2025-11-06
		16	环境温度的影响	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 JJF1523-2015 9.2.18		2025-11-06
59	二氧化硫气体检测仪	1	绝缘电阻	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.5		2025-11-06
		2	绝缘强度	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.6		2025-11-06
		3	高温试验	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.7		2025-11-06
		4	低温试验	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	恒定湿热试验	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.9		2025-11-06
		6	高温贮存试验	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.10		2025-11-06
		7	低温贮存试验	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.11		2025-11-06
		8	振动试验	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.12		2025-11-06
		9	跌落试验	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.13		2025-11-06
		10	射频电磁场辐射抗扰	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.14		2025-11-06
		11	静电放电抗扰度	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.15		2025-11-06
		12	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 JJF1364-2012 9.2.16		2025-11-06
60	燃油加油机	1	低温试验	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.8.1		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 10.8.1		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.12.1		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.8.6		2025-11-06
		2	高温试验	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.8.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 10.8.2		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.12.2		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.8.5		2025-11-06
		3	交变湿热试验	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.8.3		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 10.8.3		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.12.3		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.8.7		2025-11-06
		4	接地端子	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.10.1		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.14.1		2025-11-06
		5	接地保护电路的连续性	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.10.2		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.14.2		2025-11-06
		6	接触电流	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.10.3		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.14.3		2025-11-06
		7	抗电强度	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.10.4		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.14.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	加油枪口导静电性能	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.10.5		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.14.4		2025-11-06
		9	电源适应性	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.9		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 10.9		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.13		2025-11-06
		10	静电放电抗扰度试验	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.11.1		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 10.10.1		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.15.1		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.5		2025-11-06
		11	射频电磁场辐射抗扰度试验	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.11.2		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 10.10.2		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.15.2		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.11.1		2025-11-06
		12	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.11.3		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				10.10.3		
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.15.3		2025-11-06
		13	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.11.4		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 10.10.4		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.15.4		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.8		2025-11-06
		14	浪涌（冲击）抗扰度试验	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.11.5		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 10.10.5		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.15.5		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.10		2025-11-06
		15	交流电源变化	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.2.1		2025-11-06
		16	直流电源变化	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.2.2		2025-11-06
		17	交流电源电压暂降和短时中断	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	交流和直流电源脉冲群（电快速瞬变）	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.4		2025-11-06
		19	信号、数据和控制线脉冲群	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.6		2025-11-06
		20	对信号、数据和控制线施加浪涌	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.7		2025-11-06
		21	直流输入电源纹波试验	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.9		2025-11-06
		22	射频电磁场辐射（数字无线电话）	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.11.2		2025-11-06
		23	射频电磁场感应的传导	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.9.11.3		2025-11-06
		24	电源变化（道路汽车电池）	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.10.1		2025-11-06
		25	沿电源线的电瞬态传导（EUT由道路汽车电池供电）	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.10.2		2025-11-06
		26	车辆发动机启动时的蓄电池电压变化	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.10.3		2025-11-06
		27	抛负载试验	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 4.10.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
61	电子测量仪器	1	外观与结构检查	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.3		2025-11-06
		2	尺寸和重量检查	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.4		2025-11-06
		3	接触电流	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.8.1		2025-11-06
		4	介电强度试验/绝缘强度试验	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.8.2	交流电压：0~5kV，直流电压：0~6kV	2025-11-06
				工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法 GB/T 15479-1995 5.4		2025-11-06
		5	保护接地	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.8.3		2025-11-06
		6	温度试验	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.1	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		7	湿度试验	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.2	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		8	振动试验	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.3		2025-11-06
		9	冲击试验	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.4		2025-11-06
		10	振动试验（固定点频、正弦	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.10.2.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			波）			
		11	自由跌落试验	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.10.2.2		2025-11-06
		12	翻滚试验	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.10.2.3		2025-11-06
		13	电磁兼容性试验	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 4.9		2025-11-06
		14	电源适应性试验	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.12		2025-11-06
		15	功能检查	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.5		2025-11-06
		16	性能特性测试	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.6		2025-11-06
		17	接口、兼容性或相互配合检查	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.7		2025-11-06
		18	绝缘电阻试验	工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法 GB/T 15479-1995 5.3		2025-11-06
62	磁致伸缩液位计	1	温度性能试验	磁致伸缩液位计 GB/T 21117-2007 7.4.5		2025-11-06
		2	恒定湿热试验	磁致伸缩液位计 GB/T 21117-2007 7.4.6		2025-11-06
		3	绝缘电阻试验	磁致伸缩液位计 GB/T 21117-2007 7.5.1		2025-11-06
		4	防护性能试验	磁致伸缩液位计 GB/T 21117-2007 7.5.5		2025-11-06
		5	抗运输环境性能试验	磁致伸缩液位计 GB/T 21117-2007 7.5.6	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	
		6	电磁兼容性试验	磁致伸缩液位计 GB/T 21117-2007 7.4.8		2025-11-06
63	间歇测量医用电子体温计	1	射频电磁场辐射抗扰度试验	间歇测量医用电子体温计型式评价大纲 JJF1778-2019 10.2.15		2025-11-06
		2	热冲击试验	间歇测量医用电子体温计型式评价大纲 JJF1778-2019 10.2.11		2025-11-06
		3	跌落试验	间歇测量医用电子体温计型式评价大纲 JJF1778-2019 10.2.14.1		2025-11-06
		4	振动试验	间歇测量医用电子体温计型式评价大纲 JJF1778-2019 10.2.14.2		2025-11-06
		5	碰撞试验	间歇测量医用电子体温计型式评价大纲 JJF1778-2019 10.2.14.3		2025-11-06
64	电离辐射厚度计	1	环境温度	电离辐射厚度计 GB/T 15636-2008 6.6.2	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³))	2025-11-06
		2	湿热环境	电离辐射厚度计 GB/T 15636-2008 6.6.3	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		3	供电电源电压变化	电离辐射厚度计 GB/T 15636-2008 6.6.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	交流供电电源频率变化	电离辐射厚度计 GB/T 15636-2008 6.6.5		2025-11-06
		5	振动和冲击	电离辐射厚度计 GB/T 15636-2008 6.6.7.1		2025-11-06
		6	电气安全参数试验	电离辐射厚度计 GB/T 15636-2008 6.7.1.2		2025-11-06
		7	电磁环境抗扰度	电离辐射厚度计 GB/T 15636-2008 6.6.6.1		2025-11-06
		8	外界磁场	电离辐射厚度计 GB/T 15636-2008 6.6.6.2		2025-11-06
65	电动汽车交流充电桩	1	电磁兼容试验	电动汽车交流充电桩电能计量 GB/T 28569-2024 5.4.6		2025-11-06
		2	气候环境影响试验	电动汽车交流充电桩电能计量 GB/T 28569-2024 5.8	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		3	绝缘电阻	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.6.1		2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.11.1		2025-11-06
		4	冲击耐压试验	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.6.3		2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.11.3		2025-11-06
		5	防护试验	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.17		2025-11-06
		6	介电强度试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.11.2		2025-11-06
		7	漏电流试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.4.5		2025-11-06
		8	低温试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.20	只测-70℃～常温（1m³），-40℃～常温（13.5m³）	2025-11-06
		9	高温试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.21	只测常温～150℃（2.56m³），常温～70℃（13.5m³）	2025-11-06
		10	交变湿热试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.22	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		11	抗扰度要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.2		2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23.5		2025-11-06
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-11-06
		12	发射要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15.3		2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23.6		2025-11-06
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
66	电动汽车非车载充电机现场校验仪	1	冲击试验	电动汽车非车载充电机现场检测仪 GB/T 44993-2024 4.2.1,5.2.1		2025-11-06
		2	振动试验	电动汽车非车载充电机现场检测仪 GB/T 44993-2024 4.2.2,5.2.2		2025-11-06
		3	耐热和阻燃	电动汽车非车载充电机现场检测仪 GB/T 44993-2024 4.2.3,5.2.3		2025-11-06
		4	防护等级	电动汽车非车载充电机现场检测仪 GB/T 44993-2024 4.2.4,5.2.4		2025-11-06
		5	电磁兼容性	电动汽车非车载充电机现场检测仪 GB/T 44993-2024 4.4,5.4		2025-11-06
		6	影响量试验	电动汽车非车载充电机现场检测仪 GB/T 44993-2024 4.5.4,5.5.5		2025-11-06
67	电动汽车交流充电桩现场检测仪	1	冲击	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 4.2.1,5.2.1		2025-11-06
		2	振动	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 4.2.2,5.2.2		2025-11-06
		3	耐热和阻燃	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 4.2.3,5.2.3		2025-11-06
		4	防护等级	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 4.2.4,5.2.4		2025-11-06
		5	机械危险防护	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 4.2.6, 5.2.6		2025-11-06
		6	电磁兼容性	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 4.4,5.4		2025-11-06
		7	影响量	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 4.5.3 表 8 序号 9~10,5.5.4.10~5.5.4.13		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	耐腐蚀和防锈	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 4.6.6,5.6.6		2025-11-06
		9	橡胶和热塑性材料的耐老化	电动汽车交流充电桩现场检测仪 GB/T 43191-2023 4.6.7,5.6.7		2025-11-06
68	可编程序控制器（PLC）	1	气候试验	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 4.2.5		2025-11-06
		2	耐干热和干冷试验	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 5.2.1		2025-11-06
		3	机械试验-抗振试验	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 5.3.2		2025-11-06
		4	机械试验-抗冲击试验	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 5.3.3		2025-11-06
		5	机械试验-自由跌落试验	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 5.3.4		2025-11-06
		6	辐射干扰	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 7.2		2025-11-06
		7	传导干扰	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 7.2		2025-11-06
		8	静电放电	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 7.3		2025-11-06
		9	射频电磁场-调幅	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 7.3		2025-11-06
		10	电源频率磁场	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 7.3		2025-11-06
		11	电快速瞬变脉冲群	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 7.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	抗高能量浪涌	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 7.3		2025-11-06
		13	抗传导性射频干扰	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 7.3		2025-11-06
		14	抗衰减震荡波	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 附录C		2025-11-06
		15	电压跌落和中断	可编程序控制器 第2部分 设备要求和测试 GB/T 15969.2-2024 7.3		2025-11-06
69	船舶和海上设施电气电子产品	1	振动试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.7	只测频率范围：(2～2700)Hz;推力：50000N;位移：51mm	2025-11-06
		2	高温试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.8	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
		3	低温试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.9	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		4	交变湿热试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.10	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		5	恒定湿热试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.11	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		6	盐雾试验 Ka	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.13	只测≤0.5m³	2025-11-06
		7	耐电压试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.14		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	外壳防护试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.15		2025-11-06
		9	绝缘电阻测量	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.3		2025-11-06
		10	传导发射测量	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.2		2025-11-06
		11	外壳端口辐射	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.3		2025-11-06
		12	静电放电抗扰度	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.4		2025-11-06
		13	射频电磁场辐射抗扰度	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.5		2025-11-06
		14	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.6		2025-11-06
		15	浪涌抗扰度	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.7		2025-11-06
		16	低频传导抗扰度	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.8		2025-11-06
		17	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.9		2025-11-06
70	核仪器	1	低温试验	核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 6.1	只测-70℃～常温($1m^3$),-40℃～常温($13.5m^3$)	2025-11-06
		2	高温试验	核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 6.2	只测常温～150℃($2.56m^3$)，常温～70℃($13.5m^3$)	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	恒定湿热试验	核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 6.4	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		4	振动试验	核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 6.5		2025-11-06
		5	冲击试验	核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 6.6		2025-11-06
		6	射频电磁场辐射抗扰度试验	核仪器电磁环境条件与试验方法 GB/T 11684-2003 5.2.1		2025-11-06
		7	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	核仪器电磁环境条件与试验方法 GB/T 11684-2003 5.2.2		2025-11-06
		8	工频磁场抗扰度试验	核仪器电磁环境条件与试验方法 GB/T 11684-2003 5.2.3		2025-11-06
		9	静电放电抗扰度试验	核仪器电磁环境条件与试验方法 GB/T 11684-2003 5.2.4		2025-11-06
		10	电压暂将、短时中断和电压变化抗扰度试验	核仪器电磁环境条件与试验方法 GB/T 11684-2003 5.2.5		2025-11-06
		11	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	核仪器电磁环境条件与试验方法 GB/T 11684-2003 5.2.6		2025-11-06
		12	浪涌（冲击）抗扰度试验	核仪器电磁环境条件与试验方法 GB/T 11684-2003 5.2.7		2025-11-06
		13	振荡波抗扰度试验	核仪器电磁环境条件与试验方法 GB/T 11684-2003 5.2.8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
0411 音视频、信息技术和通信技术设备						
1	显示面板	1	亮度	有机发光二极管显示器件 第6-1部分：光学和光电参数测试方法 GB/T 20871.61-2024 6		2025-11-06
		2	亮度不均匀性	有机发光二极管显示器件 第6-1部分：光学和光电参数测试方法 GB/T 20871.61-2024 6		2025-11-06
		3	全屏对比度	有机发光二极管显示器件 第6-1部分：光学和光电参数测试方法 GB/T 20871.61-2024 6	(1000～100000)	2025-11-06
		4	色域	有机发光二极管显示器件 第6-1部分：光学和光电参数测试方法 GB/T 20871.61-2024 6		2025-11-06
		5	色度	有机发光二极管显示器件 第6-1部分：光学和光电参数测试方法 GB/T 20871.61-2024 6		2025-11-06
		6	色度不均匀性	有机发光二极管显示器件 第6-1部分：光学和光电参数测试方法 GB/T 20871.61-2024 6		2025-11-06
2	数字电视接收器(机顶盒)	1	工作状态功率	平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 GB 24850-2020 附录C		2025-11-06
				数字电视接收器（机顶盒）能源效率计量检测规则 JJF1261.21-2017 5.2.1		2025-11-06
		2	被动待机功率	数字电视接收器（机顶盒）能源效率计量检测规则 JJF1261.21-2017 5.2.2		2025-11-06
				平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 GB 24850-2020 附录C		2025-11-06
		3	附加功能功率因子之和	数字电视接收器（机顶盒）能源效率计量检测规则 JJF1261.21-2017 5.2.1		2025-11-06
				平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 GB 24850-2020 6.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
3	计算机显示器	1	能源效率	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 A		2025-11-06
				计算机显示器能源效率标识计量检测规则 JJF1261.6-2022 7.2.2.2		2025-11-06
		2	关闭状态能耗	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 A		2025-11-06
				计算机显示器能源效率标识计量检测规则 JJF1261.6-2022 7.2.2.4		2025-11-06
		3	睡眠状态功率	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 A		2025-11-06
				计算机显示器能源效率标识计量检测规则 JJF1261.6-2022 7.2.2.3		2025-11-06
		4	水平视角	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 A		2025-11-06
				计算机显示器能源效率标识计量检测规则 JJF1261.6-2022 7.2.2.5		2025-11-06
		5	固有分辨率	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 A		2025-11-06
				计算机显示器能源效率标识计量检测规则 JJF1261.6-2022 7.2.2.6		2025-11-06
		6	色域	显示器能效限定值及能效等级 GB 21520-2023 附录 A		2025-11-06
				计算机显示器能源效率标识计量检测规则 JJF1261.6-2022 7.2.2.7		2025-11-06
		7	外部电源平均效率	计算机显示器能源效率标识计量检测规则 JJF1261.6-2022 7.2.2.8		2025-11-06
		8	外部电源空载效率	计算机显示器能源效率标识计量检测规则 JJF1261.6-2022 7.2.2.8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
4	平板电视	1	被动待机功率	平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 GB 24850-2020 附录 B		2025-11-06
				平板电视能源效率计量检测规则 JJF 1261.7-2017 7.2.2.3		2025-11-06
		2	能源效率	平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 GB 24850-2020 附录 A		2025-11-06
				平板电视能源效率计量检测规则 JJF 1261.7-2017 7.2.2.2		2025-11-06
5	有机发光二极管（OLED）面板	1	外形尺寸	普通照明用有机发光二极管（OLED）面板性能要求 GB/T39930-2021 7.1		2025-11-06
		2	光通量	普通照明用有机发光二极管（OLED）面板性能要求 GB/T39930-2021 7.3.1		2025-11-06
		3	光效	普通照明用有机发光二极管（OLED）面板性能要求 GB/T39930-2021 7.3.2		2025-11-06
		4	颜色特性	普通照明用有机发光二极管（OLED）面板性能要求 GB/T39930-2021 7.3.3		2025-11-06
		5	显色指数	普通照明用有机发光二极管（OLED）面板性能要求 GB/T39930-2021 7.3.4		2025-11-06
		6	平均亮度	普通照明用有机发光二极管（OLED）面板性能要求 GB/T39930-2021 7.3.5		2025-11-06
		7	亮度均匀性	普通照明用有机发光二极管（OLED）面板性能要求 GB/T39930-2021 7.3.6		2025-11-06
6	微型计算机	1	典型能源消耗	微型计算机能效限定值及能效等级 GB 28380-2012 附录 A		2025-11-06
				微型计算机能源效率计量检测规则 JJF 1261.12-2017 7.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	关闭状态功耗	微型计算机能效限定值及能效等级 GB 28380-2012 附录 A		2025-11-06
				微型计算机能源效率计量检测规则 JJF 1261.12-2017 7.2		2025-11-06
		3	睡眠状态功耗	微型计算机能效限定值及能效等级 GB 28380-2012 附录 A		2025-11-06
				微型计算机能源效率计量检测规则 JJF 1261.12-2017 7.2		2025-11-06
		4	空闲状态功耗	微型计算机能效限定值及能效等级 GB 28380-2012 附录 A		2025-11-06
				微型计算机能源效率计量检测规则 JJF 1261.12-2017 7.2		2025-11-06
7	音视频、信息技术和通信技术设备	1	保护连接系统的电阻	音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求 GB 4943.1-2022 5.6.6		2025-11-06
		2	抗电强度试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求 GB 4943.1-2022 5.4.9	≤5kV	2025-11-06
8	汽车驾驶培训模拟器	1	外观、标识及电路	汽车驾驶培训模拟器 JT/T 378-2022 8.1.1		2025-11-06
		2	绝缘电阻	汽车驾驶培训模拟器 JT/T 378-2022 8.3.1		2025-11-06
		3	抗电强度	汽车驾驶培训模拟器 JT/T 378-2022 8.3.2		2025-11-06
		4	驾驶座舱系统	汽车驾驶培训模拟器 JT/T 378-2022 8.1.2,、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6		2025-11-06
		5	驾驶视景系统	汽车驾驶培训模拟器 JT/T 378-2022 8.1.3、8.3.7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	动感模拟装置及模拟动感功能	汽车驾驶培训模拟器 JT/T 378-2022 8.2.2、8.3.8		2025-11-06
		7	辅助训练智能组件	汽车驾驶培训模拟器 JT/T 378-2022 8.2.2		2025-11-06
		8	驾驶操作功能	汽车驾驶培训模拟器 JT/T 378-2022 8.2.2		2025-11-06
		9	驾驶视景功能	汽车驾驶培训模拟器 JT/T 378-2022 8.2.2		2025-11-06
		10	教学课程	汽车驾驶培训模拟器 JT/T 378-2022 8.2.3		2025-11-06
		11	培训过程信息采集传输与评价	汽车驾驶培训模拟器 JT/T 378-2022 8.2.2		2025-11-06
9	汽车 GPS 导航系统	1	高温工作	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.4.1	只测常温～150℃（2.56m³），常温～70℃（13.5m³）	2025-11-06
		2	高温贮存	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.4.2	只测常温～150℃（2.56m³），常温～70℃（13.5m³）	2025-11-06
		3	低温工作	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.4.3	只测-70℃～常温（1m³），-40℃～常温（13.5m³）	2025-11-06
		4	低温贮存	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.4.4	只测-70℃～常温（1m³），-40℃～常温（13.5m³）	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	振动	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.4.5		2025-11-06
		6	冲击	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.4.6		2025-11-06
		7	湿热	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.4.8	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		8	包装检验	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.8		2025-11-06
		9	辐射骚扰场强	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.7.1		2025-11-06
		10	传导骚扰	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.7.2		2025-11-06
		11	静电放电抗扰度	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.7.3		2025-11-06
		12	辐射抗扰度	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.7.4		2025-11-06
		13	电源线电瞬态传导	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.7.5		2025-11-06
		14	信号线电瞬态传导	车载卫星导航设备通用规范 GB/T 19392-2013 5.7.6		2025-11-06
0412 充换电产品						
1	电动汽车交流充电桩	1	一般检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.2		2025-11-06
		2	功能试验	电动汽车交流充电桩电能计量 GB/T 28569-2024 5	ACV<=480 V;ACI<=100 A;不做电磁兼容试验和气候环境影响	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					试验	
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.3	ACV<=480 V; ACI<=100 A	2025-11-06
		3	安全要求试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.4	ACV<=480 V; ACI<=100 A	2025-11-06
		4	充电模式和连接方式检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.5		2025-11-06
		5	电缆管理及贮存检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.6		2025-11-06
		6	温升试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.7	ACV<=480 V; ACI<=100 A	2025-11-06
		7	电击防护试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.9	ACV<=480 V; ACI<=100 A	2025-11-06
		8	电气间隙和爬电距离试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.10		2025-11-06
		9	绝缘性能试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.11		2025-11-06
		10	接地试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.12		2025-11-06
		11	待机功耗试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.13		2025-11-06
		12	控制导引试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.14	不做车端电阻最值测试;ACV<=480 V; ACI<=100 A	2025-11-06
		13	互操作性试验	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电	ACV<=480 V;	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				设备 GB/T 34657.1-2017 6.4	ACI<=100 A	
2	电动汽车直流充电机	1	一般检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.2		2025-11-06
		2	功能试验	电动汽车非车载充电机电能计量 GB/T 29318-2024 5	DCV:±(10mV～1150V);DCI: ±(1mA～600A);DCIu:±(0.75mV～4.4V);不做电磁兼容试验和气候环境影响试验	2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.3	DCV:±(10mV～1150V);DCI: ±(1mA～600A);DCIu:±(0.75mV～4.4V)	2025-11-06
		3	安全要求试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4	DCV<=1000 V;DCA<=250 A;ACV<=50 A,ACA<=1000 V	2025-11-06
		4	充电模式和连接方式检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.5		2025-11-06
		5	充电连接装置及电缆检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.6		2025-11-06
		6	电气隔离检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				机 NB/T 33008.1-2018 5.7		
		7	电击防护试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.8		2025-11-06
				电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7		2025-11-06
		8	电气间隙和爬电距离试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.9		2025-11-06
		9	绝缘性能试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.10		2025-11-06
		10	接地试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.11		2025-11-06
		11	充电输出试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12	DCV<=1000 V;DCA<=250 A	2025-11-06
		12	待机功耗试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.13		2025-11-06
		13	协议一致性试验	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T 34658-2017 7	DCV<=1000 V;DCA<=250 A	2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.14	DCV<=1000 V;DCA<=250 A	2025-11-06
		14	控制导引试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.15	DCV<=1000 V;DCA<=250 A	2025-11-06
		15	温升试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.17	DCV<=1000 V;DCA<=250 A	2025-11-06
		16	互操作性试验	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017 6.3	DCV<=1000 V;DCA<=250 A	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
3	电动汽车非车载传导式充电机	1	低温试验	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.19.1	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³),	2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.23	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³),	2025-11-06
		2	高温试验	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.19.2	只测常温～150℃(1m³), 常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.24	只测常温～150℃(1m³), 常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
		3	湿热试验	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.19.3	只测常温～150℃(1m³), 常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.25	只测常温～150℃(1m³), 常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
		4	防尘试验	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.3	≤2m³	2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.20.1	≤2m³	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	防水试验	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.3	高度<1.5m	2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.20.2	高度<1.5m	2025-11-06
		6	温升试验	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.4		2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.17		2025-11-06
		7	电击防护试验	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.5.2		2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.8		2025-11-06
		8	绝缘电阻试验	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.6.1		2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.10.1		2025-11-06
		9	工频耐压试验	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.6.2		2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.10.2		2025-11-06
		10	冲击耐压试验	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.6.3		2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.10.3		2025-11-06
		11	抗扰度要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.5		2025-11-06
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-11-06
		12	发射要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20.6		2025-11-06
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26.6		2025-11-06
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7		2025-11-06
0415 绝缘物质和绝缘体						
1	塑料及零部件	1	紫外辐射	塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022 7		2025-11-06
				塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯 ISO 4892-3 (Edition 5)：2024 7		2025-11-06
0416 低压电器						
1	电气继电器	1	电磁兼容	量度继电器和保护装置第1部分：通用要求 GB/T 14598.2-2025 6.15		2025-11-06
				量度继电器和保护装置第1部分：通用要求 IEC 60255-1(Edition 2.0):2022 6.15		2025-11-06
		2	运行状态下的高温试验	量度继电器和保护装置第1部分：通用要求 GB/T 14598.2-2025 6.12.3.1	只测常温～150℃ ($2.56m^3$)，常温～70℃ ($13.5m^3$)	2025-11-06
				量度继电器和保护装置第1部分：通用要求 IEC 60255-1(Edition 2.0):2022 6.12.3.1	只测常温～150℃ ($2.56m^3$)，常温～	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					70℃(13.5m³)	
		3	运行状态下的低温试验	量度继电器和保护装置第1部分：通用要求 GB/T 14598.2-2025 6.12.3.2	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				量度继电器和保护装置第1部分：通用要求 IEC 60255-1(Edition 2.0):2022 6.12.3.2	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		4	贮存条件下的高温试验	量度继电器和保护装置第1部分：通用要求 GB/T 14598.2-2025 6.12.3.3	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
				量度继电器和保护装置第1部分：通用要求 IEC 60255-1(Edition 2.0):2022 6.12.3.3	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
		5	贮存调价下的低温试验	量度继电器和保护装置第1部分：通用要求 GB/T 14598.2-2025 6.12.3.4	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				量度继电器和保护装置第1部分：通用要求 IEC 60255-1(Edition 2.0):2022 6.12.3.4	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		6	温度变化试验	量度继电器和保护装置第1部分：通用要求 GB/T 14598.2-2025 6.12.3.5	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m3)	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				量度继电器和保护装置第 1 部分：通用要求 IEC 60255-1(Edition 2.0):2022 6.12.3.5	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³);只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m3)	2025-11-06
		7	恒定湿热试验	量度继电器和保护装置第 1 部分：通用要求 GB/T 14598.2-2025 6.12.3.6	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
				量度继电器和保护装置第 1 部分：通用要求 IEC 60255-1(Edition 2.0):2022 6.12.3.6	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		8	交变湿热试验	量度继电器和保护装置第 1 部分：通用要求 GB/T 14598.2-2025 6.12.3.7	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
				量度继电器和保护装置第 1 部分：通用要求 IEC 60255-1(Edition 2.0):2022 6.12.3.7	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		9	振动响应和耐久（正弦）	量度继电器和保护装置第 1 部分：通用要求 GB/T 14598.2-2025 6.13.1		2025-11-06
				量度继电器和保护装置第 1 部分：通用要求 IEC 60255-1(Edition 2.0):2022 6.13.1		2025-11-06
				电气继电器 第 21 部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第 1 篇：振动试验（正弦） GB/T 11287-2000 4		2025-11-06
		10	冲击响应、冲击耐受和碰撞	量度继电器和保护装置第 1 部分：通用要求 GB/T 14598.2-2025 6.13.2		2025-11-06
				量度继电器和保护装置第 1 部分：通用要求 IEC 60255-1(Edition 2.0):2022 6.13.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T 14537-1993 4		2025-11-06
		11	绝缘电阻的测量	电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 GB/T 14598.3-2006 6.2.2		2025-11-06
		12	介质试验（交流电源频率高压试验）	电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 GB/T 14598.3-2006 6.1.4		2025-11-06
		13	冲击电压耐受试验	电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验 GB/T 14598.3-2006 6.1.3		2025-11-06
		14	辐射发射	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.1.2		2025-11-06
				量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.2.2		2025-11-06
		15	传导发射	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.1.3		2025-11-06
				量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.2.3		2025-11-06
		16	静电放电	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.2.3		2025-11-06
				量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.3.2		2025-11-06
		17	辐射电磁场骚扰	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.2.4		2025-11-06
				量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.3.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		18	电快速瞬变脉冲群抗扰度	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.2.5		2025-11-06
				量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.3.4		2025-11-06
		19	慢速阻尼振荡波	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.2.6		2025-11-06
				量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.3.5		2025-11-06
		20	浪涌抗扰度	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.2.7		2025-11-06
				量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.3.6		2025-11-06
		21	射频场感应的传导骚扰的抗扰度	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.2.8		2025-11-06
				量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.3.7		2025-11-06
		22	工频磁场抗扰度试验	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.2.10		2025-11-06
				量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.3.9		2025-11-06
		23	电源电压暂降和电压中断试验	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.2.11		2025-11-06
				量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.3.10		2025-11-06
		24	直流电源电压的电压纹波试	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.2.12		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			验	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.3.11		2025-11-06
		25	缓降和缓升试验	量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 GB/T 14598.26-2015 7.2.13	只测电压(0~48)V	2025-11-06
				量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 IEC 60255-26(Edition 4.0):2023 7.3.12	只测电压(0~48)V	2025-11-06
2	低压开关设备和控制设备	1	特殊试验-湿热、盐雾、振动和冲击	低压开关设备和控制设备第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） GB/T 14048.4-2020 9.1.5.2	只测50%RH～95%RH；只测≤0.5m³	2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） IEC 60947-4-1:2023 9.1.5.2	只测50%RH～95%RH；只测≤0.5m³	2025-11-06
		2	温升试验	低压开关设备和控制设备第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） GB/T 14048.4-2020 9.3.3.3		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） IEC 60947-4-1:2023 9.3.3.3		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 GB/T 14048.11-2024 9.2.3.5		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 IEC 60947-6-1(Edition 3.0)：2021 9.2.3.5		2025-11-06
		3	介电性能	低压开关设备和控制设备第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） GB/T 14048.4-2020 9.3.3.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） IEC 60947-4-1:2023 9.3.3.4		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器 GB/T 14048.11-2024 9.2.3.6		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器 IEC 60947-6-1(Edition 3.0)：2021 9.2.3.6		2025-11-06
		4	静电放电抗扰度试验	低压开关设备和控制设备第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） GB/T 14048.4-2020 9.4.2.2		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） IEC 60947-4-1:2023 9.4.2.3		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器 GB/T 14048.11-2024 9.2.8.2.2		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器 IEC 60947-6-1(Edition 3.0)：2021 9.2.8.2.2		2025-11-06
		5	射频电磁场辐射抗扰度试验	低压开关设备和控制设备第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） GB/T 14048.4-2020 9.4.2.3		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） IEC 60947-4-1:2023 9.4.2.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 GB/T 14048.11-2024 9.2.8.2.3		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 IEC 60947-6-1(Edition 3.0)：2021 9.2.8.2.3		2025-11-06
		6	电快速脉冲群抗扰度试验	低压开关设备和控制设备第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） GB/T 14048.4-2020 9.4.2.5		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） IEC 60947-4-1:2023 9.4.2.6		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 GB/T 14048.11-2024 9.2.8.2.4		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 IEC 60947-6-1(Edition 3.0)：2021 9.2.8.2.4		2025-11-06
		7	浪涌抗扰度试验	低压开关设备和控制设备第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） GB/T 14048.4-2020 9.4.2.6		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） IEC 60947-4-1:2023 9.4.2.7		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 GB/T 14048.11-2024 9.2.8.2.5		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 IEC 60947-6-1(Edition 3.0)：2021		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				9.2.8.2.5		
		8	射频传导抗扰度试验	低压开关设备和控制设备第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） GB/T 14048.4-2020 9.4.2.4		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） IEC 60947-4-1:2023 9.4.2.5		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器 GB/T 14048.11-2024 9.2.8.2.3		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器 IEC 60947-6-1(Edition 3.0)：2021 9.2.8.2.3		2025-11-06
		9	传导发射	低压开关设备和控制设备第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） GB/T 14048.4-2020 9.4.3.1		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） IEC 60947-4-1:2023 9.4.3.1		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器 GB/T 14048.11-2024 9.2.8.3.2		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器 IEC 60947-6-1(Edition 3.0)：2021 9.2.8.3.2		2025-11-06
		10	辐射发射	低压开关设备和控制设备第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书附件 认可证书专用章 在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				器） GB/T 14048.4-2020 9.4.3.2		
				低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） IEC 60947-4-1:2023 9.4.3.2		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 GB/T 14048.11-2024 9.2.8.3.3		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 IEC 60947-6-1(Edition 3.0)：2021 9.2.8.3.3		2025-11-06
		11	电压暂降和短时中断	低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 GB/T 14048.11-2024 9.2.8.2.7		2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 IEC 60947-6-1(Edition 3.0)：2021 9.2.8.2.7		2025-11-06
		12	电源谐波	低压开关设备和控制设备第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） GB/T 14048.4-2020 9.4.2.7	不测三相供电设备	2025-11-06
				低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） IEC 60947-4-1:2023 9.4.2.10	不测三相供电设备	2025-11-06
3	继电保护和安全自动装置	1	功率消耗	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 8		2025-11-06
		2	温升	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 9		2025-11-06
		3	最高运行温度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016	只测常温～150℃	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				10.1.1	(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	
		4	最低运行温度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 10.1.2	只测-70℃～常温(1m³)，-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		5	最高贮存温度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 10.2.1	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
		6	最低贮存温度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 10.2.2	只测-70℃～常温(1m³)，-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		7	温度变化试验	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 10.3	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³)，-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		8	交变湿热试验	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 10.5	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		9	恒定湿热试验	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 10.4	只测 50%RH～95%RH	2025-11-06
		10	振动试验	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 12.1		2025-11-06
		11	冲击与碰撞试验	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 12.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	绝缘电阻测量	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 13.1		2025-11-06
		13	介质强度试验	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 13.2		2025-11-06
		14	冲击电压试验	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 13.3		2025-11-06
		15	静电放电抗扰度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 14.3.3		2025-11-06
		16	辐射电磁场抗扰度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 14.3.4		2025-11-06
		17	电快速瞬变脉冲群抗扰度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 14.3.5		2025-11-06
		18	慢速阻尼振荡波抗扰度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 14.3.6		2025-11-06
		19	浪涌(冲击)抗扰度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 14.3.7		2025-11-06
		20	射频场感应的传导抗扰度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 14.3.8		2025-11-06
		21	工频频率抗扰度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 14.3.9		2025-11-06
		22	工频磁场抗扰度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 14.3.10		2025-11-06
		23	脉冲磁场抗扰度	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 14.3.11		2025-11-06
		24	电磁发射	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 14.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		25	结构及外观检查	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 5		2025-11-06
		26	电源影响试验	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 11		2025-11-06
		27	安全试验	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 17		2025-11-06
		28	装置功能试验	继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016 19		2025-11-06
0419 安全技术防范产品						
1	闯红灯自动记录系统	1	系统功能性检测	闯红灯自动记录系统验收技术规范 GA/T 870-2017 5.1	不检 5.1.5 驾驶员面部特征记录功能和 5.1.6 扩展功能	2025-11-06
0421 光伏产 品						
1	太阳电池的光伏电流-电压特性	1	短路电流	光伏器件 第 1 部分：光伏电流-电压特性的测量 GB/T 6495.1-1996 4		2025-11-06
				光伏器件 第 1 部分：光伏电流测量－电压特性 IEC 60904-1-2020 4, 5, 6, 7		2025-11-06
		2	开路电压	光伏器件 第 1 部分：光伏电流-电压特性的测量 GB/T 6495.1-1996 4		2025-11-06
				光伏器件 第 1 部分：光伏电流测量－电压特性 IEC 60904-1-2020 4, 5, 6, 7		2025-11-06
		3	最大功率	光伏器件 第 1 部分：光伏电流-电压特性的测量 GB/T 6495.1-1996 4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				光伏器件 第1部分：光伏电流测量—电压特性 IEC 60904-1-2020 4，5，6，7		2025-11-06
0422 输变配电力设备及电力器材						
1	电容验电器	1	外观检查	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.4.1	目测	2025-11-06
		2	启动电压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.4.3.1	只测电压220kV及以下	2025-11-06
				高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3.1	只测电压220kV及以下	2025-11-06
				电容型验电器 DL/T 740-2014 6.2.1.2	只测电压220kV及以下	2025-11-06
		3	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.1.3	只测电压220kV及以下	2025-11-06
				高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3.1	只测电压220kV及以下	2025-11-06
2	绝缘杆	1	外观检查	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.1.1	目测	2025-11-06
		2	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.1.3	只测电压220kV及以下	2025-11-06
				高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3.1	只测电压220kV及以下	2025-11-06
3	核相器	1	外观检查	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.5.1	目测	2025-11-06
		2	动作电压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.5.3.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3.1		2025-11-06
		3	操作杆工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.5.3.2	只测电压220kV及以下	2025-11-06
				高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3.1	只测电压220kV及以下	2025-11-06
		4	连接导线绝缘强度试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.5.3.3		2025-11-06
				高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3.1	只测电压220kV及以下	2025-11-06
		5	电阻管泄漏电流试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.5.3.4		2025-11-06
4	绝缘罩	1	外观检查	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.6.1	目测	2025-11-06
		2	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.6.3	只测电压100kV及以下	2025-11-06
				高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3.1	只测电压100kV及以下	2025-11-06
5	辅助型绝缘胶垫	1	外观检查	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.3.3.1	目测	2025-11-06
		2	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.3.3.3		2025-11-06
				高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3.1		2025-11-06
6	辅助型绝缘靴（鞋）	1	外观检查	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.3.2.1	目测	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	工频耐压及泄漏电流试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.3.2.3		2025-11-06
		3	电性能	足部防护 安全鞋 GB 21148-2020 6.4.3		2025-11-06
7	辅助型绝缘手套	1	外观检查	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.3.1.1	目测	2025-11-06
		2	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.3.1.3		2025-11-06
				高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3.1		2025-11-06
8	个人保安线	1	外观检查	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.1.9.1	目测	2025-11-06
		2	成组直流电阻试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.1.9.3.1	电流：(1～60)A 电压：(1mV～10V) 电阻：(0.1～200)mΩ	2025-11-06
		3	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.1.9.3.2		2025-11-06
				高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3.1		2025-11-06
9	携带型短路接地线	1	外观检查	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.3.1	目测	2025-11-06
		2	线缆成组直流电阻试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.3.3	电流：(1～60)A 电压：(1mV～10V)	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					电阻：(0.1～200)mΩ	
		3	接地操作杆工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2023 5.2.3.3	只测电压 220kV 及以下	2025-11-06
				高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3.1	只测电压 220kV 及以下	2025-11-06
10	自耦变压器	1	空载输出电压	电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第14部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB19212.14-2012 12	只测1100V及以下	2025-11-06
11	带电作业用绝缘手套	1	电气试验	高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 GB/T 16927.1-2011 6.3		2025-11-06
				带电作业用绝缘手套 GB/T 17622-2008 6.4		2025-11-06
				带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017 7.1		2025-11-06
12	变电设备在线监测装置	1	低温试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.6.1	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.7.1	只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		2	高温试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.6.2	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T	只测常温～150℃	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				1498.1-2016 6.7.2	(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)	
		3	恒定湿热试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.6.3	只测50%RH～95%RH	2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.7.3	只测50%RH～95%RH	2025-11-06
		4	交变湿热试验	变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.7.4	只测50%RH～95%RH	2025-11-06
		5	温度变化试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.6.4	只测常温～150℃(2.56m³)，常温～70℃(13.5m³)；只测-70℃～常温(1m³),-40℃～常温(13.5m³)	2025-11-06
		6	绝缘电阻试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.7.1		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.5.1		2025-11-06
		7	介质强度试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.7.2		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.5.2		2025-11-06
		8	冲击电压试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.7.3		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.5.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	振动试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.9.1		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.8.1		2025-11-06
		10	冲击试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.9.2		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.8.2		2025-11-06
		11	碰撞试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.9.3		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.8.3		2025-11-06
		12	防尘试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.10.1		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.9.1		2025-11-06
		13	防水试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.10.2		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.9.2		2025-11-06
		14	结构和外观检查	变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.2		2025-11-06
		15	连续通电试验	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.11		2025-11-06
		16	静电放电抗扰度	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				变电设备在线监测装置通用技术规范 Q/GDW 535-2015 6.5		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.6.1		2025-11-06
		17	射频辐射电磁场抗扰度	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.8		2025-11-06
				变电设备在线监测装置通用技术规范 Q/GDW 535-2010 6.5		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.6.2		2025-11-06
		18	电快速瞬变脉冲群抗扰度	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.8		2025-11-06
				变电设备在线监测装置通用技术规范 Q/GDW 535-2010 6.5		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.6.3		2025-11-06
		19	浪涌（冲击）抗扰度	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.8		2025-11-06
				变电设备在线监测装置通用技术规范 Q/GDW 535-2010 6.5		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.6.4		2025-11-06
		20	射频场感应的传导骚扰抗扰度	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.8		2025-11-06
				变电设备在线监测装置通用技术规范 Q/GDW 535-2010 6.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.6.5		2025-11-06
		21	工频磁场抗扰度	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.8		2025-11-06
				变电设备在线监测装置通用技术规范 Q/GDW 535-2010 6.5		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.6.6		2025-11-06
		22	脉冲磁场抗扰度	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.8		2025-11-06
				变电设备在线监测装置通用技术规范 Q/GDW 535-2010 6.5		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.6.7		2025-11-06
		23	阻尼振荡波抗扰度	变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.8		2025-11-06
				变电设备在线监测装置通用技术规范 Q/GDW 535-2010 6.5		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.6.8		2025-11-06
		24	电压暂降和短时中断	变电设备在线监测装置通用技术规范 Q/GDW 535-2010 6.5		2025-11-06
				变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范 Q/GDW 540.1-2010 4.8		2025-11-06
				变电设备在线监测装置技术规范 第1部分:通则 DL/T 1498.1-2016 6.6.9		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
13	电能质量监测设备	1	基本功能	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.2		2025-11-06
		2	电源电压	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.4.1		2025-11-06
		3	信号回路功耗试验	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.4.2		2025-11-06
		4	高温影响	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.5.1	只测常温～150℃($1m^3$)，常温～70℃($13.5m^3$)	2025-11-06
		5	低温影响	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.5.2	只测-70℃～常温($1m^3$),-40℃～常温($13.5m^3$)	2025-11-06
		6	交变湿热	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.5.3	只测常温～150℃($1m^3$)，常温～70℃($13.5m^3$)	2025-11-06
		7	防护等级	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.6.1		2025-11-06
		8	振动试验	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.6.2		2025-11-06
		9	机械冲击试验	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.6.3		2025-11-06
		10	绝缘电阻试验	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.7.1		2025-11-06
		11	冲击电压试验	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.7.2		2025-11-06
		12	工频耐压试验	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.7.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.8.1		2025-11-06
		14	辐射电磁场抗扰度	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.8.2		2025-11-06
		15	静电放电抗扰度	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.8.3		2025-11-06
		16	浪涌试验	电能质量监测设备通用要求 GB/T 19862-2016 6.8.4		2025-11-06
0425 燃气烹调和加热设备产品及其专用零件						
1	燃气采暖热水炉	1	热效率	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值和能效等级 GB20665-2015 5.3		2025-11-06
				家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率标识计量检测规则 JJF 1261.9-2022 7.2.2		2025-11-06
		2	额定热负荷	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值和能效等级 GB20665-2015 5.3		2025-11-06
				家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率标识计量检测规则 JJF 1261.9-2022 7.2.2		2025-11-06
2	家用燃气灶具	1	热效率	家用燃气灶具能效限定值及能效等级 GB 30720-2014 5.3		2025-11-06
				家用燃气灶具能源效率计量检测规则 JJF 1261.26-2018 7.2.2		2025-11-06
		2	额定热负荷	家用燃气灶具能源效率计量检测规则 JJF 1261.26-2018 7.2.2		2025-11-06
3	冷凝式家用燃气快速热水器	1	热效率	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值和能效等级 GB20665-2015 5.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				冷凝式家用燃气快速热水器 CJ/T336-2010 7.16		2025-11-06
		2	热输入	冷凝式家用燃气快速热水器 CJ/T336-2010 7.4		2025-11-06
4	家用燃气快速热水器	1	热效率	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值和能效等级 GB20665-2015 5.1		2025-11-06
				家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率标识计量检测规则 JJF 1261.9-2022 7.2.2		2025-11-06
		2	额定热负荷	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值和能效等级 GB20665-2015 5.1		2025-11-06
				家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率标识计量检测规则 JJF 1261.9-2022 7.2.2		2025-11-06
0429 工业用抗静电物质						
1	本安型人体静电消除器	1	外观检查	本安型人体静电消除器 SY/T 7354-2017 3.2	目测	2025-11-06
		2	触摸体表面与金属支撑体间电阻值测试	本安型人体静电消除器 SY/T 7354-2017 3.3.1		2025-11-06
		3	电荷转移量测试	本安型人体静电消除器 SY/T 7354-2017 3.3.2		2025-11-06
		4	接地电阻测试	本安型人体静电消除器 SY/T 7354-2017 4.2		2025-11-06
0434 无人驾驶航空器						
1	民用轻小型无人机系统	1	辐射发射	民用轻小型无人机系统 GB/T 38909-2020 5.1		2025-11-06
		2	传导发射	民用轻小型无人机系统 GB/T 38909-2020 5.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	工频磁场	民用轻小型无人机系统 GB/T 38909-2020 6.2		2025-11-06
		4	辐射抗扰度	民用轻小型无人机系统 GB/T 38909-2020 6.3		2025-11-06
		5	静电放电抗扰度	民用轻小型无人机系统 GB/T 38909-2020 6.4		2025-11-06
		6	传导抗扰度	民用轻小型无人机系统 GB/T 38909-2020 6.5		2025-11-06
		7	电快速瞬变脉冲群抗扰度	民用轻小型无人机系统 GB/T 38909-2020 6.6		2025-11-06
		8	浪涌（冲击）抗扰度	民用轻小型无人机系统 GB/T 38909-2020 6.7		2025-11-06
		9	电压暂降和短时中断抗扰度	民用轻小型无人机系统 GB/T 38909-2020 6.8		2025-11-06
		10	低温试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第 2 部分：低温试验 GB/T 38924.2-2020 6~8		2025-11-06
		11	高温试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第 3 部分：高温试验 GB/T 38924.3-2020 6~8		2025-11-06
		12	温度和高度试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第 4 部分：温度和高度试验 GB/T 38924.4-2020 6~8		2025-11-06
		13	冲击试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第 5 部分：冲击试验 GB/T 38924.5-2020 5~7		2025-11-06
		14	振动试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第 6 部分：振动试验 GB/T 38924.6-2020 5~7		2025-11-06
		15	湿热试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第 7 部分：湿热试验 GB/T 38924.7-2020 5~7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	盐雾试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第8部分：盐雾试验 GB/T 38924.8-2020 5~7		2025-11-06
		17	防水性试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第9部分：防水性试验 GB/T 38924.9-2020 6~8		2025-11-06
		18	砂尘试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第10部分：砂尘试验 GB/T 38924.10-2020 6~8		2025-11-06
05 日用消费品						
0505 眼镜						
1	单光和多焦点眼镜镜片	1	镜片顶焦度	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005 5.1.2.1		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.1		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第1部分：单焦点和多焦点镜片规范 ISO 8980-1:2017 5.2.1,5.2.2		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.1		2025-11-06
		2	柱镜轴位方向	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005 5.1.2.2		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.1		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第1部分：单焦点和多焦点镜片规范 ISO 8980-1:2017 5.2.3		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	多焦点镜片的附加顶焦度	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005 5.1.3		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.1		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第1部分：单焦点和多焦点镜片规范 ISO 8980-1:2017 5.2.4		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.3		2025-11-06
		4	光学中心和棱镜度	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005 5.1.4		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.1		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第1部分：单焦点和多焦点镜片规范 ISO 8980-1:2017 5.2.5		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.4		2025-11-06
		5	镜度基底取向	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005 5.1.5		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.1		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第1部分：单焦点和多焦点镜片规范 ISO 8980-1:2017 5.2.6		2025-11-06
		6	基弧	处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	局部变形	处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.6		2025-11-06
		8	材料和表面质量	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005 5.1.6		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.1		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第1部分：单焦点和多焦点镜片规范 ISO 8980-1:2017 Annex A		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.2		2025-11-06
		9	镜片尺寸	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005 5.2.1		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.1		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第1部分：单焦点和多焦点镜片规范 ISO 8980-1:2017 5.3.1		2025-11-06
		10	厚度	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005 5.2.2		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第1部分：单焦点和多焦点镜片规范 ISO 8980-1:2017 5.3.1		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.3		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.3		2025-11-06
		11	多焦点镜片的子镜片尺寸	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				5.2.3		
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第1部分：单焦点和多焦点镜片规范 ISO 8980-1:2017 5.3.2		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.4		2025-11-06
		12	眼镜类的透射比要求	眼镜镜片 第3部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.2		2025-11-06
				眼镜镜片 第3部分：透射比规范和测量方法 ISO 8980-3：2022 6.2		2025-11-06
				眼镜镜片基础要求 ISO 14889：2013/AMD1:2017 4.5		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 7		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.4.1		2025-11-06
		13	太阳镜类的透射比要求	眼镜镜片 第3部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.3		2025-11-06
		14	驾驶用镜类的透射比要求以及对交通信号的识别	眼镜镜片 第3部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.4		2025-11-06
				眼镜镜片 第3部分：透射比规范和测量方法 ISO 8980-3：2022 6.3		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.4.2.1		2025-11-06
		15	特殊镜片的透射比要求	眼镜镜片 第3部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.5		2025-11-06
				眼镜镜片 第3部分：透射比规范和测量方法 ISO 8980-3：2022 6.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.4.2.2,5.4.2.3,5.4.2.4		2025-11-06
		16	蓝光性能	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.4.2.5		2025-11-06
		17	耐磨性	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.3		2025-11-06
				眼镜镜片 第5部分：镜片表面耐磨要求 GB 10810.5-2012 4		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.5		2025-11-06
		18	折射率	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.5		2025-11-06
		19	色散系数	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.6		2025-11-06
		20	耐光辐照	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.7		2025-11-06
				眼镜镜片 第3部分：透射比规范和测量方法 ISO 8980-3：2022 6.5		2025-11-06
		21	阻燃性	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.8		2025-11-06
				眼镜镜片基础要求 ISO 14889：2013/AMD1:2017 4.3		2025-11-06
		22	抗冲击性能	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.9		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.1		2025-11-06
		23	光反射比和平均反射比	眼镜镜片 第4部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.1		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼镜镜片第 4 部分：抗反射膜要求和测量方法 ISO 8980-4：2006 4.2		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.6.1		2025-11-06
		24	膜层均匀性	眼镜镜片 第 4 部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.2		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		25	膜层耐磨性	眼镜镜片 第 4 部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.3		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		26	外观	眼镜镜片 第 4 部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.4		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		27	盐水试验	眼镜镜片 第 4 部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.5		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		28	低温试验	眼镜镜片 第 4 部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.6		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		29	高温试验	眼镜镜片 第 4 部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.7		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		30	膜层附着度试验	眼镜镜片 第 4 部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.8		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		31	镀膜区域使用尺寸	眼镜镜片 第 4 部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.9		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
				眼镜镜片第 4 部分：抗反射膜要求和测量方法 ISO 8980-4：2006 4.3		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.6.2		2025-11-06
		32	耐用性能	眼镜镜片第 4 部分：抗反射膜要求和测量方法 ISO 8980-4：2006 4.4		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.6.3		2025-11-06
		33	偏振轴位	处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.7		2025-11-06
		34	标志	眼镜镜片 第 1 部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005 7		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 7		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第 1 部分：单焦点和多焦点镜片规范 ISO 8980-1:2017 7		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 9,10		2025-11-06
				眼镜镜片 第 3 部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼镜镜片基础要求 ISO 14889：2013/AMD1:2017 6		2025-11-06
2	渐变焦眼镜镜片	1	镜片顶焦度	眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片 GB 10810.2-2006 4.2.2.1		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.2		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第2部分：变焦眼镜片规范 ISO 8980-2:2017 5.2.1,5.2.2		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.1		2025-11-06
		2	柱镜轴位方向	眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片 GB 10810.2-2006 4.2.2.2		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.2		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第2部分：变焦眼镜片规范 ISO 8980-2:2017 5.2.3		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.2		2025-11-06
		3	附加顶焦度	眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片 GB 10810.2-2006 4.2.3		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.2		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第2部分：变焦眼镜片规范 ISO 8980-2:2017 5.2.4		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.3		2025-11-06
		4	光学中心和棱镜度	眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片 GB 10810.2-2006 4.2.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.2		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第 2 部分：变焦眼镜片规范 ISO 8980-2:2017 5.2.5		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.4		2025-11-06
		5	镜度基底取向	眼镜镜片 第 2 部分：渐变焦镜片 GB 10810.2-2006 4.2.5		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.2		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第 2 部分：变焦眼镜片规范 ISO 8980-2:2017 5.2.6		2025-11-06
		6	基弧	处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.5		2025-11-06
		7	局部变形	处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 5.1.6		2025-11-06
		8	材料和表面质量	眼镜镜片 第 2 部分：渐变焦镜片 GB 10810.2-2006 4.4		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.2		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第 2 部分：变焦眼镜片规范 ISO 8980-2:2017 6.6		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.2		2025-11-06
		9	镜片尺寸	眼镜镜片 第 2 部分：渐变焦镜片 GB 10810.2-2006 4.3.1		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第 2 部分：变焦眼镜片规范 ISO 8980-2:2017 5.3		2025-11-06
		10	厚度	眼镜镜片 第 2 部分：渐变焦镜片 GB 10810.2-2006 4.3.2		2025-11-06
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第 2 部分：变焦眼镜片规范 ISO 8980-2:2017 5.3		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.3		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.1.3		2025-11-06
		11	眼镜类的透射比要求	眼镜镜片 第 3 部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.2		2025-11-06
				眼镜镜片 第 3 部分：透射比规范和测量方法 ISO 8980-3：2022 6.2		2025-11-06
				眼镜镜片基础要求 ISO 14889：2013/AMD1:2017 4.5		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 7		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.4.1		2025-11-06
		12	太阳镜类的透射比要求	眼镜镜片 第 3 部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.3		2025-11-06
		13	驾驶用镜类的透射比要求以及对交通信号的识别	眼镜镜片 第 3 部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.4		2025-11-06
				眼镜镜片 第 3 部分：透射比规范和测量方法 ISO 8980-3：2022 6.3		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.4.2.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	特殊镜片的透射比要求	眼镜镜片 第3部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.5		2025-11-06
				眼镜镜片 第3部分：透射比规范和测量方法 ISO 8980-3：2022 6.4		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.4.2.2,5.4.2.3,5.4.2.4		2025-11-06
		15	蓝光性能	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.4.2.5		2025-11-06
		16	耐磨性	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.3		2025-11-06
				眼镜镜片 第5部分：镜片表面耐磨要求 GB 10810.5-2012 4		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.5		2025-11-06
		17	折射率	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.5		2025-11-06
		18	色散系数	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.6		2025-11-06
		19	耐光辐照	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.7		2025-11-06
				眼镜镜片 第3部分：透射比规范和测量方法 ISO 8980-3：2022 6.5		2025-11-06
		20	阻燃性	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.8		2025-11-06
				眼镜镜片基础要求 ISO 14889：2013/AMD1:2017 4.3		2025-11-06
		21	抗冲击性能	光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.9		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.1		2025-11-06
		22	光反射比和平均反射比	眼镜镜片 第4部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.1		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
				眼镜镜片第4部分：抗反射膜要求和测量方法 ISO 8980-4：2006 4.2		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.6.1		2025-11-06
		23	膜层均匀性	眼镜镜片 第4部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.2		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		24	膜层耐磨性	眼镜镜片 第4部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.3		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		25	外观	眼镜镜片 第4部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.4		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		26	盐水试验	眼镜镜片 第4部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.5		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		27	低温试验	眼镜镜片 第4部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		28	高温试验	眼镜镜片 第4部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.7		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		29	膜层附着度试验	眼镜镜片 第4部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.8		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
		30	镀膜区域使用尺寸	眼镜镜片 第4部分：减反射膜规范及测量方法 GB 10810.4-2012 4.9		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 5.2		2025-11-06
				眼镜镜片第4部分：抗反射膜要求和测量方法 ISO 8980-4：2006 4.3		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.6.2		2025-11-06
		31	耐用性能	眼镜镜片第4部分：抗反射膜要求和测量方法 ISO 8980-4：2006 4.4		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 6.1.6.3		2025-11-06
		32	机械强度	眼镜镜片基础要求 ISO 14889：2013/AMD1:2017 4.4		2025-11-06
		33	标志	眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片 GB 10810.2-2006 6，7		2025-11-06
				光学树脂眼镜片 QB/T 2506-2017 7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼科光学——未切边成品眼镜片——第 2 部分：变焦眼镜片规范 ISO 8980-2:2017 7		2025-11-06
				处方镜片要求 ANSI Z80.1:2020 9,10		2025-11-06
				眼镜镜片 第 3 部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 8		2025-11-06
				眼镜镜片基础要求 ISO 14889：2013/AMD1:2017 6		2025-11-06
3	光学玻璃眼镜片毛坯	1	折射率	光学玻璃眼镜片毛坯 GB/T14148-2011 5.1.1		2025-11-06
		2	色散系数	光学玻璃眼镜片毛坯 GB/T14148-2011 5.1.2		2025-11-06
		3	双折射	光学玻璃眼镜片毛坯 GB/T14148-2011 5.1.3		2025-11-06
		4	透射比	光学玻璃眼镜片毛坯 GB/T14148-2011 5.1.4		2025-11-06
		5	规格尺寸	光学玻璃眼镜片毛坯 GB/T14148-2011 5.2		2025-11-06
		6	材料及表面质量	光学玻璃眼镜片毛坯 GB/T14148-2011 5.3		2025-11-06
4	光致变色玻璃眼镜片毛坯	1	基本要求	眼镜镜片 光致变色镜片 GB/T 9105-2023 4.1		2025-11-06
		2	透射比性能	眼镜镜片 光致变色镜片 GB/T 9105-2023 4.2		2025-11-06
		3	折射率与阿贝数（色散系数）	眼镜镜片 光致变色镜片 GB/T 9105-2023 4.3		2025-11-06
		4	阻燃性	眼镜镜片 光致变色镜片 GB/T 9105-2023 4.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	抗冲击性能（明示）	眼镜镜片 光致变色镜片 GB/T 9105-2023 4.5		2025-11-06
		6	标志	眼镜镜片 光致变色镜片 GB/T 9105-2023 6		2025-11-06
5	半成品眼镜片毛坯	1	面焦度	半成品眼镜片毛坯 第1部分：单光和多焦点眼镜片毛坯规范 GB 27995.1-2011 5.2.1		2025-11-06
				半成品眼镜片毛坯 第2部分：渐变焦眼镜片毛坯规范 GB 27995.2-2011 5.2.1		2025-11-06
				眼科光学——半成品眼镜坯料——第1部分：单光透镜毛坯和多焦透镜毛坯规范 ISO 10322-1:2016 5.2.2		2025-11-06
				眼科光学——半成品眼镜片毛坯——第2部分：渐进式动力和递减式动力眼镜毛坯规格 ISO 10322-2:2016 5.2.2		2025-11-06
		2	面焦度均匀性	半成品眼镜片毛坯 第1部分：单光和多焦点眼镜片毛坯规范 GB 27995.1-2011 5.2.2		2025-11-06
				眼科光学——半成品眼镜坯料——第1部分：单光透镜毛坯和多焦透镜毛坯规范 ISO 10322-1:2016 5.2.3		2025-11-06
		3	柱镜面焦度	半成品眼镜片毛坯 第1部分：单光和多焦点眼镜片毛坯规范 GB 27995.1-2011 5.2.3		2025-11-06
				眼科光学——半成品眼镜坯料——第1部分：单光透镜毛坯和多焦透镜毛坯规范 ISO 10322-1:2016 5.2.4		2025-11-06
		4	附加顶焦度	半成品眼镜片毛坯 第1部分：单光和多焦点眼镜片毛坯规范 GB 27995.1-2011 5.2.4		2025-11-06
				半成品眼镜片毛坯 第2部分：渐变焦眼镜片毛坯规范 GB 27995.2-2011 5.2.2		2025-11-06
				眼科光学——半成品眼镜坯料——第1部分：单光透镜		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				毛坯和多焦透镜毛坯规范 ISO 10322-1:2016 5.2.5		
				眼科光学——半成品眼镜片毛坯——第 2 部分：渐进式动力和递减式动力眼镜毛坯规格 ISO 10322-2:2016 5.2.3		2025-11-06
		5	几何尺寸	半成品眼镜片毛坯 第 1 部分：单光和多焦点眼镜片毛坯规范 GB 27995.1-2011 5.3		2025-11-06
				半成品眼镜片毛坯 第 2 部分：渐变焦眼镜片毛坯规范 GB 27995.2-2011 5.3		2025-11-06
				眼科光学——半成品眼镜坯料——第 1 部分：单光透镜毛坯和多焦透镜毛坯规范 ISO 10322-1:2016 5.3		2025-11-06
				眼科光学——半成品眼镜片毛坯——第 2 部分：渐进式动力和递减式动力眼镜毛坯规格 ISO 10322-2:2016 5.3		2025-11-06
		6	材料及表面质量	半成品眼镜片毛坯 第 1 部分：单光和多焦点眼镜片毛坯规范 GB 27995.1-2011 5.4		2025-11-06
				半成品眼镜片毛坯 第 2 部分：渐变焦眼镜片毛坯规范 GB 27995.2-2011 5.4		2025-11-06
				眼科光学——半成品眼镜坯料——第 1 部分：单光透镜毛坯和多焦透镜毛坯规范 ISO 10322-1:2016 6.5		2025-11-06
				眼科光学——半成品眼镜片毛坯——第 2 部分：渐进式动力和递减式动力眼镜毛坯规格 ISO 10322-2:2016 6.4		2025-11-06
6	配装眼镜	1	镜片顶焦度	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.2		2025-11-06
				配装眼镜 第二部分：渐变焦 GB 13511.2-2011 4.4.3		2025-11-06
				眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.3.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.3		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.4		2025-11-06
		2	附加顶焦度	配装眼镜 第二部分：渐变焦 GB 13511.2-2011 4.4		2025-11-06
				眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.3.4		2025-11-06
		3	镜片厚度	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.2		2025-11-06
				配装眼镜 第二部分：渐变焦 GB 13511.2-2011 4.5		2025-11-06
				眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.4		2025-11-06
		4	镜片表面质量	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.2		2025-11-06
		5	透射性能	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.3		2025-11-06
				眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.2		2025-11-06
				眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.1		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.2		2025-11-06
		6	镜架外观质量	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.4		2025-11-06
		7	光学中心水平距离偏差	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	水平光学中心与眼瞳的单侧偏差	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.2		2025-11-06
		9	光学中心垂直互差	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.3		2025-11-06
		10	柱镜轴位方向	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.4		2025-11-06
				配装眼镜 第二部分：渐变焦 GB 13511.2-2011 4.4.4		2025-11-06
				眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.3.3		2025-11-06
				眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.4		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.5		2025-11-06
		11	处方棱镜度	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.5		2025-11-06
				配装眼镜 第二部分：渐变焦 GB 13511.2-2011 4.4.5		2025-11-06
				眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.3.5		2025-11-06
				眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.4		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.5		2025-11-06
		12	老视成镜光学中心水平距离	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.6		2025-11-06
		13	老视成镜光学中心单侧水平	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			偏差			
		14	老视成镜光学中心垂直互差	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.8		2025-11-06
		15	老视成镜顶焦度互差	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.9		2025-11-06
		16	多焦点镜片位置	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.7		2025-11-06
				眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.5.1		2025-11-06
		17	配适点的垂直位置（高度）	配装眼镜 第二部分：渐变焦 GB 13511.2-2011 4.6		2025-11-06
				眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.5.2.1		2025-11-06
		18	配适点的水平位置	配装眼镜 第二部分：渐变焦 GB 13511.2-2011 4.7		2025-11-06
				眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.5.2.2		2025-11-06
		19	水平倾斜度	配装眼镜 第二部分：渐变焦 GB 13511.2-2011 4.8		2025-11-06
				眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.5.2.3		2025-11-06
		20	装配质量	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.8		2025-11-06
				配装眼镜 第二部分：渐变焦 GB 13511.2-2011 4.9		2025-11-06
		21	阻燃性	眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.2		2025-11-06
				眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.2		2025-11-06
		22	机械强度	眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 5.2		2025-11-06
				眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.1		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.2		2025-11-06
		23	尺寸	眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.1		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.2		2025-11-06
		24	高温尺寸稳定性	眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.1		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.2		2025-11-06
		25	鼻梁变形	眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.1		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.2		2025-11-06
		26	镜片夹持力	眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.1		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.2		2025-11-06
		27	耐疲劳	眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.1		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.2		2025-11-06
		28	抗汗腐蚀	眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.2		2025-11-06
		29	结构	眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.1		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.2		2025-11-06
		30	抗紫外辐射	眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.1		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.2		2025-11-06
		31	顶焦度	眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 4.2		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 4.3		2025-11-06
		32	标志	配装眼镜 第一部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011 7		2025-11-06
				配装眼镜 第二部分：渐变焦 GB 13511.2-2011 6		2025-11-06
				眼科光学——配装眼镜 ISO 21987:2017 7		2025-11-06
				眼科光学 单光近用老视镜规范 ISO 16034：2002 5		2025-11-06
				眼科光学 老视镜规范 EN 14139：2010 5		2025-11-06
7	太阳镜	1	镜片的材料和表面质量	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1：2022 4.2		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1：2022 4.2		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 3 部分：物理和机械特性 ISO 18526-3:2020 6.6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 4.2		2025-11-06
				眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.8		2025-11-06
		2	球镜度，柱镜度	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 6.1		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 6.1		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 1 部分：几何光学特性 ISO 18526-1:2020 6		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 6.1		2025-11-06
				眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.9.1, 4.9.2		2025-11-06
		3	顶焦度局部偏差	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 6.2		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 6.2		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 6.1		2025-11-06
		4	棱镜度	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 6.3		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 6.3		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 1 部分：几何光学特性 ISO 18526-1:2020 6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 6.3		2025-11-06
				眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.9.3		2025-11-06
		5	鼻梁变形	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 7.2		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 7.2		2025-11-06
				个人防护装备-太阳镜和相关眼护具的检测方法 ISO 12311：2023 6		2025-11-06
				个人防护装备-太阳镜和相关眼护具的检测方法 EN ISO12311: 2023 6		2025-11-06
				眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.7		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 8		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 2 部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.2		2025-11-06
		6	镜片夹持力	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 7.2		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 7.2		2025-11-06
				个人防护装备-太阳镜和相关眼护具的检测方法 ISO 12311：2023 6		2025-11-06
				个人防护装备-太阳镜和相关眼护具的检测方法 EN ISO12311: 2023 6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
样品附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.7		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 8		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.2		2025-11-06
		7	耐疲劳	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 7.4		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 7.4		2025-11-06
				个人防护装备-太阳镜和相关眼护具的检测方法 ISO 12311：2023 6.2		2025-11-06
				个人防护装备-太阳镜和相关眼护具的检测方法 EN ISO12311: 2023 6.2		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 7		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.1		2025-11-06
		8	抗汗腐蚀	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 7.5		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 7.5		2025-11-06
				个人防护装备-太阳镜和相关眼护具的检测方法 ISO 12311：2023 6.3		2025-11-06
				个人防护装备-太阳镜和相关眼护具的检测方法 EN ISO 12311：2023 6.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.5		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 11.1		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.5.1		2025-11-06
		9	阻燃性	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 9		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 9		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第3部分：物理和机械特性 ISO 18526-3:2020 6.10		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 9		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 10		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.4		2025-11-06
		10	可见光透射比	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 5.1		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 5.1		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 5.2		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品 第1部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1:2022 5.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 5.2		2025-11-06
				眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.10.1		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 5.1		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 2 部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 6		2025-11-06
		11	光谱透射比	眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 5.2		2025-11-06
				眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.10.2.3		2025-11-06
		12	光透射比均匀性	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 5.3.1		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 5.3.1		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 2 部分：物理光学特性 ISO 18526-2:2020 7		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 5.3.1		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 5.2		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 2 部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 6		2025-11-06
		13	左右镜片光透射比一致性	眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 5.3.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	紫外光平均透射比	眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.10.3		2025-11-06
		15	紫外光透射比	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 5.2		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 5.2		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 5.2		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品 第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO 12312-1:2022 5.1		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品 第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1:2022 5.1		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 5.1		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 2 部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 6		2025-11-06
		16	色极限	眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.10.2.1		2025-11-06
		17	蓝光透射比	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 5.3.5		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 5.3.5		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品 第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO 12312-1:2022 5.1		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品 第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1:2022 5.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.10.5		2025-11-06
		18	交通讯号透射比	眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.10.2.2		2025-11-06
		19	信号灯识别的相对衰减因子 Q	眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 5.3.2.3		2025-11-06
		20	驾驶镜透射比要求	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 5.3.2		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 5.3.2		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 2 部分：物理光学特性 ISO 18526-2:2020 7,11,16		2025-11-06
		21	宽角散射透射比要求	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 5.3.3		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 5.3.3		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 2 部分：物理光学特性 ISO 18526-2:2020 14		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 5.3.3		2025-11-06
		22	光致变色镜片透射比要求	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 5.3.4.1		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 5.3.4.1		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 2 部分：物理光学特性 ISO 18526-2:2020 7,16		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 5.3.4.1		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 5.5.1		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 6		2025-11-06
		23	偏振镜片透射比要求	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 5.3.4.2		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 5.3.4.2		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第2部分：物理光学特性 ISO 18526-2:2020 7,15		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 5.3.4.2		2025-11-06
		24	渐变着色镜片要求	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 5.3.4.3		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 5.3.4.3		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 5.3.4.3		2025-11-06
		25	明示透射比性能要求	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 5.3.5		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 5.3.5		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 5.3.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		26	结构	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1：2022 4.1		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1：2022 4.1		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 3 部分：物理和机械特性 ISO 18526-3:2020 6.1		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 4.1		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 4.1		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 2 部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 5		2025-11-06
		27	镜片最小强度	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1：2022 7.1		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1：2022 7.1		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 3 部分：物理和机械特性 ISO 18526-3:2020 7.2		2025-11-06
		28	太阳镜抗冲击 1 级	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1：2022 7.3		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1：2022 7.3		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 3 部分：物理和机械特性 ISO 18526-3:2020 7.3		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 13.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				太阳镜和太阳镜片 第 2 部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.6.2, 8.6.3		2025-11-06
		29	太阳镜抗冲击 2 级	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 7.6		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 7.6		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 3 部分：物理和机械特性 ISO 18526-3:2020 7.3		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 13.2		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 2 部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.6.4		2025-11-06
		30	太阳镜抗冲击 3 级	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 7.6		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 7.6		2025-11-06
				眼面部防护-试验方法 第 3 部分：物理和机械特性 ISO 18526-3:2020 7.3		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 13.3		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 2 部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.6.5		2025-11-06
		31	抗太阳辐射	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 8		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼面部防护-试验方法 第3部分：物理和机械特性 ISO 18526-3:2020 6.8		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 8		2025-11-06
				眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.14		2025-11-06
		32	耐摩擦	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 10		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 10		2025-11-06
		33	防护要求	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 11		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第1部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 11		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 11		2025-11-06
		34	框架中镜片的安全	眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 7.3		2025-11-06
		35	抗冲击	眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.2		2025-11-06
		36	燃烧试验	眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.3		2025-11-06
		37	镜架平整度	眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.4		2025-11-06
		38	佩戴者穿戴健康和安全	眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		39	镜片类别及要求	眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.11		2025-11-06
		40	两镜片的染色均匀性	眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.12		2025-11-06
		41	偏振面轴位	眼科学-非处方太阳镜和流行眼镜的要求 ANSI Z80.3-2018 4.13		2025-11-06
		42	标志	眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 ISO12312-1: 2022 12		2025-11-06
				眼面部防护-太阳镜和相关眼面部产品第 1 部分：一般用途太阳镜 EN ISO 12312-1: 2022 12		2025-11-06
				眼睛和面部防护——太阳眼镜和时尚眼镜 第一部分：要求 AS/NZS 1067.1:2016 12		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 17.1		2025-11-06
		43	镜片的材料和表面质量	太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 4.2		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 2 部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 5		2025-11-06
		44	行路及驾驶用太阳镜	太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 5.3		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 2 部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 6		2025-11-06
		45	散射光	太阳镜和太阳镜片 第 1 部分：通用要求 GB 39552.1-2020 5.4		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第 2 部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		46	偏振镜片和偏振太阳镜	太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 5.5.2		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 6		2025-11-06
		47	蓝光吸收率和透射比	太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 5.6.1		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 6		2025-11-06
		48	紫外光谱吸收率和透射比	太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 5.6.2		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 6		2025-11-06
		49	经减反射处理的太阳镜	太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 5.6.3		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 6		2025-11-06
		50	光学特性	太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 6		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 7		2025-11-06
		51	耐光辐照	太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 9		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.3		2025-11-06
		52	包覆层结合力	太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 11.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.5.2		2025-11-06
		53	太阳镜镜片尺寸	太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 12		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.6.1		2025-11-06
		54	耐磨性能	太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求 GB 39552.1-2020 14		2025-11-06
				太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法 GB/T 39552.2-2020 8.7		2025-11-06
8	机动车驾驶专用眼镜	1	表面质量	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 5.1		2025-11-06
		2	顶焦度	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 5.2		2025-11-06
		3	棱镜度互差	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 5.3		2025-11-06
		4	鼻梁变形和镜片夹持力	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 5.6		2025-11-06
		5	耐疲劳强度	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 5.5		2025-11-06
		6	包覆层性能	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 5.7		2025-11-06
		7	装配精度和整形要求	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 5.4		2025-11-06
		8	透射比性能	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 5.8		2025-11-06
		9	抗冲击性能	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 5.9		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	阻燃性	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 5.10		2025-11-06
		11	偏振方向	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 5.11		2025-11-06
		12	标志	机动车驾驶专用眼镜 QB/T 2659-2021 8.1		2025-11-06
9	眼镜架	1	外观质量	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 4.3		2025-11-06
		2	尺寸偏差	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 4.4		2025-11-06
				眼镜架要求和测试方法 ISO 12870:2016 4.4	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		3	螺纹	眼镜架要求和测试方法 ISO 12870:2016 4.4	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		4	高温尺寸稳定性	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 4.6		2025-11-06
				眼镜架要求和测试方法 ISO 12870:2016 4.6	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		5	鼻梁变形	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 4.8.1		2025-11-06
				眼镜架要求和测试方法 ISO 12870:2016 4.8.1	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		6	镜片夹持力	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 4.8.2		2025-11-06
				眼镜架要求和测试方法 ISO 12870:2016 4.8.2	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		7	耐疲劳	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 4.8.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼镜架要求和测试方法 ISO 12870:2016 4.8.3	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		8	包覆层结合力	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 4.7.2		2025-11-06
		9	抗汗腐蚀	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 4.7.1		2025-11-06
				眼镜架要求和测试方法 ISO 12870:2016 4.7	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		10	阻燃性	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 4.9		2025-11-06
				眼镜架要求和测试方法 ISO 12870:2016 4.9	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		11	抗紫外辐射	眼镜架要求和测试方法 ISO 12870:2016 4.1	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		12	标志	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 9		2025-11-06
				眼镜架要求和测试方法 ISO 12870:2016 9	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		13	镜架使用的螺纹	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 4.5		2025-11-06
		14	耐光辐照	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 4.10		2025-11-06
10	角膜接触镜	1	后顶焦度、柱镜度和柱镜轴位	眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜 GB 11417.2-2012 4.2.2		2025-11-06
				眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜 GB 11417.3-2012 4.2.2		2025-11-06
				眼科光学-接触镜-材料理化性能 ISO18369-2：2017 4.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	棱镜度	眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜 GB 11417.2-2012 4.2.3		2025-11-06
				眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜 GB 11417.3-2012 4.2.3		2025-11-06
				眼科光学-接触镜-材料理化性能 ISO18369-4：2017 4.5		2025-11-06
		3	光学中心最大偏差	眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜 GB 11417.2-2012 4.2.4		2025-11-06
		4	可见光区要求	眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜 GB 11417.3-2012 4.2.4.2		2025-11-06
				眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜 GB 11417.2-2012 4.2.5.2		2025-11-06
		5	紫外光区要求	眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜 GB 11417.3-2012 4.2.4.3		2025-11-06
				眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜 GB 11417.2-2012 4.2.5.3		2025-11-06
				眼科光学-接触镜-第2部分：允差 ISO18369-2：2017 8		2025-11-06
		6	几何尺寸	眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜 GB 11417.2-2012 4.3		2025-11-06
				眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜 GB 11417.3-2012 4.3		2025-11-06
				眼科光学-接触镜-材料理化性能 ISO18369-2：2017 4.1		2025-11-06
		7	折射率	眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜 GB 11417.2-2012 4.4.2.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜 GB 11417.3-2012 4.4.2.1		2025-11-06
				眼科光学-接触镜-材料理化性能 ISO18369-4：2017 4.5		2025-11-06
		8	透氧性能	眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜 GB 11417.3-2012 4.4.2.3		2025-11-06
				眼科光学-接触镜-材料理化性能 ISO18369-4：2017 4.4		2025-11-06
		9	含水量	眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜 GB 11417.3-2012 4.4.2.2	只测：称重法。	2025-11-06
				眼科光学-接触镜-材料理化性能 ISO18369-4：2017 4.6		2025-11-06
		10	标志	眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜 GB 11417.3-2012 7		2025-11-06
				眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜 GB 11417.2-2012 7		2025-11-06
11	防护镜	1	镜片外观质量	职业性和教育性个人眼睛和面部防护设备 ANSI/ISEA Z87.1-2020 5.1.1		2025-11-06
		2	棱镜度	职业性和教育性个人眼睛和面部防护设备 ANSI/ISEA Z87.1-2020 5.1.4，5.1.5		2025-11-06
		3	可见光透射比	职业性和教育性个人眼睛和面部防护设备 ANSI/ISEA Z87.1-2020 5.1.2		2025-11-06
		4	抗冲击性能	职业性和教育性个人眼睛和面部防护设备 ANSI/ISEA Z87.1-2020 5.2.1		2025-11-06
		5	结构	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 6.1	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	头箍	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 6.3	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		7	镜片表面质量	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.1.3	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-光学实验方法 EN 167：2001 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		8	周围视野	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.1.1	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-非光学实验方法 EN 168：2001 18	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				职业性和教育性个人眼睛和面部防护设备 ANSI/ISEA Z87.1-2020 5.2.4	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		9	顶焦度	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.1.2.1	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-光学实验方法 EN 167：2001 3	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				职业眼面部防护 焊接防护 第 1 部分：焊接防护具 GB/T 3609.1-2008 5.1.8		2025-11-06
				职业性和教育性个人眼睛和面部防护设备 ANSI/ISEA Z87.1-2020 5.1.4，5.1.5，6.2.2		2025-11-06
		10	透射比	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.1.2.2	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-光学实验方法 EN 167：2001 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				职业眼面部防护 焊接防护 第 1 部分：焊接防护具 GB/T 3609.1-2008 5.1.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				焊接用眼护具：透射要求及使用 EN169：2001 5.2	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		11	最小机械强度	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.1.4.1	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-非光学实验方法 EN 168：2001 4	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		12	增强机械强度	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.1.4.2	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-非光学实验方法 EN 168：2001 3	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		13	高温尺寸稳定性	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.1.5.1	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-非光学实验方法 EN 168：2001 5	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		14	耐辐射性能	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.1.5.2	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-光学实验方法 EN 167：2001 6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具 GB/T 3609.1-2008 5.1.5		2025-11-06
		15	耐腐蚀性能	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.1.6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-非光学实验方法 EN 168：2001 8		2025-11-06
				职业性和教育性个人眼睛和面部防护设备 ANSI/ISEA Z87.1-2020 5.2.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	阻燃性	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.1.7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-非光学实验方法 EN 168：2001 7	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				职业性和教育性个人眼睛和面部防护设备 ANSI/ISEA Z87.1-2020 5.2.2		2025-11-06
		17	防高速粒子冲击性能	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.2.2	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-非光学实验方法 EN 168：2001 9	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		18	落砂试验性能	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.2.6	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-非光学实验方法 EN 168：2001 15	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		19	侧面防护	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.2.8	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				个人眼护具-非光学实验方法 EN 168：2001 19	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
		20	防雾性能	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 7.3.2	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				职业性和教育性个人眼睛和面部防护设备 ANSI/ISEA Z87.1-2020 6.2		2025-11-06
		21	透射比均匀性	职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具 GB/T 3609.1-2008 5.1.2		2025-11-06
		22	标志	个体眼部防护镜要求 EN166：2001 9.4	仅限特定客户委托使用	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				职业性和教育性个人眼睛和面部防护设备 ANSI/ISEA Z87.1-2020 5.3		2025-11-06
12	儿童少年矫正眼镜	1	镜片的光学性能	儿童少年矫正眼镜 WS 219-2015 4.1.1		2025-11-06
		2	镜片抗冲击	儿童少年矫正眼镜 WS 219-2015 4.1.2		2025-11-06
		3	透射特性	儿童少年矫正眼镜 WS 219-2015 4.1.3		2025-11-06
		4	镜架要求	儿童少年矫正眼镜 WS 219-2015 4.2		2025-11-06
		5	配装眼镜要求	儿童少年矫正眼镜 WS 219-2015 4.3		2025-11-06
		6	装配质量	儿童少年矫正眼镜 WS 219-2015 4.4		2025-11-06
		7	整形要求	儿童少年矫正眼镜 WS 219-2015 4.5		2025-11-06
13	滑雪镜	1	总体要求	个人眼睛保护-高山滑雪护目镜 EN174-2001 4.1	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		2	材料	个人眼睛保护-高山滑雪护目镜 EN174-2001 4.2	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		3	装配质量与头箍	个人眼睛保护-高山滑雪护目镜 EN174-2001 4.3	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		4	透气性	个人眼睛保护-高山滑雪护目镜 EN174-2001 4.4	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		5	周围视野	个人眼睛保护-高山滑雪护目镜 EN174-2001 5.1.1	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		6	镜片要求	个人眼睛保护-高山滑雪护目镜 EN174-2001 5.1.2	仅限特定客户委托使用。不测：	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					衰减亮度系数、耐光辐照。	
		7	机械强度	个人眼睛保护-高山滑雪护目镜 EN174-2001 5.2	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		8	阻燃性	个人眼睛保护-高山滑雪护目镜 EN174-2001 5.4	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
		9	防雾性能	个人眼睛保护-高山滑雪护目镜 EN174-2001 5.6.2	仅限特定客户委托使用。	2025-11-06
14	蓝光防护膜	1	光透射比	蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求 GB/T 38120-2019 5.2.1.1		2025-11-06
15	老视成镜		全部参数	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019		2025-11-06
		1	顶焦度	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.1.1		2025-11-06
		2	材料和表面质量	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.1.1		2025-11-06
		3	光透射比性能	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.1.2		2025-11-06
		4	镜架外观质量	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.1.3		2025-11-06
		5	镀层性能	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.1.3		2025-11-06
		6	阻燃性	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.1.3		2025-11-06
		7	镜片夹持力	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.1.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	镜片和镜圈几何形状要求	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.1.5		2025-11-06
		9	顶焦度范围	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.2		2025-11-06
		10	顶焦度互差	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.3		2025-11-06
		11	光学中心水平偏差	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.4.2		2025-11-06
		12	光学中心单侧水平偏差	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.4.3		2025-11-06
		13	光学中心垂直互差	《配装眼镜 第3部分——单光老视成镜》 GB 13511.3-2019 4.4.4		2025-11-06
16	眼面防护具（防护镜、护目镜）	1	生物相容性	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 5.1		2025-11-06
		2	结构与调整	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 5.2		2025-11-06
		3	清洁和消毒	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 5.3		2025-11-06
		4	平光眼面部防护产品的屈光力和棱镜度互差	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 6.2		2025-11-06
		5	具有视力矫正功能的眼面部防护产品的屈光力和棱镜度互差	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 6.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	可见光透射比	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 7.1		2025-11-06
		7	透射比均匀性	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 7.2		2025-11-06
		8	散射光	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 7.3		2025-11-06
		9	反射比	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 7.4		2025-11-06
		10	驾驶透射比要求和交通信号灯识别	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 7.5		2025-11-06
		11	头带或头箍	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 8.5		2025-11-06
		12	材料和表面质量	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 8.6		2025-11-06
		13	耐热性能	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 8.7		2025-11-06
		14	耐紫外辐射性能	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 8.8		2025-11-06
		15	耐腐蚀性能	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 8.9		2025-11-06
		16	阻燃性能	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 8.10		2025-11-06
		17	耐磨性能	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 8.12		2025-11-06
		18	标识及检测方法	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 9		2025-11-06
		19	制造商提供的信息	眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023 10		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
17	职业用眼面防护具(防护镜、护目镜）	1	生物相容性	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 4.2		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 4.2		2025-11-06
		2	结构与调整	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 4.3		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 4.3		2025-11-06
		3	清洁和消毒	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 4.4		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 4.4		2025-11-06
		4	视野	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 5.1		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 5.1		2025-11-06
		5	平光镜片的屈光度和棱镜度	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 5.2		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 5.2		2025-11-06
		6	处方装成镜片	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 5.3		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 5.3		2025-11-06
		7	单光老视成镜	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 5.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 5.4		2025-11-06
		8	增强型光学要求	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 5.5		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 5.5		2025-11-06
		9	信号灯识别	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 6.1		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 6.1		2025-11-06
		10	无色镜片的可见光透射比	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 6.2		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 6.2		2025-11-06
		11	紫外线防护滤镜	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 6.3.1		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 6.3.1		2025-11-06
		12	职业用太阳镜滤光片	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 6.3.3		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 6.3.3		2025-11-06
		13	可见光透射比均匀性	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 6.4		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 6.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	散射光	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 6.5		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 6.5		2025-11-06
		15	镜架透射比	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 6.6		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 6.6		2025-11-06
		16	镀减反射膜镜片	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 6.7		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 6.7		2025-11-06
		17	头带和安全带	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.2		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.2		2025-11-06
		18	镜片材料和表面质量	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.3		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.3		2025-11-06
		19	基本抗冲击防护性能	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.4		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.4		2025-11-06
		20	耐热性能	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.5		2025-11-06
		21	耐紫外辐射性能	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.6		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.6		2025-11-06
		22	耐腐蚀性能	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.7		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.7		2025-11-06
		23	阻燃性能	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.8		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.8		2025-11-06
		24	通风口和缝隙防刺穿性能	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.9		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.9		2025-11-06
		25	高速粒子冲击防护性能	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.10		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.10		2025-11-06
		26	高重物体冲击防护性能	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.11		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.11		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		27	微小颗粒飞溅对表面损害的防护性能	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.12		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.12		2025-11-06
		28	防雾性能	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 7.13		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 7.13		2025-11-06
		29	标志	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 8		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 8		2025-11-06
		30	制造商提供的信息	职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 ISO 16321-1:2021/Amd 1:2024 9		2025-11-06
				职业用眼睛和面部防护第 1 部分：一般要求 修正版 1 EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 9		2025-11-06
0519 卫浴产品						
1	小便器	1	用水量	小便器水效限定值及水效等级 GB 28377-2019 附录 A		2025-11-06
		2	冲洗功能	小便器水效限定值及水效等级 GB 28377-2019 附录 A		2025-11-06
2	淋浴器	1	流量均匀性	淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019 附录 A		2025-11-06
		2	流量	淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019 附录 A		2025-11-06
3	便器冲洗阀	1	冲洗水量	便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2022 5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	峰值流量	便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2022 5		2025-11-06
4	水嘴	1	流量均匀性	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019 5.3		2025-11-06
		2	流量	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019 5.2		2025-11-06
5	蹲便器	1	用水量	蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 5.3		2025-11-06
		2	冲洗功能	蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019 5.4		2025-11-06
6	坐便器	1	用水量	坐便器水效限定值及水效等级 GB 25502-2024 6.1		2025-11-06
		2	冲洗功能	坐便器水效限定值及水效等级 GB 25502-2024 6.2		2025-11-06
10 建设工程与建材						
1010 建筑用板材						
1	建筑与建筑构件	1	隔声量	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第1部分：侧向传声受抑制的实验室测试 设施要求 GB/T 19889.1-2005 3~4		2025-11-06
				声学 建筑和建筑构件隔声测量 第2部分：测量不确定度评定和应用 GB/T 19889.2-2022 4~6		2025-11-06
				声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005 5~6		2025-11-06
				声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分:房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005 5~6		2025-11-06
				声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006 5~7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				声学 建筑和建筑构件隔声测量 第6部分：楼板撞击声隔声的实验室测量 GB/T 19889.6-2005 5~6		2025-11-06
				声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2022 5		2025-11-06
				声学 建筑和建筑构件隔声测量 第8部分：重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量 GB/T 19889.8-2006 5~6		2025-11-06
				声学 建筑和建筑构件隔声测量 第10部分：小建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.10-2006 5~7		2025-11-06
				声学 建筑和建筑构件隔声测量 第14部分：特殊现场测量导则 GB/T 19889.14-2010 5~7		2025-11-06
				声学 隔声罩的隔声性能测定 第1部分:实验室条件下测量(标示用) GB/T 18699.1-2002 5~8		2025-11-06
				声学 隔声罩的隔声性能测定 第2部分:现场测量(验收和验证用) GB/T 18699.2-2002 5~7		2025-11-06
				建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008 5		2025-11-06
				声学 隔声罩隔声性能的测定 第1部分:实验室测量 ISO 11546-1:1995 5~8		2025-11-06
				声学 隔声罩隔声性能的测定 第2部分:现场测量 ISO 11546-2:1995 5~7		2025-11-06
				声学 建筑物组件隔音的实验室测定 第1部分:特定产品的应用规则 ISO 10140-1:2021 4~Annex K		2025-11-06
				声学 建筑物组件隔音的实验室测定 第2部分:空中隔音测量 ISO 10140-2:2021 5~7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				实验室测量建筑物隔离物和构件空气中声传输损失的试验方法 ASTM E90-2023 10		2025-11-06
				声学 建筑物组件隔音的实验室测定 第3部分:冲击声隔音测量 ISO 10140-3-2021 5~7		2025-11-06
				声学 建筑物组件隔音的实验室测定 第4部分:测量规程和要求 ISO 10140-4-2021 4~5		2025-11-06
				声学 建筑物组件隔音的实验室测定 第5部分:试验设备和仪器的要求 ISO 10140-5-2021 3~5		2025-11-06
				建筑物立面和立面构件隔声材料现场测量指南 ASTM E966:2018 3~10		2025-11-06
				声学建筑物和建筑构件的隔声现场测量1部分：空气声隔声 ISO 16283-1:2014+A1:2017 7~10		2025-11-06
				建筑物内部空间中空气声隔声测量的试验方法 ASTM E336-2024 11		2025-11-06
				共用屋顶通风系统的室间噪声衰减率的试验方法 ASTM E 1414-2021 9		2025-11-06
				基于传输矩阵法测量声学材料的垂直入射传输的标准试验方法 ASTM E2611-2024 8		2025-11-06
				建筑物用玻璃－玻璃闪光和空气声隔声－产品描述、性能测定和扩展规则 ISO 22897-2023 5		2025-11-06
				室外－室内传输级测定分类标准 ASTM E1332-2022 5		2025-11-06
				铁路声屏障声学构件 TB/T 3122-2019 5.2		2025-11-06
				声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量 GB/T 19885-2005 6~8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				声学.建筑和建筑构件的隔声标定.第1部分:空气声隔声 ISO 717-1:2013 3		2025-11-06
				隔音材料等级的分类 ASTM E413-2022 5		2025-11-06
				建筑隔声评价标准 GB/T 50121-2005 3		2025-11-06
				隔声窗 HJ/T 17-1996 4		2025-11-06
1019 支座						
1	橡胶支座	1	支座成品力学性能试验	公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2019 6.3	竖向力值：≤30MN,水平力值：≤6MN,不做抗剪老化试验	2025-11-06
				橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023 7.8.1	竖向力值：≤30MN,水平力值：≤6MN,不做抗剪老化试验	2025-11-06
1032 采暖与通风空调设备						
1	转速可控型房间空气调节器	1	制冷量	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 附录A.2.3.2		2025-11-06
				转速可控型房间空气调节器能源效率计量检测规则 JJF 1261.4-2017 7.2.2		2025-11-06
		2	制热量	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 附录A.2.3.4		2025-11-06
				转速可控型房间空气调节器能源效率计量检测规则 JJF 1261.4-2017 7.2.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	制冷消耗功率	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 附录 A.2.3.3		2025-11-06
				转速可控型房间空气调节器能源效率计量检测规则 JJF 1261.4-2017 7.2.2		2025-11-06
		4	制热消耗功率	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 附录 A.2.3.5		2025-11-06
				转速可控型房间空气调节器能源效率计量检测规则 JJF 1261.4-2017 7.2.2		2025-11-06
		5	制冷季节耗电量	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
				转速可控型房间空气调节器能源效率计量检测规则 JJF 1261.4-2017 7.2.2		2025-11-06
		6	制热季节耗电量	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
				转速可控型房间空气调节器能源效率计量检测规则 JJF 1261.4-2017 7.2.2		2025-11-06
		7	制冷季节能源消耗效率	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
				转速可控型房间空气调节器能源效率计量检测规则 JJF 1261.4-2017 7.2.2		2025-11-06
		8	全年能源消耗效率	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
				转速可控型房间空气调节器能源效率计量检测规则 JJF 1261.4-2017 7.2.2		2025-11-06
		9	待机功率	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				转速可控型房间空气调节器能源效率计量检测规则 JJF 1261.4-2017 7.2.2		2025-11-06
2	热泵热水机（器）	1	制热量	热泵热水机（器）能源效率计量检测规则 JJF 1768-2019 7.2.2		2025-11-06
				热泵热水机(器)能效限定值及能效等级 GB 29541-2013 7		2025-11-06
		2	制热消耗功率	热泵热水机(器)能效限定值及能效等级 GB 29541-2013 7		2025-11-06
				热泵热水机（器）能源效率计量检测规则 JJF 1768-2019 7.2.2		2025-11-06
		3	性能系数	热泵热水机(器)能效限定值及能效等级 GB 29541-2013 7		2025-11-06
				热泵热水机（器）能源效率计量检测规则 JJF 1768-2019 7.2.2		2025-11-06
		4	制热水能力	热泵热水机(器)能效限定值及能效等级 GB 29541-2013 7		2025-11-06
				热泵热水机（器）能源效率计量检测规则 JJF 1768-2019 7.2.2		2025-11-06
3	房间空气调节器	1	制冷量	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 附录 A.2.3.2		2025-11-06
		2	制冷消耗功率	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 附录 A.2.3.3		2025-11-06
		3	制热量	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 附录 A.2.3.4		2025-11-06
		4	制热消耗功率	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 附录 A.2.3.5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	季节制冷量	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
		6	制冷季节耗电量	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
		7	制冷季节能源消耗效率	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
		8	季节制热量	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
		9	制热季节耗电量	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
		10	制热季节能源消耗效率	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
		11	全年能源消耗效率	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
		12	全年运转时季节耗电量	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.1		2025-11-06
		13	电辅助加热	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.2		2025-11-06
		14	待机功率	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019 6.1.3		2025-11-06
4	单元式空气调节机	1	制冷量	单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB19576-2019 6		2025-11-06
				单元式空气调节机能源效率计量检测规则 JJF 1769-2019 7.2.2		2025-11-06
		2	制冷消耗功率	单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB19576-2019 6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				单元式空气调节机能源效率计量检测规则 JJF 1769-2019 7.2.2		2025-11-06
		3	制冷季节能效比	单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB19576-2019 6		2025-11-06
				单元式空气调节机能源效率计量检测规则 JJF 1769-2019 7.2.2		2025-11-06
		4	制热量	单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB19576-2019 6		2025-11-06
		5	制热消耗功率	单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB 19576-2019 6		2025-11-06
		6	制冷季节能源消耗效率	单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB 19576-2019 6		2025-11-06
		7	全年性能系数	单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB 19576-2019 6		2025-11-06
		8	综合制冷性能系数	单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB 19576-2019 6		2025-11-06
1033.洁净室（空气净化器等）						
1	洁净室（区）	1	噪声	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.6		2025-11-06
		2	悬浮粒子计数	医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010 5.4		2025-11-06
		3	浮游菌	医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010 4.9		2025-11-06
		4	沉降菌菌落数计算	医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010 5.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	空气净化器	1	标志	空气净化器 GB/T 18801-2022 9.1		2025-11-06
		2	包装	包装储运图示标志 GB/T 191-2008		2025-11-06
		3	电气强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008 16		2025-11-06
		4	接地电阻	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 27		2025-11-06
		5	待机功率	空气净化器 GB/T 18801-2022 7.4		2025-11-06
		6	洁净空气量-颗粒物	空气净化器 GB/T 18801-2022 附录A	只测0.3μm~10μm	2025-11-06
		7	洁净空气量-气体污染物	空气净化器 GB/T 18801-2022 附录E	只测甲醛和苯	2025-11-06
		8	累积净化量-颗粒物	空气净化器 GB/T 18801-2022 附录C	只测0.3μm~10μm	2025-11-06
		9	累积净化量-气体污染物	空气净化器 GB/T 18801-2022 附录F	只测甲醛及苯	2025-11-06
		10	净化能效	空气净化器 GB/T 18801-2022 7.6		2025-11-06
		11	噪声	空气净化器 GB/T 18801-2022 7.5		2025-11-06
		12	有害物质释放量：TVOC	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录D		2025-11-06
		13	洁净空气量-气体污染物（甲苯）	空气净化器 GB/T 18801-2022 附录E		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	洁净空气量-气体污染物（氨气）	空气净化器 GB/T 18801-2022 附录 E		2025-11-06
		15	洁净空气量-气体污染物（TVOC）	空气净化器 GB/T 18801-2022 附录 E		2025-11-06
		16	累积净化量（甲苯）	空气净化器 GB/T 18801-2022 附录 F		2025-11-06
		17	化学污染物净化效率（甲醛）	空气净化器污染物净化性能测定 JG/T 294-2010 5.3		2025-11-06
		18	化学污染物净化效率（苯）	空气净化器污染物净化性能测定 JG/T 294-2010 5.3		2025-11-06
		19	化学污染物净化效率氨气）	空气净化器污染物净化性能测定 JG/T 294-2010 5.3		2025-11-06
		20	化学污染物净化效率（TVOC）	空气净化器污染物净化性能测定 JG/T 294-2010 5.3		2025-11-06
		21	紫外泄漏量	空气净化器污染物净化性能测定 JG/T 294-2010 5.7.2		2025-11-06
		22	除菌性能	家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求 GB21551.3－2010 附录 A		2025-11-06
1049 智能建筑工程						
1	有线局域网系统	1	局域网系统功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 6.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	局域网系统网络性能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 6.2		2025-11-06
		3	局域网系统应用性能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 6.3		2025-11-06
		4	网络管理功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 6.4		2025-11-06
		5	网络健康状况指标	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 6.5		2025-11-06
2	无线局域网系统	1	网络功能	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015 6.2.1		2025-11-06
		2	信号强度	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015 6.2.2		2025-11-06
		3	传输性能	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015 6.2.3		2025-11-06
		4	系统安全	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015 6.2.4		2025-11-06
		5	系统文档检验	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015 6.2.5		2025-11-06
1059 建筑环境						
1	声学材料	1	吸声系数	声学 混响室吸声测量 GB/T20247-2006 7		2025-11-06
				阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 - 第1部分 驻波管法 GB/T18696.1-2004 9		2025-11-06
				声学 混响室内声音吸收的测量 ISO 354:2003 7		2025-11-06
				声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 第2部分:传递函数法 GB/T 18696.2-2002 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				声学 建筑用吸声装置 吸声定标 ISO 11654:1997 4		2025-11-06
				声学 阻抗管中吸声系数和比阻抗率的测量 第1部分:驻波比法 ISO 10534-1:1996 9		2025-11-06
				声学阻抗管声学特性的测定第2部分:法向吸声系数和法向表面阻抗的双传声器技术 ISO 10534-2:2023 7		2025-11-06
				混响室法测定吸声及吸声系数的标准试验方法 ASTM C423-2023 4~12		2025-11-06
				镘刀抹涂或喷涂用的吸音材料的标准分类 ASTM E1042-2022 4		2025-11-06
				吸声试验期间试样安装规程 ASTM E795-2023 19		2025-11-06
				用一根管、两只麦克风和一个数字频率分析系统测定吸声材料阻抗及吸声的标准试验方法 ASTM E1050-2024 8		2025-11-06
				用阻抗管法测定声学材料的阻抗与吸声的试验方法 ASTM C384-2004 10		2025-11-06
				基于传输矩阵法测量声学材料的垂直入射传输的标准试验方法 ASTM E2611-2024 8		2025-11-06
				铁路声屏障声学构件 TB/T 3122-2019 5.1		2025-11-06
				建筑吸声产品的吸声性能分级 GB/T 16731-2023 1		2025-11-06
				吸声用玻璃棉制品 JC/T469-2014 6		2025-11-06
		2	吸声量	声学 混响室吸声测量 GB/T20247-2006 7		2025-11-06
				阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 - 第1部分 驻波管法 GB/T18696.1-2004 9		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				声学.混响室内声音吸收的测量 ISO 354:2003 7		2025-11-06
				声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 第2部分:传递函数法 GB/T 18696.2-2002 8		2025-11-06
				声学 建筑用吸声装置 吸声定标 ISO 11654:1997 4		2025-11-06
				声学 阻抗管中吸声系数和比阻抗率的测量 第1部分:驻波比法 ISO 10534-1:1996 9		2025-11-06
				声学阻抗管声学特性的测定第2部分:法向吸声系数和法向表面阻抗的双传声器技术 ISO 10534-2:2023 7		2025-11-06
				混响室法测定吸声及吸声系数的标准试验方法 ASTM C423-2023 4~12		2025-11-06
				镘刀抹涂或喷涂用的吸音材料的标准分类 ASTM E1042-2022 4		2025-11-06
				吸声试验期间试样安装规程 ASTM E795-2023 19		2025-11-06
				用一根管、两只麦克风和一个数字频率分析系统测定吸声材料阻抗及吸声的标准试验方法 ASTM E1050-2024 8		2025-11-06
				用阻抗管法测定声学材料的阻抗与吸声的试验方法 ASTM C384-2004 10		2025-11-06
				基于传输矩阵法测量声学材料的垂直入射传输的标准试验方法 ASTM E2611-2024 8		2025-11-06
				铁路声屏障声学构件 TB/T 3122-2019 5.1		2025-11-06
		3	声阻抗	声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 第2部分:传递函数法 GB/T 18696.2-2002 8		2025-11-06
				声学阻抗管声学特性的测定第2部分:法向吸声系数和		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				法向表面阻抗的双传声器技术 ISO 10534-2:2023 7		
				基于传输矩阵法测量声学材料的垂直入射传输的标准试验方法 ASTM E2611-2024 8		2025-11-06
		4	插入损失	声学 消声器现场测量 GB/T 19512-2004 8		2025-11-06
				内燃机排气消声器 测量方法 GB/T 4759-2009 7		2025-11-06
				基于传输矩阵法测量声学材料的垂直入射传输的标准试验方法 ASTM E2611-2024 8		2025-11-06
2	声学环境	1	本底噪声（背景噪声）	声学 声压法测定噪声源声功率级和声能级 反射面上方采用包络测量表面的简易法 ISO 3746:2010 4.2		2025-11-06
				声学--声压法测定噪声源声功率级和声能量级--反射面上方近似自由场的工程法 ISO 3744:2010 4.3		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能级 现场比较法 ISO3747-2010 4		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882-2016 ISO 3745-2012 5.2		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法 GB/T3767-2016 4.2		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法 GB/T3768- 2017 ISO 3746:2010 4.3		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.2-2018 5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.3-2018 5		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声.在一个反射平面上方可忽略环境校正条件下进行工作位置和其他指定位置的发射声压级测量 ISO 11201：2010 5.4		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声. 应用近似环境修正法对工作站和其他指定位置发射声压级进行测定 GB/T 17248.3-2018 ISO 11202：2010 6.4		2025-11-06
				玩具的安全性 第1 部分:机械和物理性能 EN 71-1:2014+A1:2018 8		2025-11-06
		2	环境修正值 K_2	声学 声压法测定噪声源声功率级和声能级 反射面上方采用包络测量表面的简易法 ISO 3746:2010 A		2025-11-06
				声学--声压法测定噪声源声功率级和声能量级--反射面上方近似自由场的工程法 ISO 3744:2010 A2~A3		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能级 现场比较法 ISO 3747:2010 A		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882-2016 ISO 3745-2012 B3		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法 GB/T3767-2016 A2~A3		2025-11-06
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法 GB/T3768-2017 ISO 3746:2010 A3		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声 在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				发射声压级 GB/T 17248.2-2018 5		
				声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级 GB/T 17248.3-2018 5		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声.在一个反射平面上方可忽略环境校正条件下进行工作位置和其他指定位置的发射声压级测量 ISO 11201：2010 5.2.2		2025-11-06
				声学 机器和设备发射的噪声. 应用近似环境修正法对工作站和其他指定位置发射声压级进行测定 GB/T 17248.3-2018 ISO 11202：2010 6.2		2025-11-06
				玩具的安全性 第 1 部分:机械和物理性能 EN 71-1:2014+A1:2018 8.28.1.4		2025-11-06
		3	混响时间	声学.建筑物和房间声学新测量方法的应用 ISO 18233:2006 6		2025-11-06
				声学.房间声学参数的测量.第 2 部分:普通房间的混响时间 ISO 3382-2:2008 5		2025-11-06
				室内混响时间测量规范 GB/T 50076-2013 4		2025-11-06
				声学 室内声学参量测量 第 2 部分:普通房间混响时间 GB/T 36075.2-2018 5		2025-11-06
12 电磁兼容						
1201,1202 一般电子电气产品						
1	一般电子电气产品(EMC)	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2(Edition 3.0):2025 8		2025-11-06
		2	射频电磁场辐射抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023 8		2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3(Edition4.0):2020 8		2025-11-06
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018 8		2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC 61000-4-4(Edition 3.0):2012 8		2025-11-06
		4	浪涌(冲击)抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019 8	不测：10/700μs(5/320μs)波形	2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 IEC 61000-4-5(Edition3.1):2017 8	不测：10/700μs(5/320μs)波形	2025-11-06
		5	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017 8		2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6(Edition5.0):2023 8		2025-11-06
		6	工频磁场抗扰度	电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006 8		2025-11-06
				电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-8(Edition2.0):2009 8		2025-11-06
		7	脉冲磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-2011 8		2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-9(Edition2.0):2016 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	阻尼振荡磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-2017 8		2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-10(Edition2.0):2016 8		2025-11-06
		9	电压跌落抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第11部分：对每相输入电流小于或等于16 A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2023 8		2025-11-06
				电磁兼容性（EMC） 第4部分：试验和测量方法 第11节：电压暂降、短时中断及电压变化抗扰性试验（每相输入电流16A） IEC 61000-4-11:2020 8		2025-11-06
		10	振铃波抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第12部分：振铃波抗扰度试验 GB/T 17626.12-2023 8		2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 IEC 61000-4-12(Edition3.0):2017 8		2025-11-06
		11	阻尼振荡波抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验 GB/T 17626.18-2016 8	不测：快速阻尼振荡波	2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验 IEC 61000-4-18:2019 8	不测：快速阻尼震荡波	2025-11-06
		12	谐波/谐间波低频抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号低频抗扰度试验 GB/T 17626.13-2006 8	不测：三相供电设备	2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号低频抗扰度试验 IEC 61000-4-13(Edition1.2):2015 8	不测：三相供电设备	2025-11-06
		13	电压波动抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验 GB/T 17626.14-2005 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验 IEC 61000-4-14(Edition1.2):2009 8		2025-11-06
		14	直流电压跌落抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.29-2006 8		2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 IEC 61000-4-29(Edition1.0):2000 8		2025-11-06
		15	工频频率变化抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验 GB/T 17626.28-2006 8		2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验 IEC 61000-4-28(Edition1.2):2009 8		2025-11-06
		16	2kHz-150kHz 频段范围的差模传导抗扰度	电磁兼容-第 4-19 部分：试验和测量技术 AC 电源端口 2kHz-150kHz 频段范围的差模传导骚扰抗扰度试验 GB/T 17626.19-2022 8		2025-11-06
				电磁兼容-第 4-19 部分：试验和测量技术 AC 电源端口 2kHz-150kHz 频段范围的差模传导骚扰抗扰度试验 IEC61000-4-19(Editon1.0):2014		2025-11-06
		17	0 Hz-150 kHz 共模传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 0 Hz-150 kHz 共模传导骚扰抗扰度 BS EN 61000-4-16:2016 8		2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 0 Hz-150 kHz 共模传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-16:2015 8		2025-11-06
		18	谐波电流发射	电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2022 6.3	只做：单相产品	2025-11-06
				IEC61000-3-2-2024 电磁兼容 第 3-2 部分 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流＜16A) IEC 61000-3-2	只做：单相产品	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				(Edition5.2)：2024 6.2		
		19	电压变化、电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB17625.2-2007 4	只做：单相产品	2025-11-06
				电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3(Edition3.2):2021 4	只做：单相产品	2025-11-06
2	不间断电源设备 UPS(EMC)	1	传导发射	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 6.4		2025-11-06
				不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 62040-2(Edition 3.0):2016 6.4		2025-11-06
		2	辐射发射	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 6.5		2025-11-06
				不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 62040-2(Edition 3.0):2016 6.5		2025-11-06
		3	静电放电	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 7.3		2025-11-06
				不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 62040-2(Edition 3.0):2016 7.3		2025-11-06
		4	射频电磁场	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 7.3		2025-11-06
				不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 62040-2(Edition 3.0):2016 7.3		2025-11-06
		5	快速瞬变脉冲群	不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 7.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 获得认可的证书

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 62040-2(Edition 3.0):2016 7.3		2025-11-06
		6	浪涌	不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 7.3		2025-11-06
				不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 62040-2(Edition 3.0):2016 7.3		2025-11-06
		7	电源谐波和谐间波	不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 7.3		2025-11-06
				不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 62040-2(Edition 3.0):2016 7.3		2025-11-06
		8	电压暂降、短时中断和电压变化	不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 7.3		2025-11-06
				不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 62040-2(Edition 3.0):2016 7.3		2025-11-06
		9	工频磁场	不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 7.3		2025-11-06
				不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 62040-2(Edition 3.0):2016 7.3		2025-11-06
3	低压直流电源	1	电流谐波	低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) GB/T 21560.3-2008 6.2.2	不测：三相供电设备	2025-11-06
				低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) IEC 61204-3(Edition3.0):2016 6.2.2	不测：三相供电设备	2025-11-06
		2	电压波动和闪烁	低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) GB/T 21560.3-2008 6.2.3	只测：单相设备	2025-11-06
				低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) IEC 61204-3(Edition3.0):2016 6.2.3	只测：单相设备	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	电源端传导骚扰	低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) GB/T 21560.3-2008 6.3		2025-11-06
				低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) IEC 61204-3(Edition3.0):2016 6.3		2025-11-06
		4	高频辐射骚扰	低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) GB/T 21560.3-2008 6.4		2025-11-06
				低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) IEC 61204-3(Edition3.0):2016 6.4		2025-11-06
		5	静电放电	低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) GB/T 21560.3-2008 7.2		2025-11-06
				低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) IEC 61204-3(Edition3.0):2016 7.2		2025-11-06
		6	射频电磁场辐射抗扰度	低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) GB/T 21560.3-2008 7.2		2025-11-06
				低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) IEC 61204-3(Edition3.0):2016 7.2		2025-11-06
		7	快速瞬变脉冲群	低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) GB/T 21560.3-2008 7.2		2025-11-06
				低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) IEC 61204-3(Edition3.0):2016 7.2		2025-11-06
		8	浪涌(冲击)	低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) GB/T 21560.3-2008 7.2		2025-11-06
				低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) IEC 61204-3(Edition3.0):2016 7.2		2025-11-06
		9	电压跌落、中断	低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) GB/T 21560.3-2008 7.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) IEC 61204-3(Edition3.0):2016 7.2		2025-11-06
		10	射频连续传导抗扰度	低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) GB/T 21560.3-2008 7.2		2025-11-06
				低压直流电源 第3部分：电磁兼容性(EMC) IEC 61204-3(Edition3.0):2016 7.2		2025-11-06
4	船舶电气与电子设备	1	传导发射	船舶电气与电子设备的电磁兼容性 GB/T 10250-2007 6.2		2025-11-06
				船舶电气与电子设备的电磁兼容性 IEC 60533(Edition3.0):2015 6.2		2025-11-06
		2	辐射发射	船舶电气与电子设备的电磁兼容性 GB/T 10250-2007 6.2		2025-11-06
				船舶电气与电子设备的电磁兼容性 IEC 60533(Edition3.0):2015 6.2		2025-11-06
		3	电源波动	船舶电气与电子设备的电磁兼容性 GB/T 10250-2007 7.2		2025-11-06
				船舶电气与电子设备的电磁兼容性 IEC 60533(Edition3.0):2015 7.2		2025-11-06
		4	电源失效	船舶电气与电子设备的电磁兼容性 GB/T 10250-2007 7.2		2025-11-06
				船舶电气与电子设备的电磁兼容性 IEC 60533(Edition3.0):2015 7.2		2025-11-06
		5	电气快速瞬变	船舶电气与电子设备的电磁兼容性 GB/T 10250-2007 7.2		2025-11-06
				船舶电气与电子设备的电磁兼容性 IEC 60533(Edition3.0):2015 7.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	电涌电压	船舶电气与电子设备的电磁兼容性 GB/T 10250-2007 7.2		2025-11-06
				船舶电气与电子设备的电磁兼容性 IEC 60533(Edition3.0):2015 7.2		2025-11-06
		7	射频传导干扰	船舶电气与电子设备的电磁兼容性 GB/T 10250-2007 7.2		2025-11-06
				船舶电气与电子设备的电磁兼容性 IEC 60533(Edition3.0):2015 7.2		2025-11-06
		8	电磁场	船舶电气与电子设备的电磁兼容性 GB/T 10250-2007 7.2		2025-11-06
				船舶电气与电子设备的电磁兼容性 IEC 60533(Edition3.0):2015 7.2		2025-11-06
		9	静电放电	船舶电气与电子设备的电磁兼容性 GB/T 10250-2007 7.2		2025-11-06
				船舶电气与电子设备的电磁兼容性 IEC 60533(Edition3.0):2015 7.2		2025-11-06
5	电梯、自动扶梯和输送机产品	1	辐射和传导发射	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 发射 GB/T 24807-2021 4.2		2025-11-06
				电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射 EN 12015:2020 4.2		2025-11-06
		2	谐波	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 发射 GB/T 24807-2021 4.4	不测：三相供电设备	2025-11-06
				电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射 EN 12015:2020 4.4	不测：三相供电设备	2025-11-06
		3	静电放电	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 抗扰度 GB/T 24808-2022 4.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 EN 12016:2013 4.1		2025-11-06
		4	射频电磁场	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 抗扰度 GB/T 24808-2022 4.1		2025-11-06
				电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 EN 12016:2013 4.1		2025-11-06
		5	快速瞬变脉冲群	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 抗扰度 GB/T 24808-2022 4.1		2025-11-06
				电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 EN 12016:2013 4.1		2025-11-06
		6	浪涌	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 抗扰度 GB/T 24808-2022 4.1		2025-11-06
				电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 EN 12016:2013 4.1		2025-11-06
		7	射频场感应的传导骚扰	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 抗扰度 GB/T 24808-2022 4.1		2025-11-06
				电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 EN 12016:2013 4.1		2025-11-06
		8	电压暂降和电压中断	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 抗扰度 GB/T 24808-2022 4.1		2025-11-06
				电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 EN 12016:2013 4.1		2025-11-06
6	低压成套开关设备和控制设备	1	发射	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023 J.10.12.3		2025-11-06
				低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 IEC 61439-1(Edition3.0)：2020 J.10.12.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	静电放电抗扰度	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023 J.10.12.2		2025-11-06
				低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 IEC 61439-1(Edition3.0)：2020 J.10.12.2		2025-11-06
		3	射频电磁场辐射抗扰度	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023 J.10.12.2		2025-11-06
				低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 IEC 61439-1(Edition3.0)：2020 J.10.12.2		2025-11-06
		4	电快速瞬变脉冲群抗扰度	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023 J.10.12.2		2025-11-06
				低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 IEC 61439-1(Edition3.0)：2020 J.10.12.2		2025-11-06
		5	浪涌（冲击）抗扰度	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023 J.10.12.2		2025-11-06
				低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 IEC 61439-1(Edition3.0)：2020 J.10.12.2		2025-11-06
		6	射频场感应的传导骚扰抗扰度	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023 J.10.12.2		2025-11-06
				低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 IEC 61439-1(Edition3.0)：2020 J.10.12.2		2025-11-06
		7	工频磁场抗扰度	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023 J.10.12.2		2025-11-06
				低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 IEC 61439-1(Edition3.0)：2020 J.10.12.2		2025-11-06
		8	电压暂降和短时中断抗扰度	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023 J.10.12.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 IEC 61439-1(Edition3.0)：2020 J.10.12.2		2025-11-06
		9	电源谐波抗扰度	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023 J.10.12.2	不测：三相供电设备	2025-11-06
				低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 IEC 61439-1(Edition3.0)：2020 J.10.12.2	不测：三相供电设备	2025-11-06
1203,1204 信息技术设备、多媒体设备和接收机						
1	信息技术设备、多媒体设备和接收机(EMC)	1	传导发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021 A.3		2025-11-06
				多媒体设备的电磁兼容 发射要求 CISPR 32(Edition2.1):2019 6.3	不测：传导差模电压发射	2025-11-06
		2	辐射发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021 A.2		2025-11-06
				多媒体设备的电磁兼容 发射要求 CISPR 32(Edition2.1):2019 6.3	测试场地：SAC	2025-11-06
		3	静电放电	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5		2025-11-06
				多媒体设备的电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2		2025-11-06
		4	电快速瞬变脉冲群抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5		2025-11-06
				多媒体设备的电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2		2025-11-06
		5	连续波射频骚扰	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				多媒体设备的电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2		2025-11-06
		6	工频磁场	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5		2025-11-06
				多媒体设备的电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2		2025-11-06
		7	浪涌	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5		2025-11-06
				多媒体设备的电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2		2025-11-06
		8	电压暂降和短时中断	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5		2025-11-06
				多媒体设备的电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2		2025-11-06
1205,1206 家用电器、电动工具、照明电器						
1	电气照明和类似设备（EMC）	1	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021 8		2025-11-06
				电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR 15 (Edition9.1)：2024 9.1		2025-11-06
		2	辐射电磁骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021 9	只用：LLAS法、SAC法	2025-11-06
				电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR 15 (Edition9.1)：2024 9.2	只用：LLAS法、SAC法	2025-11-06
		3	静电放电	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.2		2025-11-06
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547(Edition3.0):2020 5.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	射频电磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.3		2025-11-06
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547(Edition3.0):2020 5.3		2025-11-06
		5	工频磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.4		2025-11-06
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547(Edition3.0):2020 5.4		2025-11-06
		6	快速瞬变	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.5		2025-11-06
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547(Edition3.0):2020 5.5		2025-11-06
		7	注入电流	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.6		2025-11-06
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547(Edition3.0):2020 5.6		2025-11-06
		8	浪涌	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.7		2025-11-06
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547(Edition3.0):2020 5.7		2025-11-06
		9	电压暂降及短时中断	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.8		2025-11-06
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547(Edition3.0):2020 5.8		2025-11-06
		10	电压波动	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.9		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547(Edition3.0):2020 5.9		2025-11-06
2	家用电器、电动工具和类似器具（EMC）	1	电源端子骚扰电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018 5		2025-11-06
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 CISPR 14-1(Edition7.0):2020 5		2025-11-06
		2	骚扰功率	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018 6		2025-11-06
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 CISPR 14-1(Edition7.0):2020 6		2025-11-06
		3	静电放电	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.1		2025-11-06
				电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度--产品类标准 CISPR 14-2(Edition3.0):2020 5.1		2025-11-06
		4	电快速瞬变脉冲群抗扰度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.2		2025-11-06
				电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度--产品类标准 CISPR 14-2(Edition3.0):2020 5.2		2025-11-06
		5	注入电流（0.15~80）MHz	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.3		2025-11-06
				电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度--产品类标准 CISPR 14-2(Edition3.0):2020 5.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	射频电磁场	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.5		2025-11-06
				电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度--产品类标准 CISPR 14-2(Edition3.0):2020 5.5		2025-11-06
		7	浪涌	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.6		2025-11-06
				电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度--产品类标准 CISPR 14-2(Edition3.0):2020 5.6		2025-11-06
		8	电压暂降和短时中断	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.7		2025-11-06
				电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度--产品类标准 CISPR 14-2(Edition3.0):2020 5.7		2025-11-06
1207,1208 医疗设备						
1	医用电气设备（EMC）	1	传导骚扰	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 6.1.1		2025-11-06
				医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 IEC 60601-1-2(Edition4.1):2020 36.201.1		2025-11-06
		2	辐射骚扰	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 6.1.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 IEC 60601-1-2(Edition4.1):2020 36.201.1		2025-11-06
		3	谐波失真	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 6.1.3.1	不测：三相供电设备	2025-11-06
				医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 IEC 60601-1-2(Edition4.1):2020 36.201.3.1	不测：三相供电设备	2025-11-06
		4	电压波动和闪烁	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 6.1.3.2	只测：单相设备	2025-11-06
				医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 IEC 60601-1-2(Edition4.1):2020 36.201.3.2	只测：单相设备	2025-11-06
		5	静电放电	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.2		2025-11-06
				医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 IEC 60601-1-2(Edition4.1):2020 36.202.2		2025-11-06
		6	射频电磁场辐射抗扰度	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.3		2025-11-06
				医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 IEC 60601-1-		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2(Edition4.1):2020 36.202.3		
		7	电快速瞬变脉冲群	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.4		2025-11-06
				医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 IEC 60601-1-2(Edition4.1):2020 36.202.4		2025-11-06
		8	浪涌	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.5		2025-11-06
				医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 IEC 60601-1-2(Edition4.1):2020 36.202.5		2025-11-06
		9	射频场感应的传导骚扰抗扰度	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.6		2025-11-06
				医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 IEC 60601-1-2(Edition4.1):2020 36.202.6		2025-11-06
		10	电压暂降、短时中断和电压变化	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.7		2025-11-06
				医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 IEC 60601-1-2(Edition4.1):2020 36.202.7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	工频磁场	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.8		2025-11-06
				医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 IEC 60601-1-2(Edition4.1):2020 36.202.8		2025-11-06
1209,1210 工业、科学和医疗设备						
1	工业环境中的电气和电子产品(EMC)	1	工频磁场	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-2(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		2	射频辐射电磁场	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-2(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		3	静电放电	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-2(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		4	射频共模	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-2(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		5	快速瞬变	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-2(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		6	浪涌(冲击)	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-2(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		7	电压暂降	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-2(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		8	电压中断	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-2(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		9	传导发射	电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射 GB 17799.4-2022 9		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射标准 IEC 61000-6-4(Edition3.0):2018 7		2025-11-06
		10	辐射发射	电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射 GB 17799.4-2022 9		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射标准 IEC 61000-6-4(Edition3.0):2018 7		2025-11-06
2	工业、科学和医疗（ISM）射频设备（EMC）	1	电源端子骚扰电压	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019 8.2		2025-11-06
				工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 CISPR 11-2024 8.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	辐射骚扰（30MHz~1GHz）	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019 8.3		2025-11-06
				工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 CISPR 11-2024 8.3		2025-11-06
		3	辐射骚扰（1GHz~18GHz）	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019 9		2025-11-06
				工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 CISPR 11-2024 9		2025-11-06
3	居住、商业和轻工业环境中的电气和电子产品（EMC）	1	工频磁场	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		2	射频辐射电磁场	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		3	静电放电	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		4	射频共模	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		5	快速瞬变	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		6	浪涌(冲击)	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 8		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1(Edition3.0):2016 8		2025-11-06
		7	电压暂降	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 9		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1(Edition3.0):2016 9		2025-11-06
		8	电压中断	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.1-2017 9		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 IEC 61000-6-1(Edition3.0):2016 9		2025-11-06
		9	传导发射	电磁兼容 通用标准 第 3 部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023 11		2025-11-06
				电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 IEC 61000-6-3(Edition3.0):2020 7		2025-11-06
		10	辐射发射	电磁兼容 通用标准 第 3 部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023 7		2025-11-06
				电磁兼容(EMC) 第 6-3 部分：通用标准 居住环境用发射标准 IEC 61000-6-3(Edition3.0):2020 7		2025-11-06
4	测量、控制和实验室用的电设备（EMC）	1	静电放电	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求 IEC 61326-1(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.22-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-2(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.24-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-4(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
		2	射频电磁场	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 IEC 61326-1(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.22-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-2(Edition3.0):2020 6.2		
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.24-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-4(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
		3	电压暂降和短时中断	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 IEC 61326-1(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.22-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-2(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.24-2010 6.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-4(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
		4	脉冲群	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 IEC 61326-1(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.22-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-2(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.24-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-4(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
		5	浪涌	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 IEC 61326-1(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.22-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-2(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.24-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-4(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
		6	射频场感应的传导骚扰	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 IEC 61326-1(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.22-2010 6.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分：特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-2(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.24-2010 6.2		2025-11-06
				测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据 IEC 61326-2-4(Edition3.0):2020 6.2		2025-11-06
5	工业、科学和医疗机器人（EMC）	1	谐波电流与电压波动发射	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值 GB/T 38336-2019 6.1		2025-11-06
		2	电源和电信端口的传导骚扰	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值 GB/T 38336-2019 6.2		2025-11-06
		3	电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值 GB/T 38336-2019 6.3	只测：频率：30MHz～6GHz	2025-11-06
		4	静电放电抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5		2025-11-06
		5	射频电磁场抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5		2025-11-06
		6	工频磁场抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5		2025-11-06
		7	脉冲群抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	浪涌抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5		2025-11-06
		9	射频电磁场感应的传导骚扰抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5		2025-11-06
		10	电压暂降	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5		2025-11-06
		11	电压中断	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5		2025-11-06
1211,1212 汽车、摩托车						
1	车辆、车载电子零部件（EMC）	1	辐射骚扰	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 GB 14023-2022 5		2025-11-06
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限制和测量方法 CISPR12(Edition6.1):2009 5		2025-11-06
		2	零部件模块的传导发射-电压法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.3		2025-11-06
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25 (Edition5.0):2021 6.3		2025-11-06
		3	零部件模块的传导发射-电流法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.4		2025-11-06
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25 (Edition5.0):2021 6.4		2025-11-06
		4	零部件模块的辐射发射-ALSE法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.5		2025-11-06
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				机的限值和测量方法 CISPR 25 (Edition5.0):2021 6.5		
		5	零部件模块的辐射发射-带状线法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.6		2025-11-06
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25 (Edition5.0):2021 6.6		2025-11-06
		6	电动车辆的辐射发射	电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 GB/T 18387-2017 5		2025-11-06
		7	电动车辆的传导发射	电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 GB/T 18387-2017 5		2025-11-06
		8	静电放电抗扰度	道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 19951-2019 6		2025-11-06
				道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 ISO 10605(Edition3):2023 8		2025-11-06
		9	辐射抗扰度（电波暗室法）	道路车辆—用窄带发射的电磁能量进行电磁兼容的部件试验方法 ISO 11452-1(Edition4):2015 8		2025-11-06
				道路车辆—用窄带发射的电磁能量进行电磁兼容的部件试验方法 ISO 11452-2(Edition3):2019 8		2025-11-06
		10	大电流注入	道路车辆 电气干扰的部件试验方法 窄带辐射的电磁能量 第 4 部分:线束激励方法 ISO 11452-4(Edition5):2020 8		2025-11-06
				机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB / T 17619-1998 9		2025-11-06
		11	辐射抗扰度（带状线法）	道路车辆 窄带辐射的电磁能量产生的电子干扰部件试验方法 第 5 部分:窄条状线 ISO 11452-5(Edition4):2002 8		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	辐射抗扰度（150mm 带状线法）	机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB / T 17619-1998 9		2025-11-06
		13	辐射抗扰度（自由场法）	机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB / T 17619-1998 9		2025-11-06
		14	宽带辐射骚扰	电磁兼容性(EMC)-车辆内零件 电子设备的产品系列标准 EN 50498:2010 8		2025-11-06
		15	窄带骚扰	电磁兼容性(EMC)-车辆内零件 电子设备的产品系列标准 EN 50498:2010 8		2025-11-06
		16	传导瞬态骚扰	电磁兼容性(EMC)-车辆内零件 电子设备的产品系列标准 EN 50498:2010 8		2025-11-06
		17	传导瞬态抗扰度	电磁兼容性(EMC)-车辆内零件 电子设备的产品系列标准 EN 50498:2010 8		2025-11-06
		18	沿电源线的电压瞬态发射	道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第 1 部分：定义和一般规定 GB/T 21437.1-2021 4		2025-11-06
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第 1 部分: 定义和一般描述 ISO 7637-1:2023 5		2025-11-06
				道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第 2 部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T 21437.2-2021 4		2025-11-06
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第 2 部分：沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2(Edition3):2011 5		2025-11-06
		19	沿电源线的瞬态抗扰性	道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第 1 部分：定义和一般规定 GB/T 21437.1-2021 4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第 1 部分：定义和一般描述 ISO 7637-1:2023		2025-11-06
				道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第 2 部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T 21437.2-2021 4		2025-11-06
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第 2 部分：沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2(Edition3):2011 5		2025-11-06
		20	除电源线外其他导线的电瞬态抗扰性	道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第 1 部分：定义和一般规定 GB/T 21437.1-2021 4		2025-11-06
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第 1 部分：定义和一般描述 ISO 7637-1:2023 5		2025-11-06
				道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第 3 部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性 GB/T 21437.3-2021 4		2025-11-06
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第 3 部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 ISO 7637-3:2016 5		2025-11-06
		21	磁场抗扰度	道路车辆 来自窄带辐射电磁能的电气骚扰的组件试验方法 第 8 部分:磁场抗扰度 ISO 11452-8(Edition2):2015 8		2025-11-06
		22	模拟便携式发射机抗扰度	道路车辆.窄带辐射电磁能量的电干扰元部件试验方法.第 9 部分:便携式发射机 ISO 11452-9:2021 8		2025-11-06
2	汽车行驶记录仪	1	静电放电抗扰性	汽车行驶记录仪 GB/T 19056-2021 6.12		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	瞬态抗扰性	汽车行驶记录仪 GB/T 19056-2021 6.13		2025-11-06
3	汽车电子零部件	1	宽带辐射发射	关于车辆电磁兼容性能认证的统一规定 ECE R10 Rev.6 6.5		2025-11-06
		2	窄带辐射发射	关于车辆电磁兼容性能认证的统一规定 ECE R10 Rev.6 6.6		2025-11-06
		3	瞬态传导发射	关于车辆电磁兼容性能认证的统一规定 ECE R10 Rev.6 6.7		2025-11-06
		4	电磁辐射抗扰度	关于车辆电磁兼容性能认证的统一规定 ECE R10 Rev.6 6.8	不测：TEM 小室法。	2025-11-06
		5	瞬态传导抗扰度	关于车辆电磁兼容性能认证的统一规定 ECE R10 Rev.6 6.9		2025-11-06
4	胎压监测模块	1	电磁兼容性	乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法 GB 26149-2017 5.1		2025-11-06
1215 轨道交通的车辆、装置和设备						
1	轨道交通设备（EMC）	1	传导发射	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分:机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第 4 部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 GB/T 24338.5-2018 5		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第 5 部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 GB/T 24338.6-2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.9.2		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分:机车车辆 设备 IEC 62236-3-2(Edition3.0):2018 6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 IEC 62236-4(Edition3.0):2018 5		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 IEC 62236-5(Edition3.0):2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.9.2		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分:机车车辆 设备 EN 50121-3-2:2016+A1:2019 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 EN 50121-4:2016+A1:2019 5		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 EN 50121-5:2017+A1:2019 4		2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.9		2025-11-06
		2	辐射发射	轨道交通 电磁兼容 第3-2部分:机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 GB/T 24338.5-2018 5		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 GB/T 24338.6-2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.9.2		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分:机车车辆 设备 IEC 62236-3-2(Edition3.0):2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 IEC 62236-4(Edition3.0):2018 5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 IEC 62236-5(Edition3.0):2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.9.2		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分:机车车辆 设备 EN 50121-3-2:2016+A1:2019 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 EN 50121-4:2016+A1:2019 5		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 EN 50121-5:2017+A1:2019 4		2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.9		2025-11-06
		3	射频共模	轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2018 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 GB/T 24338.5-2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 GB/T 24338.6-2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.9.1		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 IEC 62236-3-2(Edition3.0):2018 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 IEC 62236-4(Edition3.0):2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 IEC 62236-5(Edition3.0):2018 4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.9.1		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 EN 50121-3-2:2016+A1:2019 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 EN 50121-4:2016+A1:2019 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 EN 50121-5:2017+A1:2019 4		2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.9		2025-11-06
		4	电快速瞬变脉冲群	轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2018 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 GB/T 24338.5-2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 GB/T 24338.6-2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.8.3		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 IEC 62236-3-2(Edition3.0):2018 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 IEC 62236-4(Edition3.0):2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 IEC 62236-5(Edition3.0):2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.8.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 EN 50121-3-2:2016+A1:2019 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 EN 50121-4:2016+A1:2019 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 EN 50121-5:2017+A1:2019 4		2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.9		2025-11-06
		5	浪涌	轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2018 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 GB/T 24338.5-2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 GB/T 24338.6-2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.8.1		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 IEC 62236-3-2(Edition3.0):2018 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 IEC 62236-4(Edition3.0):2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 IEC 62236-5(Edition3.0):2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.8.1		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 EN 50121-3-2:2016+A1:2019 7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 EN 50121-4:2016+A1:2019 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 EN 50121-5:2017+A1:2019 4		2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.9		2025-11-06
		6	射频电磁场辐射抗扰度	轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2018 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 GB/T 24338.5-2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 GB/T 24338.6-2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.9.1		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 IEC 62236-3-2(Edition3.0):2018 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 IEC 62236-4(Edition3.0):2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 IEC 62236-5(Edition3.0):2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.9.1		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 EN 50121-3-2:2016+A1:2019 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 EN 50121-4:2016+A1:2019 6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 EN 50121-5:2017+A1:2019 4		2025-11-06
				轨道交通—机车车辆—电子设备 EN 50155：2021 13.4.9		2025-11-06
		7	静电放电	轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2018 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 GB/T 24338.5-2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 GB/T 24338.6-2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.8.2		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 IEC 62236-3-2(Edition3.0):2018 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 IEC 62236-4(Edition3.0):2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 IEC 62236-5(Edition3.0):2018 4		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0):2012 12.2.8.2		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 EN 50121-3-2:2016+A1:2019 7		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 EN 50121-4:2016+A1:2019 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 EN 50121-5:2017+A1:2019 4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				轨道交通—机车车辆—电子设备 EN 50155：2021 13.4.9		2025-11-06
		8	工频磁场	轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 GB/T 24338.5-2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 GB/T 24338.6-2018 4		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 IEC 62236-4(Edition3.0):2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 IEC 62236-5(Edition3.0):2018 4		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 EN 50121-4:2016+A1:2019 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 EN 50121-5:2017+A1:2019 4		2025-11-06
		9	脉冲磁场	轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 GB/T 24338.5-2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 IEC 62236-4(Edition3.0):2018 6		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度 EN 50121-4:2016+A1:2019 6		2025-11-06
		10	阻尼振荡电压（振荡波）	轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 GB/T 24338.6-2018 4		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 IEC 62236-5(Edition3.0):2018 4		2025-11-06
				轨道交通 电磁兼容 第5部分：地面供电设备和系统的发射与抗扰度 EN 50121-5:2017+A1:2019 4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	电源过电压	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.7		2025-11-06
				轨道交通 机车车辆电子装置 IEC 60571(Edition 3.0): 2012 12.2.7		2025-11-06
				轨道交通－机车车辆－电子设备 EN 50155：2021 13.4.3.3		2025-11-06
1224 测试场地						
1	电磁屏蔽室/电波暗室	1	屏蔽效能	电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T 12190-2021 5.6,5.7,5.8		2025-11-06
		2	接地电阻	低压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T 16895.23-2020 附录 C		2025-11-06
				数据中心基础设施施工及验收标准 GB 50462-2024 14.7		2025-11-06
		3	绝缘电阻	低压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T 16895.23-2020 附录 B		2025-11-06
2	屏蔽盒/箱	1	屏蔽效能	军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法 GJB 5792-2006 6		2025-11-06
3	电波暗室	1	场均匀性	电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023 6.3		2025-11-06
				电磁兼容 试验和测量技术 第 4-3 部分 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2020 6.3		2025-11-06
		2	归一化场地衰减	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 1-4 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 GB/T 6113.104-2021 6		2025-11-06
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 1-4 部分: 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰用测量天		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				线和试验场地 CISPR 16-1-4:2023 6		
		3	场地电压驻波比	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰用测量天线和试验场地 GB/T 6113.104-2021 7.3		2025-11-06
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地度 CISPR 16-1-4:2023 7.3		2025-11-06
		4	背景噪声	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.4		2025-11-06
				车辆、船只和内燃机.无线电干扰特性.车载接收器保护用限值和测量方法 CISPR 25:2021 6.4		2025-11-06
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2020 7.6		2025-11-06
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2016+AMD1:2019+AMD2:2023 7.6		2025-11-06
		5	试验桌对辐射测量的影响	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 GB/T 6113.104-2021 6.11		2025-11-06
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分: 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰用测量天线和试验场地 CISPR 16-1-4:2023 6.11		2025-11-06
		6	接地电阻	低压电气装置 第6部分：检验 GB/T 16895.23-2020 附录C		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				数据中心基础设施施工及验收标准 GB 50462-2024 14		2025-11-06
		7	绝缘电阻	低压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T 16895.23-2020 附录 B		2025-11-06
14 软件产品与信息安全产品						
1401 软件产品						
1	应用软件	1	功能性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.1		2025-11-06
		2	易用性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.4		2025-11-06
		3	性能效率	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.2	不超过 500 并发用户	2025-11-06
		4	兼容性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.3		2025-11-06
		5	可靠性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.5		2025-11-06
		6	信息安全性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	维护性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.7		2025-11-06
		8	可移植性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.8		2025-11-06
2	计量器具/测量仪器软件	1	代码保护	数字指示秤软件可信度测评方法 JJF 1365-2012 6.1		2025-11-06
		2	接口保护	数字指示秤软件可信度测评方法 JJF 1365-2012 6.2		2025-11-06
		3	软件标识	数字指示秤软件可信度测评方法 JJF 1365-2012 6.3		2025-11-06
				计量器具软件测评指南 JJF 1182-2021 4.2.1		2025-11-06
		4	算法和功能正确性	数字指示秤软件可信度测评方法 JJF 1365-2012 6.4		2025-11-06
				计量器具软件测评指南 JJF 1182-2021 4.2.2		2025-11-06
		5	防欺骗性使用要求	数字指示秤软件可信度测评方法 JJF 1365-2012 6.5		2025-11-06
		6	软件保护	计量器具软件测评指南 JJF 1182-2021 4.2.3		2025-11-06
		7	硬件特性支持	计量器具软件测评指南 JJF 1182-2021 4.2.4		2025-11-06
		8	计量数据自动和长期存储	计量器具软件测评指南 JJF 1182-2021 4.3.1		2025-11-06
		9	测量数据的传输	计量器具软件测评指南 JJF 1182-2021 4.3.2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	组件分离与接口的要求	计量器具软件测评指南 JJF 1182-2021 4.3.3		2025-11-06
		11	维护和升级	计量器具软件测评指南 JJF 1182-2021 4.3.4		2025-11-06
		12	操作系统和硬件兼容性	计量器具软件测评指南 JJF 1182-2021 4.3.5		2025-11-06
3	电测量设备（交流）软件	1	嵌入式软件(固件)标识	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 10.2		2025-11-06
		2	软件保护	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 10.3		2025-11-06
		3	参数保护	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 10.4		2025-11-06
		4	仪表和子组件的分离	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 10.5		2025-11-06
		5	软件分离	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 10.6		2025-11-06
		6	数据存储、通过通信系统传输数据	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 10.7		2025-11-06
		7	维护和升级	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 10.8		2025-11-06
		8	事件记录的检测功能	电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分 测量设备 GB/T 17215.211-2021 10.9		2025-11-06
4	非水液体动态测量系统	1	软件标识	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2:2019 Table9.1 A.1.1		2025-11-06
		2	算法正确性	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				试 OIML R 117-2:2019 Table9.1 A.1.2		
		3	防止欺诈	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2:2019 Table9.1 A.1.3	不做计量数据流分析和软件模块测试	2025-11-06
		4	参数保护	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2:2019 Table9.1 A.1.3.3	不做计量数据流分析和软件模块测试	2025-11-06
		5	电子装置和子组件的分离	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2:2019 Table9.1 A.2.1		2025-11-06
		6	软件部分的分离	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2:2019 Table9.1 A.2.2		2025-11-06
		7	数据存储、通过通信系统传输数据	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2:2019 Table9.1 A.2.3	不做软件模块测试	2025-11-06
		8	时间戳	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2:2019 Table9.1 A.2.3.1		2025-11-06
		9	与时间测量相关的数据保护	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2:2019 Table9.1 A.2.3.2	不做软件模块测试	2025-11-06
		10	传输延时或中断	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2:2019 Table9.1 A2.3.4		2025-11-06
		11	自动存储	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2:2019 Table9.1 A.2.4		2025-11-06
03 机械						
031910 热学试验设备						

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	高压灭菌锅	1	多孔渗透性负载	立式蒸汽灭菌器 YY/T 1007-2018 6.10.1.1		2025-11-06
		2	压力控制器试验	立式蒸汽灭菌器 YY/T 1007-2018 6.10.2		2025-11-06
2	盐雾试验箱	1	温度	盐雾试验箱技术条件 GB/T 10587-2006 6.3		2025-11-06
		2	盐雾沉降率	盐雾试验箱技术条件 GB/T 10587-2006 6.4	只测 2m³ 以下	2025-11-06
3	空气热老化试验箱	1	温度示值误差	空气热老化试验箱 JB/T 7444-2018 7.5		2025-11-06
		2	温度波动度	空气热老化试验箱 JB/T 7444-2018 7.7		2025-11-06
		3	温度均匀度	空气热老化试验箱 JB/T 7444-2018 7.8		2025-11-06
		4	表面温度	空气热老化试验箱 JB/T 7444-2018 7.10		2025-11-06
		5	换气率	空气热老化试验箱 JB/T 7444-2018 7.11，附录 A		2025-11-06
4	汽车喷烤漆房	1	温度	汽车喷烤漆房 JT/T 324-2022 6.9.8		2025-11-06
		2	升温时间	汽车喷烤漆房 JT/T 324-2022 6.2.1		2025-11-06
		3	作业区风速	汽车喷烤漆房 JT/T 324-2022 6.2.3		2025-11-06
		4	作业区内、外压差	汽车喷烤漆房 JT/T 324-2022 6.2.4		2025-11-06
		5	噪声	汽车喷烤漆房 JT/T 324-2022 6.2.5		2025-11-06
		6	作业区照度	汽车喷烤漆房 JT/T 324-2022 6.2.7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	通断时间面积法热计量装置	1	安全测试	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB4793.1-2007 6		2025-11-06
		2	温度偏差	通断时间面积法热计量装置技术条件 JG/T 379-2012 5.2		2025-11-06
		3	时间偏差	通断时间面积法热计量装置技术条件 JG/T 379-2012 4.6		2025-11-06
6	温度法热计量分摊装置	1	安全测试	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB4793.1-2007 6		2025-11-06
		2	室温测量	温度法热计量分摊装置 JG/T 362-2012 6.2		2025-11-06
		3	断电保护	温度法热计量分摊装置 JG/T 362-2012 6.3		2025-11-06
		4	系统运行	温度法热计量分摊装置 JG/T 362-2012 6.5		2025-11-06
031915 流量测量仪器						
1	水平衡测试	1	水量	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022 5.3.3.1		2025-11-06
		2	水温	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022 5.3.3.3		2025-11-06
		3	漏失率	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022 5.3.4.5		2025-11-06
		4	新水利用率	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022 5.5.1		2025-11-06
		5	排水率	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022 5.5.1		2025-11-06
		6	重复利用率	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022 5.5.1		2025-11-06
		7	冷却水循环率	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022 5.5.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	水计量器具配备率	用水单位水计量器具配备和管理通则 GB/T 24789-2022 附录 A		2025-11-06
		9	水计量率	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022 5.5.1		2025-11-06
2	加油站二次油气回收系统	1	*液阻	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2020 附录 A		2025-11-06
		2	*密闭性	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2020 附录 B		2025-11-06
		3	*气液比	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2020 附录 C		2025-11-06
3	燃油加油机	1	结构与外观	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.2		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 5.1～5.3、7.1～7.2		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.2		2025-11-06
		2	运转试验	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.4		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.3		2025-11-06
		3	流量范围	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.5.2		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 6.1		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.4		2025-11-06
		4	最大允许误差	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.5.2		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 6.2、10.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.4		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 5.3.2		2025-11-06
		5	付费金额误差	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.5.2		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲 JJF1521-2023 6.6、10.3		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.4		2025-11-06
		6	最小被测量	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.5.3		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 6.3、10.4		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.5		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 5.5/A.6.4.2		2025-11-06
		7	流量中断示值误差	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.5.4		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 6.4、10.5		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.6		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 A.6.2.2		2025-11-06
		8	防欺骗检查	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	掉电保护和复显示值时间	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.12		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 7.5		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.7		2025-11-06
		10	计量稳定性试验	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.5.5		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 7.8、10.11		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.8		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 5.4		2025-11-06
		11	噪声检测	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.13		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.16		2025-11-06
		12	电子系统安全性	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.6		2025-11-06
		13	自锁功能	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.6		2025-11-06
		14	校验功能	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.6		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 10.2		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.10		2025-11-06
		15	防爆性能	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.3		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 7.6		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.1		2025-11-06
		16	油气分离能力	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.14		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 10.6		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 7		2025-11-06
		17	软管内容积变化	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 .6.15		2025-11-06
				燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 10.7		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.3.5		2025-11-06
				非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 A.6.3.2		2025-11-06
		18	最小体积变量	燃油加油机型式评价大纲（试行） JJF1521-2023 6.5		2025-11-06
				机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.5.2		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 5.2.3		2025-11-06
		19	计数示值范围	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.5.2		2025-11-06
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 5.2.8		2025-11-06
		20	油气回收气液比检测	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2023 6.7		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.9		2025-11-06
		21	监督与安全功能检测	燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.2.11		2025-11-06
		22	指示装置部件性能试验	燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 6.2		2025-11-06
		23	控制阀部件性能试验	燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.3.2		2025-11-06
		24	油气回收部件性能试验	燃油加油机 T/CMA JY 046-2021 7.3.6		2025-11-06
		25	通信协议功能	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 A.6.4.1		2025-11-06
		26	超时测试	非水液体动态测量系统 第2部分：计量控制和性能测试 OIML R 117-2-2019 A.6.4.4		2025-11-06
4	冷水水表	1	静压试验	饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.3	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 7.3	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 7.3	DN8～DN50	2025-11-06
		2	基本示值误差	饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.4	DN8～DN 800	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 7.4	DN8～DN 800	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 7.4	DN8～DN 800	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	水温影响试验	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.5	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 7.5	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 7.5	DN8～DN50	2025-11-06
		4	过载水温	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.6	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 7.6	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 7.6	DN8～DN50	2025-11-06
		5	水压试验	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.7	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 7.7	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 7.7	DN8～DN50	2025-11-06
		6	逆流试验	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.8	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 7.8	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 7.8	DN8～DN50	2025-11-06
		7	压力损失试验	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.9	DN8～DN50	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 7.9	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 7.9	DN8～DN50	2025-11-06
		8	流体扰动试验	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.10	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 7.10	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 7.10	DN8～DN50	2025-11-06
		9	耐久性试验	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.11	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 7.11	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 7.11	DN8～DN50	2025-11-06
		10	水表辅助装置试验	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.13	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 7.13	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 7.13	DN8～DN50	2025-11-06
		11	磁场试验	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.16	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.16	DN8～DN50	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.16	DN8～DN50	2025-11-06
		12	零流量	饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.17	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 ISO 4064-2:2024 8.17	DN8～DN50	2025-11-06
				饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：试验方法 EN ISO 4064-2:2025 8.17	DN8～DN50	2025-11-06
5	流量开关	1	流量	低压开关设备和控制设备第 5-9 部分:控制电路电器和开关元件 流量开关 GB/T 14048.21-2013 5		2025-11-06
6	气体容积式流量计	1	基本误差	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.2		2025-11-06
				气体容积式流量计型式评价大纲 JJF 2111-2024 10.2.1		2025-11-06
		2	重复性误差	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.3		2025-11-06
				气体容积式流量计型式评价大纲 JJF 2111-2024 10.2.3		2025-11-06
		3	始动流量	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.4		2025-11-06
				气体容积式流量计型式评价大纲 JJF 2111-2024 10.4		2025-11-06
		4	压力损失	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.5		2025-11-06
				气体容积式流量计型式评价大纲 JJF 2111-2024 10.3		2025-11-06
		5	耐压强度	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				气体容积式流量计型式评价大纲 JJF 2111-2024 10.7		2025-11-06
		6	密封性	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.7		2025-11-06
				气体容积式流量计型式评价大纲 JJF 2111-2024 10.8		2025-11-06
		7	过载能力	气体腰轮流量计 JB/T 7385-2015 6.7		2025-11-06
				气体容积式流量计型式评价大纲 JJF 2111-2024 10.6		2025-11-06
		8	误差曲线	气体容积式流量计型式评价大纲 JJF 2111-2024 10.2.2		2025-11-06
		9	机电转换	气体容积式流量计型式评价大纲 JJF 2111-2024 10.5		2025-11-06
		10	外观与结构	气体容积式流量计型式评价大纲 JJF 2111-2024 7.1		2025-11-06
7	涡街流量计	1	示值误差	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.2.2		2025-11-06
		2	重复性误差	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.2.3		2025-11-06
		3	外观	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.3		2025-11-06
		4	压力损失	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.4		2025-11-06
		5	密封性	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.5		2025-11-06
		6	耐压强度	涡街流量计 JB/T 9249-2015 7.6		2025-11-06
8	涡轮流量计	1	误差	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 8.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	压力损失	封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计 GB/T 18940-2003 8.5		2025-11-06
9	差压式流量计	1	技术资料	差压式流量计型式评价大纲 JJF1590-2016 5.1		2025-11-06
		2	计量单位	差压式流量计型式评价大纲 JJF1590-2016 5.2		2025-11-06
		3	计量法制标识	差压式流量计型式评价大纲 JJF1590-2016 5.3		2025-11-06
		4	流量计的计量性能	差压式流量计型式评价大纲 JJF1590-2016 10.2.2		2025-11-06
		5	差压计或差压变送器的计量性能	差压式流量计型式评价大纲 JJF1590-2016 6.2		2025-11-06
		6	流量显示仪表的计量性能	差压式流量计型式评价大纲 JJF1590-2016 10.2.4		2025-11-06
		7	标识和外观	差压式流量计型式评价大纲 JJF1590-2016 10.2.5		2025-11-06
		8	防爆和防护性能	差压式流量计型式评价大纲 JJF1590-2016 10.2.6		2025-11-06
		9	耐压强度	差压式流量计型式评价大纲 JJF1590-2016 10.2.7		2025-11-06
10	科里奥利质量流量计	1	计量单位	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 5.1		2025-11-06
		2	准确度等级	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 5.2		2025-11-06
		3	封印结构	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 5.3		2025-11-06
		4	安装标识	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 5.4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	技术资料	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 5.5		2025-11-06
		6	试验样机	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 5.6		2025-11-06
		7	最大允许误差	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 9.3.6		2025-11-06
				科里奥利质量流量 GB/T31130-2014 6.1.2		2025-11-06
		8	重复性	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 9.3.6		2025-11-06
				科里奥利质量流量 GB/T31130-2014 6.1.3		2025-11-06
		9	零点稳定度	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 9.3.7		2025-11-06
		10	压力损失	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 9.3.8		2025-11-06
				科里奥利质量流量 GB/T31130-2014 6.7		2025-11-06
		11	随机文件	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 9.3.1		2025-11-06
		12	外观与铭牌	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 9.3.2		2025-11-06
		13	保护功能	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 9.3.3		2025-11-06
		14	防护功能	科里奥利质量流量计型式评价大纲 JJF1591-2016 9.3.4		2025-11-06
		15	外观	科里奥利质量流量 GB/T31130-2014 6.13		2025-11-06
11	热式气体质量流量计	1	法制管理要求	热式气体质量流量计型式评价大纲 JJF1623-2017 5		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	计量性能	热式气体质量流量计型式评价大纲 JJF1623-2017 10.1		2025-11-06
		3	密封性	热式气体质量流量计型式评价大纲 JJF1623-2017 10.2		2025-11-06
		4	耐压强度	热式气体质量流量计型式评价大纲 JJF1623-2017 10.3		2025-11-06
12	旋进旋涡流量计	1	法制管理要求	旋进旋涡流量计型式评价大纲 JJF1554-2015 5		2025-11-06
		2	计量性能	旋进旋涡流量计型式评价大纲 JJF1554-2015 10.1		2025-11-06
		3	密封性	旋进旋涡流量计型式评价大纲 JJF1554-2015 10.2		2025-11-06
				气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.7		2025-11-06
		4	耐压强度	旋进旋涡流量计型式评价大纲 JJF1554-2015 10.3		2025-11-06
				气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.6		2025-11-06
		5	基本误差	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.2		2025-11-06
		6	重复性误差	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.3		2025-11-06
		7	外观	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.4		2025-11-06
		8	指示装置	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.5		2025-11-06
		9	压力损失	气体旋进旋涡流量计 GB/T 36241-2018 7.8		2025-11-06
13	电磁流量计	1	基本误差	电磁流量计 JB/T 9248-2015 7.2.1		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	重复性误差	电磁流量计 JB/T 9248-2015 7.2.2		2025-11-06
		3	稳定性	电磁流量计 JB/T 9248-2015 7.2.3		2025-11-06
		4	显示功能	电磁流量计 JB/T 9248-2015 7.5.1		2025-11-06
		5	组态功能	电磁流量计 JB/T 9248-2015 7.5.2		2025-11-06
		6	通信功能	电磁流量计 JB/T 9248-2015 7.5.3		2025-11-06
		7	自诊断功能	电磁流量计 JB/T 9248-2015 7.5.4		2025-11-06
		8	流量正反向测量功能	电磁流量计 JB/T 9248-2015 7.5.5		2025-11-06
		9	断电保护功能	电磁流量计 JB/T 9248-2015 7.5.6		2025-11-06
		10	密码锁功能	电磁流量计 JB/T 9248-2015 7.5.7		2025-11-06
14	液体容积式流量计	1	基本误差	液体容积式流量计通用技术条件 JB/T9242-2015 6.1		2025-11-06
		2	重复性误差	液体容积式流量计通用技术条件 JB/T9242-2015 6.2		2025-11-06
		3	密封性	液体容积式流量计通用技术条件 JB/T9242-2015 6.3		2025-11-06
		4	耐压强度	液体容积式流量计通用技术条件 JB/T9242-2015 6.4		2025-11-06
		5	压力损失	液体容积式流量计通用技术条件 JB/T9242-2015 6.5		2025-11-06
		6	过载能力	液体容积式流量计通用技术条件 JB/T9242-2015 6.6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	外观	液体容积式流量计通用技术条件 JB/T9242-2015 6.21		2025-11-06
031924 电学测量仪器						
1	电能计量装置	1	误差测定	电能计量装置现场检验规程 DL/T 1664-2016 4.3.4	只测现场检验项目	2025-11-06
		2	接线检查	电能计量装置现场检验规程 DL/T 1664-2016 4.3.2		2025-11-06
		3	计量差错与不合理计量方式的检查	电能计量装置现场检验规程 DL/T 1664-2016 4.3.3		2025-11-06
2	电子式电能表	1	标准的电量值(法制管理要求)	电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第 11 部分：测量设备 GB/T17215.211-2021 4	不含高压电能表、标准电能表、特殊用途电能表	2025-11-06
				电测量设备(交流)特殊要求第 21 部分：静止式有功电能表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级) GB/T17215.321-2021 4		2025-11-06
				电测量设备(交流) 特殊要求 第 23 部分：静止式无功电能表(2 级和 3 级) GB/T17215.323-2022 4		2025-11-06
				电测量设备(交流) 特殊要求 第 24 部分：静止式基波分量无功电能表(0.5S 级、1S 级、1 级、2 级和 3 级) GB/T17215.324-2022 4		2025-11-06
				电动汽车交流充电桩电能计量 GB/T28569-2024 5.2		2025-11-06
				电动汽车非车载充电机电能计量 GB/T29318-2024 5,2		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition2.0):2020 4		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 21 部分：静止式交流有功电能表（0.5 级、1 级和 2 级） IEC 62053-21(Edition 2.0):2020 4		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 22 部分：静止式交流有功电能表（0.1S 级、0.2S 级和 0.5S 级） IEC 62053-22(Edition 2.0):2020 4		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 23 部分：静止式无功电能表（2 级和 3 级） IEC 62053-23(Edition 2.0):2020 4		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 24 部分：静止式基波无功电能表（0.5S 级、1S 级、1 级、2 级和 3 级） IEC 62053-24(Edition 2.0):2020 4		2025-11-06
				交流电测量设备-第 1 部分：通用要求、试验和试验条件-测量设备（A、B 和 C 级） EN 50470-1:2006+A1:2018 4	仅限特定客户委托使用	2025-11-06
				IC 卡预付费售电系统第三部分：预付费电度表 GB/T18460.3-2001 5.1		2025-11-06
				安装式交流电能表型式评价大纲有功电能表 JJF1245.1-2019 5		2025-11-06
				安装式交流电能表型式评价大纲无功电能表 JJF1245.3-2019 5		2025-11-06
				安装式交流电能表型式评价大纲功能要求 JJF1245.5-2019 5		2025-11-06
				静止式直流电能表 GB/T33708-2017 4		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电子式直流电能表型式评价大纲 JJF1779-2019 5		2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 EN IEC 62052-11:2021+A11:2022 4		2025-11-06
				交流电测量设备特殊要求 第 41 部分：静止式直流电能表(0.5 级和 1 级) IEC 62053-41(Edition 1.0):2021 4		2025-11-06
				电测量设备-第 3 部分 特殊要求：静止式交流有功电能表（A,B,C 级） EN 50470-3:2022 4		2025-11-06
				电测量设备 第 4 部分：特殊要求 直流有功电能静态仪表（A、B 、 C 级） EN 50470-4:2023 4		2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 AS 62052.11:2023 4		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 21 部分：静止式交流有功电能表（0.5 级、1 级和 2 级） AS 62053.21:2023 4		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 22 部分：静止式交流有功电能表（0.1S 级、0.2S 级和 0.5S 级） AS 62053.22:2023 4		2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 24 部分：静止式基波无功电能表（0.5S 级、1S 级、1 级、2 级和 3 级） AS 62053.24:2023 4		2025-11-06
		2	仪表的标识和文件	电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第 11 部分：测量设备 GB/T17215.211-2021 6		2025-11-06
				电测量设备(交流) 特殊要求 第 23 部分：静止式无功电能表(2 级和 3 级) GB/T17215.323-2022 6		2025-11-06
				电测量设备(交流) 特殊要求 第 24 部分：静止式基波分量无功电能表(0.5S 级、1S 级、1 级、2 级和 3 级) GB/T17215.324-2022 6		2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流电测量设备-通用要求,试验和试验条件-第 11 部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition2.0):2020 6		2025-11-06
				交流电测量设备特殊要求 第 41 部分：静止式直流电能表(0.5 级和 1 级) IEC 62053-41(Edition 1.0):2021 6		2025-11-06
		3	计量性能	电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第 11 部分：测量设备 GB/T17215.211-2021 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备(交流)特殊要求第 21 部分：静止式有功电能表(A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级) GB/T17215.321-2021 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备(交流) 特殊要求 第 23 部分：静止式无功电能表(2 级和 3 级) GB/T17215.323-2022 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备(交流) 特殊要求 第 24 部分：静止式基波分量无功电能表(0.5S 级、1S 级、1 级、2 级和 3 级) GB/T17215.324-2022 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备（交流） 特殊要求 第 1 部分：多功能电能表 GB/T17215.301-2024 4.1,4.2.1,4.3~4.5	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				多费率电能表特殊要求 GB/T15284-2022 6.7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				IC 卡预付费售电系统第三部分：预付费电度表 GB/T18460.3-2001 5.7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电动汽车交流充电桩电能计量 GB/T28569-2024 5	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电动汽车非车载充电机电能计量 GB/T 29318-2024 5	DCV:±(10mV～1150V);DCI: ±(1mA～600A);DCIu:±	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					(0.75mV～4.4V)	
				静止式直流电能表 GB/T33708-2017 8	DCV:±(10mV～1150V);DCI: ±(1mA～600A);DCIu:±(0.75mV～4.4V)	2025-11-06
				安装式交流电能表型式评价大纲有功电能表 JJF1245.1-2019 9.2,9.3.1~9.3.12,9.3.17,9.3.18,9.4.1,9.4.9,9.4.11,9.4.12,9.5	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				安装式交流电能表型式评价大纲特殊要求和安全要求 JJF1245.4-2019 9.2,9.3.2,9.3.3,9.5,9.7.5,9.7.8.19.7.10	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				安装式交流电能表型式评价大纲无功电能表 JJF1245.3-2019 9.2~9.4	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电子式直流电能表型式评价大纲 JJF1779-2019 6,9.2	DCV:±(10mV～1150V);DCI: ±(1mA～600A);DCIu:±(0.75mV～4.4V)	2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition2.0):2020 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 21 部分：静止式交流有功电能表（0.5 级、1 级和 2 级） IEC 62053-21(Edition 2.0):2020 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级） IEC 62053-21(Edition 1.1):2016 8	仅限特定客户委托使用;U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级） IEC 62053-21(Edition 1.0):2003 8	仅限特定客户委托使用;U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式交流有功电能表（0.1S级、0.2S级和0.5S级） IEC 62053-22(Edition 2.0):2020 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级） IEC 62053-22(Edition 1.1):2016 8	仅限特定客户委托使用;U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级） IEC 62053-22(Edition 1.0):2003 8	仅限特定客户委托使用;U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） IEC 62053-23(Edition 2.0):2020 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） IEC 62053-23(Edition 1.1):2016 8	仅限特定客户委托使用;U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级） IEC 62053-23(Edition 1.0):2003 8	仅限特定客户委托使用;U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第24部分：静止式基波无功电能表（0.5S级、1S级、1级、2级和3级） IEC 62053-24(Edition 2.0):2020 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				交流电测量设备 特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率无功电能表（0.5S 级、1S 级和 1 级） IEC 62053-24(Edition 1.1):2016 7	仅限特定客户委托使用;U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				交流电测量设备 特殊要求 第 24 部分：静止式基波频率无功电能表（0.5S 级、1S 级和 1 级） IEC 62053-24(Edition 1.0):2014 8	仅限特定客户委托使用;U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备 付费系统 第 31 部分：特殊要求 静止时有功付费电表（0.5 级、1S 级、1 级） IEC 62055-31(Edition 2.0):2022 8	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				交流电测量设备特殊要求 第 41 部分：静止式直流电能表(0.5 级和 1 级) IEC 62053-41(Edition 1.0):2021 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 EN IEC 62052-11:2021+A11:2022 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备-第 3 部分 特殊要求：静止式交流有功电能表（A,B,C 级） EN 50470-3:2022 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备 第 4 部分：特殊要求 直流有功电能静态仪表（A、B 、 C 级） EN 50470-4:2023 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备 AS 62052.11:2023 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 21 部分：静止式交流有功电能表（0.5 级、1 级和 2 级） AS 62053.21:2023 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 22 部分：静止式交流有功电能表（0.1S 级、0.2S 级和 0.5S 级） AS 62053.22:2023 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备 特殊要求 第 24 部分：静止式基波无功电能表（0.5S 级、1S 级、1 级、2 级和 3 级） AS 62053.24:2023 7	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	外部影响	电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第 11 部分：测量设备 GB/T17215.211-2021 9.3.2.1,9.3.12~9.2.14,9.4	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备(交流) 特殊要求 第 23 部分：静止式无功电能表(2 级和 3 级) GB/T17215.323-2022 9.4	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				电测量设备(交流) 特殊要求 第 24 部分：静止式基波分量无功电能表(0.5S 级、1S 级、1 级、2 级和 3 级) GB/T17215.324-2022 9.4	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				交流电测量设备-通用要求,试验和试验条件-第 11 部分：测量设备 IEC 62052-11(Edition2.0):2020 9.4	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
				交流电测量设备特殊要求 第 41 部分：静止式直流电能表(0.5 级和 1 级) IEC 62053-41(Edition 1.0):2021 9	U_{nom}<=480 V;I_{max}<=100 A	2025-11-06
3	远动终端设备	1	功能要求	远动终端设备 GB/T13729-2019 6.2.7,6.2.10~6.2.15	ACV<=480 V;ACA<=100 A;DCV<=1150 V;DCI<=600 A	2025-11-06
		2	基本性能	远动终端设备 GB/T13729-2019 6.2.3~6.2.6,6.2.8,6.2.9	ACV<=480 V;ACA<=100 A;DCV<=1150 V;DCI<=600 A	2025-11-06
031935 粒子（微粒）测量仪器						
1	粉尘浓度测量仪	1	外观	直读式粉尘浓度测量仪表 通用技术条件 MT/T 163-2019 5.3		2025-11-06
		2	粉尘浓度测量范围及测量相	直读式粉尘浓度测量仪通用技术条件 MT/T 163-2019 5.4	只测含量为(10-1000)mg/m³ 的产	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			对误差		品	
		3	采样流量和误差测定	直读式粉尘浓度测量仪通用技术条件 MT/T 163-2019 5.6		2025-11-06
		4	采样流量稳定性测定	直读式粉尘浓度测量仪通用技术条件 MT/T 163-2019 5.7		2025-11-06
		5	采样时间误差测定	直读式粉尘浓度测量仪通用技术条件 MT/T 163-2019 5.8		2025-11-06
		6	示值误差	粉尘浓度测量仪型式评价大纲 JJF 1716-2018 9.3		2025-11-06
		7	示值重复性	粉尘浓度测量仪型式评价大纲 JJF 1716-2018 9.4		2025-11-06
2	$PM_{2.5}$采样器	1	外观	环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）采样器技术要求及检测方法 HJ93-2013 5.1		2025-11-06
		2	流量测量	环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）采样器技术要求及检测方法 HJ93-2013 7.1.1		2025-11-06
		3	时钟误差	环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）采样器技术要求及检测方法 HJ93-2013 7.1.3		2025-11-06
		4	切割性能	环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）采样器技术要求及检测方法 HJ93-2013 7.2.8	只做分流测试法	2025-11-06

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证